

| | | |
|--|--|---|
| <p>Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР</p> | <p>ОБРАЗЦОВЫЕ ГИРИ 1-го РАЗРЯДА МАССОЙ 1 кг</p> | <p>Внесены в Государственный реестр под № 2478—69</p> |
| <p>НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</p> <p>Образцовые гири 1-го разряда массой 1 кг предназначены для поверки весов со встроенными гирями, образцовых гирь 2-го разряда и гирь 2-го класса граммовых и килограммовых.</p> <p>ОПИСАНИЕ</p> <p>Гири массой 1 кг изготовлены в виде цилиндра с головкой из нержавеющей немагнитной стали и уложены в деревянный футляр.</p> <p>ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</p> <p>Отклонения от номинального значения массы гири не должны превышать $\pm 0,40$ мг.</p> <p>КОМПЛЕКТНОСТЬ</p> <p>В комплект входят:</p> <ol style="list-style-type: none">1) гиря в 1 кг;2) выпускной аттестат. <p>ПОВЕРКА</p> <p>Поверка гирь производится в соответствии с требованиями ГОСТ 14269—69.</p> <p><i>Испытания проводил Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева (ВНИИМ).</i></p> <p><i>Изготовитель — Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР.</i></p> | | |
| <p>Утверждены Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 6/VIII 1969 г.</p> | | <p>Выпуск разрешен до 1/VII 1974 г.</p> |