

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Генерального директора
ФГУ "Брянский ЦСМ"

А. А. САЛОГУБ

2003г.

<p>ПИПЕТКИ ПРЯМЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ (типа Сали) ППС-01-20</p>	<p>Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>25281-03</u> Взамен № _____</p>
--	--

Выпускаются по ТУ 432I-006-5287635I-2003 " Пипетка прямая
стеклянная (типа Сали) ППС-01-20 ".

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пипетки предназначены для измерения фиксированных объемов жидкостей при проведении анализов в химико-бактериологических лабораториях.

ОПИСАНИЕ

Пипетка представляет собой прямую стеклянную трубку, сливной кончик которой имеет усеченную коническую шлифованную поверхность. На пипетке нанесена градуировочная отметка, соответствующая объему жидкости 20 мкл, в виде равномерной линии, полностью опоясывающей трубку и находящейся в плоскости, перпендикулярной оси пипетки.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная вместимость, мкл	20
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкл	$\pm 0,5$
Габаритные размеры, мм	
- длина	150 ± 2
- наружный диаметр	5 ± 1
Масса пипетки, г, не более	7
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха, °С	от 10 до 35
- относительная влажность при 25°С, % не более	80

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят на пипетку методом вжигания и на этикетку методом печати.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят :

Наименование	Обозначение документа	Количество, шт.
Пипетка ППС-01-20	МИДП.725235.001	1000
Этикетка	МИДП.725235.001 ЭТ	1
Ящик	МИДП.321312.006	1

ПОВЕРКА

Поверку проводят по Методике поверки МИДП.725235.001 МП, согласованной ФГУ " Брянский ЦСМ " в мае 2003г.

При проведении поверки применяют следующие средства:

- линейка 0-300мм, ЦД-1мм, ГОСТ 427-75 ;
- штангенциркуль ШЦ-П-250-0,05 ГОСТ 166-89 ;
- лупа измерительная ЛИЗ-10^X ГОСТ 25706-83 ;
- весы ВЛР-20г, ЦД-0,1мг ТУ 25.06.1315-80 ;
- термометр 0 - 100°С, ЦД-0,5°С ТУ 25.11.663-76

Поверка - первичная

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 432I-006-5287635I-2003 " Пипетка прямая стеклянная
(типа Сали) ППС-0I-20 ".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип - Пипетка прямая стеклянная (типа Сали) ППС-0I-20
утвержден техническими и метрологическими характеристиками, приведен-
ными в настоящем описании типа, включен в действующую государственную
поверочную схему и метрологически обеспечен при выпуске из произ-
водства и в эксплуатации.

Изготовитель: ООО " МиниМедПром " 242600, г. Дятьково,
Брянской обл., ул. Ленина, 182, кор.5
тел. (08333) 3-44-05
факс (08333) 3-27-02

Директор ООО " МиниМедПром "



Ю. В. АХРАМЕЕВ