

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель руководителя ГЦИ СИ  
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

  
В. С. Александров  
«25» июня 2007 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник ГЦИ СИ «Воентест»  
32 ГИИИ МО РФ

А.Ю. Кузин

  
«25» сентябрь 2007 г.  
ВОЕНТЕСТ

**Измерители дальности видимости**

(фотометры импульсные) **ФИ-3**

Внесены в Государственный реестр  
средств измерений  
Регистрационный номер № 25813-07  
Взамен № 25813-03

Выпускаются по техническим условиям ТУ 4442-154-07502348-2003.

**Назначение и область применения**

Измерители дальности видимости ФИ-3 (фотометры импульсные), далее – ФИ-3 предназначены для непрерывных дистанционных измерений и регистрации светового коэффициента направленного пропускания (далее - СКНП) и определения по полученным значениям СКНП метеорологической (оптической) дальности видимости (МДВ).

Область применения: метеорологическое обеспечение авиационного транспорта, мониторинг состояния окружающей природной среды в зонах расположения транспортных коммуникаций, научные исследования в области метеорологии и других областях промышленности и сферы обороны и безопасности.

**Описание**

Принцип действия ФИ-3 основан на измерении СКНП атмосферы с помощью зондирующих световых импульсов при прохождении ими слоя воздуха известной длины и вычисления по полученным значениям СКНП метеорологической (оптической) дальности видимости (МДВ).

ФИ-3 имеют излучатель и два приемника, один из которых совмещен с излучателем световых импульсов, а другой – совмещен с отражателем, установленным на определенном расстоянии от излучателя, которое является измерительной базой.

В диапазоне измерений МДВ до 400 м зондирующие импульсы пропускаются через слой атмосферы только в направлении от излучателя к приемнику (режим ОБ, «Ближний»). В диапазоне значений МДВ выше 400 м зондирующие импульсы пропускаются как в прямом, так и в обратном направлениях и воспринимаются другим приемником, совмещенным с излучателем (режим ОД, «Дальний»).

Фотоэлектронные оптические измерительные преобразователи преобразуют поступающие на вход приемников ФИ-3 световые импульсы в электрические сигналы,

подлежащие измерению, обработке, отображению, регистрации, кодированию и распространению по метеорологической сети.

В ФИ-3 в качестве излучателя применяется светоизлучающий диод, а в качестве приемников – кремниевые фотодиоды.

Платы измерительных преобразователей конструктивно расположены в блоке фотометрическом (БФ) и блоке отражательном (БО), а аппаратурно-программная часть для определения МДВ, отображения и передачи информации потребителям – установлена в блоке индикации (БИ), расположенном в помещении наблюдательного пункта, который может быть удален от БФ и БО на расстояние до 8 км. Выходные сигналы ФИ-3, соответствующие измеренным значениям СКНП, подаются на БИ через соединитель, установленный на корпусе блока. Выходной сигнал ФИ-3 может подаваться к стандартному порту IBM-совместимого стандартного ПК, а также использоваться для архивации и визуализации с помощью внешнего самописца.

В зависимости от заказа, ФИ-3 выпускаются с измерительными базами 50; 70; 100 м.

#### Основные технические (метрологические) характеристики

Таблица

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Диапазон измерений СКНП, %	от 0,1 до 100
2	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений СКНП, %: в диапазоне от 0,1 до 10,0 % в диапазоне выше 10 до 50 % в диапазоне выше 50 до 100 %	$\pm (0,4 + 0,06 \tau)$ , где $\tau$ – текущее значение СКНП $\pm 1,0$ $\pm 1,2$
3	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений СКНП при изменении температуры воздуха, окружающего БФ, БО и щит сетевой (ЩС), на каждые 20 °C в диапазоне рабочих температур не должны превышать, %	$\pm 1,0$
4	Измерительная база, м	$50 \pm 0,3$ $70 \pm 0,5$ $100 \pm 0,5$
5	Диапазон определения МДВ, м при измерительной базе 50 м при измерительной базе 70 м при измерительной базе 100 м	от 30 до 4000 от 40 до 6000 от 60 до 8000
6	Пределы допускаемой относительной погрешности определения МДВ, %: в диапазоне менее 200 м в диапазоне выше 200 до 400 м в диапазоне выше 400 до 1500 м в диапазоне выше 1500 до 3000 м в диапазоне выше 3000 до 8000 м	$\pm 15$ $\pm 10$ $\pm 7$ $\pm 10$ $\pm 20$

1	2	3
7	Электрическое сопротивление изоляции токо-ведущих цепей измерителя, МОм не менее: - при температуре воздуха $(20 \pm 10)$ °C и его относительной влажности (45 ... 60) %; - при температуре 50 °C; - при повышенной относительной влажности воздуха 98 % и его температуре 35 °C	20 5 2
8	Напряжение питания сети однофазного тока частотой $(50 \pm 2,5)$ Гц, В	от 187 до 242
9	Потребляемая мощность, ВА	150
10	Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более: блок фотометрический (БФ) блок отражательный (БО) блок индикации (БИ) щит сетевой (ЩС) тренога (диаметр x высота) (Т) подставка (П)	250x270x820 210x215x500 185x85x220 180x220x120 1160x1350 190x200x100
11	Масса, кг, не более: блок фотометрический (БФ) блок отражательный (БО) блок индикации (БИ) щит сетевой (ЩС) тренога (Т) подставка (П)	17,0 6,0 2,5 5,0 7,5 3,7
12	Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °C для блоков БФ, БО, ЩС для блока БИ - относительная влажность воздуха при температуре 35°C, не более, % воздействие инея, росы, пыли (для блоков БФ и БО и ЩС) воздействие дождя (для блоков БФ и БО)	от минус 50 до 50 от 5 до 40 98
13	Вероятность безотказной работы за 1000 ч	0,8
14	Средний срок службы, лет	8

### **Знак утверждения типа**

Знак утверждения типа наносится типографским способом на титульный лист формулляра, а также фотохимическим способом, тиснением или другими способами нанесения маркировки в местах, предусмотренных чертежами.

### **Комплектность**

В комплект поставки входит: измеритель дальности видимости ФИ-3 (фотометр импульсный); комплект кабелей; одиночный комплект ЗИП; формулляр; руководство по эксплуатации; методика поверки.

### **Поверка**

Поверка ФИ-3 проводится в соответствии с документом МП 254-0006-2007 «Измеритель дальности видимости ФИ-3 (фотометр импульсный). Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» и согласованным ГЦИ СИ «Воентест»32 ГНИИ МО РФ в июне 2007 г. и входящим в комплект поставки.

Средства поверки: комплект нейтральных светофильтров КС-102 (номинальные значения СКНП  $(90,0 \pm 3,0)\%$ ;  $(70,0 \pm 5,0)\%$ ;  $(50,0 \pm 10,0)\%$ ;  $(20,0 \pm 4,0)\%$ ;  $(4,0 \pm 1,5)\%$ , технические условия Ю-42.82.201 ТУ; мультиметр цифровой APPA-105 для измерения постоянного тока 10,00 мА (погрешность не более  $\pm 0,22\%$ ); мегаомметр М4100/1 (предел измерений не менее 20 МОм при напряжении 100 В, по ГОСТ 23706-790).

Межповерочный интервал 1 год.

### **Нормативные и технические документы**

ГОСТ 8.557-91 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений спектральных, интегральных и редуцированных коэффициентов направленного пропускания в диапазоне длин волн 0,2 – 50,0 мкм, диффузного и зеркального отражений в диапазоне длин волн 0,2 – 20,0 мкм.

ТУ 4442-154-07502348-2003 Измеритель дальности видимости ФИ-3. Технические условия.

### **Заключение**

Тип измерителей дальности видимости ФИ-3 (фотометров импульсных) утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства, при эксплуатации и после ремонта согласно государственной поверочной схеме.

### **Изготовитель**

Открытое акционерное общество "ЛОМО". Россия.  
Адрес: 194044, Санкт-Петербург, ул.Чугунная , 20,  
Телефон (812)292-29-15, факс (812) 295-53-43.

Генеральный директор ОАО «ЛОМО»

А.М. Аронов

