



контроллер.

Задание режимов работы и величин исходных параметров осуществляется с помощью клавиатуры, а индикация состояния, значения параметров и результат измерения выводятся на дисплей управляющего компьютера. Задание режимов работы и величин исходных параметров может также осуществляться прикосновением пластиковой указкой к управляющим элементам, изображённым на дисплее. Кроме того, результаты измерения выводятся на масштабируемый шкальный индикатор, отображаемый на том же дисплее.

Анализатор позволяет сохранять в файловой системе управляющего компьютера информацию о режимах работы, калибровках и данных измерений для различных материалов и изделий.

Через инфракрасный интерфейс анализатор может связываться с компьютером более высокого уровня, передавать результаты измерений и принимать необходимую информацию.

### Основные технические характеристики

1. Устанавливаемые частоты возбуждения магнитного шума: 15, 30, 45, 60, 90 и 120 Гц.

2. Максимальное значение отклонения частоты возбуждения от установленного значения не превышает величин, указанных в таблице 1:

Таблица 1

Частота, Гц	Максимальное отклонение частоты, Гц
15	+0,15
30	+0,21
45	+0,35
60	+0,30
90	+0,35
120	+0,2

3. Анализатор обеспечивает возбуждение магнитного шума в контролируемом изделии в двух режимах:

- а) стабилизации поля перемагничивания
- б) стабилизации магнитного потока

4. Диапазон установки амплитуды возбуждения в каждом из двух перемагничивающих каналов — от 1 до 200 относительных единиц (в дальнейшем о. е.). Одна о.е. амплитуды возбуждения соответствует:

- в режиме стабилизации поля — амплитудному значению тока 1,5 мА в обмотке перемагничивания датчика-преобразователя;
- в режиме стабилизации потока — амплитудному значению напряжения 2,616 мВ на выходе обмотки обратной связи датчика-преобразователя.

5. Предел допускаемой абсолютной погрешности установки амплитуды возбуждения не превышает  $\pm(0,5+0,007 \cdot A_M)$  о. е., где  $A_M$  — установленная в о. е. величина амплитуды возбуждения.

6. Анализатор обеспечивает угловое сканирование интенсивности магнитного шума путём изменения направления возбуждающего (магнитного) поля в диапазоне углов от 0 до 180°. (При использовании четырёхполюсного датчика).

7. Минимальный шаг изменения направления возбуждения (перемагничивания) при угловом сканировании интенсивности магнитного шума — 1°.

8. Частотные диапазоны фильтрации магнитного шума — (5... 30), (5...200), (5... 1000), (20... 30), (20... 200), (20... 1000), и (200... 1000) кГц.

9. Предел допускаемой относительной погрешности установки частотных диапазонов фильтрации магнитного шума не превышает  $\pm 10\%$ .

10. Анализатор обеспечивает как автоматическую, так и ручную адаптацию к уровню измеряемого сигнала. Диапазон значений выводимой информации об уровне измеряемого сигнала не менее  $(1 \div 5000)$  о.е.

Пересчётные коэффициенты между уровнем измеряемого сигнала на входе измерительного канала электронного блока анализатора и относительными единицами (о.е.) в зависимости от установленного диапазона фильтрации приведены в таблице 2.

Таблица 2

Диапазон фильтрации магнитного шума, кГц	Пересчётный коэффициент, мВ/о.е
(5 - 1000), (20 - 1000), (200 - 1000)	$(1,74 \cdot 10^{-2} \pm 1\%)$
(5 - 200), (20 - 200)	$(7,69 \cdot 10^{-3} \pm 1\%)$
(5 - 30), (20 - 30)	$(2,756 \cdot 10^{-3} \pm 1\%)$

11. Анализатор обеспечивает установку времени измерения в диапазоне, указанном в таблице 3:

Таблица 3

Частота возбуждения, Гц	Минимальное время измерения, с	Максимальное время измерения, с
15	0,1	10
30		
45		
60		
90		
120	0,1	8,5

12. Питание анализатора осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением  $220_{-33}^{+22}$  В частотой  $(50 \pm 1)$  Гц.

13. Питание анализатора от источника постоянного тока: с напряжением  $12_{-1,5}^{+2}$  В.

14. Время установления рабочего режима: – 10 мин.

15. Продолжительность непрерывной работы – не менее 8 ч.

16. Потребляемая мощность — не более 30 В·А.

17. Длина кабелей для подключения датчиков – не менее 2 м.

18. Габаритные размеры не более:

– электронного блока — 320 x 180 x 107 мм;

– универсального датчика — 59 x 36 x 19 мм;

– универсального датчика для крупногабаритных изделий — 64 x 47 x 33 мм

– датчика для галтелей — 66 x 36 x 19 мм;

– четырёхполюсного датчика — 82 x 47 x 44 мм.

19. Масса анализатора – не более 5 кг.

20. Средняя наработка на отказ – не менее 2500 ч.

21. Средний срок службы анализатора – не менее 10 лет.

22. Условия эксплуатации:

– температура окружающей среды от +1 до +40 °С;

– относительная влажность до 80 % при температуре +25 °С;

– атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на лицевую панель электронного блока анализатора методом печати, а также на титульный лист руководства по эксплуатации методом печати.

### Комплектность

Комплект поставки анализатора приведен в таблице 4.

Таблица 4

Наименование и условное обозначение.	Количество.
Электронный блок	1 шт.
Датчик универсальный <sup>1)</sup>	1 шт.
Датчик универсальный для крупногабаритных изделий <sup>1)</sup>	1 шт.
Датчик для галтелей <sup>1)</sup>	1 шт.
Датчик четырёхполюсный <sup>1)</sup>	1 шт.
Кабель сетевого питания	1 шт.
Разъём для подключения аккумуляторной батареи	1 шт.
Руководство по эксплуатации ДЖПИ 2.745.000 РЭ (с приложением А «Методика поверки анализатора напряжений и структуры металлов магнитошумового «ИНТРОСКАН»).	1 экз.
Программное обеспечение iScan на электронном носителе <sup>2)</sup>	1 шт.
Устройство поверочное	Поставляется по отдельному заказу
Примечания: 1. Тип поставляемого датчика указывается в заказе. 2. Поставляется последняя существующая версия программного обеспечения iScan.	

### Поверка

Поверка анализатора напряжений и структуры металлов магнитошумового ИНТРОСКАН производится по методике поверки, изложенной в приложении А руководства по эксплуатации ДЖПИ 2.745.000 РЭ, согласованной ВНИИОФИ в 2004 г.

Межповерочный интервал – 2 года.

При проведении поверки должны применяться следующие средства измерения:

1. Вольтметр В7-34А.
2. Ампервольтметр Ц4311;
3. Частотомер ЧЗ-54;
4. Генератор высокочастотный ГЗ-119;
5. Осциллограф С1-107.

### Нормативные и технические документы

ТУ РБ 100217961.005-2004 «Анализатор напряжений и структуры металлов магнитошумовой ИНТРОСКАН. Технические условия».

### Заключение

Тип «Анализатор напряжений и структуры металлов магнитошумовые «ИНТРОСКАН» утверждён с техническими и метрологическими характеристиками, приведёнными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

### Изготовитель

Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Диагностика».

Адрес: 220072, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Академическая, 16.

### Заявитель

ООО «Фирма РКК».

Адрес: 127055, Москва, ул. Сущёвская, д. 9, стр. 4.

Тел.: (095) 744-1070. Факс: (095) 972-4200. E-mail: info@rkk.ru

Генеральный директор  
ООО «Фирма РКК»



В.Б. Громов