



СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ –

директор ВНИИР

В.П. Иванов

2004 г

Системы обработки информации «Пульсар-С2»

Внесены в Государственный реестр средств измерений
Регистрационный номер 27416-04
Взамен № _____

Выпускаются по техническим условиям ПИЛГ 466453.002 ТУ.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Системы обработки информации «Пульсар-С2» (далее СОИ) предназначены для:

- преобразования электрических величин, поступающих от первичных измерительных преобразователей, в значения измеряемых параметров;
- вычисления объема и массы перекачиваемой нефти или нефтепродуктов (далее - нефти), а также других параметров, необходимых для коммерческого учета нефти;
- вычисления коэффициента преобразования (далее - КП) преобразователя расхода (далее - ПР) при поверке (сличении) по трубопоршневой поверочной установке (далее - ТПУ) или лопастному преобразователю объема (далее - ЛПО), а также при сличении по контрольному ПР.

Область применения СОИ – оперативные и коммерческие системы измерения количества и качества товарной и сырой нефти (далее - СИКН).

ОПИСАНИЕ

Принцип действия СОИ основан на обработке информации, поступающей от первичных преобразователей, от вторичной аппаратуры и от пользователя (оператора), при этом осуществляется:

- вычисление:
 - объема перекачиваемой нефти;
 - товарной массы нефти в соответствии с ГОСТ Р 8.595-2002 или массы нетто сырой нефти в соответствии с МИ 2693-2001;
 - параметров, необходимых для вычисления количества и качества нефти;
- контроль соответствия вычисляемых параметров нормируемому диапазону;
- вывод на монитор всех вычисляемых параметров, а также дополнительно:
 - текущей сводки, сводок (за цикл, смену, сутки) за прошедший период;
 - паспортов качества нефти, актов приема-сдачи нефти;
 - протоколов поверок и сличений;
 - в графической форме изменение во времени регистрируемых параметров;
 - журнала событий с регистрацией всех аварийных ситуаций и действий оператора.
- хранение всех вычисленных параметров, отчетных документов, журнала событий;
- проведение в процессе учета автоматизированных работ (с формированием протокола) по поверке (сличению) ПР по ТПУ или ЛПО, по сличению рабочего ПР по контрольному;
- формирование сигнала для управления пробоотборником;
- вывод информации на печать (автоматический и по запросу);
- передача вычисленных параметров на внешнее устройство (в телемеханику);
- защита от несанкционированного изменения введенной и вычисленной информации.

В зависимости от варианта программного обеспечения (ПО) и от комплектности СОИ выпускается в соответствующих вариантах исполнения:

Система обработки информации "Пульсар-С2 V-XX - К-Х-XX",

где

V-XX – вариант ПО (примененный расчетный алгоритм):

ТО – для товарной нефти с применением объемных ПР

ТМ – для товарной нефти с применением массовых ПР

СО – для сырой нефти с применением объемных ПР, без преобразователя плотности

СП – для сырой нефти с применением объемных ПР, с преобразователем плотности

СМ – для сырой нефти с применением массовых ПР

К-Х-XX

вариант исполнения блока обработки информации «Пульсар-4.0»

вариант комплектации прибором для поверки/сличения ПР:

1 – прибор эталонный «Пульсар-01Э»

2 – прибор цифровой «Пульсар-01»

0 – отсутствие

Конструктивно СОИ состоит из двух частей: набора приборов и блоков для установки в 19-дюймовый приборный шкаф, и персонального компьютера (далее - ПК). Приборы и блоки выполнены на базе стандартных приборных каркасов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- СОИ обеспечивает подключение и обработку сигналов:
 - объемных ПР (ТПР, ЛПО, или иных), массовых ПР. Параметры каналов СОИ для подключения ПР:
 - количество каналов (в зависимости от исполнения СОИ) 6 или 9
 - амплитуда сигнала от 15 мВ до 2 В
 - частотный диапазон сигнала от 10 до 5000 Гц
 - стандартных датчиков давления, температуры, вязкости, влагосодержания и прочих, выходным информативным параметром которых является сила постоянного тока по ГОСТ 26.011.
 - Параметры каналов СОИ для подключения токовых датчиков:
 - количество каналов (в зависимости от исполнения СОИ) от 6 до 24
 - диапазон сигнала от 4 до 20 мА
 - термопреобразователей сопротивления (далее - ТС) по ГОСТ Р 50353-92.
 - Параметры каналов СОИ для подключения ТС:
 - количество каналов (в зависимости от исполнения СОИ) до 12
 - диапазон измеряемых сопротивлений от 40 до 150 Ом
 - поточных преобразователей плотности (далее - ПП) типа "SOLARTRON-7830 (-7835)", или аналогичных.
 - Параметры каналов СОИ для подключения ПП:
 - количество каналов два
 - амплитуда сигнала от 20 мВ до 2 В
 - диапазон сигнала от 500 до 2000 мкс
 - дискретных датчиков (детекторов) прохождения шарового поршня ТПУ.
- СОИ обеспечивает формирование:
 - напряжения для питания датчиков по гальванически изолированным каналам с параметрами:
 - количество каналов четыре
 - постоянное напряжение при номинальном токе нагрузки $(24 \pm 1,2)$ В
 - номинальный ток нагрузки, не более 80 мА
 - сигнала для управления пробоотборником с параметрами:
 - тип сигнала - коммутация внешней электрической цепи постоянного тока
 - коммутируемое напряжение, не более 30 В
 - коммутируемый ток, не более 20 мА
 - сигналов «ШАР ВПЕРЕД», «ШАР НАЗАД» для управления поворотным краном двунаправленной ТПУ с параметрами:
 - тип сигнала - коммутация внешней электрической цепи постоянного или переменного тока
 - коммутируемое напряжение, не более 50 В
 - коммутируемый ток, не более 100 мА
- СОИ обеспечивает вычисление параметров, сохранение их в энергонезависимой памяти и обновление информации на мониторе ПК за время не более 10 с.
- Пределы допускаемых основной и дополнительной (от изменения температуры воздуха на каждые 10 °С) погрешностей СОИ при вычислении параметров не более указанных в таблице 1.

Таблица 1

Параметр	Пределы допускаемой погрешности			
	основной			дополнительной
	относительной	приведенной	абсолютной	
Представленный сигналом силы постоянного тока	–	± 0,05 %	–	± 0,02 %
Температура, представленная сигналом ТС	–	–	± 0,1 °С	± 0,05 °С
Плотность	± 0,05 %	–	–	± 0,02 %
Объем	± 0,02 %	–	–	± 0,005 %
Масса	± 0,1 %	–	–	± 0,02 %
Масса нетто	± 0,15 %	–	–	± 0,025 %
КП ПР при поверке (сличении) по ТПУ	± 0,025 %	–	–	± 0,005 %
КП ПР при поверке (сличении) по ЛПО, при сличении по контрольному ПР	± 0,015 %	–	–	± 0,005 %

- Питание СОИ осуществляется переменным однофазным током с напряжением от 187 до 242 В, частотой (50 ± 1) Гц.
- Потребляемая мощность СОИ (за исключением ПК) не более 200 ВА
- Габаритные размеры входящих в СОИ приборов, не более:
 - БОИ "Пульсар-4.0" 480 × 140 × 490 мм
 - прибор "Пульсар-01Э", прибор "Пульсар-01" 480 × 90 × 260 мм
- Масса входящих в СОИ приборов, не более:
 - БОИ "Пульсар-4.0" 10 кг
 - прибор "Пульсар-01Э", прибор "Пульсар-01" 6 кг
- Средняя наработка на отказ не менее 65000 часов, средний срок службы не менее 10 лет.
- Условия эксплуатации СОИ:
 - температура окружающего воздуха от +5 до + 40 °С,
 - относительная влажность воздуха при температуре 30 °С и ниже не более 75 %.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на шильдик приборного шкафа СОИ и титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность СОИ соответствует таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
<i>Система обработки информации «Пульсар-С2 – V-XX – К-Х-XX»</i>	ПИЛГ 466453.002	1	
Руководство по эксплуатации	ПИЛГ 466453.002 РЭ	1	
Паспорт	ПИЛГ 466453.002 ПС	1	
Инструкция ГСИ. Методика поверки	ПИЛГ 466453.002 И	1	
<i>Блок обработки информации «Пульсар-4.0»</i>	ПИЛГ.426479.001-XX	1	
Паспорт	ПИЛГ.426479.001-XX ПС	1	
<i>Прибор эталонный «Пульсар-01Э»</i>	ПИЛГ 3.057.010-12	1	Для вариантов исполнения СОИ «...К-1-XX»
Руководство по эксплуатации	ПИЛГ 3.057.010 РЭ	1	
Паспорт	ПИЛГ 3.057.010 ПС	1	
<i>Прибор цифровой «Пульсар-01»</i>	ПИЛГ 3.057.001-02	1	Для вариантов исполнения СОИ «...К-2-XX»
Руководство по эксплуатации	ПИЛГ 3.057.001 РЭ	1	
Паспорт	ПИЛГ 3.057.001 ПС	1	

Продолжение таблицы 2

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
Компьютер персональный в составе:		1	Технические характеристики составных частей компьютера определяются требованиями Заказчика
– системный блок		1	
– монитор цветной		1	
– клавиатура		1	
– манипулятор "мышь"		1	
– принтер		1	
– блок бесперебойного питания		1	

ПОВЕРКА

- Поверка СОИ проводится по документу: "Инструкция ГСИ. Система обработки информации "Пульсар-С2". Методика поверки", утвержденному ГЦИ СИ ВНИИР в июне 2004 г.
- Основное оборудование, используемое при поверке:
 1. Прибор эталонный "Пульсар-01Э", ПИЛГ 3.057.010 ТУ (диапазон частот от 10 до 5000 Гц, отклонение установки периода ОГ не более $\pm 10^{-7}$, пачка импульсов до 999994), или набор приборов:
 - генератор сигналов низкочастотный ГЗ-118 (диапазон частот от 10 до 5000 Гц, погрешность установки частоты не более $\pm 1\%$);
 - генератор сигналов низкочастотный прецизионный ГЗ-110, ГОСТ 10501-74;
 - счетчик программный реверсивный Ф5007, ТУ 25-04-2271-73 (кол-во импульсов до 1000000, диапазон частот от 10 до 5000 Гц);
 2. Мера электрического сопротивления многозначная ММЭС Р3026, ТУ 25-04.3923-81 (диапазон сопротивлений от 0 до 150 Ом, класс точности 0,01);
 3. Калибратор тока (диапазон изменения выходного сигнала от 0 до 20 мА, погрешность не более $\pm 0,02\%$), или набор приборов:
 - вольтметр универсальный В7-21, ТУ И22.710.004 (диапазон измерения напряжения от 0 до 24 В, погрешность не более $\pm 0,05\%$);
 - источник питания постоянного тока Б5-30 (напряжение от 12 до 30 В, нестабильность не более $\pm 0,02\% / A$);
 - магазин сопротивлений Р4831, ГОСТ 23737-79;
 - эталонная катушка сопротивления Р331, $R_{ном} = 100$ Ом, ТУ 25-04.3368-78 Е (класс точности 0,01)
- Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия «Система обработки информации "Пульсар-С2" ПИЛГ466453.002ТУ».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип системы обработки информации "Пульсар-С2" утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ПТП ЭРА-1", юридический адрес: Россия, 644042, г. Омск, пр. К. Маркса, 18, корпус 12.
Телефон/факс: (3812) 51-18-20, 39-69-71.

Директор:



Э.С. Городецкий