


Подлежит публикации
в открытой печати

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ,
Зам. генерального директора
ФГУ «Тест-С.-Петербург»

А.И. Рагулин

10 2004 г.



Тарификаторы монетного таксофона СТР 1	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>28165-04</u> Взамен № _____
--	---

Выпущены по технической документации фирмы “Telephone Manufacturers of South Africa (Pty) Ltd” (TEMSA), ЮАР.

Партия в количестве 225 шт.: зав.№№ 94426, 94430, 94432, 94433, 94437, 94442, 94450, 94464, 94470, 94562, 94564, 106587, 106668 - 106671, 106673, 106675, 106682, 106684, 106685, 106687, 106695-106736, 106738 - 106785, 108491 - 108502, 108504 - 108549, 108551 - 108555, 108619, 108676 - 108723, 108749.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тарификаторы монетного таксофона СТР 1 (далее тарификатор СТР 1) предназначены для формирования тарифных интервалов времени телефонных соединений при расчете с абонентами посредством монет.

Область применения – телефонная связь.

ОПИСАНИЕ

Тарификатор представляет собой функциональную систему монетного таксофона СТР 1. Тарификатор не имеет выделенных блоков, плат или самостоятельных программ, а использует возможности и функции аппаратуры и программного обеспечения монетного таксофона СТР 1.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пределы допускаемой относительной погрешности формирования длительности тарифных интервалов, %	±1
Условия эксплуатации:	
– температура окружающей среды, °С	минус 15...50
– относительная влажность воздуха, %	50...80
– атмосферное давление, кПа	84,0...106,7

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на эксплуатационную документацию типографским или иным способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- тарификатор (в составе монетного таксофона СТР 1);
- Руководство по эксплуатации;
- Методика поверки.

ПОВЕРКА

Поверка тарификатора СТР 1 проводится в соответствии с методикой поверки “Тарификатор монетного таксофона СТР 1. Методика поверки”, утвержденной ГЦИ СИ Тест-С.-Петербург в сентябре 2004 г.

Основные средства поверки: прибор поверки таксофонов “Комета”, 10...600 с, ПГ ±0,15%.

Межповерочный интервал – 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22261-94 “Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия”.

Техническая документация фирмы “Telephone Manufacturers of South Africa (Pty Ltd)” (TEMSA), ЮАР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип тарификатора монетного таксофона СТР 1 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, и метрологически обеспечен в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель: фирма "Telephone Manufacturers of South Africa (Pty) Ltd" (TEMSA), ЮАР.

Заявитель: ЗАО "Метроком".

Адрес: 199155, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 29.

телефон (812) 118-31-31, факс (812) 118-31-12.

Генеральный директор

ЗАО "Метроком"



Р.У. Халиков