



СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя ГЦИ СИ
Директор Клинского филиала
«Федеральный ЦСМ»

Н.В. Зарембо
2010 г.

Цилиндры к стендам для топливной аппаратуры ЦТА	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>28989-05</u> Взамен № _____
---	---

Выпускаются по ТУ 4324-013-07609129-2003.

Назначение и область применения

Цилиндры к стендам для топливной аппаратуры ЦТА предназначены для использования в составе стендов для испытания, регулировки дизельной топливной аппаратуры и служат для измерения объема топлива за период измерения. Цилиндры в составе стендов используются на предприятиях агропромышленного комплекса.

Описание

Цилиндры к стендам для топливной аппаратуры ЦТА представляют собой цилиндрические сосуды с плоским дном и нанесенной шкалой, соответствующей номинальной вместимости, указанной в табл.1. Верх цилиндров может быть ровно обрезан и оплавлен или развернут в виде воронки.

Основные технические характеристики

Таблица 1

Наименование параметров	Типы цилиндров			
	ЦТА 2-40	ЦТА 6-135	ЦТА 10-100	
Номинальная вместимость, мл	40	135	100	100
Цена деления шкалы, мл	0,2	1,0	1,0	1,0
Предел допускаемой абсолютной погрешности при температуре 20°C	± 0,2	± 1,0	± 1,0	± 1,0
Общая длина, мм	320-5	320-5	185-3	225±5

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на этикетку типографским способом и на цилиндры методом клишевания или шелкографии.

Комплектность

В комплект входят:

- цилиндры к стандам для топливной аппаратуры ЦТА, шт. – по требованию потребителя;
- этикетка;
- коробка из гофрокартона упаковочная.

Поверка

Поверка цилиндров к стандам для топливной аппаратуры ЦТА производится по ГОСТ 8.234-77 «Меры вместимости стеклянные. Методы и средства поверки».

Средства поверки: пипетки - рабочие эталоны 1 разряда по ТУ 4321-021-07609129-2007 и весы лабораторные среднего класса точности по ГОСТ 24104 .

Поверка проводится при выпуске из производства, периодической поверке цилиндры к стандам для топливной аппаратуры ЦТА не подлежат.

Нормативные и технические документы

ТУ 4324-013-07609129-2003- «Цилиндры к стандам для топливной аппаратуры. Технические условия».

ГОСТ 8.470- 82 «Государственная поверочная схема для средств измерений объема жидкости».

Заключение

Тип цилиндров к стандам для топливной аппаратуры ЦТА утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель: ОАО «Химлаборприбор»; 141600, г.Клин, Московской области, ул.Папивина, д.3; телефон (49624) 2-47-41, 2-64-00; те./факс (49624) 2-35-48

Главный инженер
ОАО «Химлаборприбор»



П.Н.Яковлев