

# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО



Руководитель ГЦИ СИ ВНИИМС

В.Н. Яншин

0 " 06 2005 г.

<p>Установка поверочная "Ростов-Дон-ЭСКО"</p>	<p>Внесена в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 29560-05</p>
---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Изготовлена по технической документации ЗАО "ЭСКО-3Э". Зав. № 01.

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка поверочная "Ростов-Дон-ЭСКО" (далее установка) предназначена для испытаний, градуировки и поверки средств измерений объема жидкости с пределами относительной погрешности  $\pm 0,15$  % и расходомеров (преобразователей расхода) с пределами относительной погрешности  $\pm 1,0$  %, которые могут использоваться как самостоятельно, так и в составе теплосчетчиков.

Область применения – метрологическая база ГУП РО «Ростовоблстройзаказчик», г. Ростов-на-Дону.

## ОПИСАНИЕ

В состав установки входят:

- рабочая система хранения жидкости;
- циркуляционные насосы;
- система технологических трубопроводов, включающая в себя устройства стабилизации расхода;
- рабочие столы для установки поверяемых приборов;
- преобразователи расхода электромагнитные (ЭПР);
- образцовые мерники;
- автоматизированный измерительно-вычислительный комплекс на базе ЭВМ (АИВК).

Установка размещается на одном уровне.

Принцип действия установки основан на сравнении измеренных объемов или расходов воды, полученных в одинаковых условиях, по показаниям ЭПР и поверяемых средств измерений (СИ) с последующей автоматизированной (ручной) обработкой данных.

Элементы установки, с помощью которых проводят поверку (испытания) СИ расхода (объема) воды с использованием комплекта ЭПР и АИВК образуют контур сличения (далее контур ИМС).

Элементы установки, с помощью которых проводят поверку (испытания) СИ объема с применением комплекта образцовых мерников образуют объемный контур (далее контур ОИ).

Установка осуществляет:

- автоматизированную поверку (испытания) СИ расхода (объема) горячей и холодной воды с помощью контура ИМС;

- неавтоматизированную поверку (испытания) счетчиков горячей и холодной воды на заданном значении поверочного расхода с помощью контура ОИ.

Поверочная среда - вода по СНиП 2.04.07.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристики	Значение характеристики
Диапазон расходов, м <sup>3</sup> /ч	0,01...300
Пределы допускаемой относительной погрешности контура ИМС в диапазонах расходов, %: - от 0,01 до 0,05 м <sup>3</sup> /ч; - от 0,05 до 300 м <sup>3</sup> /ч	± 0,5 ± 0,3
Пределы допускаемой относительной погрешности контура ОИ в диапазоне расходов, % • с внесением температурных поправок в результаты измерений при использовании мерников, %: - 5, 20, 200 дм <sup>3</sup> ; - 2000 дм <sup>3</sup> • без внесения температурных поправок в результаты измерений при использовании мерников, %: - 5, 20, 200 дм <sup>3</sup> ; - 2000 дм <sup>3</sup>	±0,005 ±0,05 ±0,02 ±0,08
Пределы относительной стабильности воспроизведения расхода контуром ИМС в диапазоне расходов, %: - от 0,01 до 0,05 м <sup>3</sup> /ч; - от 0,05 до 300 м <sup>3</sup> /ч	±0,5 ±0,3
Пределы относительной стабильности расхода контура ОИ в диапазоне расходов от 0,01 до 300 м <sup>3</sup> /ч, %	±2
Температура поверочной и окружающей среды, °С	20±10
Изменение температуры поверочной среды за восемь часов непрерывной работы установки, не более, °С	10
Рабочее давление поверочной среды, не более, МПа	0,6
Типоразмеры поверяемых СИ, мм	Ду(10÷150) мм
Количество одновременно поверяемых СИ, не более, шт: • Ду150 мм; • Ду (10÷100) мм;	1...4 1...6
Расчетная годовая производительность, шт, не менее	5000
Вид электрических информационных сигналов поверяемых СИ	(0÷5) мА; (4÷20) мА; частотный или импульсный
Питание от сети переменного тока: • напряжение, В • частота, Гц • потребляемая мощность, кВт, не более	380/220 50±1 60
Габаритные размеры, мм	6000×2500×3500
Масса, кг, не более	25000

## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на маркировочную табличку установки и на титульный лист руководства по эксплуатации.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

№ п/п	Наименование позиции и основные ТХ	Единица измерений	Кол-во
1	Гидравлическая система установки, в том числе:	комплект	1
	1.1 Рабочие столы для поверяемых СИ	комплект	1
	2.2 Узел регулирования расхода	комплект	1
	2.3 Рабочая система хранения жидкости ( $V=10\text{ м}^3$ )	шт	1
	2.4 Сливной резервуар ( $V=2\text{ м}^3$ )	шт	1
	2.5 Компенсаторы (Ду 50, 100 мм)	шт	2
	2.6 Стабилизаторы расхода (коллекторы - Ду 500 мм)	шт	3
2	Насосы центробежные: основные - $300\text{ м}^3/\text{ч}$ ; $50\text{ м}^3/\text{ч}$ ; $20\text{ м}^3/\text{ч}$ ; вспомогательный - $25\text{ м}^3/\text{ч}$	комплект	1
3	Мерники - 5, 20, 200, 2000 $\text{дм}^3$	комплект	1
4	Преобразователи расхода электромагнитные $D_v$ 10, 25, 50, 100 мм	комплект	1
5	Электрическая система установки:	комплект	1
	5.1 Пульт управления силовыми агрегатами, сигнализацией и автоматикой.	шт	1
	5.2 Силовые и сигнальные кабели, розетки и кнопочные посты управления	комплект	1
6	Автоматизированный измерительно-вычислительный комплекс АИВК:	комплект	1
	6.1 Преобразователь частоты измерительный (ИПЧ-16)	шт	1
	6.2 Преобразователь тока измерительный (ИПЧ-6)	шт	1
	6.3 ПЭВМ совместимая с IBM PC	шт	1
	6.4 Принтер	шт	1
7	Эксплуатационная документация:	комплект	1
	7.1 Руководство по эксплуатации	экземпляр	1
	7.2 Документация на составные части	экземпляр	6
8	Методика поверки	экземпляр	1

## ПОВЕРКА

Поверку установки проводят по методике "ГСИ. Установка поверочная " Ростов-Дон-ЭСКО". Методика поверки", утвержденной ВНИИМС в июле 2005 г.

Основное поверочное оборудование:

- мерники образцовые 1-го разряда по ГОСТ 8.400 номинальной вместимостью 200(100), 20 и 5  $\text{дм}^3$ ;
- образцовая колба 1-го разряда по ГОСТ 20292 номинальной вместимостью 0,5  $\text{дм}^3$ ;
- пипетки на полный слив 1-го класса по ГОСТ 1170 номинальной вместимостью 100, 50 и 10 мл;
- частотомер ЧЗ-64/1, погрешность  $\pm 0,001\%$ , диапазон измерений ( $50 \div 10^6$ ) Гц;
- универсальный вольтметр В7-46/1 (В7-54), погрешность  $\pm 0,025\%$ , диапазон измерений (0,1 ÷ 50) мА;
- генератор прямоугольных импульсов точной амплитуды Г5-75, погрешность установки периода повторения импульсов  $\pm 1 \cdot 10^{-3}$ ;
- калибратор тока программируемый ПЗ21, погрешность в диапазоне до 10 мА -  $\pm 0,6$  мкА, в диапазоне до 100 мА -  $\pm 6$  мкА.

Межповерочный интервал – 1 год.

## НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ Р 50193.3 Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной питьевой воды. Методы и средства испытаний.

ГОСТ 8.156 ГСИ. Счетчики холодной воды. Методы и средства поверки.

ГОСТ 8.400 Мерники металлические образцовые. Методы и средства поверки.

ГОСТ 28723 Расходомеры скоростные, электромагнитные и вихревые. Общие технические требования и методы испытаний.

Техническая документация ЗАО ЭСКО ЗЭ.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип установки поверочной "Ростов-Дон-ЭСКО" утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

**Разработчик и изготовитель:** ЗАО "Энергосервисная компания ЗЭ"

Адрес: 125040, г. Москва, ул. Правды, д.7/9, стр.1А.


телефон/факс: 8-(095) 916-39-22, 916-37-28, 916-37-62.

**Изготовитель:** ГУП РО «Ростовоблстройзаказчик».

Адрес: 346480, г. Ростов-на-Дону, пер. Нижегородский, 20

телефон: 8-(863)-253-07-08 факс: 8-(863)-253-54-60

Генеральный директор  
ЗАО "Энергосервисная компания ЗЭ"



Б.В. Башкин