


# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ



Весы бункерные ESM-1,4-IQ710	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер <u>31644-06</u>
------------------------------	--

Изготовлены по технической документации фирмы «Rice Lake Weighing Systems», США. Серийные номера 2818, 2820, 3106 и 3107.

## Назначение и область применения

Весы бункерные для сыпучих материалов ESM-1,4-IQ710 фирмы «Rice Lake Weighing Systems» (далее – весы) предназначены для измерения массы реагента – магниевой пудры, поступающей в систему инжекции магния установки десульфурации чугуна в конвертерном производстве.

Весы применяются в Кислородно-конвертерных цехах ККЦ-1 и ККЦ-2 ОАО «Ново-липецкий металлургический комбинат» (ОАО «НЛМК», г. Липецк).

## Описание

Принцип действия весов ESM-1,4-IQ710 основан на преобразовании деформации упругого элемента весоизмерительных тензорезисторных датчиков (далее – тензодатчиков), возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в аналоговый электрический сигнал, изменяющийся пропорционально его массе. Аналоговые электрические сигналы от тензодатчиков поступают на вход устройства весоизмерительного, преобразуются в цифровую форму и обрабатываются по заложенной программе. Результат измерения массы реагента отображается на цифровом табло индикации.

Весы состоят из грузоприемного устройства и устройства весоизмерительного. Грузоприемное устройство представляет собой жесткую раму с закрепленными на ней тремя весоизмерительными тензорезисторными датчиками типа HLC-5K20 661, на которых установлен весовой герметически закрытый бункер. Устройство весоизмерительное модели IQplus 710 располагается на наружной панели шкафа управления установкой десульфурации чугуна. Загрузка и выгрузка взвешиваемого материала в бункер весов производится при помощи сжатого азота по гибким трубопроводам, оборудованным клапанами с регулируемыми отверстиями.

Весоизмерительное устройство IQplus 710 конструктивно выполнено в пылевлагозащитном корпусе, имеющем лицевую панель с функциональной клавиатурой и цифровым табло для индикации результатов взвешивания. Питание тензодатчиков осуществляется от весоизмерительного устройства. Обозначение, серийный номер, пределы взвешивания, цена деления и другая требуемая информация указывается на клейких ярлыках, располагаемых на лицевой и боковой поверхностях весоизмерительного устройства.

Весы имеют аналоговый токовый выход 4...20 мА и стандартный выход RS-485 для подключения внешнего регистрирующего устройства.

## Основные технические характеристики

Класс точности по ГОСТ 29329	обычный (III)
Наибольший предел взвешивания НПВ, кг	1500
Наименьший предел взвешивания НмПВ, кг	50
Цена поверочного деления (e), кг	5
Дискретность отсчета (d), кг	5
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при первичной поверке, кг, в интервалах взвешивания:	
– от 50 до 250 кг (включительно)	±5
– свыше 250 до 1000 кг (включительно)	±5
– свыше 1000 кг	±10
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при периодической поверке, кг, в интервалах взвешивания:	
– от 50 до 250 кг (включительно)	±5
– свыше 250 до 1000 кг (включительно)	±10
– свыше 1000 кг	±15
Предел абсолютной погрешности устройства установки на нуль, кг	±1,25
Порог чувствительности, кг	от 5,0 до 7,0
Объем бункера, м <sup>3</sup>	1,4
Питание от однофазной сети переменного напряжения:	
– напряжение, В	от 187 до 242
– частота, Гц	от 49 до 51
– потребляемая мощность, В · А, не более	50
Диапазон рабочих температур, °С	от плюс 5 до плюс 35
Габаритные размеры, мм, не более	
– длина	2000
– ширина	2000
– высота	3200
Вероятность безотказной работы в течение 2000 ч, не менее	0,92
Полный средний срок службы, лет, не менее	10

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится типографским способом с нанесением защитного полимерного покрытия на табличку, закрепляемую методом наклейки на боковую поверхность корпуса весов, а также на титульный лист Паспорта весов типографским способом.

### Комплектность

Наименование оборудования	Обозначение (шифр)	Кол-во, шт.
1 Весы бункерные ESM-1,4-IQ710, в т.ч.:	ESM-1,4-IQ710	1
1.1 Грузоприемное устройство в составе:	-----	1
а) Весовой бункер	-----	1
б) Жесткая рама	-----	1
в) Датчики весоизмерительные тензорезисторные	HLC-5K20 661	3
1.2 Устройство весоизмерительное IQplus 710	IQplus 710	1
1.3 Эксплуатационная документация	-----	1 экз.

### Проверка

Проверку весов ESM-1,4-IQ710 проводят по ГОСТ 8.453-82 «ГСИ. Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки».

В перечень основного поверочного оборудования входят:

– средства поверки по ГОСТ 8.453-82.

Межпроверочный интервал 1 год.

## **Нормативные и технические документы**

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования.  
ГОСТ 8.021-84 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная  
схема для средств измерений массы.  
Техническая документация фирмы «Rice Lake Weighing Systems», США.

### **Заключение**

Тип весов бункерных для сыпучих материалов ESM-1,4-IQ710 фирмы «Rice Lake Weighing Systems», США, утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель:

Фирма «Rice Lake Weighing Systems», США.

Адрес: 230 West Coleman Street, Rice Lake, WI 54868.

Заявитель:

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», Россия.

Адрес: 398040, г.Липецк, пр. Металлургов, 2

тел.: (4742) 44-40-06, 44-40-09

факс: (4742) 43-25-41

E-mail: [info@nlmk.ru](mailto:info@nlmk.ru)

Технический директор –  
главный инженер ОАО «НЛМК»



С.А.Ракитин