



СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»

В.Н.Яншин

2006

Преобразователи термоэлектрические ТВР-03	<p>Внесены в Государственный реестр средств измерений</p> <p>Регистрационный номер № 32462-06</p> <p>Взамен №</p>
---	---

Выпускаются по ГОСТ 6616 и техническим условиям ТУ 95 2539-2005

Назначение и область применения

Термоэлектрические преобразователи (далее - ТП) типа ТВР-03 предназначены для измерений температуры в вакууме.

ТП могут быть использованы в различных отраслях промышленности.

По способу контакта с измеряемой средой ТП выполнены погружаемыми.

Климатическое исполнение ТП – У3 по ГОСТ 15150, группа исполнения - В4 по ГОСТ 12997.

ТП устойчивы и прочны к воздействию синусоидальных вибраций, допустимых для группы исполнения L3 по ГОСТ 12997.

Нормальный режим эксплуатации ТП определяется следующими воздействующими факторами:

- температура окружающего воздуха от 15 до 60 °C;
 - относительная влажность не выше 80% при 15 °C;
 - атмосферное давление 84 –106,7 кПа (630-800 мм.рт.ст.).

Описание

Измерение температуры с помощью преобразователи термоэлектрического ТВР-03 основано на явлении возникновения термоэлектродвижущей силы (ТЭДС) в цепи термопары при помещении ее рабочего и свободного концов в среды с различными температурами.

ТП имеют исполнения, отличающиеся длиной и диаметром термоэлектродной проволоки.

Материал термоэлектродов: ВР-5 (положительного) и ВР-20 (отрицательного).

Преобразователи термоэлектрические ТВР-03 изготавливаются в зависимости от исполнения из термоэлектродной вольфрамрениевой проволоки диаметром 0,5 или 0,35 мм СУО.021.142 ТУ.

ТП выполняются с неизолированной термопарой.

По количеству термопар в одной зоне ТП являются одинарными.

ТП относятся к невосстанавливаемым, неремонтируемым, однофункциональным изделиям.

Основные технические характеристики

Диапазон измеряемых температур ТП от 0°C до плюс 1800 °C.

Буквенное обозначение номинальной статической характеристики (НСХ) преобразования – (А-1, А-2, А-3) по ГОСТ 6616.

НСХ ТП соответствует ГОСТ Р 8.585.

Предел допускаемых отклонений (Δt) ТП от НСХ в температурном эквиваленте соответствует классу 2 по ГОСТ 6616:

$$\Delta t = \pm 0,005 \cdot |t| \text{ при температуре от плюс 1000 до плюс 1800 } ^\circ\text{C},$$

где t – значение измеряемой температуры в °C.

Показатель тепловой инерции ТП при коэффициенте теплоотдачи практически равном бесконечности (в зависимости от исполнения) - не более 5 с.

Длина монтажной части (в зависимости от исполнения) - от 40 до 10000 мм.

Диаметр монтажной части - 5 мм.

Масса (в зависимости от исполнения) - от 0,001 до 0,573 кг.

Назначенный срок службы 100 часов.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится штампом на титульные листы паспорта и руководства по эксплуатации.

Комплектность

Преобразователь термоэлектрический – 1 шт.

Паспорт – 1 экз. (групповой паспорт на партию ТП до 10 шт.)

Руководство по эксплуатации – 1 экз. (на партию ТП до 25 шт.)

Проверка

Проверку ТП проводят в соответствии с МИ 1745-87 «Стандартные образцы свойств термоэлектродных материалов из сплавов ВР 5 и ВР 20. Методика аттестации».

Периодической поверке ТП не подлежат.

Нормативные и технические документы

1 ГОСТ 8.558-93. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры.

2 ГОСТ 6616-94. Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия.

3 ГОСТ Р 8.585-2001. ГСИ. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования.

4 ТУ 95 2539-2005. Преобразователи термоэлектрические ТВР-01, ТВР-03.

Технические условия.

Заключение

Тип преобразователей термоэлектрических ТВР-03 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель


Федеральное агентство по атомной энергии, ФГУП НИИ НПО «Луч»
отделение «Техно-Луч».

Юридический адрес: 142100, г. Подольск, ул. Железнодорожная, 24.

Телефон: (495) 715-94-49

Факс: (4967) 54-85-89

Начальник лаборатории термометрии
ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»



Е.В.Васильев

Заместитель генерального директора
ФГУП НИИ НПО «Луч»



В.П.Денискин