

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «12» сентября 2022 г. № 2253

Регистрационный № 36695-12

Лист № 1
Всего листов 8

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Системы автоматизированные информационно-измерительные
«АСКУРДЭ «НИИ ИТ-ЭСКО»

Назначение средства измерений

Системы автоматизированные информационно-измерительные «АСКУРДЭ «НИИ ИТ-ЭСКО» (далее – система), предназначены для измерения тепловой энергии, количества и параметров теплоносителя, объёма холодной и горячей воды, количества и параметров электрической энергии, объема и параметров газа, непрерывно или дискретно, с требуемым интервалом времени, а также формирование и хранение архивов измерительной информации.

Область применения - промышленность и жилищно-коммунальное хозяйство для коммерческого и технологического учета на объектах распределения и потребления энергоресурсов.

Описание средства измерений

Система является проектно-компонуемым изделием и в соответствии с классификацией ГОСТ Р 8.596-2002 определяется как ИС-2. Конкретное исполнение системы, количество измерительных каналов, подключаемое оборудование, оборудование связи, форма представления полученной информации и формирование отчетных документов определяются рабочим проектом на систему.

Система представляет собой трехуровневую иерархическую структуру, состоящую из измерительных, связующих и вычислительных компонент, которые образуют измерительные каналы (ИК).

Первый уровень может комплектоваться средствами измерений (СИ) перечень которых приведен в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование	№ Госреестра
1	Теплосчетчики-регистраторы многоканальные ЭСКО МТР-06	29677-10
2	Теплосчетчики ЭСКО-Т	23134-02
3	Теплосчётки многоканальные ТМ-3Э	48235-11
4	Вычислители количества теплоты ВКТ-5	20195-07
5	Вычислители количества теплоты ВКТ-7	23195-11
6	Тепловычислители СПТ941 (мод. 941.10, 941.11)	29824-05
7	Тепловычислители СПТ943 (мод. 943.1, 943.2)	28895-05
8	Тепловычислители СПТ961 (мод. 961.1, 961.2)	35477-07
9	Теплосчетчики ТЭМ-106	26998-09
10	Тепловычислители ТМК-Н	27635-08
11	Теплосчетчики-регистраторы «МАГИКА» (модификации А, Б, Д, Е, К, Р, Т)	23302-08

№ п/п	Наименование	№ Госреестра
12	Счетчики количества теплоты и воды ультразвуковые SKU-02	20974-08
13	Тепловычислители MULTICAL 601	48562-11
14	Теплосчетчики КМ-5	18361-10
15	Тепловычислители «ВЗЛЕТ TCPB»	27010-09
16	Теплосчетчики МКТС	28118-09
17	Теплосчетчики ВИС.Т	20064-10
18	Теплосчёты SA-94	43231-09
19	Теплосчёты 7КТ	28987-12
20	Тепловычислители Multidata	14039-08
21	Теплосчёты ТС-07	20691-10
22	Теплосчетчики Sonometer 2000	17735-09
23	Счетчики тепловой энергии и количества воды СКМ-2	37307-08
24	Вычислители ЭЛЬФ и КАРАТ-307	45543-10
25	Теплосчетчики СТ10	26632-11
26	Тепловычислители ТВ7	46601-11
27	Теплосчетчики ТеРосс-ТМ	32125-10
28	Теплосчетчики СТУ-1	26532-09
29	Теплосчетчики ИРВИКОН ТС-200	23452-07
30	Расходомеры-счетчики электромагнитные ЭСКО-РВ.08	28868-10
31	Расходомеры-счётчики электромагнитные ЭСКО-Р	46907-11
32	Расходомеры ультразвуковые Ривус 500	41331-09
33	Преобразователи расхода погружные «HydrINS»	39569-08
34	Расходомеры-счетчики электромагнитные Multi-Mag	42713-09
35	Счетчики импульсов-регистраторы «ПУЛЬСАР»	25951-10
36	Счётчики холодной и горячей воды турбинные W	48422-11
37	Счётчики холодной и горячей воды крыльчатые многоструйные М	48242-11
38	Счётчики холодной и горячей воды крыльчатые одноструйные ЕТ	48241-11
39	Счётчики холодной воды ВСХН, ВСХд	26164-03
40	Счётчики горячей воды ВСГН, ВСТН	26405-04
41	Счётчики холодной и горячей воды крыльчатые многоструйные GMDX, GMDX-R	27051-04
42	Счётчики холодной и горячей воды крыльчатые одноструйные GSD5, GSD5-R; GSD8, GSD8-R; GSD8-45, GSD8-45-R; VENUS	27052-09
43	Расходомеры Turbo Flow серии TFG	39092-08
44	Расходомеры Turbo Flow серии GFG	39322-08
45	Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока статические «Меркурий 200»	24410-07
46	Счетчики активной энергии статические однофазные «Меркурий 203»	31826-10
47	Счетчики электрической энергии трехфазные статические «Меркурий 230»	23345-07
48	Счетчики электрической энергии статические трехфазные «Меркурий 233»	34196-10
49	Счетчики электрической энергии статические однофазные «Меркурий 206»	46746-11
50	Счетчики электрической энергии статические трехфазные «Меркурий 234»	48266-11
51	Устройства сбора информации по низковольтным электрическим се-тям «Меркурий 225»	39354-08
52	Счетчики однофазные однотарифные активной электроэнергии СЕ101	30939-10
53	Счетчики активной электрической энергии однофазные многотариф-	33820-07

№ п/п	Наименование	№ Госреестра
	ные СЕ 102	
54	Счетчики активной и реактивной электрической энергии трехфазные СЕ303	33446-08
55	Счетчики активной электрической энергии трехфазные СЕ 300	31720-06

На втором уровне системы расположено оборудование связи, с помощью которого реализованы каналы передачи данных (радиоканалы, GSM-каналы, линии связи промышленной сети, сети Ethernet и т.д.), с помощью которых измерительная информация от СИ расположенных на первом уровне передается на третий уровень. В качестве передаваемой измерительной информации используется сформированный СИ цифровой выходной сигнал (RS-232, RS-485), передача информации введется с заданной системой дискретностью, а также может осуществляться по запросу сервера сбора данных (сервер компьютер).

Третий уровень системы - уровень сбора, хранения и анализа информации, представляет собой оперативно-информационный комплекс, построенный по клиент-серверной технологии на базе промышленных компьютеров и состоящий из сервера сбора данных (компьютер сервер), сетевого оборудования, автоматизированных рабочих мест, электронных архивов, которые взаимодействуют между собой в среде локальной вычислительной сети (ЛВС). Программная часть системы реализована с помощью прикладного программного обеспечения - системы автоматизированные информационно-измерительные «АСКУРДЭ «НИИ ИТ-ЭСКО».

В составе системы предусмотрена подсистема синхронизации времени, которая предназначена для обеспечения единого времени во всех компонентах системы (перечень средств измерений которыми может комплектоваться данная подсистема приведен в таблице 2). Синхронизация времени осуществляется не реже одного раза в час, за счёт чего обеспечивается единство системного времени. Подсистема функционирует в автоматическом режиме, корректировка времени осуществляется последовательно, начиная с верхнего уровня.

Таблица 2

№ п/п	Наименование	№ Госреестра
1	Приемники временной синхронизации NAVIOR-24S	40005-08
2	Радиосервер точного времени РСТВ-01	40586-09

Структурная схема система приведена на рисунке 1.

Для исключения возможности непреднамеренных и преднамеренных изменений измерительной информации, все оборудование, входящее в состав системы, «защищается» (опломбируется) в соответствии с технической документацией на него, все информационно-измерительные каналы, опломбируются в точках, где возможно несанкционированное воздействие на результаты измерений, сервера и АРМы защищены персональными логинами и паролями, а также журналами событий для регистрации входа и действий пользователей.

Программное обеспечение

Прикладное программное обеспечение Системы автоматизированные информационно-измерительные «АСКУРДЭ «НИИ ИТ-ЭСКО» предназначено для отображения, мониторинга, накопления и ведения архива измерительной информации полученной от средств измерений. Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование и идентификационное наименование ПО	Номер версии ПО	Цифровой идентификатор ПО	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
Система автоматизированная информационно-измерительная «АСКУРДЭ «НИИ ИТ-ЭСКО»	3.4.1	435E01F2D66E659CD B39EEFB6D38A00F	MD5

Программное обеспечение устанавливается на сервер и АРМы расположенные на третьем уровне системы. В соответствии с МИ 3286-2010 уровень защиты от непреднамеренных и преднамеренных изменений – С.

Предусмотрена парольная защита параметров конфигурирования и калибровки, препятствующая преднамеренным и непреднамеренным действиям неквалифицированного персонала с ПО, которые могут привести к получению ошибочных результатов измерения.

Производителем установлен пользовательский пароль первого уровня для операторов, прошедших базовый курс обучения. Меню конфигурации защищено паролем второго уровня.




Рисунок 1 - Структурная схема

Метрологические и технические характеристики

ИК учёта тепловой энергии, количества и параметров теплоносителя	Диапазон измерения расхода теплоносителя, м ³ /ч	от 0,02 до 1000000
	Диапазон измерения температуры теплоносителя, °C	от 0 до 150
	Рабочее давление, МПа, не более	1,6 (по заказу 2,5)
	Диапазон измерения разности температур, °C	от 3 до 150
	Пределы допускаемой относительной погрешности измерения количества теплоты, %, не более:	
	по ГОСТ Р 51649-2009	по ГОСТ Р ЕН 1434-1-2006
класс С	класс 1	± (2+4Δt _h /Δt +0,01G _в /G)
класс В	класс 2	± (3+4Δt _h /Δt +0,02G _в /G)
класс А	класс 3	± (4+4Δt _h /Δt +0,05G _в /G)
где Δt _h – наименьшая разность температур в подающем и питающем контуре;		
Δt – разность температур в подающем и питающем контуре;		
G и G _в – значение расхода теплоносителя и его наибольшее значение в подающем трубопроводе.		
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры теплоносителя, °C		± (0,6 + 0,004·t)
где t – температура теплоносителя		
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения массы (объема) теплоносителя, %		± 2
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения давления теплоносителя, %		± 2
ИК количества холодной и горячей воды	Диапазон измерения объемного расхода воды, м ³ /ч	от 0,0025 до 2540
	при Ду от 10 до 400 мм	
	Диапазон температур измеряемой среды (воды), °C:	
	холодного водоснабжения	от 0 до 30
	горячего водоснабжения	от 0 до 150
	Максимальное рабочее давление, МПа	2,5
	Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объема холодной, горячей воды в диапазоне расходов:	
	от Q _{min} (включая) до Q _t , %	± 5
	от Q _t до Q _{max} (включая), %	± 2
	где Q _{min} , Q _t , Q _{max} - значения минимального, переходного, максимального расходов	
ИК количества и параметров электрической энергии	Класс точности при измерении количества и параметров электрической энергии:	
	активной, класс, по ГОСТ Р 52322-2005	1,0; 2,0
	класс, по ГОСТ Р 52323-2005	0,2; 0,5
	реактивной, класс, по ГОСТ Р 52425-2005	1,0; 2,0
ИК количества и параметров газа	Диаметр условного прохода трубопровода, мм	от 10 до 1300
	Диапазон измерения объемного расхода газа при абсолютном давлении 0,1 МПа, м ³ /ч	от 1,5 до 270400
	Пределы относительной погрешности при измерении расхода газа, %	±2
	Пределы абсолютной погрешности при измерении температуры, °C	±0,15
	Диапазон измерений температуры газа, °C	от минус 50 до плюс 70
	Давление газа в трубопроводе, МПа	не более 10

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений времени, % $\pm 0,05$
Абсолютная погрешность синхронизации времени, с/сут, не более ± 5
Рабочие условия эксплуатации:

температура окружающего воздуха, °С:

для сервера и/или АРМ от 15 до 25

для остальных устройств в соответствии с требованиями
их эксплуатационной документацией

относительная влажность воздуха, % от 30 до 80

давление окружающего воздуха, кПа от 84 до 106,7

Параметры электропитания сервера и/или АРМ от сети переменного тока:

напряжение, В 220^{+22}_{-33}

частота, Гц 50 ± 1

Средний срок службы, лет 12

Средняя наработка на отказ, ч 75000

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульных листах эксплуатационной документации типографским методом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит:

- Система автоматизированная информационно-измерительная «АСКУРДЭ «НИИ ИТ-ЭСКО»¹ – 1 экз.;
- Система автоматизированная информационно-измерительная «АСКУРДЭ «НИИ ИТ-ЭСКО». Руководство по эксплуатации 4012-001-11323367-2011 РЭ – 1 экз.;
- Система автоматизированная информационно-измерительная «АСКУРДЭ «НИИ ИТ-ЭСКО». Формуляр 4012-001-11323367-2011 ФО – 1 экз.;
- Система автоматизированная информационно-измерительная «АСКУРДЭ «НИИ ИТ-ЭСКО». Методика поверки. МЦКЛ.0008.МП – 1 экз.
- Прикладное программное обеспечение система автоматизированная информационно-измерительная «АСКУРДЭ «НИИ ИТ-ЭСКО».

Сведения о методиках (методах) измерений

Метод измерений описан в эксплуатационном документе «Система автоматизированная информационно-измерительная АСКУРДЭ «НИИ ИТ-ЭСКО». Руководство по эксплуатации» 4012-001-11323367-2011 РЭ.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системам автоматизированным информационно-измерительным «АСКУРДЭ «НИИ ИТ-ЭСКО»

ГОСТ Р 8.596-2002 Метрологическое обеспечение измерительных систем;

Технические условия «Система автоматизированная информационно-измерительная «АСКУРДЭ «НИИ ИТ-ЭСКО». ТУ 4012-001-11323367-2007;

Инструкция «Система автоматизированная информационно-измерительная «АСКУРДЭ «НИИ ИТ-ЭСКО». Методика поверки. МЦКЛ.0008.МП».

¹ - Комплектность определяется технорабочим проектом в соответствие с техническим заданием для конкретного объекта (в техническом задании задаются измеряемые величины, диапазоны измеряемых величин, рабочие условия и требования к метрологическим характеристикам, а в технорабочем проекте формируется состав оборудования измерительного канала для решения поставленных задач).

Изготовитель

Акционерное общество «Энергосервисная компания ЗЭ» (АО «ЭСКО ЗЭ»)
ИНН 7714221760

Адрес: 121205, г. Москва, Инновационный центр Сколково, ул. Сикорского, д.11,
цокольный этаж, помещение 1, комната 59

Тел.: +7 (495) 500-02-17

Web-сайт: www.esco3e.ru

Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений Закрытое акционерное
общество Консалтинго-инжиниринговое предприятие «Метрологический центр
энергоресурсов» (ГЦИ СИ ЗАО КИП «МЦЭ»)

ИНН 7733776245

Адрес: 125424 г. Москва, Волоколамское шоссе, 88, стр. 8

Тел: (495) 491 78 12, (495) 491 86 55

E-mail: sittek@mail.ru, kip-mce@nm.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30092-10.