

## ОПИСАНИЕ ТИПА

СОГЛАСОВАНО



Анализаторы (рудоконтролирующие станции) РКС-КМ	Vнесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>37431-08</u> Взамен № _____
---	---

Выпускаются по техническим условиям ТРС2.204.001 ТУ

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Анализаторы (рудоконтролирующие станции) РКС-КМ, (далее анализаторы) предназначены для измерений массовых долей химических элементов с порядковым номером Z от 20 (Ca) до Z 92 (U) руды и готовой продукции в технологическом цикле.

Область применения: горнодобывающая и горно-обогатительная промышленность, черная и цветная металлургия и другие отрасли.

## ОПИСАНИЕ

Принцип действия анализатора РКС-КМ заключается в измерении интенсивности рентгеновской флуоресценции от концентрации элемента в анализируемом веществе.

Анализатор РКС-КМ представляет собой стационарное, автоматизированное средство измерения, обеспечивающее измерение, обработку информации, ее регистрацию и хранение.

В состав РКС-КМ входят блок электронный, модуль базовый и пульт управления (персональный компьютер).

Блок электронный обеспечивает формирование первичного рентгеновского возбуждающего излучения, регистрацию вторичного флуоресцентного излучения и преобразование полученной информации. В качестве источника рентгеновского излучения

преобразование полученной информации. В качестве источника рентгеновского излучения применяется рентгеновская трубка. Для регистрации вторичного излучения служит твердотельный высокочувствительный детектор высокого разрешения.

Блок электронный РКС-КМ оснащен световой и звуковой индикацией, сигнализацией режимов работы и состояния, которая также выводится на пульт управления.

Модуль базовый предназначен для установки блока электронного на точке контроля руды и обеспечивает защиту от несанкционированного проникновения обслуживающего персонала в рабочую зону рентгеновского излучения.

Управление процессом измерения осуществляется дистанционно с пульта управления, через устройства управления блока электронного с помощью специальной программы.

Анализатор позволяет поддерживать автоматический режим работы, настройку, градуировку, диагностику состояния аппаратуры и защитного ограждения, проводить накопление и статистическую обработку информации, расчет среднего значения массовых долей контролируемых химических элементов. При возникновении аварийной ситуации позволяет автоматически отключать рентгеновский аппарат.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1.

Наименование характеристики	Значение характеристики
Диапазон регистрируемых элементов с атомным номером Z	от Ca(20) до U(92)
Диапазон измерений массовых долей химических элементов, %	от 0,1 до 80,0
Предел допускаемого относительного СКО выходного сигнала (аппаратурная погрешность), %	1,0
Порог обнаружения химических элементов (массовая доля), %	0,02
Предел допускаемой относительной погрешности результатов измерения массовых долей химических элементов, %	$\pm 30,0$
Время единичных измерений, с, не менее	30
Время установления рабочего режима, мин., не более	30
Время непрерывной работы	круглосуточно
Напряжение питания блока электронного, В	$220 \pm 44$
Потребляемая мощность: блок электронный, В·А, не более	150

Наименование характеристики	Значение характеристики
Масса, кг, не более:	
-блок электронный	26
-пульт управления	30
-модуль базовый	180
Средний срок службы, лет, не менее	10
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	20000

Условия эксплуатации анализатора, при которых обеспечиваются нормированные метрологические характеристики:

температура окружающего воздуха, °C .....от 5 до 40  
 относительная влажность воздуха, %..... 30...80  
 атмосферное давление, кПа ..... 84...106  
 напряжение питающей сети, В..... 220 ± 22

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на корпус блока электронного РКС-КМ фотолитографическим способом или в виде голограммической наклейки и печатается в верхней части титульного листа руководства по эксплуатации.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят составные части и документация в соответствии с таблицей.

№ п.п.	Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
1	Блок электронный	TPC2.040.001	1
2	Пульт управления	TPC2.702.001	1
3	Модуль базовый	TPC4.137.001	1
4	Руководство по эксплуатации	TPC2.702.001РЭ	1
5	Методика поверки	МП № 01-243-2008	1
6	Комплект ЗИП		1
7	Аттестованные МВИ на конкретные группы продуктов в зависимости от назначения		поставляются по требованию потребителя

## **ПОВЕРКА**

Проверка анализатора РКС-КМ осуществляется в соответствии с документом «ГСИ. Анализаторы (рудоконтролирующие станции) РКС-КМ. Методика поверки», МП 01-243-2008, утвержденной ФГУП «УНИИМ» в феврале 2008 г.

Основные средства поверки:

Государственные стандартные образцы массовой доли элемента на твердой основе (ГСО 6597-93, ГСО 6598-93, ГСО 6605-93)

Государственные стандартные образцы состава руд сульфидных медноникелевых медистых (ГСО 8770 - 8775-2006).

Межповерочный интервал – 1 год.

## **НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

ГОСТ 28258-89. Приборы рентгенорадиометрические. Типы, основные параметры и технические требования

ТРС2.204.001 ТУ. Анализатор (рудоконтролирующая станция) РКС-КМ. Технические условия.

МИ 2639-2001 "ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массовой доли компонентов в веществах и материалах.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Тип анализаторов (рудоконтролирующая станция) РКС-КМ утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

**Изготовитель:** ООО «Технорос»  
66062, Красноярск, Телевизорная 1, стр. 7,  
тел. (3912) 43-44-33,  
факс (3912) 58-11-67,  
E-mail: tehnoros@kras.ru

Генеральный директор  
ООО «Технорос»

И.И. Кацер