



СОДЕРЖАНИЕ
Удостоверитель ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»

В. Н. Яншин

07 2008 г.

Преобразователи давления измерительные РС и PR	Внесены в государственный реестр средств измерений
	Регистрационный № <u>38286-08</u> Взамен № _____

Выпускаются по техническим условиям ТУ РБ 390171150.001-2004 Совместного общества с ограниченной ответственностью «АПЛИСЕНС» (СООО «АПЛИСЕНС»), Республика Беларусь.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Преобразователи давления измерительные РС и PR (в дальнейшем преобразователи) предназначены для непрерывного преобразования значений разрежения, абсолютного, избыточного и гидростатического давления, разности давлений газов и жидкостей в электрические аналоговые выходные сигналы.

Преобразователи применяются в системах учета энергоресурсов, расхода жидкостей и газов, уровня, плотности жидкостей функционально связанных с давлением или разностью давлений во всех областях промышленности, энергетики и коммунального хозяйства.

ОПИСАНИЕ

Первичным измерительным преобразователем является пьезорезистивный кремниевый тензомодуль, отделенный от среды измерения разделительной мембраной и заполненной специальной жидкостью. Конструкция тензомодуля гарантирует устойчивость измерительного преобразователя от ударных воздействий измеряемым давлением и от перегрузки по давлению.

Электронная схема помещена в корпусе, который производится в трех конструктивных исполнениях. Электронная схема в корпусах исполнений PD, PZ залита силиконовым компаундом со степенью защиты IP65, IP68 (в зависимости от модификации и выбранного электрического соединения) и обеспечивает преобразование низкоуровневого сигнала с первичного преобразователя в выходной сигнал: аналоговый от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА, от 0 до 10 В и стандарта протокола HART (для многопредельных преобразователей), сигнал интерфейса RS-232 (для модификации APC-100E).

Преобразователи модификаций PC-28, PC-28G, PC-50, APC-2000, PC-26E, APC-100E предназначены для преобразования значения избыточного давления, разрежения, абсолютного давления газов и жидкостей в электрический выходной сигнал. Преобразователи избыточного давления могут также применяться для измерения гидростатического давления жидкостей в открытых емкостях.

Преобразователи модификаций PC-SG-25, PC-SG-16, PC-SG-25S, PC-SG-25.Smart, PC-SG-25S.Smart, PC-28P, PC-SP-50 предназначены для преобразования значения гидростатического давления жидкостей в электрический выходной сигнал.

Преобразователи модификаций PR-28, PR-50, PR-54, PR-50G, APR-2000, APR-2200, APR-2200D, APR-2000G, APR-2000Y предназначены для преобразования значения разности давлений жидкостей и газов в электрический выходной сигнал. Преобразователи разности давлений могут применяться в системах измерения расхода газов и жидкостей. Преобразователи модификаций APR-2200, APR-2000Y могут также применяться для измерения значений гидростатического давления жидкостей в закрытых емкостях, находящихся под давлением. Преобразователи модификации APR-2200D могут также применяться для измерения плотности жидкостей.

По возможности перестройки диапазона измерения преобразователи модификаций PC-28, PC-28G, PR-28, PC-50, PR-50, PR-54, PR-50G, PC-SG-25, PC-SG-16, PC-SG-25S, PC-28P, PC-SP-50, PC-26E являются однопредельными, а преобразователи модификаций APC-2000, APR-2000, APR-2200, APR-2000D, APR-2000G, APR-2000Y, PC-SG-25.Smart, PC-SG-25S.Smart, APC-100E – многопредельными перенастраиваемыми.

Перенастройка диапазона измерений и корректировка выходного сигнала многопредельных преобразователей осуществляется при помощи коммуникатора КАР-02 или конвертера HART/RS232 с программным обеспечением «РАПОРТ -01», преобразователей модификации APC-100E – при помощи адаптера DATA-кабель и программного обеспечения «РАПОРТ-01» или «Мастер-APC-100».

Преобразователи предназначены для работы в средах, по отношению к которым сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5949 является коррозионностойкой.

Для отделения преобразователей от среды измерения с неблагоприятными параметрами, такими как высокая химическая активность, низкая или высокая температура, повышенная вязкость, загрязнение, вибрация и т.п., используются специальные разделители.

Защита от несанкционированного доступа обеспечивается конструкцией.

Наклейки наносятся на корпус преобразователей в любом свободном месте.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Модификации преобразователей, верхние пределы измерений, диапазоны измерений, пределы допускаемой основной погрешности и предельно допускаемые перегрузки (предельно допускаемые рабочие избыточные давления) приведены в таблице 1.

Примечание - Преобразователи APC-2000, APR-2000, APR-2200, APR-2200D, APR-2000G, APR-2000Y, APC-100E обеспечивают возможность перенастройки диапазона измерения путём изменения верхнего или нижнего предельных значений диапазона измерения.

Таблица 1

Модификация преобразователя	Единицы давления	Верхние пределы измерений, диапазоны измерений	Измеряемый параметр	Пределы допускаемой основной погрешности(γ), %	Предельно допускаемая перегрузка (предельно допускаемое рабочее избыточное давление)
1	2	3	4	5	6
APC-2000	МПа	60,0; 40,0; 25,0; 16,0	Избыточное давление, разрежение и давление-разрежение	±0,10	150 % от диапазона измерений
		10,0; 6,3; 6,0; 4,0; 2,5; 1,6; 1,0			200 % от диапазона измерений
	кПа	-100; -16; 16; 25; 40; 60; 63; 100; 250; 400; 600; 630; от -100 до 150			500 % от диапазона измерений
		-10,0; -6,3; -6,0; -4,0; -2,5; -1,6; -1,0; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0			
APC-2000	кПа	100; 160; 250; 630	Абсолютное давление	±0,10	200 % от диапазона измерений
	МПа	1,0; 2,5; 6,0; 10			
APR-2000	МПа	1,0; 1,6; 2,5; 4,0	Разность давлений	±0,10	16, 25, 40 МПа для присоединения типа С, 4 МПа для присоединения типа Р
	кПа	16; 25; 40; 60; 63; 100; 160; 250; 400; 600; 630			
		1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 6,3; 10			
PR-28	кПа	1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 6,3; 10	Разность давлений	±0,50	
		16; 25; 40; 60; 63; 100; 160; 250; 400; 600; 630		±0,25	
	МПа	1,0; 1,6; 2,5			
PR-54	кПа	1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 6,3; 10		±0,50	
		16; 25; 40; 60; 63; 100; 160; 250; 400; 600; 630		±0,25	

1	2	3	4	5	6
PR-50	кПа	1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 6,3; 10	Разность давлений	±0,50	50 кПа
		16; 25; 40		±0,25	200 кПа
		60; 63; 100; 160; 250; 400; 600; 630		±0,25	300 % от диапазона измерений, но не более 3,4 МПа
	МПа	1,0; 1,6; 2,5			
APR-2200D	кПа	-7,0; 7,0	Разность давлений	±0,10	4 МПа
APR-2200	кПа	10,0; 20,0	Разность давлений (гидростатическое давление)	±0,10	4, 10, 16 МПа
		50,0; 100,0			
		130; 200; 330			
		1600; 1730			
APR-2000Y	кПа	16; 60; 100		±0,16	4 МПа
APR-2000 G	Па	250; 400; 600; 630	Разность давлений	±0,16	35 кПа
	кПа	1,0; 1,6		±0,10	
		2,5			
		4,0; 6,0; 6,3			
		10; 16; 25			
					100 кПа
PR-50G	Па	100; 160; 250; 400; 600 630	Разность давлений	±1,50	35 кПа
	кПа	1,0; 1,6		±1,00	
		2,5; 4,0; 6,0; 6,3		±0,50	
		10,0		±0,50	
					100 кПа
PC-SG-16, PC-SG-25	кПа	20; 25; 30; 35	Гидростатическое давление	±0,40	300 % от диапазона измерений
		40; 50; 60; 70; 80; 90		±0,25	200 % от диапазона измерений
		100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800;		±0,20	
	МПа	1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0			
PC-SG-25S	кПа	20; 25; 30; 35	Гидростатическое давление	±1,50	300 % от диапазона измерений
		40; 50; 60; 70; 80; 90		±1,00	200 % от диапазона измерений
		100; 200		±0,50	
PC-SG-25. Smart	кПа	20; 25; 30; 35; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100	Гидростатическое давление	±0,10	250 кПа
	МПа	1,0			25 МПа
PC-SG-25S. Smart	кПа	20; 25; 30; 35; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100	Гидростатическое давление	±0,16	250 кПа
	МПа	1,0			25 МПа
PC-28P, PC-SP-50	кПа	2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5	Гидростатическое давление	±1,00	300 % от диапазона измерений
		7,0; 8,0; 9,0; 10; 15; 20; 25; 30		±0,50	

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6
PC-28, PC-50	кПа	40	Абсолютное давление	$\pm 0,25$	100 кПа
		100; 250; 600			200 % от диапазо- на измерений, но не более 80 МПа
	МПа	1,0; 1,6; 2,5; 6,0; 10,0			
	кПа	-10,0; -6,3; -6,0; -4,0; -2,5; - 1,6; -1,0; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0	Избыточное давление и разрежение	$\pm 0,40$	50 кПа
		-63; -60; -40; -25; -16; 16; 25; 40; 60; 63			100 кПа
		-100; 100; 160; 250; 400; 600; 630			200 % от диапазо- на измерений, но не более 80 МПа
МПа	1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16; 25; 40; 60				
PC-28G	кПа	25; 40; 60; 100	Избыточное давление	$\pm 0,16$	200 кПа
PC-26E	кПа	10,0; 16; 25; 40; 60; 63; 100; 160; 250; 400; 600; 630	Избыточное давление и разрежение	$\pm 0,50$	400 % от диапазо- на измерений
	МПа	1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0			
APC-100E	кПа	40	Абсолютное давление	$\pm 0,10$	250 кПа
		100; 250; 600			200 % от диапазо- на измерений, но не более 120 МПа
	МПа	1,0; 1,6; 2,5; 6,0; 10,0			
	кПа	-10,0; -6,3; -6,0; -4,0; -2,5; -1,6; -1,0; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0	Избыточное давление и разрежение		100 кПа
		-63; -60; -40; -25; -16; 16; 25; 40; 60; 63			250 кПа
		-100; 100; 160; 250; 400; 600; 630			200 % от диапазо- на измерений, но не более 120 МПа
МПа	1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16; 25; 40; 60				

2 Преобразователи имеют линейно возрастающую, либо линейно убывающую характеристику выходного сигнала от входной характеристики измеряемой величины (давления или разности давлений).

Преобразователи разности давлений, предназначенные в соответствии с заказом для измерения расхода жидкости, газа или пара по величине переменного перепада давления на сужающем устройстве трубопровода, могут иметь зависимость выходного сигнала пропорциональную корню квадратному из значений измеряемой величины разности давлений.

3 Вариация выходного сигнала γ_r не превышает 0,5 абсолютного значения предела основной погрешности.

4 Преобразователи имеют один из видов выходных токовых сигналов или сигналов напряжения постоянного тока с пределами изменения: от 0 до 5 мА; от 0 до 20 мА; от 4 до 20 мА; от 0 до 10 В, цифровой сигнал стандарта протокола HART (для многопредельных преобразователей), сигнал интерфейса RS-232 (для модификации APC-100E).

5 Преобразователи предназначены для работы с сопротивлением нагрузки по ГОСТ 26.011-80.

6 Однопредельные преобразователи имеют устройства для корректировки начального выходного сигнала (корректор НОЛЬ) и диапазона изменения выходного сигнала (корректор ДИАПАЗОН).

Перенастройка диапазона измерений и корректировка выходного сигнала многопредельных преобразователей осуществляется при помощи коммуникатора КАР-02 или конвертера HART/RS232 с программным обеспечением «РАПОРТ-01», преобразователей модификации APC-100E – при помощи адаптера DATA-кабель и программного обеспечения «РАПОРТ-01» или «Мастер-APC-100».

7 Питание преобразователей осуществляется от источника питания постоянного тока напряжением от 12 до 36 В.

8 Мощность, потребляемая преобразователем, не превышает 0,8 ВА.

9 Степень защиты преобразователей от воздействия пыли, посторонних тел и воды по ГОСТ 14254-96 в зависимости от исполнения корпуса соответствует:

- IP65 для исполнения корпуса PD, PZ, AL, ALW, ALE;

- IP68 для исполнения корпуса РК.

10 Средний срок службы преобразователей - не менее 12 лет.

11 Средняя наработка до отказа преобразователей - не менее 320000 ч.

12 Масса преобразователей - не более 18,0 кг.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на этикетку преобразователей, а также на титульный лист паспорта и руководства по эксплуатации преобразователей типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки соответствует таблице 2.

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
МЮЖК.406433.000	Преобразователь давления измерительный РС и PR	1 шт	-
МЮЖК.406433.000 ПС	Преобразователь давления измерительный РС и PR Паспорт	1 экз	-
МЮЖК.406433.000 РЭ	Преобразователь давления измерительный РС и PR. Руководство по эксплуатации	1 экз	Допускается прилагать 1 экз. на каждые 10 преобразователей, поставляемые в один адрес
МП.ВТ.144 -2006	СОЕИ РБ. Преобразователи давления измерительные РС и PR. Методика поверки	1 экз.	Допускается прилагать 1 экз. на каждые 10 преобразователей, поставляемые в один адрес
МЮЖК.406433.050	Коммуникатор КАР	1 шт.	Поставляется по заказу
МЮЖК.406433.030	Конвертер HART/RS232	1 шт.	Поставляется по заказу
МЮЖК.4682152.200	Адаптер DATA-кабель	1 шт	Поставляется по заказу
МЮЖК.406433.100 ПО	Программное обеспечение «РАПОРТ-01»	1 шт.	Поставляется по заказу
МЮЖК.406433.200 ПО	Программное обеспечение «Мастер-APC-100»	1 шт	Поставляется по заказу
-	Комплект монтажных частей	1 шт.	Поставляется по заказу

ПОВЕРКА

Поверка преобразователей давления измерительных РС и PR проводится согласно МП.ВТ.144-2006 «СОЕИ РБ. Преобразователи давления измерительные РС и PR. Методика поверки», согласованной РУП «Витебский ЦСМС».

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22520-85 «Датчики давления, разрежения и разности давлений с электрическими аналоговыми выходными сигналами. Общие технические условия».

ТУ РБ 390171150.001-2004 «Преобразователи давления измерительные РС и PR. Технические условия».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип преобразователей давления измерительных РС и PR утверждён с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Межповерочный интервал – 1 год.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Европрибор»
(ООО «НПЦ «Европрибор»)
210038, г. Витебск, Московский проспект, дом 120, кабинет 506
тел. (0212) 48-79-97, 48-73-88, 96-23-18
факс (0212) 48-79-97
e-mail: eprby@eprby.com, [http:// www.eprby.com](http://www.eprby.com)

Директор ООО «НПЦ «Европрибор»



А.Л. Свирский