

Подлежит публикации
в открытой печати

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ
ФГУП «Ростовский ЦСМ»

В.А. РОМАНОВ

06 2008г.



ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Мерники металлические технические типа ММТ	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер <u>38647-08</u> Взамен №
---	---

Выпускаются по техническим условиям ТУ 5131-008-01330082-07.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мерники металлические технический ММТ предназначены для измерения объема спирта и водноспиртовых растворов в объеме полной вместимости или их дольных значений методом: налива или слива. Применяется в пищевой промышленности.

ОПИСАНИЕ

В зависимости от исполнения, мерники подразделяются на вертикальные и горизонтальные.

Вертикальный мерник представляет вертикальный сварной сосуд цилиндрической формы с коническим днищем и плоской съемной крышкой. В крышке имеется лючок с воздушником, служащие для сообщения внутренней полости мерника с атмосферой. На корпусе мерника расположены три пробно-спусковых крана, служащих для снижения уровня спирта до необходимого объема и для отбора проб и три смотровых окна со шкальными пластинами, необходимыми для дольного измерения объема спирта. Внутри корпуса имеется переливная труба, автоматически устанавливающая уровень спирта по отметке номинальной вместимости и наливная труба для дольного залива спирта.

Горизонтальный мерник представляют собой горизонтальный сварной сосуд в виде цилиндра с наклонной осью, двумя коническими днищами и горловиной с плоской съемной крышкой. В крышке имеется лючок с воздушником, служащий для сообщения внутренней полости мерника с атмосферой. По высоте переднего днища мерника расположены на равных расстояниях три пробно-спусковых крана, служащих для снижения уровня спирта до необходимого объема и для отбора проб, и три смотровых окна со шкальными пластинами, два из которых расположены на горловине диаметрально друг против друга. Внутри корпуса имеется переливная труба, автоматически устанавливающая уровень спирта по отметке номинальной вместимости и наливная труба для дольного залива спирта.

Корпус мерника имеет три регулируемые опоры, необходимые для установки мерника строго по уровню. Установка мерника по уровню проверяется расположенным на корпусе мерника отвесом. Заполнение мерника спиртом до необходимого объема происходит через трубу для донного залива Ду 60. Во время заполнения мерника все пробно-спусковые краны и кран сливной трубы должен быть закрыты. После заполнения мерника должна быть сделана выдержка спирта в спокойном состоянии не менее трех минут. Слив спирта из мерника происходит через сливной патрубков путем поворота рукоятки крана сливного патрубков. Периодическое измерение температуры спирта из разных уровней мерника производится после слива его в тару посредством пробно-спускных кранов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики и модельный ряд мерников представлены в таблице 1

Таблица 1

	ММТ-1	ММТ-2	ММТ-5	ММТ-10	ММТ-20	ММТ-75	ММТ-250	ММТ-1000	ММТ-5000
По характеру установки	Переносной	Переносной	Переносной	Стационарный	Стационарный	Стационарный	Стационарный	Стационарный	Стационарный
По исполнению	Вертикальный	Вертикальный	Вертикальный	Вертикальный	Вертикальный	Вертикальный	Горизонтальный	Горизонтальный	Горизонтальный
По способу измерения	Полная вместимость	Полная вместимость	Полная вместимость	Шкальный	Шкальный	Шкальный	Полная вместимость	Полная вместимость	Шкальный
Номинальная вместимость, дм ³	10	20	50	100	200	750	2500	10000	50000
Диапазон измерения, дм ³	0-10	0-20	0-50	20-100	40-200	150-750	0-2500	0-10000	49500 - 50000
Класс мерника	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Допускаемая погрешность измерения, при 20 °С, %	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2
Цена деления, дм ³	-	-	-	0,5	1	5	-	-	50
Температура, при которой обеспечивается гарантийная точность измерения, °С	+20 ± 10	+20 ± 10	+20 ± 10	+20 ± 10	+20 ± 10	+20 ± 10	+20 ± 10	+20 ± 10	+20 ± 10
Габаритные размеры, мм, не более									
- длина	370	360	600	600	600	960	2380	3500	4300
- ширина	370	360	600	600	600	780	1275	2100	3200
- высота	660	750	1130	1410	1700	2710	2030	3650	4100
Масса, кг, не более	5	15	36	45	92	360	450	2000	4500

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на табличку, закрепленную на корпусе, методом штамповки (шелкографии, наклейки) и на эксплуатационную документацию типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

№№ n/n	Наименование	Кол-во шт.	Примечание
1	Мерник ММТ	1	ТУ 5131-008-01330082-07
2	Эксплуатационная документация	1	Паспорт ММТ-XXX.00 ПС

ПОВЕРКА

Поверка производится в соответствии с методикой поверки мерника по ГОСТ 13844-68.

Основное поверочное оборудование:

- образцовые мерники 1-го разряда;
 - образцовые стеклянные колбы 1-го разряда;
 - пипетки 1-го класса;
 - термометр, с ценой деления 1 °С, диапазоном измерения от 0 до 100 °С по ГОСТ 2823-73.
- Межповерочный интервал - 2 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ:

- Технические условия ТУ 5131-008-01330082-07.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип мерников металлических технических ММТ утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производстве и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «Содружество-92»

353210, Россия, Краснодарский край, ст. Новотитаровская, ул. Крайняя, 6
тел 8(86162)48-3-91

Генеральный директор
ОАО «Содружество-92»



Пономарев Н.Н.