



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

**RU.E.29.138.A № 42438**

**Срок действия бессрочный**

**НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**

**Система измерительная на базе счетчиков-расходомеров массовых  
Micro Motion модели CMF 300 и комплекса измерительно-вычислительного  
CENTUM модели CS3000R3**

**ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 05 FT304/05 FT305**

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

**НПЗ ОАО "ТАИФ-НК", г.Нижнекамск, Республика Татарстан**

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 46647-11**

**ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ**

**МП 46647-11**

**ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по  
техническому регулированию и метрологии от **12 апреля 2011 г. № 1645**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением  
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

В.Н.Крутиков

"....." ..... 2011 г.

Серия СИ

№ 000379



## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система измерительная на базе счетчиков-расходомеров массовых Micro Motion модели CMF 300 и комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3

### Назначение средства измерений

Система измерительная на базе счетчиков-расходомеров массовых Micro Motion модели CMF 300 и комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3 (далее - ИС) предназначена для измерения, хранения и индикации массового расхода (массы) бензина прямогонного при учетных операциях НПЗ ОАО «ТАИФ-НК».

### Описание средства измерений

ИС осуществляет измерение массового расхода (массы) бензина прямогонного прямым методом динамических измерений в соответствии с ГОСТ Р 8.595-2004. Принцип действия ИС заключается в непрерывном измерении, преобразовании и обработке посредством комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3 входных сигналов, скорректированных по давлению измеряемой среды (бензина прямогонного), поступающих по измерительным каналам от счетчиков-расходомеров массовых Micro Motion модели CMF 300 с измерительными преобразователями RFT 9739.

В состав ИС входят две измерительные линии (ИЛ): основная и резервная. ИС состоит из измерительных каналов массового расхода (массы), температуры и давления бензина прямогонного, в который входят следующие средства измерений: счетчики-расходомеры массовые Micro Motion модели CMF 300 с измерительными преобразователями RFT 9739 (Госреестр № 45115-10); преобразователь избыточного давления измерительный Cerabar S PMC731 (Госреестр № 16779-02); преобразователь избыточного давления измерительный JUMO 40.4385 (Госреестр № 40494-09), термометр сопротивления с унифицированным выходным сигналом ТСПУ-205Ех (100П) (Госреестр № 15200-06); комплекс измерительно-вычислительный CENTUM модели CS3000R3 зав. №01 (Госреестр № 45138-10).

Взрывозащищенность (искробезопасность) электрических цепей ИС при эксплуатации достигается путем применения устройства ввода/вывода измерительного дистанционного IS рас (барьера искрозащиты): 9160 (Госреестр № 22560-04).

ИС представляет собой единичный экземпляр измерительной системы, спроектированной для конкретного объекта из компонентов серийного и единичного отечественного и импортного изготовления. Монтаж и наладка ИС осуществлены непосредственно на объекте эксплуатации в соответствии с проектной документацией ИС и эксплуатационными документами ее компонентов.

ИС обеспечивает выполнение следующих основных функций:

- измерение, обработку, хранение, контроль и индикацию текущих значений температуры, избыточного давления, массового расхода (массы) бензина прямогонного;
- возможность передачи измеренных параметров потока бензина прямогонного по цифровому интерфейсу связи комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3 для отображения и регистрации результатов измерения, ведения архивов;
- защита системной информации от несанкционированного доступа к программным средствам и изменения установленных параметров, формирование отчетов.

**Программное обеспечение (ПО) ИС** (комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3) обеспечивает реализацию функций ИС. ПО ИС разделено на метрологически значимую и метрологически незначимую части. Первая хранит все процедуры, функции и подпрограммы, осуществляющие регистрацию, обработку, хранение, отображение и передачу результатов измерений температуры, избыточного давления, массового расхода (массы) бензина прямогонного; а также защиту и идентификацию ПО. Вторая хранит все библиотеки, процедуры и подпрограммы взаимодействия с операционной системой и периферийными устройствами (не связанные с измерениями ИС температуры, избыточного давления, массового расхода (массы) бензина прямогонного).

Защита ПО ИС от непреднамеренных и преднамеренных изменений и обеспечение его соответствия утвержденному типу, осуществляется путем: разделения, идентификации, защиты от несанкционированного доступа.

Таблица 1

Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии ПО	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
ПО ИС	CENTUM CS3000	R3.08.70	51519442 F5F5D8A5	CRC-32

Идентификация ПО ИС осуществляется путем отображения на мониторе операторской станции управления структуры идентификационных данных. Часть этой структуры, относящаяся к идентификации метрологически значимой части ПО ИС, представляет собой хэш-сумму (контрольную сумму) по значимым частям.

ПО ИС защищено от несанкционированного доступа, изменения алгоритмов и установленных параметров путем введения логина и пароля, ведения доступного только для чтения журнала событий. Доступ к метрологически значимой части ПО ИС для пользователя закрыт. При изменении установленных параметров (исходных данных) в ПО ИС обеспечивается подтверждение изменений, проверка изменений на соответствие требованиям реализованных алгоритмов, при этом сообщения о событиях (изменениях) записываются в журнал событий, доступный только для чтения. Данные, содержащие результаты измерений, защищены от любых искажений путем кодирования. ПО ИС имеет уровень защиты С.

Состав ИС указан в таблице 2:

Таблица 2

Состав ИС	зав. №05 FT304 и 05 FT305
Комплекс измерительно-вычислительный CENTUM модели CS3000R3	Измеряемый сигнал (модуль ААП41): - 4...20 мА, HART
Счетчик-расходомер массовый Micro Motion модели CMF 300 с измерительным преобразователем RFT 9739 (основная ИЛ)	Измеряемый параметр: - массовый расход от 0 до 272160 кг/ч
Счетчик-расходомер массовый Micro Motion модели CMF 300 с измерительным преобразователем RFT 9739 (резервная ИЛ)	Измеряемый параметр: - массовый расход от 0 до 272160 кг/ч

Состав ИС	зав. №05 FT304 и 05 FT305
Преобразователь избыточного давления измерительный Cerabar S PMP731	Измеряемый параметр: - избыточное давление от 0 до 0,9807 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> )
Преобразователь избыточного давления измерительный JUMO 40.4385	Измеряемый параметр: - избыточное давление от 0 до 0,9807 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> )
Термометр сопротивления с унифицированным выходным сигналом ТСПУ-205Ех (100П)	Измеряемый параметр: - температура от 0 до 100 °С
Устройство ввода/вывода измерительное дистанционное IS рас (барьер искрозащиты): 9160	Измеряемый (передаваемый) сигнал: - 4...20 мА, HART

Средства измерения, входящие в состав ИС, обеспечивают взрывозащиту по ГОСТ Р 51330.10-99 “искробезопасная электрическая цепь” уровня “ib”.

### Метрологические и технические характеристики

Таблица 3

Наименование	ИС
Рабочая среда	Бензин прямогонный
Диапазоны измерения входных параметров: - массового расхода (измеряемый сигнал HART), кг/ч основная ИЛ резервная ИЛ - избыточного давления, МПа - температуры, °С	от 5050 до 272160 от 5050 до 272160 от 0,1 до 0,8 от 25 до 60
Пределы допускаемой основной относительной погрешности ИС при измерении массового расхода бензина прямогонного счетчиком-расходомером массовым Micro Motion модели CMF 300 с измерительным преобразователем RFT 9739, %	$\pm 0,1 + \frac{\text{стабильность нуля}}{\text{расход}} \cdot 100$ (стабильность нуля – 6,8 кг/ч)
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности ИС при измерении избыточного давления бензина прямогонного преобразователем избыточного давления измерительным Cerabar S PMP731, %	$\pm 0,25$
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности ИС при измерении избыточного давления бензина прямогонного преобразователем избыточного давления измерительным Cerabar S PMP731 от влияния изменения температуры окружающей среды от нормальной ( $23 \pm 2$ °С) в диапазоне температур от минус 40 до 85 °С, %/10 °С	$\pm 0,05$
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности ИС при измерении избыточного давления бензина прямогонного преобразователем избыточного давления измерительным JUMO 40.4385, %	$\pm 0,25$
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности ИС при измерении избыточного	

Наименование	ИС
давления бензина прямогонного преобразователем избыточного давления измерительным JUMO 40.4385 от влияния изменения температуры окружающей среды от нормальной ( $23 \pm 2$ °C) в диапазоне температур от минус 50 до 85 °C, %/10 °C	$\pm 0,05$
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности ИС при измерении температуры бензина прямогонного термометром сопротивления с унифицированным выходным сигналом ТСПУ-205Ех (100П), %	$\pm 0,5$
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности ИС при измерении температуры бензина прямогонного термометром сопротивления с унифицированным выходным сигналом ТСПУ-205Ех (100П) от влияния изменения температуры окружающей среды от нормальной ( $20 \pm 5$ °C) в диапазоне температур от минус 50 °C до плюс 70 °C, %/10 °C	$\pm 0,25$
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности ИС при передаче унифицированного токового сигнала (4 - 20 мА) устройством ввода/вывода измерительным дистанционным IS рас (барьером искрозащиты): 9160 в комплекс измерительно-вычислительный CENTUM модели CS3000R3, %	$\pm 0,2$
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности ИС при преобразовании комплексом измерительно-вычислительным CENTUM модели CS3000R3 (модуль ААИ141) входного токового сигнала (4 - 20 мА) в цифровое значение измеряемого параметра, мкА	$\pm 16$
Пределы допускаемой относительной погрешности ИС при измерении массы и массового расхода бензина прямогонного (измеряемый сигнал HART), %	$\pm 0,25$
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °C - комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3 (допустимый диапазон от 0 до 50 °C) - устройства ввода/вывода измерительного дистанционного IS рас (барьера искрозащиты): 9160 (допустимый диапазон от минус 40 до 70 °C) - счетчика-расходомера массового Micro Motion модели CMF 300 с измерительным преобразователем RFT 9739 (допустимый диапазон от минус 40 до 60 °C) - преобразователя избыточного давления измерительного Cerabar S PMP731 (допустимый диапазон от минус 40 до 85 °C)	от 15 до 25  от 15 до 25  от минус 30 до 35  от 0 до 35

Наименование	ИС
- преобразователя избыточного давления измерительного JUMO 40.4385 (допустимый диапазон от минус 50 до 85 °С)	от 0 до 35
- термометра сопротивления с унифицированным выходным сигналом ТСПУ-205Ех (100П) (допустимый диапазон от минус 50 до 70 °С)	от минус 30 до 35
- относительная влажность окружающей среды, %	
- комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3	от 20 до 80 без конденсации влаги
- устройства ввода/вывода измерительного дистанционного IS рас (барьера искрозащиты): 9160	от 5 до 95 без конденсации влаги
- счетчика-расходомера массового Micro Motion модели CMF 300 с измерительным преобразователем RFT 9739	до 95 без конденсации влаги
- преобразователя избыточного давления измерительного Cerabar S PMP731	от 4 до 100 без конденсации влаги
- преобразователя избыточного давления измерительного JUMO 40.4385	от 4 до 100 без конденсации влаги
- термометра сопротивления с унифицированным выходным сигналом ТСПУ-205Ех (100П)	до 95 при температуре 35 °С
- атмосферное давление, кПа	от 84 до 106,7
Частота источника переменного тока 220 В, Гц	50 ± 1
Потребляемая мощность, Вт, не более	250
Габаритные размеры, мм, не более	
- комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3	107,5x32,8x130
- устройства ввода/вывода измерительного дистанционного IS рас (барьера искрозащиты): 9160	122x131x17,6
- счетчика-расходомера массового Micro Motion модели CMF 300	767x266x927
- преобразователя избыточного давления измерительного Cerabar S PMP731	150x68x68
- преобразователя избыточного давления измерительного JUMO 40.4385	131x103x170
Масса, кг, не более	85
Средний срок службы, лет, не менее	12

### Знак утверждения типа

наносится на маркировочную табличку, закрепленную на шкафу КИПиА, методом шелкографии и на титульный лист паспорта типографским способом.

### Комплектность средства измерений

Таблица 4

Наименование	Количество
Система измерительная на базе счетчиков-расходомеров массовых Micro Motion модели CMF 300 и комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3, зав. №05 FT304 и 05 FT305.	1 экз.
Система измерительная на базе счетчиков-расходомеров массовых Micro Motion модели CMF 300 и комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3. Руководство по эксплуатации.	1 экз.

Наименование	Количество
Система измерительная на базе счетчиков-расходомеров массовых Micro Motion модели CMF 300 и комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3. Паспорт.	1 экз.
Инструкция. ГСОЕИ. Система измерительная на базе счетчиков-расходомеров массовых Micro Motion модели CMF 300 и комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3. Методика поверки.	1 экз.

### **Поверка**

осуществляется по документу «Инструкция. ГСОЕИ. Система измерительная на базе счетчиков-расходомеров массовых Micro Motion модели CMF 300 и комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ООО «СТП» 27 декабря 2010 г.

Перечень основных средств поверки (эталонов):

- калибратор многофункциональный MC5-R;
- термометр ртутный стеклянный ТЛ-4 (№2) по ГОСТ 28498-90.

### **Сведения о методиках (методах) измерений**

Методика измерений изложена в Разделе 2. Руководства по эксплуатации

### **Нормативные документы, устанавливающие требования к ИС**

1. ГОСТ Р 51330.10-99 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i»».
2. ГОСТ Р 8.595-2004 «ГСОЕИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений».
3. ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСОЕИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

### **Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений**

Осуществление государственных учетных операций.

### **Изготовитель**

НПЗ ОАО «ТАИФ-НК», Республика Татарстан, 423570, г. Нижнекамск-11, а/я 20, тел.(8555)38-16-16, факс (8555)38-17-17

### **Испытательный центр**

ГЦИ СИ ООО «СТП». Регистрационный номер №30138-09. Республика Татарстан, 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт 34, корп. 013, офис 306, тел.(843)214-20-98, факс (843)227-40-10, e-mail: office@ooostp.ru, http://www.ooostp.ru

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

В.Н. Крутиков

М.п. «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 г.