



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.E.29.138.A № 42439

Срок действия бессрочный

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

**Система измерительная на базе счетчиков-расходомеров массовых
Micro Motion модели CMF 200 и комплекса измерительно-вычислительного
CENTUM модели CS3000R3**

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР **04 FT319/04 FT320**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

НПЗ ОАО "ТАИФ-НК", г.Нижнекамск, Республика Татарстан

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **46648-11**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП 46648-11

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **2 года**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от **12 апреля 2011 г. № 1645**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

В.Н.Крутиков

"....." 2011 г.

Серия СИ

№ 000380

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система измерительная на базе счетчиков-расходомеров массовых Micro Motion модели CMF 200 и комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3

Назначение средства измерений

Система измерительная на базе счетчиков-расходомеров массовых Micro Motion модели CMF 200 и комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3 (далее - ИС) предназначена для измерения, хранения и индикации массового расхода (массы) керосиногазойлевой фракции, при учетных операциях НПЗ ОАО «ТАИФ-НК».

Описание средства измерений

ИС осуществляет измерение массового расхода (массы) керосиногазойлевой фракции прямым методом динамических измерений в соответствии с ГОСТ Р 8.595-2004. Принцип действия ИС заключается в непрерывном измерении, преобразовании и обработке посредством комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3 входных сигналов, скорректированных по давлению измеряемой среды (керосиногазойлевой фракции), поступающих по измерительным каналам от счетчиков-расходомеров массовых Micro Motion модели CMF 200 с измерительными преобразователями RFT 9739.

В состав ИС входят две измерительные линии (ИЛ): основная и резервная. ИС состоит из измерительных каналов массового расхода (массы), температуры и давления керосиногазойлевой фракции, в которые входят следующие средства измерений: счетчики-расходомеры массовые Micro Motion модели CMF 200 с измерительными преобразователями RFT 9739 (Госреестр № 45115-10); преобразователи избыточного давления измерительные Serabar S PMC731 (Госреестр № 16779-02); термометр сопротивления с унифицированным выходным сигналом ТСПУ-205Ex (100П) (Госреестр № 15200-06); комплекс измерительно-вычислительный CENTUM модели CS3000R3 зав. №01 (Госреестр № 45138-10).

Взрывозащищенность (искробезопасность) электрических цепей ИС при эксплуатации достигается путем применения устройства ввода/вывода измерительного дистанционного IS рас (барьера искрозащиты): 9160 (Госреестр № 22560-04).

ИС представляет собой единичный экземпляр измерительной системы, спроектированной для конкретного объекта из компонентов серийного и единичного отечественного и импортного изготовления. Монтаж и наладка ИС осуществлены непосредственно на объекте эксплуатации в соответствии с проектной документацией ИС и эксплуатационными документами ее компонентов.

ИС обеспечивает выполнение следующих основных функций:

- измерение, обработку, хранение, контроль и индикацию текущих значений температуры, избыточного давления, массового расхода (массы) керосиногазойлевой фракции;
- возможность передачи измеренных параметров потока керосиногазойлевой фракции по цифровому интерфейсу связи комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3 для отображения и регистрации результатов измерения, ведения архивов;
- защита системной информации от несанкционированного доступа к программным средствам и изменения установленных параметров, формирование отчетов.

Программное обеспечение (ПО) ИС (комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3) обеспечивает реализацию функций ИС. ПО ИС разделено на метрологически значимую и метрологически незначимую части. Первая хранит все процедуры, функции и подпрограммы, осуществляющие регистрацию, обработку, хранение, отображение и передачу результатов измерений температуры, избыточного давления, массового расхода (массы) керосиногазойлевой фракции; а также защиту и идентификацию ПО. Вторая хранит все библиотеки, процедуры и подпрограммы взаимодействия с операционной системой и периферийными устройствами (не связанные с измерениями ИС температуры, избыточного давления, массового расхода (массы) керосиногазойлевой фракции).

Защита ПО ИС от непреднамеренных и преднамеренных изменений и обеспечение его соответствия утвержденному типу, осуществляется путем: разделения, идентификации, защиты от несанкционированного доступа.

Таблица 1

Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии ПО	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
ПО ИС	CENTUM CS3000	R3.08.70	4A618868 10582B70	CRC-32

Идентификация ПО ИС осуществляется путем отображения на мониторе операторской станции управления структуры идентификационных данных. Часть этой структуры, относящаяся к идентификации метрологически значимой части ПО ИС, представляет собой хэш-сумму (контрольную сумму) по значимым частям.

ПО ИС защищено от несанкционированного доступа, изменения алгоритмов и установленных параметров путем введения логина и пароля, ведения доступного только для чтения журнала событий. Доступ к метрологически значимой части ПО ИС для пользователя закрыт. При изменении установленных параметров (исходных данных) в ПО ИС обеспечивается подтверждение изменений, проверка изменений на соответствие требованиям реализованных алгоритмов, при этом сообщения о событиях (изменениях) записываются в журнал событий, доступный только для чтения. Данные, содержащие результаты измерений, защищены от любых искажений путем кодирования. ПО ИС имеет уровень защиты С.

Состав ИС указан в таблице 2:

Таблица 2

Состав ИС	зав. №04 FT319 и 04 FT320
Комплекс измерительно-вычислительный CENTUM модели CS3000R3	Измеряемый сигнал (модуль ААП141): - 4...20 мА, HART
Счетчик-расходомер массовый Micro Motion модели CMF 200 с измерительным преобразователем RFT 9739 (основная ИЛ)	Измеряемый параметр: - массовый расход от 0 до 87100 кг/ч
Счетчик-расходомер массовый Micro Motion модели CMF 200 с измерительным преобразователем RFT 9739 (резервная ИЛ)	Измеряемый параметр: - массовый расход от 0 до 87100 кг/ч
Преобразователь избыточного давления измерительный Cerabar S PMP731	Измеряемый параметр: - избыточное давление от 0 до 0,9807 МПа (10 кгс/см ²)

Состав ИС	зав. №04 FT319 и 04 FT320
Преобразователь избыточного давления измерительный Cerabar S PMP731	Измеряемый параметр: - избыточное давление от 0 до 0,9807 МПа (10 кгс/см ²)
Термометр сопротивления с унифицированным выходным сигналом ТСПУ-205Ех (100П)	Измеряемый параметр: - температура от 0 до 100 °С
Устройство ввода/вывода измерительное дистанционное IS рас (барьер искрозащиты): 9160	Измеряемый (передаваемый) сигнал: - 4...20 мА, HART

Средства измерения, входящие в состав ИС, обеспечивают взрывозащиту по ГОСТ Р 51330.10-99 “искробезопасная электрическая цепь” уровня “ib”.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3

Наименование	ИС
Рабочая среда	Керосиногазойлевая фракция
Диапазоны измерения входных параметров: - массового расхода (измеряемый сигнал HART), кг/ч основная ИЛ резервная ИЛ - избыточного давления, МПа - температуры, °С	от 1620 до 87100 от 1620 до 87100 от 0,1 до 0,8 от 25 до 60
Пределы допускаемой основной относительной погрешности ИС при измерении массового расхода керосиногазойлевой фракции счетчиком-расходометром массовым Micro Motion модели CMF 200 с измерительным преобразователем RFT 9739, %	$\pm 0,1 + \frac{\text{стабильность нуля}}{\text{расход}} \cdot 100$ (стабильность нуля – 2,18 кг/ч)
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности ИС при измерении избыточного давления керосиногазойлевой фракции преобразователем избыточного давления измерительным Cerabar S PMP731, %	$\pm 0,25$
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности ИС при измерении избыточного давления керосиногазойлевой фракции преобразователем избыточного давления измерительным Cerabar S PMP731 от влияния изменения температуры окружающей среды от нормальной (23 ± 2 °С) в диапазоне температур от минус 40 до 85 °С, %/10 °С	$\pm 0,05$
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности ИС при измерении температуры керосиногазойлевой фракции термометром сопротивления с унифицированным выходным сигналом ТСПУ-205Ех (100П), %	$\pm 0,5$
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности ИС при измерении температуры керосиногазойлевой фракции термометром сопротивления с унифицированным выходным сигналом ТСПУ-	

Наименование	ИС
205Ex (100П) от влияния изменения температуры окружающей среды от нормальной (20 ± 5 °С) в диапазоне температур от минус 50 °С до плюс 70 °С, %/10 °С	$\pm 0,25$
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности ИС при передаче унифицированного токового сигнала (4 - 20 мА) устройством ввода/вывода измерительным дистанционным IS рас (барьером искрозащиты): 9160 в комплекс измерительно-вычислительный CENTUM модели CS3000R3, %	$\pm 0,2$
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности ИС при преобразовании комплексом измерительно-вычислительным CENTUM модели CS3000R3 (модуль АА141) входного токового сигнала (4 - 20 мА) в цифровое значение измеряемого параметра, мкА	± 16
Пределы допускаемой относительной погрешности ИС при измерении массы и массового расхода керосиногазойлевой фракции (измеряемый сигнал HART), %	$\pm 0,25$
<p>Условия эксплуатации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - температура окружающей среды, °С <li style="padding-left: 20px;">- комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3 (допустимый диапазон от 0 до 50 °С) <li style="padding-left: 20px;">- устройства ввода/вывода измерительного дистанционного IS рас (барьера искрозащиты): 9160 (допустимый диапазон от минус 40 до 70 °С) <li style="padding-left: 20px;">- счетчика-расходомера массового Micro Motion модели CMF 200 с измерительным преобразователем RFT 9739 (допустимый диапазон от минус 40 до 60 °С) <li style="padding-left: 20px;">- преобразователя избыточного давления измерительного Cerabar S PMP731 (допустимый диапазон от минус 40 до 85 °С) <li style="padding-left: 20px;">- термометра сопротивления с унифицированным выходным сигналом ТСПУ-205Ex (100П) (допустимый диапазон от минус 50 до 70 °С) - относительная влажность окружающей среды, % <li style="padding-left: 20px;">- комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3 <li style="padding-left: 20px;">- устройства ввода/вывода измерительного дистанционного IS рас (барьера искрозащиты): 9160 <li style="padding-left: 20px;">- счетчика-расходомера массового Micro Motion модели CMF 200 с измерительным преобразователем RFT 9739 <li style="padding-left: 20px;">- преобразователя избыточного давления измерительного Cerabar S PMP731 <li style="padding-left: 20px;">- термометра сопротивления с унифицированным 	<p>от 15 до 25</p> <p>от 15 до 25</p> <p>от минус 30 до 35</p> <p>от 0 до 35</p> <p>от минус 30 до 35</p> <p>от 20 до 80 без конденсации влаги</p> <p>от 5 до 95 без конденсации влаги</p> <p>до 95 без конденсации влаги</p> <p>от 4 до 100 без конденсации влаги</p>

Наименование	ИС
выходным сигналом ТСПУ-205Ex (100П) - атмосферное давление, кПа	до 95 при температуре 35 °С от 84 до 106,7
Частота источника переменного тока 220 В, Гц	50 ± 1
Потребляемая мощность, Вт, не более	250
Габаритные размеры, мм, не более	
- комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3	107,5x32,8x130
- устройства ввода/вывода измерительного дистанционного IS рас (барьера искрозащиты): 9160	122x131x17,6
- счетчика-расходомера массового Micro Motion модели CMF 200	497x200x731
- преобразователя избыточного давления измерительного Cerabar S PMP731	150x68x68
Масса, кг, не более	40
Средний срок службы, лет, не менее	12

Знак утверждения типа

наносится на маркировочную табличку, закрепленную на шкафу КИПиА, методом шелкографии и на титульный лист паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4

Наименование	Количество
Система измерительная на базе счетчиков-расходомеров массовых Micro Motion модели CMF 200 и комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3, зав. №04 FT319 и 04 FT320.	1 экз.
Система измерительная на базе счетчиков-расходомеров массовых Micro Motion модели CMF 200 и комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3. Руководство по эксплуатации.	1 экз.
Система измерительная на базе счетчиков-расходомеров массовых Micro Motion модели CMF 200 и комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3. Паспорт.	1 экз.
Инструкция. ГСОЕИ. Система измерительная на базе счетчиков-расходомеров массовых Micro Motion модели CMF 200 и комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3. Методика поверки.	1 экз.

Поверка

осуществляется по документу «Инструкция. ГСОЕИ. Система измерительная на базе счетчиков-расходомеров массовых Micro Motion модели CMF 200 и комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ООО «СТП» 27 декабря 2010 г.

Перечень основных средств поверки (эталонов):

- калибратор многофункциональный MC5-R;
- термометр ртутный стеклянный ТЛ-4 (№2) по ГОСТ 28498-90.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений изложена в Разделе 2. Руководства по эксплуатации

Нормативные документы, устанавливающие требования к ИС

1. ГОСТ Р 51330.10-99 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i»».
2. ГОСТ Р 8.595-2004 «ГСОЕИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений».
3. ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСОЕИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Осуществление государственных учетных операций.

Изготовитель

НПЗ ОАО «ТАИФ-НК», Республика Татарстан, 423570, г. Нижнекамск-11, а/я 20, тел.(8555)38-16-16, факс (8555)38-17-17

Испытательный центр

ГЦИ СИ ООО «СТП». Регистрационный номер №30138-09. Республика Татарстан, 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт 34, корп. 013, офис 306, тел.(843)214-20-98, факс (843)227-40-10, e-mail: office@ooostp.ru, http://www.ooostp.ru

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

В.Н. Крутиков

М.п. «___»_____2011г.