



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

DE.C.28.004.A № 45161

Срок действия до 29 декабря 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Датчики весоизмерительные цифровые PR 6224

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма "Sartorius Mechatronics T&H GmbH", Германия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **48813-11**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 48813-11

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **29 декабря 2011 г. № 6429**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Е.Р.Петросян

"....." 2011 г.

Серия СИ

№ 003095

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Датчики весоизмерительные цифровые PR 6224

Назначение средства измерений

Датчики весоизмерительные цифровые PR 6224 (далее – датчики) предназначены для преобразования статической и медленно изменяющейся нагрузки в электрический сигнал.

Описание средства измерений

Конструктивно датчики относятся к датчикам сжатия и состоят из упругого элемента и наклеенных на него тензорезисторов, соединенных в мостовую схему. На упругом элементе размещается датчик температуры, электронная плата, включающая стабилизированный источник питания тензорезисторов, усилитель электрических сигналов и аналого-цифровой преобразователь. Связь с внешними электронными устройствами осуществляется через интерфейс RS 485. Внутренние полости датчика заполнены инертным газом.

Внешний вид датчика показан на рисунке 1.



Рисунок 1 – Внешний вид датчиков PR6224.

Принцип действия датчиков основан на изменении электрического сопротивления тензорезисторов, соединенных в мостовую схему, при их деформации, возникающей в местах наклейки тензорезисторов к упругому элементу датчика, под действием прилагаемой нагрузки. Изменение электрического сопротивления вызывает разбаланс мостовой схемы и появление в диагонали моста электрического сигнала, изменяющегося пропорционально нагрузке. Затем аналоговый сигнал преобразуется в цифровой код и передается через интерфейс RS 485 внешнему электронному оборудованию (например, терминал или ПК).

Модификации и исполнения датчиков отличаются наибольшими пределами измерения, числом поверочных интервалов, классом точности в соответствии с международной рекомендацией МОЗМ 60 (OIML R 60) «Метрологические требования к весоизмерительным датчикам» и имеют следующее обозначение:

«Датчик весоизмерительный тензорезисторный PR 6224 / X₁ X₂», где:

X₁ – условное обозначение максимальной нагрузки, E_{max};

X₂ – условное обозначение класса точности датчиков (C₃ или C₆) в соответствии с международной рекомендацией МОЗМ 60 (OIML R 60) «Метрологические требования к весоизмерительным датчикам».

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики датчиков приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Техническая характеристика	Значение характеристики	
	C3	C6
Класс точности (приведен в соответствии международной рекомендацией МОЗМ 60 – OIML R 60)*	C3	C6
Максимальное число поверочных интервалов, n_{\max}	3000	6000
Максимальная нагрузка, E_{\max} , т	12,5; 20; 25; 30; 50; 60	
Минимальная нагрузка, E_{\min} , т	0	
Значение поверочного интервала, кг	$v = E_{\max} / n_{\max}$	
Наименьшее значение поверочного интервала, v_{\min}	$E_{\max} / 14000$	$E_{\max} / 20000$
Номинальный относительный выходной сигнал при E_{\max} , мВ/В	2	
Напряжение питания, В	20 ... 28	
Коэффициент распределения r_{LC}	1	
Класс влагостойкости	СН	
Пределы допускаемой погрешности для класса точности С1 и С3 при первичной поверке (при инспекции в эксплуатации) или калибровке: до 500v вкл. св. 500v до 2000v вкл. св. 2000v	±0,35v (±0,70v) ±0,70v (±1,4v) ±1,05v (±2,10v)	
Пределы допускаемого изменения значений входного сигнала, приведенные ко входу, при нагрузке, соответствующей E_{\min} , после нагружения датчика в течение 30 мин постоянной нагрузкой, составляющей 90-100 % E_{\max} , кг	±0,50v	
Пределы допускаемого изменения значений входного сигнала не нагруженного датчика, приведенные ко входу, при изменении температуры окружающего воздуха на каждые 5 °С, кг	±0,70v	
Погрешность воспроизводимости E_R , приведенная ко входу, при трех повторных нагружениях и разгружениях, кг, не более	v	
Изменение значения выходного сигнала при воздействии постоянной нагрузки, составляющей 100% от E_{\max} , кг, не более: в течение 30 мин за время между 20-й и 30-й мин нагружения	0,70v 0,15v	
Безопасная перегрузка E_{Lim} в течение 5 мин, % от E_{\max}	125	
Интерфейс последовательного обмена данными	RS-485	
Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +40	
Габаритные размеры, не более, мм: диаметр высота	90 119	
Вероятность безотказной работы за 1000 ч	0,92	

* Примечание: Датчики PR 6224 имеют сертификат соответствия требованиям международной рекомендации МОЗМ 60 (OIML R 60) № R60/2000-DE1-08.14 от 10.12.2008 г., выданный национальным метрологическим физико-техническим федеральным ведомством Германии Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB).

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится типографским способом на руководство по эксплуатации.

Комплектность средства измерений

1. Датчик.....1 шт.
2. Эксплуатационная документация..... 1 экз.
3. Дополнительные аксессуары (по заказу) 1 компл.
4. Методика поверки 1 экз.

Поверка

осуществляется по документу МП 48813-11 «Датчики весоизмерительные тензорезисторные МР 55, МР 58, МР 58Т, МР 70, МР 71, МР 72, МР 79, МР 79Т; PR 6201, PR 6202, PR 6211, PR 6221, PR 6224, PR 6251; МР 76, PR 6246, PR 6241 и МР 77, PR 6207 фирмы «Sartorius Mechatronics T&H GmbH», Германия. Методика поверки», утвержденному ГЦИ ФГУП «ВНИИМС».

Основные средства поверки:

- средства измерений 1-го разряда по ГОСТ Р 8.663-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений силы» с пределами допускаемых доверительных границ относительной погрешности, не превышающими 1/3 от пределов допускаемой погрешности поверяемых датчиков;
- вольтметр или компаратор напряжений класса точности 0,005.

Сведения о методиках (методах) измерений

«Датчики весоизмерительные цифровые PR 6224. Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к датчикам весоизмерительным цифровым PR 6224

1. ГОСТ 8.021-2005 «ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений массы»
2. Международная рекомендация МОЗМ 60 (OIML R 60) «Метрологические требования к весоизмерительным датчикам»
3. Техническая документация фирмы-изготовителя

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям;
- при осуществлении торговли и товарообменных операций, выполнении работ по расфасовке товаров;
- выполнение государственных учетных операций;
- осуществление мероприятий государственного контроля (надзора).

Изготовитель

Фирма «Sartorius Mechatronics T&H GmbH», Германия,
Meiendorfer Strasse 205, 221 45 Hamburg, Germany
Тел.: +49 (40) 67960303, fax: +49 (40) 67960383.

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Сарторос» (ООО «Сарторос»),
107014, г. Москва, ул. Стромынка, 13.
Тел/факс: +7 (495) 101-22-41.

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС», аттестат аккредитации № 30004-08.
119361, г. Москва, ул. Озерная, 46.
Тел./факс (495) 437-5577, 437-5666.
E-mail: office@vniims.ru
Http: www.vniims.ru

Заместитель Руководителя
Федерального агентства по
техническому регулированию
и метрологии

Е.Р. Петросян

М.П.

«_____» _____ 2011 г.