

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ

Директор Клинского филиала

ФГУ «Менделеевский ЦСМ»

Н.В. Зарембо

2006 г.



Приборы для отмеривания жидкостей	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 4895-75 Взамен №
-----------------------------------	---

Выпускаются по ГОСТ 6859-72.

### Назначение и область применения

Приборы для отмеривания жидкостей предназначены для отмеривания серной кислоты и изоамилового спирта при определении содержания жира в молоке и молочных продуктах по ГОСТ 5867-69.

### Описание

Прибор представляет собой стеклянный дозатор, состоящий из цилиндра, заанчивающегося запаянной пипеткой с одного конца, а с другого – сливным носиком и отводом. Впаянный наливной патрубок соединяется с основанием дозатора, который заканчивается конусным взаимозаменяемым шлифом, соединяющий дозатор со склянкой. Дозатор крепят к склянке металлическими пружинами, закрепленными на стеклянных отростках, припаянных к основанию дозатора и разъемной скобе, надетой на горловину склянки.

### Основные технические характеристики

Таблица 1

Наименование параметров	Числовое значение параметров приборов	
	Для отмеривания серной кислоты	Для отмеривания изоамилового спирта
Номинальная вместимость дозатора, мл	10	1
Предел допускаемой абсолютной погрешности, мл	$\pm 0,2$	$\pm 0,05$
Вместимость склянки, мл	500	300
Общая высота прибора, мм	$245 \pm 20$	$210 \pm 15$
Длина дозатора, мм	$105 \pm 7$	$70 \pm 7$

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на дозаторе методом штамповки или на этикетке.

### Комплектность

Дозаторы , шт -3;  
 Склянка, шт. - 1;  
 Разъемная скоба, шт. - 1;  
 Пружины, шт. - 2;  
 Коробка упаковочная, шт -1  
 Этикетка, шт -1

### Проверка

Проверка приборов производится по ГОСТ 6859-72 «Приборы для отмеривания и отбора жидкостей. Технические условия ».

Средства поверки: весы лабораторные 3 разряда по ГОСТ 24104-88, термометр с ценой деления 0,1 °С по ТУ 25-2021-003.

Проверка производится при выпуске из производства, периодической проверке не подлежит.

### Нормативные документы

ГОСТ 6859-72 - «Приборы для отмеривания и отбора жидкостей. Технические условия ».

### Заключение

Тип приборов для отмеривания жидкостей утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель: ОАО «Химлаборприбор», г. Клин, Московская область,  
 ул. Папивина, д. 3 ; тел. (49624) 5-95-09, тел./факс (49624) 2-35-48.

Главный инженер  
 ОАО «Химлаборприбор»

П.Н.Яковлев

