



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.34.010.A № 46393

Срок действия до 05 мая 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

**Источники питания аналоговые с цифровой индикацией серии Б5-40М,
Б5-43М, Б5-44М, Б5-45М, Б5-50М**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "ПрофКИП", г.Мытищи Московской обл.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 49791-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП-296/447-2011

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от **05 мая 2012 г. № 297**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Е.Р.Петросян

"....." 2012 г.

Серия СИ

№ 004527

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Источники питания аналоговые с цифровой индикацией серии Б5-40М, Б5-43М, Б5-44М, Б5-45М, Б5-50М

Назначение средства измерений

Источники питания аналоговые с цифровой индикацией серии Б5-40М, Б5-43М, Б5-44М, Б5-45М, Б5-50М (далее – источники питания), предназначены для измерения и воспроизведения стабилизированного напряжения и силы постоянного тока.

Описание средства измерений

Источники питания серии Б5-40М, Б5-43М, Б5-44М, Б5-45М, Б5-50М представляют собой регулируемый источник питания с плавно регулируемым постоянным стабилизированным напряжением и стабилизированным током.

Конструктивно источники питания серии Б5-40М, Б5-43М, Б5-44М, Б5-45М, Б5-50М состоят из базового блока, максимально допустимые выходные параметры источников питания представлены в таблице 1.

Управление и контроль за режимами работы источников питания серии Б5-40М, Б5-43М, Б5-44М, Б5-45М, Б5-50М осуществляет встроенный в базовый блок микроконтроллер. Встроенный измеритель напряжения и тока обеспечивает контроль значений воспроизводимых силы тока и напряжения.

Источники питания серии Б5-40М, Б5-43М, Б5-44М, Б5-45М, Б5-50М обладают низкими значениями нестабильности при изменении нагрузки, а также низким уровнем шумов в нагрузке. Конструкция источников обеспечивает защиту от перегрузок и короткого замыкания на выходе.



Рисунок 1 – Фотографии общего вида источников питания серии Б5-40М, Б5-43М, Б5-44М, Б5-45М, Б5-50М

МЕСТА ПЛОМБИРОВКИ



Рисунок 2 – Схема пломбировки от несанкционированного доступа.

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и технические характеристики источников питания серии Б5-40М, Б5-43М, Б5-44М, Б5-45М, Б5-50М представлены в таблицах 1 – 3.

Таблица 1 – Выходные параметры источников питания серии Б5-40М, Б5-43М, Б5-44М, Б5-45М, Б5-50М

Модификация	Б5-40М	Б5-43М	Б5-44М	Б5-45М	Б5-50М
Количество каналов	1	1	1	1	1
Максимальное напряжение постоянного тока на выходе	110 В	18 В	30 В	30 В	300 В

Модификация	Б5-40М	Б5-43М	Б5-44М	Б5-45М	Б5-50М
Максимальная сила постоянного тока на выходе	100 мА	3 А	1 А	2 А	300 мА

Таблица 2 – Основные метрологические характеристики источников питания серии Б5-40М, Б5-43М, Б5-44М, Б5-45М, Б5-50М

Модификация	Б5-40М	Б5-43М	Б5-44М	Б5-45М	Б5-50М
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока	$\pm (0,2 \% \cdot U_{уст} + 2 \text{ е.м.р.}) \text{ В}$				
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока	$\pm (1,0 \% \cdot I_{уст} + 2 \text{ е.м.р.}) \text{ А}$				
Уровень пульсаций выходного напряжения (СКЗ)	$\pm 0,5 \text{ В}$	$\pm 0,5 \text{ мВ}$	$\pm 0,5 \text{ мВ}$	$\pm 0,5 \text{ мВ}$	$\pm 50 \text{ мВ}$

Примечания: $U_{уст}$ – установленное значение выходного напряжения;
 $I_{уст}$ – установленное значение силы постоянного тока;
е.м.р. – единица младшего разряда.

Таблица 3 – Основные технические характеристики источников питания серии Б5-40М, Б5-43М, Б5-44М, Б5-45М, Б5-50М

Модификация	Б5-40М	Б5-43М	Б5-44М	Б5-45М	Б5-50М
Номинальные параметры сети питания, В	220 – 240 В ± 10 % / 50 Гц	110 – 127 В ± 10 % / 60 Гц 220 – 240 В ± 10 % / 50 Гц (переключаемый)			220 – 240 В ± 10 % / 50 Гц
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм	108 × 154 × 240				
Масса, кг, не более	2	3	2	4,5	5
Условия эксплуатации: – температура окружающего воздуха, °С – относительная влажность, % – атмосферное давление, мм рт. ст.	от 10 до 30 от 30 до 80 от 630 до 795				

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносят на лицевую панель корпуса источников питания методом трафаретной печати со слоем защитного покрытия и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплект поставки источников питания серии Б5-40М, Б5-43М, Б5-44М, Б5-45М, Б5-50М

Наименование	Б5-40М	Б5-43М	Б5-44М	Б5-45М	Б5-50М
Источник питания	1	1	1	1	1
Сетевой шнур	1	1	1	1	1
Предохранитель	2	2	2	2	2
Руководство по эксплуатации	1	1	1	1	1
Методика поверки МП-296/447-2011	1	1	1	1	1

Поверка

осуществляется по документу МП-296/447-2011 «Источники питания аналоговые с цифровой индикацией серии Б5-40М, Б5-43М, Б5-44М, Б5-45М, Б5-50М. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» 30 сентября 2011 г.

Перечень основных средств, применяемых при поверке:

- мультиметр 3458А: диапазон измерения напряжения постоянного тока: 0 – 1000 В; пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения (ΔU): $\pm (0,5 \cdot 10^{-6} - 2,5 \cdot 10^{-6}) \cdot U$;
- нагрузка электронная программируемая РЕЛ-300: диапазон установки значений входного напряжения: 3 – 60 В; предел допускаемой абсолютной погрешности установки (ΔU): $\pm 0,1$ В; диапазон установки значений входного тока: 0,006 – 60 А; пределы допускаемой абсолютной погрешности установки (ΔI): $\pm (0,0016 - 0,16)$ А;
- катушка электрического сопротивления Р310: номинальное сопротивление: 0,001 Ом; класс точности: 0,02;
- микровольтметр ВЗ-57: диапазон измерения напряжения: 10 мкВ – 300 В; диапазон частот: 5 Гц – 5 МГц; предел допускаемой основной погрешности: $\pm (1 - 4) \%$

Сведения о методиках (методах) измерений

Методы измерений с помощью источников питания серии Б5-40М, Б5-43М, Б5-44М, Б5-45М, Б5-50М указаны в документе «Источники питания аналоговые с цифровой индикацией серии Б5-40М, Б5-43М, Б5-44М, Б5-45М, Б5-50М. Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к источникам питания серии Б5-40М, Б5-43М, Б5-44М, Б5-45М, Б5-50М

ГОСТ 8.022-91 «ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне $1 \times 10^{-16} - 30$ А»; ГОСТ 8.027-2001 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы»; ГОСТ 22261-94 «Средства измерения электрических и магнитных величин. Общие технические условия», Технические условия ТУ 4237-151-66145830-2011.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Применяются вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Изготовитель

Закрытое акционерное общество «ПрофКИП»
141006, Московская область, г. Мытищи, ул. Белобородова, д. 2
Тел./факс: (495)710-97-05
<http://www.profskip.ru>

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва»
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31
Тел. (495) 544-00-00
<http://www.rostest.ru>
Аттестат аккредитации № 30010-10 от 15.03.2010 г.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии

Е.Р. Петросян

М.П.

«_____» _____ 2012 г.