## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Весы автомобильные неавтоматического действия 2РС-60ДА.15, 2РС-60ДА.18, 2РС-60ДА.18-2

#### Назначение средства измерений

Весы автомобильные неавтоматического действия 2PC-60ДА.15, 2PC-60ДА.18, 2PC-60ДА.18-2 (далее – весы) предназначены для определения массы тела через силу тяжести, воздействующую на это тело.

### Описание средства измерений

Принцип действия весов основан на преобразовании силы тяжести взвешиваемого груза весоизмерительными тензорезисторными датчиками в аналоговый (цифровой) электрический сигнал, изменяющийся пропорционально массе груза. Далее электрический сигнал с датчиков по кабельной сети поступает на вход весоизмерительного прибора (терминала), где переводится в единицы массы измеряемого груза и выводится на цифровое табло, или на вход многофункционального модуля, где преобразовывается в цифровую форму через цифровое процессорное устройство CPU-314 и передается в ПЭВМ для перевода в единицы массы и отображения на мониторе.

Конструктивно весы состоят из грузоприемного устройства (далее- ГПУ), состоящего из одной цельной платформы или платформы из двух модулей, узлов встройки весоизмерительных тензорезисторных датчиков и весоизмерительного прибора или многофункционального модуля. В весах применяются:

- весоизмерительные тензорезисторные датчики С 16A фирмы «Hottinger Baldwin Messtechnik», Германия, госреестр № 20784-09;
- многофункциональный модуль SIWAREX, модификации FTA с блоком питания 24 В PS-307 2A, CPU-314 фирмы «Siemens AG», Германия, госреестр № 50385-12;
- прибор весоизмерительный WE2110 фирмы «Hottinger Baldwin Messtechnik», Германия, госреестр № 20785-09.

Весы выпускаются трех модификаций — 2PC-60ДА.15, 2PC-60ДА.18, 2PC-60ДА.18-2, отличающиеся между собой длиной грузоприемной платформы, при этом модификация 2PC-60ДА.18-2 имеет грузоприемную платформу, состоящую из двух модулей.

Общий вид весов представлен на рисунке 1. Общий вид многофункционального модуля и место нанесения пломб на рисунке 2. Общий вид прибора весоизмерительного WE2110 и место нанесения пломб на рисунке 3.



Рисунок 1. Общий вид весов



Рисунок 2. Общий вид модуля многофункционального SIWAREX, модификации FTA и место нанесения поверительного клейма на крышку (на специальную наклейку).



Рисунок 3. Общий вид прибора весоизмерительного WE2110 и место нанесения поверительного клемйа ( на специальную наклейку)

#### Программное обеспечение

Программное обеспечение SIWAREX FTA (далее –  $\Pi$ O) весов является встроенным. Идентификационным признаком  $\Pi$ O служит номер версии, который отображается на дисплее при его включении, а также указывается в паспорте на весы.

Защита от несанкционированного доступа к ПО, настройкам и данным измерений обеспечивается защитной пломбой на фронтальной поверхности крышки модуля, предотвращающей доступ к переключателю защиты записи калибровочных данных. ПО не может быть модифицировано без нарушения защитной пломбы и изменения положения переключателя защиты записи калибровочных данных.

ПО прибора весоизмерительного WE2110 является встроенным. Защита от несанкционированного доступа к ПО, настройкам и данным измерений обеспечивается защитной пломбой на фронтальной поверхности специального винта Setup, под которым скрыта кнопка, после нажатия которой можно изменять калибровочные данные.

### Идентификационные данные ПО индикаторов представлены в таблице 1

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения

Наименование ПО	Идентификацион ное наименование ПО	Номер версии (идентифика- ционный но- мер ПО)	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
ПО параметрирования PC SIWATOOL FTA	7MH4900-2AK01	V5.2	-	-
WE2110 Digital INDUSTRIAL	1-WE 2110/ Setup Software	Version: P54	-	-

Защита программного обеспечения от преднамеренных и непреднамеренных изменений соответствует уровню «А» по МИ 3286-2010.

## Метрологические и технические характеристики

Класс точности весов по ГОСТ OIML R76-1 - 2011.......III (средний). Значения максимальной нагрузки весов (Мах), минимальной нагрузки весов (Міп), поверочного деления (е), действительной цены деления (d), число поверочных делений (n), интервалы взвешивания и пределы допускаемой погрешности при поверке указаны в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристики весов.

Модель						Пределы	
	MAX,	MIN,	e = d,	n	Интервалы взвешивания, т	допускаемой	
	T	T	ΚГ		типервалы взвешивания, т	погрешности при	
						поверке, кг	
2PC-60ДА.15 2PC-60ДА.18, 2PC-60ДА.18-2	60,0	0,4	20	3000	от 0,4т до 10т вкл. св. 10т до 40т вкл. св. 40т до 60т вкл.	±10 ±20 ±30	

Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации равны удвоенному значению пределов допускаемых погрешностей при поверке.

Габаритные размеры весовых платформ и масса весов приведены в таблице 3

Таблица 3 – Габаритные размеры и масса весов.

Модель	Габаритные размеры весовой платформы (ДхШ), мм	Кол-во модулей платформы, шт.	Кол-во датчиков. шт	Масса ГПУ, кг, не более
2РС-60ДА.15	15000x3500	1	4	14000
2РС-60ДА.18	18000x3500	1	4	16000
2РС-60ДА.18-2	18000x3500	2	6	16000

Пределы допускаемой погрешности устройства установки на нуль	$\pm 0,25$ e.
Порог чувствительности (реагирование)	1,4 e.
Электрическое питания весов:	
- напряжение переменного тока, В	$220 \pm 10\%$ ;
- частота, Гц	$50 \pm 1$ .
Потребляемая мощность не более, В:А	10.
Диапазон температур:	
ГПУ весов - с датчиками C16A (п. 3.9.2.2 ГОСТ OIML R76-1 – 2011)	$-50  {}^{\circ}\text{C}/ + 50  {}^{\circ}\text{C}.$
весоизмерительных приборов:	
- модуля многофункционального SIWAREX, модификации FTA	$-10  {}^{\circ}\text{C}/ + 40  {}^{\circ}\text{C};$
- прибора весоизмерительного WE2110	$-10  {}^{\circ}\text{C}/ + 40  {}^{\circ}\text{C}.$
Вероятность безотказной работы весов за 2000 часов, не менее	0,92.
Средний срок службы, лет, не менее	10.

### Знак утверждения типа

наносят на заводскую табличку фотохимическим способом и на эксплуатационную документацию типографским способом.

#### Комплектность средства измерений

 1.Весы автомобильные неавтоматического действия

 2РС-60ДА.15, 2РС-60ДА.18, 2РС-60ДА.18-2
 - 1комплект\*.

 2. Руководство по эксплуатации
 - 1 экземпляр.

3. Паспорт - 1 экземпляр. 4. Руководство по эксплуатации прибора весоизмерительного - 1 экземпляр.

#### Поверка

осуществляется по методике, изложенной в приложении «ДА» ГОСТ OIML R76-1 – 2011 «Весы неавтоматического действия. Метрологические и технические требования. Испытания» Основные средства поверки:

- гири класса точности  $M_{1-2}$  по ГОСТ OIML R 111-1-2009 « Гири классов  $E_1, E_2, F_1, F_2, M_1, M_{1-2}, M_2, M_{2-3}, M_3$ . Часть 1. Метрологические и технические требования».

#### Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений массы описана в разделе 9 «Порядок работы» документа ДЯД.791.091-02 РЭ «Весы автомобильные неавтоматического действия 2РС-60ДА.15, 2РС-60ДА.18, 2РС-60ДА.18-2. Руководство по эксплуатации».

<sup>\* -</sup> поставляется одна из модификаций.

# Нормативные и технические документы, распространяющиеся на весы автомобильные неавтоматического действия 2PC-60ДА.15, 2PC-60ДА.18, 2PC-60ДА.18-2

- $1~\Gamma OCT~OIML~R76-1-2011~$  «Весы неавтоматического действия. Метрологические и технические требования. Испытания».
- 2 ГОСТ 8.021-2005 ГСИ «Государственная поверочная схема для средств измерения массы».
- 3 ТУ 4274-044-55961873-2013 «Весы автомобильные неавтоматического действия 2РС-60ДА.15, 2РС-60ДА.18, 2РС-60ДА.18-2. Технические условия».

# Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- осуществление торговли и товарообменных операций;
- выполнение государственных учетных операций.

#### Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью « НОИНТ» (ООО «НОИНТ»), г. Краснодар 350042, г. Краснодар, Колхозная, 3, оф. 513, т. (8-861) 274-40-80.

#### Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений ФБУ «Краснодарский ЦСМ» Россия, 350040, г. Краснодар, ул. Айвазовского, д. 104а. Тел.: (861)233-76-50, факс 233-85-86. Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФБУ «Краснодарский ЦСМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30021-10 от 30.04.2010 г.

Заместитель				
Руководителя Федерального				
агентства по техническому				
регулированию и метрологии				Ф.В. Булыгин
	М.п.	<b>«</b>	<b>»</b>	2014 г.