

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Термопреобразователи сопротивления платиновые

Назначение средства измерений

Термопреобразователи сопротивления платиновые (далее – ТС) предназначены для измерения температуры воздуха в технологическом оборудовании.

Описание средства измерений

Принцип действия ТС основан на свойстве платины изменять электрическое сопротивление с изменением температуры.

Основной частью ТС является чувствительный элемент из платиновой проволоки (Pt100, $\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$), помещенный в термометрическую гильзу из нержавеющей стали.



Рисунок 1- Внешний вид ТС

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и технические характеристики приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование характеристики	Значение характеристики
Диапазон измерений температуры, $^\circ\text{C}$	от - 50 до + 280
Условное обозначение номинальной статической характеристики (НСХ)	Pt100
Номинальное сопротивление термопреобразователей при 0 $^\circ\text{C}$, Ом	100
Температурный коэффициент сопротивления, $^\circ\text{C}^{-1}$	0,00385
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, $^\circ\text{C}$	$\pm(0,3 + 0,005 \cdot t_{\text{изм}})$
Схема подключения	2-х проводная
Габаритные размеры монтажной части гильзы (диаметр \times длина), мм, не более	6 \times 30
Масса (без кабеля), г, не более	70
Условия эксплуатации: Диапазон температуры окружающего воздуха, $^\circ\text{C}$ Относительная влажность окружающего воздуха, %, не более	от - 50 до + 280 95

Наименование характеристики	Значение характеристики
Наработка на метрологический отказ, ч	40 000
Средний срок службы, лет	10

Знак утверждения типа

наносят на титульный лист паспорта (в правом верхнем углу) методом штемпелевания.

Комплектность средства измерений

В комплектность поставки ТС входят:

- термопреобразователь – 1 шт.;
- паспорт – 1 экз.

Поверка

осуществляется по документу ГОСТ 8.461-2009 «ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки».

Эталоны, применяемые при поверке:

- термометры сопротивления эталонные ЭТС- 100 3-го разряда по ГОСТ 8.558-2009, диапазон измерений температуры от - 200 до + 660,323 °С;
- преобразователь сигналов ТС и ТП «Теркон», $\pm[0,0002 + 1 \times 10^{-5} \times R_{\text{измер}}]$ Ом; $\pm[0,0005 + 5 \times 10^{-5} \times U_{\text{измер}}]$ мВ, регистрационный номер 23245-08;
- водяной термостат VT-12, диапазон воспроизведения температуры от 15 до 95 °С, температурный градиент не более 0,002 °С/см, нестабильность поддержания температуры $\pm 0,05$ °С, регистрационный номер 18669-99;
- термостат жидкостный 814 фирмы «ISOTECH», диапазон от - 80 до + 0 °С, нестабильность поддержания температуры $\pm 0,02$ °С, перепад температуры по вертикали, не более 0,02 °С, регистрационный номер 20510-06;
- масляный термостат TP-1M, диапазон воспроизведения температуры от 40 до 300 °С, температурный градиент не более 0,002 °С/см, нестабильность поддержания температуры $\pm 0,05$ °С; регистрационный номер 24473-08.

Примечание: при поверке допускается применение других средств измерений и вспомогательного оборудования, удовлетворяющих по точности и техническим характеристикам требованиям ГОСТ 8.461-2009.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в виде наклейки.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в паспорте на ТС.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к термопреобразователям сопротивления платиновым

ГОСТ 8.558-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры;

ГОСТ 6651-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний;

ГОСТ 8.461-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки;

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов.
Общие технические условия.

Техническая документация изготовителя.

Изготовитель

Компания «Quality Thermistor Inc., Co», США.

Адрес: 2108 Century Way Boise Idaho 83709-2862 USA, Тел.: +1 (208) 377-3373,

Факс: +1 (208) 376-4754

Заявитель

Филиал АО «ГАМА ГЮЧ СИСТЕМЛЕРИ МЮХЕНДИСЛИК ВЕ ТААХХИЮТ АНО-
НИМ ШИРКЕТИ», г. Казань, ИНН 9909256422

Юридический адрес: 420051, РТ, г. Казань, ул. Северо-Западная, д.1

Телефон (843) 572-00-72, Факс: (843) 572-00-62.

Почтовый адрес: 420051, РТ, г. Казань, а/я 32

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-
исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»

Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19

Телефон: (812) 251-76-01, факс: (812) 713-01-14

Адрес в Интернет: www.vniim.ru

Адрес электронной почты: info@vniim.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению
испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311541 от
01.01.2016 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. «___» _____ 2016 г.