

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система измерений количества нефтепродуктов (СИКНП), отгружаемых с причала Сызранского цеха СИКНП-2 топлива маловязкого судового

Назначение средства измерений

Система измерений количества нефтепродуктов (СИКНП), отгружаемых с причала Сызранского цеха СИКНП-2 топлива маловязкого судового (далее – система) предназначена для измерений в автоматическом режиме массы топлива маловязкого судового, отгружаемого с причала Сызранского цеха АО «Самаранефтепродукт».

Описание средства измерений

Принцип действия системы основан на использовании прямого метода динамических измерений массы нефтепродуктов с применением счетчиков-расходомеров массовых.

Система представляет собой единичный экземпляр измерительной системы целевого назначения, скомплектованный из компонентов серийного отечественного и импортного производства. Монтаж и наладка системы осуществлены непосредственно на объекте эксплуатации в соответствии с проектной и эксплуатационной документацией на систему и ее компоненты.

Система состоит из трех измерительных линий (двух рабочих и одной контрольно-резервной), в которые входят следующие средства измерений:

- счетчики-расходомеры массовые Micro Motion тип зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № 45115-16;
- датчики давления Метран-150 (модели TG), тип зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № 32854-13;
- датчики давления Метран-150 (модели CD), тип зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № 32854-13;
- датчики температуры Rosemount 644, Rosemount 3144P, тип зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № 63889-16;

В систему обработки информации системы входят:

- Комплексы измерительно-вычислительные ОКТОПУС-Л (ОСТОПУС-L), тип зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № 43239-15;
- контроллеры программируемые логические Modicon M340, тип зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № 38403-08;
- автоматизированные рабочие места (далее – АРМ) оператора с программным обеспечением «ПЕТРОЛСОФТ».

В состав системы входят показывающие средства измерений:

- манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие для точных измерений МПТИ, ВПТИ и МВПТИ (МВПТИ-У2), тип зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № 26803-11;
- Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП-У, ВП-У, МВП-У (МВП3-УУХЛ1), тип зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № 10135-15;
- термометры ртутные стеклянные лабораторные ТЛ-4, тип зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № 303-91.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее – ПО) системы обеспечивает реализацию функций системы. ПО системы разделено на метрологически значимую и метрологически незначимую части. Первая хранит все процедуры, функции и подпрограммы, осуществляющие регистрацию, обработку, хранение, отображение и передачу результатов измерений параметров технологического процесса, а также защиту и идентификацию ПО системы. Вторая хранит все библиотеки, процедуры и подпрограммы взаимодействия с операционной системой и периферийными устройствами (не связанные с измерениями параметров технологического процесса). Наименования ПО и идентификационные данные указаны в таблице 1.

Защита ПО системы от непреднамеренных и преднамеренных изменений и обеспечение его соответствия утвержденному типу, осуществляется путем разделения, идентификации, защиты от несанкционированного доступа.

Идентификация ПО системы осуществляется путем отображения на мониторе операторской станций управления структуры идентификационных данных. Часть этой структуры, относящаяся к идентификации метрологически значимой части ПО системы, представляет собой хэш-сумму (контрольную сумму) по значимым частям.

ПО системы защищено от несанкционированного доступа, изменения алгоритмов и установленных параметров, путем ввода логина и пароля, ведения журнала событий, доступного только для чтения. Доступ к метрологически значимой части ПО системы для пользователя закрыт. Данные, содержащие результаты измерений, защищены от любых искажений путем кодирования.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «средний» в соответствии с Р 50.2.077 – 2014 «ГСИ. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Проверка защиты программного обеспечения».

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение		
	Комплекс измерительно-вычислительный «ОКТОПУС-Л» («ОСТОПУС-L») (основной)	АРМ оператора	
Идентификационное наименование ПО	Formula.o	Sikn.dll	TPULibrary.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	6.10	1.0.1.0	1.0.2.0
Цифровой идентификатор ПО	24821CE6	f9d0a57e58b6b7e0bd 899755cc2731c3	cf2c7990373dac7c 97fd9485b844f4d1

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение характеристики
Диапазон расхода измеряемой среды через систему, т/ч	от 50 до 500
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы нефтепродуктов, %	± 0,25

Таблица 3 – Основные технические характеристики системы

Наименование характеристики	Значение характеристики
Измеряемая среда	топливо маловязкое судовое по ТУ 38.101567-2005 «Топливо маловязкое судовое»
Диапазон плотности измеряемой среды при +20 °С, кг/м ³	от 850,0 до 880,0
Диапазон температуры измеряемой среды, °С	от 0 до 60
Вязкость кинематическая, сСт	11,4
Давление измеряемой среды, МПа	
- минимальное допустимое	0,293
- максимальное допустимое	0,600
Суммарные потери давления при максимальном расходе и максимальной вязкости, МПа, не более	
- в рабочем режиме	0,2
- в режиме поверки	0,4
Режим работы системы	периодический
Электропитание, В / Гц	трехфазное 380 / 50; 220 / 50
Наработка на отказ, ч	20 000
Срок службы, лет	10

Знак утверждения типа

наносится справа в нижней части титульного листа инструкции по эксплуатации системы типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Система измерений количества нефтепродукта (СИКНП), отгружаемого с причала Сызранского цеха СИКНП-2 топлива маловязкого судового	заводской № 17036	1
Инструкция по эксплуатации системы измерений количества нефтепродуктов (СИКНП), отгружаемых с причала Сызранского цеха. СИКНП-2 ТМС	215/17-02-ИЭ	1
Инструкция. Государственная система обеспечения единства измерений. Система измерений количества нефтепродуктов (СИКНП), отгружаемых с причала Сызранского цеха СИКНП-2 топлива маловязкого судового. Методика поверки	МП 0873-9-2018	1

Поверка

осуществляется по документу МП 0873-9-2018 «Инструкция. Государственная система обеспечения единства измерений. Система измерений количества нефтепродуктов (СИКНП), отгружаемых с причала Сызранского цеха СИКНП-2 топлива маловязкого судового Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИР» 07 ноября 2018 г.

Основные средства поверки:

- средства поверки, указанные в методике поверки на систему;
- установки поверочные передвижные ПУМА (рег. № 59890-15), аттестованные в качестве эталона 2 разряда в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 07 февраля 2018 № 256 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости».

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке системы в виде оттиска поверительного клейма или наклейки.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе "Масса нефтепродукта. Методика измерений с применением системы измерения количества нефтепродуктов (СИКНП), отгружаемых с причала Сызранского цеха СИКНП-2 топлива маловязкого судового" (свидетельство об аттестации методики измерений № 55-RA.RU.311956-2018 от 01.11.2018).

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе измерений количества нефтепродуктов (СИКНП), отгружаемых с причала Сызранского цеха СИКНП-2 топлива маловязкого судового

Государственная поверочная схема для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости, утвержденная Приказом Росстандарта №256 от 07.02.2018

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Метрология и Автоматизация» (ООО «Метрология и Автоматизация»)

ИНН 6330013048

Адрес: 443013, Самарская область, г. Самара, ул. Киевская, 5А

Телефон: +7 (846) 247-89-19

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт расходомерии» (ФГУП «ВНИИР»)

Адрес: 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 2-я Азинская, 7А

Телефон: +7 (843) 272-70-62

Факс: +7 (843) 272-00-32

E-mail: office@vniir.org

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИР» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.310592 от 24.02.2015 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п.

« ___ » _____ 2019 г.