



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.Е.34.005.А № 73808

Срок действия бессрочный

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Датчики тока прецизионные CTS 5000

ЗАВОДСКИЕ НОМЕРА Датчик тока № 1163430006 с электронным блоком
зав. № 1163400006, датчик тока № 1163430007 с электронным блоком
зав. № 1163400007, датчик тока № 1163430010 с электронным блоком
зав. № 1163400012

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
SIGNALTEC GmbH, Германия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 74955-19

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 65-262-2018

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 4 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 29 апреля 2019 г. № 1015

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В.Кулешов

"....." 2019 г.

Серия СИ

№ 035862

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Датчики тока прецизионные CTS 5000

Назначение средства измерений

Датчики тока прецизионные CTS 5000 (далее по тексту – датчики) предназначены для измерения и преобразования входного сигнала силы электрического тока в пропорциональный выходной сигнал силы электрического тока в системе измерения напряжения и тока (+Q101).

Описание средства измерений

Принцип действия основан на эффекте Холла. При этом магнитное поле, создаваемое входным первичным током компенсируется таким же полем, создаваемым током во вторичной обмотке. Вторичный (компенсирующий) ток генерируется с помощью элемента Холла и электроники датчиков, и является пропорциональной копией входного сигнала. Датчики используются для преобразования силы постоянного и переменного тока в пропорциональный выходной ток той же формы с гальванической развязкой между первичной и вторичной цепями.

Конструктивно датчики выполнены в изолированном корпусе из композитного материала. В центральной части датчиков находится отверстие для размещения первичной обмотки для первичных токов. В нижней части расположен разъем, через который осуществляется подключение соединительными кабелями к электронному блоку, входящему в комплект поставки. Пломбирование датчиков осуществляется с помощью наклейки в месте соединения крышки и корпуса.

Общий вид датчиков тока прецизионных CTS 5000, схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение места нанесения знака поверки представлены на рисунке 1.



Рисунок 1 – Общий вид датчиков тока прецизионных CTS 5000, схема пломбировки от несанкционированного доступа и обозначение места нанесения знака поверки

Программное обеспечение
отсутствует.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазоны измерений первичного тока, А - постоянного тока - действующее значение переменного тока	от 1 до 5000 от 1 до 5000
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы тока: - в диапазоне значений от 1 до 11 А включ., % - в диапазоне значений св. 11 до 135 А включ., % - в диапазоне значений св. 135 до 5000 А, %	± 20 $\pm 2,0$ $\pm 0,2$
Коэффициент деления	2500:1
Диапазон частоты, Гц	от 0 до 130

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С - электронный блок - датчик тока - относительная влажность воздуха, %, не более	от +10 до +40 от +10 до +40 80
Параметры электрического питания: - напряжение переменного тока, В - частота, Гц	220 \pm 20 50 \pm 1
Потребляемая мощность, В·А, не более	100
Габаритные размеры, мм, не более Электронный блок - высота - ширина - длина Датчик тока - внутренний диаметр - высота - ширина - длина	88 482 445 140,3 350 123 365
Масса, кг, не более - электронный блок - датчик тока	17 25
Средний срок службы, лет - датчика - электронный блок	20 10

Знак утверждения типа

наносится на эксплуатационную документацию типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Датчики тока прецизионные с заводскими номерами: - датчик тока №1163430006+электронный блок зав. № 1163400006, - датчик тока №1163430007+электронный блок зав. № 1163400007, - датчик тока №1163430010+электронный блок зав. № 1163400012.	CTS 5000	3 шт.
Руководство по эксплуатации	-	1 экз.
Методика поверки	МП 65-262-2018	1 экз.

Поверка

осуществляется по документу МП 65-262-2018 «ГСИ. Датчики тока прецизионные CTS 5000. Методика поверки», утверждённому ФГУП «УНИИМ» 28.11.2018 г.

Основные средства поверки:

- рабочий эталон 2 разряда единиц коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока по ГОСТ Р 8.859–2013 (трансформаторы тока измерительные лабораторные ТТИ-5000.51, рег. номер 55278-13);

- рабочий эталон 3 разряда единицы электрического сопротивления согласно приложению к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 февраля 2016 г. № 146 (катушка электрического сопротивления Р323, рег. номер 1683-62; катушка электрического сопротивления Р 321, рег. номер 1162-58);

- рабочий эталон 2 разряда единицы электрического напряжения по ГОСТ 8.027-2001 в диапазоне значений от $1 \cdot 10^{-8}$ до 10 В (компаратор-калибратор универсальный КМ300КТ, рег. номер 54727-13).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых датчиков с требуемой точностью.

Знак поверки в виде наклейки наносится на корпус электронного блока.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к датчикам тока прецизионным CTS 5000

Техническая документация фирмы изготовителя

Изготовитель

SIGNALTEC GmbH, Германия

Адрес: Reutersbrunnenstrasse, 27, D-90429 Nuernberg

Телефон (факс): +49 40 511 230

E-mail info@ritz-international.com

Web-сайт: www.ritz-international.com

Заявитель

NIDEC ASI SpA, Италия
Адрес: Via Corso Perrone 11, 16252 Genova
Телефон (факс): + 39 010 60631
E-mail: service@nidec-asi.com
Web-сайт: www.nidec-industrial.com

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)

Адрес: 620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4

Телефон: +7 (343) 350-26-18

Факс: +7 (343) 350-20-39

Web-сайт: www.uniim.ru

E-mail: uniim@uniim.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «УНИИМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311373 от 10.11.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п.

« ____ » _____ 2019 г.