

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Резервуары стальные вертикальные цилиндрические РВС-1000, РВС-2000, РВСП-2000, РВСП-5000, РВС-10000

Назначение средства измерений

Резервуары стальные вертикальные цилиндрические РВС-1000, РВС-2000, РВСП-2000, РВСП-5000, РВС-10000 предназначены для измерения объема при приеме, хранении и отпуске нефти и нефтепродуктов.

Описание средства измерений

Резервуары стальные вертикальные цилиндрические РВС-1000, РВС-2000, РВСП-2000, РВСП-5000, РВС-10000 представляют собой стальные сосуды с днищем и крышей, оборудованные приемно-раздаточными патрубками и технологическими люками.

Заполнение и опорожнение резервуара осуществляется через приемно-раздаточные патрубки.

Резервуары стальные вертикальные цилиндрические РВС-1000 № 9, РВС-2000 № 10, РВСП-2000 №№ 3, 4, 11 расположены: Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Димитрова, 134.

Резервуары стальные вертикальные цилиндрические РВСП-5000 № 10, РВС-10000 №№ 1, 2, 3, 4 расположены: Российская Федерация, Воронежская обл., Лискинский р-он, район хут. Старая Покровка.

Общий вид резервуаров стальных вертикальных цилиндрических РВС-1000, РВС-2000, РВСП-2000, РВСП-5000, РВС-10000 представлен на рисунке 1-5.



Рисунок 1 – Общий вид резервуара стального вертикального цилиндрического РВС-1000



Рисунок 2 – Общий вид резервуара стального вертикального цилиндрического РВС-2000



Рисунок 3 – Общий вид резервуара стального вертикального цилиндрического РВСП-2000



Рисунок 4 – Общий вид резервуара стального вертикального цилиндрического РВСП-5000



Рисунок 5 – Общий вид резервуара стального вертикального цилиндрического РВС-10000

Пломбирование резервуаров стальных вертикальных цилиндрических РВС-1000, РВС-2000, РВСП-2000, РВСП-5000, РВС-10000 не предусмотрено.

Программное обеспечение
отсутствует.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение				
	РВС-1000	РВС-2000	РВСП-2000	РВСП-5000	РВС-10000
Номинальная вместимость, м ³	1000	2000	2000	5000	10000
Пределы допускаемой относительной погрешности определения вместимости резервуара, %	±0,2			±0,1	

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - атмосферное давление, кПа	от -50 до +50 от 84,0 до 106,7
Средний срок службы, лет	30

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 – Комплектность средств измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Резервуар стальной вертикальный цилиндрический	РВС-1000	1 шт.
	РВС-2000	1 шт.
	РВСП-2000	3 шт.
	РВСП-5000	1 шт.
	РВС-10000	4 шт.
Паспорт	-	10 экз.

Поверка

осуществляется по документу ГОСТ 8.570-2000 «ГСИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки».

Основные средства поверки:

- рулетка измерительная металлическая Р, Р20У2Г (рег. № 51171-12);
- рулетка измерительная металлическая Р, Р50У2К (рег. № 51171-12);
- толщиномер ультразвуковой ТЭМП-УТ1 с диапазоном измерений от 0,5 до 300 мм (рег. № 38230-08);
- штангенциркуль ШЦ-1-150-0,1 (рег. № 260-97);
- термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-6М № 2 КТ 1 (рег. № 298-92);
- линейка измерительная металлическая с диапазоном измерений от 0 до 500 мм (рег. № 20048-05).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится в свидетельство о поверке и градуировочную таблицу.

Сведения о методиках (методах) измерений
отсутствуют.

Нормативные документы, устанавливающие требования к резервуарам стальным вертикальным цилиндрическим РВС-1000, РВС-2000, РВСП-2000, РВСП-5000, РВС-10000

Государственная поверочная схема для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости, утвержденная приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 07.02.2018 г. № 256

ГОСТ 8.570-2000 ГСИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки

Изготовитель

Запорожский завод металлоконструкций
Адрес: Украина

Заявитель

Акционерное общество «Воронежнефтепродукт» (АО «Воронежнефтепродукт»)
ИНН 3664002554
Адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 4
Телефон: +7 (473) 261-56-15
Факс: +7 (473) 277-84-76
E-mail: voronezhnp@vnp.rosneft.ru

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская интернет компания»
(ООО ИК «СИБИНТЕК»)
Адрес: 117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 1, стр. 1
Телефон: +7 (495) 755-52-73
Факс: +7 (495) 785-09-71
E-mail: info@sibintek.ru

Аттестат аккредитации ООО ИК «СИБИНТЕК» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.312187 выдан 29.05.2017 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п.

« ____ » _____ 2020 г.