ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Влагомеры нефти микроволновые МВН-2

Назначение средства измерений

Влагомеры нефти микроволновые МВН-2 (далее - влагомеры) предназначены для непрерывного автоматического измерения объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов в объемных долях в транспортном трубопроводе.

Описание средства измерений

Измерение влагосодержания нефти влагомером основано на поглощении водой СВЧ энергии.

Влагомер состоит из первичного преобразователя (далее - датчик), электронного блока обработки и соединительной линии. В датчике с помощью СВЧ модуля через диэлектрические окна осуществляется измерение поглощения СВЧ энергии эмульсией нефть-вода. Уровень поглощения регистрирует контрольный детектор. Опорный детектор служит для компенсации дрейфа мощности облучения. Кроме того, в датчике кон-тролируется температура его корпуса. Информация о температуре, сигналы контрольного и опорного детекторов обрабатываются измерительной схемой и в виде цифрового кода поступают в соединительную линию влагомера.

Блок обработки имеет два варианта исполнения - щитовой и на DIN рейку.

Щитовой вариант блока обработки через соединительную линию обеспечивает датчик влагомера искробезопасным электрическим питанием, принимает цифровой код температуры корпуса датчика, цифровой код, пропорциональный влагосодержанию про-текающей через датчик эмульсии. В блоке обработки методом кусочно-линейной ап-проксимации цифровому коду присваивается величина влагосодержания, вносится тем-пературная коррекция и результат индицируется в цифровом виде на индикаторе вместе с температурой корпуса датчика. Результат обработки также может быть получен на разъемах блока обработки в виде стандартного токового сигнала от 4 до 20 мА, RS485 или HART. Блок обработки может индицировать и выдавать на разъемы результат как влагосодержания по объему, так и влагосодержания по массе. Для пересчета объемного влагосодержания в массовое блок обработки может принимать токовый сигнал от 4 до 20 мА от плотномера или плотность нефти может быть введена с клавиатуры блока. Блок обработки также осуществляет ряд сервисных и контрольных функций по настройке и диагностике как самого блока, так и датчика влагомера.

Вариант блока обработки на DIN рейку, в отличие от щитового, не имеет соб-ственного индикатора и клавиатуры, их функции переданы сопряженному с блоком об-работки компьютеру. Так же обеспечение датчика электрическим питанием и защиту со-единительной линии обеспечивают стандартные взрывобезопасные барьеры и источники питания. Кроме того, этот вариант исполнения блока обработки не имеет связи с плотно-мером и возможности пересчета объемного влагосодержания в массовую.

Блок обработки на DIN рейку, по требованию заказчика, может комплектоваться мобильным технологическим блоком индикации, имитирующим возможности щитового варианта блока обработки. Технологический блок применяется при настройке влагомера, не предназначен для стационарного размещения, не имеет специальных видов защит, может применяться временно вне взрывоопасных зон.

Так же влагомеры МВН-2 выпускаются в модификациях и исполнениях, отлича-ющихся диапазоном измерений и проходным сечением датчика. Датчик представляет собой отрезок трубопровода с двумя присоединительными фланцами и двумя оболочками на теле трубы.

Внешний вид датчика влагомера приведен на рисунке 1, блока обработки – на рисунке 2; место пломбирования указано на рисунке 3.



Рисунок 1 - Первичный преобразователь (датчик) влагомера МВН-2



Рисунок 2 - Блок обработки влагомера МВН-2. Щитовой вариант (слева) и вариант на DIN рейку (справа)





Рисунок 3 - Места пломбирования влагомера МВН-1

Модификации и исполнения влагомера приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Модификации и исполнения МВН-2

Two things I had a printed in the north		T7
Условное обозначение	Диапазон измерения	Условное проходной
модификации и исполнения	объемной доли воды, %	диаметр датчика, мм
MBH-2.80.02-03		80
MBH-2.100.02-03	от 0,01 до 3,0	100
MBH-2.80.03-03		80
MBH-2.100.03-03		100
MBH-2.80.02-06	от 0,01 до 6,0	80
MBH-2.100.02-06		100
MBH-2.80.03-06		80
MBH-2.100.03-06		100
MBH-2.80.02-10	от 0,01 до 10,0	80
MBH-2.100.02-10		100
MBH-2.80.03-10		80
MBH-2.100.03-10		100

Структура обозначения:

МВН-2 - наименование влагомера;

80 или 100 - условный проходной диаметр датчика в мм;

02 или 03 - исполнение блока обработки, щитовой или на DIN рейку, соответственно;

-03, -06 или -10 - верхний предел диапазона измерения, % объемной доли воды.

Программное обеспечение

является встроенным. Идентификационные данные встроенного программного обеспечения приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Идентификационные данные встроенного программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование	Mvn25
Номер версии (идентификационный номер)	004
Цифровой идентификатор	0x51B2
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	CRC16

Встроенное программное обеспечение защищено от несанкционированного изменения пломбировочной наклейкой на корпусе блока обработки, не позволяющей без ее нарушения получить доступ к схеме прибора. Программное обеспечение исключает возможность модификации или удаления данных через интерфейсы пользователя. Доступ к калибровочным коэффициентам защищен посредством пароля.

Конструкция СИ исключает возможность несанкционированного влияния на ПО СИ и измерительную информацию. Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «высокий» согласно Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3 - Основные метрологические характеристики

	Значение		
Наименование характеристики	MBH-	MBH-	MBH-
тинменование характеристики	2.XX.XX-	2.XX.XX-	2.XX.XX-
	03	06	10
Диапазон измерений объемной доли воды, %	от 0,01 до	от 0,01 до	от 0,01 до
	3,0 включ.	6,0 включ.	10,0 включ.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности,			
объемная доля воды, %	± 0,05	± 0,06	± 0,10

Таблица 4 – Основные технические характеристики

Таблица 4 – Основные технические характеристики	
Наименование характеристики	Значение
Обработка результатов измерения	автоматическая
Представление результатов измерения	в цифровом виде
Максимальная длина соединительной линии от датчика до	
блока обработки, для кабеля 1,5 мм ² , м	500*
Выходные и входные сигналы:	
- с первичного преобразователя в блок обработки импульсы	
тока, мА	от 0 до 20
- с блока обработки унифицированный сигнал постоянного	
тока, мА	от 4 до 20
- связь с компьютером	RS-485, HART**
- в блок обработки от плотномера унифицированный сигнал	
постоянного тока, мА	4-20
Время установления рабочего режима, мин, не более	40
Средняя наработка на отказ, ч	20000
Назначенный срок службы, лет	6
Потребляемая мощность, Вт, не более	15
Масса, кг, не более	
- датчик МВН-2.80.01.000	21
- датчик МВН-2.100.01.000	30
 блок обработки MBH-1.02.00.000 	2,2
- блок обработки DIN MBH-2.80.03.000	0,25
Габаритные размеры, мм, не более	
- датчик МВН-2.80.01.000	
диаметр	210
длина	260
высота	290
- датчик МВН-2.100.01.000	
диаметр	250
длина	270
высота	310

Продолжение таблицы 4 – Основные технические характеристики

- блок обработки щитовой МВН-1.02.00.000	
длина	310
высота	75
ширина	200
- блок обработки DIN MBH-2.80.03.000	
длина	115
высота	100
ширина	45
Рабочие условия применения	
- диапазон температур окружающего воздуха, °C	от +5 до +50
- максимальное значение относительной влажности при	
35 °C, %	80
- напряжение сети переменного тока, В	от 187 до 242
- вибрация, удары	отсутствуют
Маркировка взрывозащиты	
- датчик	1ExibIIAT3 X
- блок обработки	ExibIIA X
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-	
2015	
- датчик	IP67
- блок обработки	IP20
Применацие	

Примечание

Знак утверждения типа

наносится в верхней левой части лицевой панели блока обработки и на первом листе руководства по эксплуатации посередине и выше на 40 мм наименования "Влагомер нефти микроволновый МВН-2".

Комплектность средства измерений

приведена в таблице 5.

Таблица 5 – Комплектность поставки влагомера

Наименование	Количество	Примечание
1. Датчик	1	
2. Блок обработки	1	Щитовой или на DIN рейку
3. Разъем интерфейса	1	RS-485, вход 4-20, выход 4-20
4. Кабель соединительный	1	3 м (датчик - блок обработки)
5. Руководство по эксплуатации	1	
6. Источник питания	2	исполнение на DIN рейку, стандарт
взрывобезопасный		
7. Барьер взрывобезопасности	1	исполнение на DIN рейку, стандарт
8. Технологический блок индикации	1	под заказ для исполнения на DIN
		рейку
9. Методика поверки	1	

^{* -} длина кабеля может быть увеличена при сопротивлении каждого провода не более 5,6 Ом.

^{** -} HART под заказ

Поверка

осуществляется по документу МП 1085-6-2020 «Инструкция. ГСИ. Влагомеры нефти микроволновые МВН-2. Методика поверки», утвержденному ВНИИР — филиалом Φ ГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 02.03.2020 г.

Основные средства поверки:

– рабочий эталон единицы объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов 1-го или 2-го разряда в соответствии с ГОСТ 8.614-2013.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик, поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки (оттиск) наносится на свидетельство о поверке, наклейка - на лицевую панель блока обработки.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к влагомерам нефти микроволновым MBH-2

ГОСТ 8.614-2013 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов.

ТУ 4318-018-43717286-2018 Влагомеры нефти микроволновые МВН-2. Технические условия

Изготовитель

Акционерное общество Научно-производственное предприятие «Нефте-сервисприбор» (АО НПП «Нефтесервисприбор»)

ИНН 6450941930

Адрес: 410038, г. Саратов, 2-й Соколовогорский проезд, д.2

Телефон/факс: +7 (8452) 751599, 751866

E-mail: gva@nsp-sar.ru

Испытательный центр

Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии - филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»

Адрес: 420088, г. Казань, ул. 2-я Азинская, 7 «а».

Телефон: +7 (843) 272-70-62, факс: +7 (843) 272-00-32

Web-сайт: <u>www.vniir.org</u> E-mail: <u>office@vniir.org</u>.

Аттестат аккредитации ВНИИР – филиала ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.310592 от $24.02.2015 \, \Gamma$.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов