

**УТВЕРЖДЕНО**  
приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «1» апреля 2022 г. №811

Регистрационный № 85064-22

Лист № 1  
Всего листов 8

**ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

**Газоанализаторы стационарные фотоионизационные RAEGuard 2 PID FGM-2001**

**Назначение средства измерений**

Газоанализаторы стационарные фотоионизационные RAEGuard 2 PID FGM-2001 (далее - газоанализаторы) предназначены для измерений объемной доли вредных газов (трифторхлорэтилена, 1,3-гексафторбутадиена) в воздухе.

**Описание средства измерений**

Газоанализаторы стационарные фотоионизационные RAEGuard 2 PID FGM-2001 являются стационарными автоматическими одноканальными приборами непрерывного действия.

Принцип действия газоанализаторов фотоионизационный, основанный на измерении электрического тока, вызванного ионизацией молекул определяемых компонентов фотонами, излучаемыми источником вакуумного ультрафиолетового излучения (лампа с энергией ионизации 10,6 эВ).

Отбор пробы принудительный, за счет встроенного побудителя расхода (мембранный насос).

Газоанализаторы выпускаются в модели FGM-2001.

Конструктивно газоанализаторы выполнены одноблочными в окрашенном корпусе из нержавеющей стали марки 316L. На лицевой панели газоанализатора находятся светодиодный индикатор STATUS, жидкокристаллический дисплей с подсветкой и бесконтактные кнопки управления «+», «mode» и «-». Крышка корпуса имеет смотровое стеклянное окно, соединение с корпусом резьбовое. Доступ к органам управления газоанализатора возможен с помощью магнитного инструмента без открывания крышки корпуса. В верхней части корпуса расположены резьбовые отверстия (3/4" NPT с наружной резьбой) для кабельных вводов информационных линий и линий питания, в нижней части корпуса располагается измерительный преобразователь DigiPID.

Конструктивно все газоанализаторы не отличаются друг от друга, отличие заключается только в установленной заводской градуировке на разные определяемые компоненты. Определяемые компоненты газоанализаторов указаны в таблице 1.

Зав. № газоанализатора	Определяемый компонент
D0370027A1	трифторхлорэтилен (C <sub>2</sub> F <sub>3</sub> Cl)
D0370021A1	
D0370038A1	
D0370023A1	
D0370033A1	
D0370035A1	
D0370032A1	
D0370034A1	
D0370034AB	
D0370035AB	

Зав. № газоанализатора	Определяемый компонент
D0370036AB	трифторхлорэтилен (C <sub>2</sub> F <sub>3</sub> Cl)
D0370037AB	
D0370038AB	
D0370039AB	
D0370040AB	
D0370030A1	1,3-гексафторбутадиен (C <sub>4</sub> F <sub>6</sub> )
D0370025A1	
D0370026A1	
D0370037A1	
D0370028A1	
D0370022A1	
D0370031A1	

Газоанализаторы имеют возможность настройки времени одного цикла измерений (в диапазоне от 10 до 300 с) и соотношения (в процентном выражении) времени работы мембранного насоса в цикле измерений к общему времени цикла (в диапазоне от 50 до 100 %).

Циклический режим работы насоса прерывается (насос переходит в непрерывный режим работы) в случае превышения измеренного значения содержания определяемого компонента установленного нижнего значения порога срабатывания сигнализации.

Газоанализаторы имеют жидкокристаллический монохромный цифровой дисплей с подсветкой, обеспечивающий отображение:

- результатов измерений содержания определяемых компонентов;
- меню пользователя;
- информации о срабатывании сигнализации;
- служебной информации.

Газоанализаторы обеспечивают выходные сигналы:

- показания встроенного жидкокристаллического дисплея;
- светодиодная индикация о превышении заданных пороговых уровней;
- программируемые (три уровня срабатывания сигнализации) реле типа «сухой контакт» (до 30 В, 2 А);
- унифицированный аналоговый выходной сигнал постоянного тока (в диапазоне от 4 до 20 мА), соответствующий диапазону показаний газоанализаторов (от 0 до 100 млн<sup>-1</sup>);
- цифровой выходной сигнал RS-485, протокол ModBus.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Заводские номера наносятся на табличку на корпусе газоанализатора.

Общий вид газоанализаторов стационарных фотоионизационных RAEGuard 2 PID FGM-2001 представлен на рисунке 1. Схема пломбировки от несанкционированного доступа, представлена на рисунке 2.



Рисунок 1 - Общий вид газоанализаторов




Рисунок 2 – Схема пломбирования газоанализаторов от несанкционированного доступа

### Программное обеспечение

Газоанализаторы имеют встроенное программное обеспечение, разработанное изготовителем специально для измерений содержания определяемых компонентов.

Основные функции встроенного программного обеспечения:

- прием и обработка измерительной информации от первичного измерительного преобразователя;
- индикацию результатов измерений на встроенном жидкокристаллическом дисплее;
- проведение градуировки газоанализаторов;
- самодиагностику аппаратной части газоанализатора.

В встроенном программном обеспечении реализованы следующие основные алгоритмы:

- 1) вычисление значений содержания определяемого компонента по данным от первичного измерительного преобразователя;
- 2) сравнение текущих результатов измерений с заданными пороговыми уровнями срабатывания сигнализации;
- 3) непрерывная самодиагностика аппаратной части сигнализаторов;
- 4) выдача информации по цифровому каналу связи RS-485.

Уровень защиты встроенного программного обеспечения и измерительной информации от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню защиты «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	RAEGuard 2 PID firmware
Номер версии (идентификационный номер) ПО	V2.00
Примечание - Номер версии ПО должен быть не ниже указанного в таблице.	

### Метрологические и технические характеристики

Метрологические характеристики газоанализаторов приведены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3 - Диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов, зав. №№ D0370027A1, D0370021A1, D0370038A1, D0370023A1, D0370033A1, D0370035A1, D0370032A1, D0370034A1, D0370034AB, D0370035AB, D0370036AB, D0370037AB, D0370038AB, D0370039AB, D0370040AB

Определяемый компонент	Диапазон показаний объемной доли определяемого компонента, млн <sup>-1</sup>	Диапазоны измерений объемной доли определяемого компонента, млн <sup>-1</sup>	Пределы допускаемой основной погрешности	
			приведенной, %	относительной, %
Трифторхлорэтилен (C <sub>2</sub> F <sub>3</sub> Cl)	от 0 до 100	от 0 до 5 включ.	±25	-
		св. 5 до 10	-	±25

Примечания:

- 1) Пределы допускаемой основной погрешности нормированы для нормальных условиях эксплуатации и только для сред, содержащих один определяемый компонент. При наличии в анализируемой среде нескольких компонентов, к которым имеется чувствительность фотоионизационного детектора, газоанализаторы могут быть использованы только для оценки общей загазованности и контроля аварийных ситуаций;
- 2) Нормирующее значение приведенной погрешности – разность между верхним и нижним пределами диапазона измерений в котором нормирована приведенная погрешность.

Таблица 4 - Диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов, зав. №№ D0370030A1, D0370025A1, D0370026A1, D0370037A1, D0370028A1, D0370022A1, D0370031A1

Определяемый компонент	Диапазон показаний объемной доли определяемого компонента, млн <sup>-1</sup>	Диапазоны измерений объемной доли определяемого компонента, млн <sup>-1</sup>	Пределы допускаемой основной погрешности	
			приведенной, %	относительной, %
1,3-гексафторбутадиен (C <sub>4</sub> F <sub>6</sub> )	от 0 до 100	от 0 до 5 включ.	±25	-
		св. 5 до 10	-	±25

Примечания:

- 1) Пределы допускаемой основной погрешности нормированы для нормальных условиях эксплуатации и только для сред, содержащих один определяемый компонент. При наличии в анализируемой среде нескольких компонентов, к которым имеется чувствительность фотоионизационного детектора, газоанализаторы могут быть использованы только для оценки общей загазованности и контроля аварийных ситуаций;
- 2) Нормирующее значение приведенной погрешности – разность между верхним и нижним пределами диапазона измерений в котором нормирована приведенная погрешность.

Таблица 5

Наименование характеристики	Значение
Предел допускаемой вариации выходного сигнала газоанализатора, в долях от предела допускаемой основной погрешности	0,5
Время прогрева газоанализаторов, мин, не более	10

Наименование характеристики	Значение
Предел допускаемого времени установления выходного сигнала по уровню 0,9 ( $T_{0,9д}$ ) <sup>1)</sup>	30
Предел допускаемого изменения выходного сигнала газоанализатора за 8 ч непрерывной работы, в долях от предела допускаемой основной погрешности	0,5
Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора, вызванной изменением температуры окружающей среды на каждые 10°C, равны, в долях от предела допускаемой основной погрешности	±1,0
Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от влияния изменения относительной влажности окружающей среды, в долях от пределов допускаемой основной погрешности	±1,0
Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора при изменении атмосферного давления на каждые 3,3 кПа, в долях от пределов допускаемой основной приведенной погрешности	±0,5
Нормальные условия измерений: - диапазон температуры окружающей среды, °С - диапазон относительной влажности окружающей среды, %; - диапазон атмосферного давления, кПа	от +15 до +25 от 30 до 80 от 97,3 до 105,3
<sup>1)</sup> без учета цикличности включения встроенного насоса (цикличность настраивается пользователем в диапазоне от 10 до 300 с)	

Таблица 6 – Основные технические характеристики газоанализаторов

Наименование характеристики	Значение
Электрическое питание газоанализаторов осуществляется постоянным током в диапазоне напряжений, В	от 10 до 28
Электрическая мощность, потребляемая газоанализатором, Вт, не более	5
Габаритные размеры газоанализатора, мм не более: - длина - ширина - высота	257 201 107
Масса, кг, не более	3,5
Условия эксплуатации: - диапазон температуры окружающей и анализируемой сред, °С - относительная влажность при температуре +25 °С, % - диапазон атмосферного давления, кПа	от -20 до +55 от 0 до 95 от 90 до 110
Степень защиты газоанализаторов от попадания внутрь корпуса пыли и воды по ГОСТ 14254 – 2015	IP65
Средний срок службы, лет <sup>1)</sup>	10
Средняя наработка на отказ, ч	40000
Газоанализаторы выполнены во взрывозащищенном исполнении по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ ИЕС 60079-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010, ГОСТ 31610.26-2012, маркировка взрывозащиты: - газоанализатор RAEGuard 2 PID - датчик DigiPID (DS-10x)	1 Ex d [ia Ga] IIC T4 Gb X 0Ex ia IIC T4 Ga X
<sup>1)</sup> без учета срока службы лампы фотоионизационного детектора (2 года).	

### Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом и на табличку, расположенную на корпусе газоанализаторов.

## Комплектность средства измерений

Таблица 8 – Комплектность газоанализаторов

Наименование	Обозначение	Количество
Газоанализатор стационарный фотоионизационный RAEGuard 2 PID	FGM-2001	1 шт.
Руководство по эксплуатации	-	1 шт.
Комплект ЗИП	-	1 компл

### Сведения о методиках (методах) измерений

методика измерений приведена в разделе 7 руководства по эксплуатации «Газоанализаторы стационарные фотоионизационные RAEGuard 2 PID FGM-2001. Руководство по эксплуатации».

### Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к газоанализаторам стационарным фотоионизационным RAEGuard 2 PID FGM-2001

Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах, утвержденная приказом Росстандарта № 2315 от 31.12.2020 г.

ГОСТ 13320-81 Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия

Техническая документация фирмы «Honeywell Analytics Ltd», Великобритания

### Изготовитель

Фирма «Honeywell Analytics Ltd», Великобритания

Адрес: Hatch Pond House, 4 Stinsford Road, Nuffield Industrial Estate, Poole, Dorset BH17 0RZ.

Web-сайт: <http://www.honeywellanalytics.com>

Производственная площадка: фирма «RAE Systems (Shanghai) Inc.», 990 East Huiwang Road, Jiading District, Shanghai 201815, Китай.

**Испытательный центр**

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»

Адрес: 190005, Россия, Санкт-Петербург, Московский пр., 19

Телефон: (812) 251-76-01

Факс: (812) 713- 01-14

Web-сайт: [www.vniim.ru](http://www.vniim.ru)

E-mail: [info@vniim.ru](mailto:info@vniim.ru)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.311541 RA.RU.311541

