

Программное обеспечение
отсутствует.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Метрологические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
|--|-------------|
| Диапазон входных значений напряжения постоянного тока $U_{вх}$, В | от 0 до 300 |
| Диапазон выходных значений силы постоянного тока $I_{вых}$, мА | от 4 до 20 |
| Пределы допускаемой относительной основной погрешности преобразований напряжения постоянного тока в силу постоянного тока, % | $\pm 0,2$ |

Таблица 2 – Основные технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
|---|---------------------------------|
| Параметры электрического питания: - напряжения переменного или постоянного тока, В - частота переменного тока, Гц | от 24 до 60 от 50 до 400 |
| Габаритные размеры (ширина \times длина \times высота), мм, не более | 17,5 \times 114 \times 69,2 |
| Масса, кг, не более | 0,1 |
| Средний срок службы, лет | 7 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 40000 |

Знак утверждения типа

Нанесение знака утверждения типа на усилитель не предусмотрено. Знак утверждения типа наносится на титульный лист паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 - Комплектность средства измерений

| Наименование | Обозначение | Количество |
|---------------------------------------|--------------|------------|
| Усилитель программируемый изолирующий | SINEAX TV809 | 1 шт. |
| Паспорт | — | 1 экз. |

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 4 документа «Усилитель программируемый изолирующий SINEAX TV 809. Паспорт»

Нормативные документы, устанавливающие требования к усилителям программируемым изолирующим SINEAX TV809

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

Правообладатель

Camille Bauer LTD, Швейцария
Адрес: Aargauerstrasse 7, CH-5610 Wohlen, Switzerland
Телефон: +41 56 618 21 11
E-mail: info@camillebauer.com
Web-сайт: www.camillebauer.com

Изготовитель

Camille Bauer LTD, Швейцария
Адрес: Aargauerstrasse 7, CH-5610 Wohlen, Switzerland
Телефон: +41 56 618 21 11
E-mail: info@camillebauer.com
Web-сайт: www.camillebauer.com

Испытательный центр

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГБУ «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озёрная, д. 46
Телефон: +7 (495) 437-55-77
Web-сайт: www.vniims.ru
E-mail: office@vniims.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 30004-13

