

Поверку магазинов производят по методу замещения на одинарном мосте. При измерениях необходимо принимать меры для предотвращения токов утечки (экранирование). В остальном поверку осуществляют по инструкции Государственного комитета стандартов, мер и измерительных приборов СССР 182-55 «По поверке измерительных магазинов сопротивлений».