

Поверка

осуществляется по документу ГОСТ 6864-62 «Катушки электрического сопротивления измерительные» и инструкцией Госкомитета 177-56 «По поверке измерительных катушек электрического сопротивления».