

УТВЕРЖДАЮ

**Начальник ГЦИ СИ «Воентест»
32 ГНИИ МО РФ**



А.Ю. Кузин

« 30 » ноября 2007 г.

**Приемники измерительные R&S ESVN40
фирмы «Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG», Германия**

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

**г. Мытищи,
2008 г.**

9 Оформление результатов поверки.

9.1 При положительных результатах поверки приемник признается годным к применению и на него выдается свидетельство о поверке установленного образца, которое заверяется поверителем с нанесением оттиска поверительного клейма. На оборотной стороне свидетельства записываются результаты поверки.

9.2 В случае отрицательных результатов поверки применение приемника запрещается, и на него выдается извещение о непригодности его к применению с указанием причин.

Начальник отдела ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ

 И.М. Малай


Научный сотрудник ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ

 В.Р. Ручкин

Научный сотрудник
ГЦИ «Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ

 Л.А. Павлов

Инженер 2 категории
ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ

 О.А. Колосова