

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
генерального директора –
заместитель по научной работе
ФГУП «ВНИИФТРИ»



_____ А.Н. Щипунов

» 10 _____ 2015 г.

Пробник тока радиочастотный ESV-Z1

**МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
ESV-Z1 МП**

м.р. 63373-16

р.п. Менделеево
2015 г.

Содержание

	стр.
1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ.....	3
2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ.....	3
3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ.....	4
4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ.....	4
6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ	4
7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ	4
8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ	6

Настоящая методика распространяется на пробник тока радиочастотный ESV-Z1, заводской номер 100223 (далее по тексту – пробник) и устанавливает объём, методы и средства первичной и периодических проверок.

Интервал между поверками – один год.

При проведении поверки необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией на пробник (руководством по эксплуатации ESV-Z1 РЭ, паспортом ESV-Z1 ПС) и используемое при поверке оборудование.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Операции поверки

Наименование операций	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр	7.1	+	+
2 Опробование	7.2	+	+
3 Определение диапазона частот, коэффициента калибровки и относительной погрешности коэффициента калибровки	7.3	+	+

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Средства поверки

Номер пункта методики поверки	Наименование рабочего эталона или вспомогательного средства поверки; номер документа, регламентирующего технические требования к средству; разряд по государственной поверочной схеме и (или) метрологические и основные технические характеристики
7.3	Генератор сигналов измерительный 2023А, диапазон частот от 9 кГц до 1200 МГц; диапазон установки выходного напряжения от минус 30 до 132 дБ мкВ, пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты выходного сигнала $\pm 0,0001$ %
5.1	Вольтметр универсальный В7-78/1, диапазон измерений напряжения переменного тока от 10 мкВ до 750 В, пределы допускаемой относительной погрешности измерений $\pm 0,6$ % в частотном диапазоне от 1 кГц до 100 кГц
7.3	Милливольтметр высокочастотный URV55 с пробниками первичными URV5-Z2, диапазон частот от 9 кГц до 1 ГГц, пределы допускаемой относительной погрешности измерений $\pm 0,5$ % -2 шт.
Вспомогательные средства поверки	
5.1	Прибор комбинированный TESTO – 622, диапазон измерений давления: от 30 до 120 кПа; пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,3$ кПа; диапазон измерений относительной влажности: от 1 до 100 %; пределы допускаемой погрешности измерений относительной влажности ± 3 %; диапазон измерений температуры: от минус 10 до 60 °С; пределы допускаемой погрешности измерений температуры $\pm 0,4$ °С.
7.3	Калибровочное устройство по ГОСТ Р 51317.4.6-99.
7.3	Аттенуатор коаксиальный 8491В-006, 6 дБ.
7.3	Нагрузка согласованная 50 Ом -2 шт.

2.2 Применяемые при поверке средства измерений (СИ) должны быть поверены.

2.3 Допускается применение других средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 К проведению поверки могут быть допущены лица, имеющие высшее или среднее техническое образование и практический опыт в области радиотехнических измерений, и аттестованные на право проведения поверки в установленном порядке.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки следует соблюдать требования безопасности, устанавливаемые эксплуатационной документацией на поверяемый пробник и используемое при поверке оборудование.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5.1 Поверку проводить при условиях:

- температура окружающего воздуха (20 ± 5)°C,
- относительная влажность от 30 до 80 %,
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа,
- напряжение сети питания (220 ± 22) В,
- частота сети питания (50 ± 1) Гц.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Поверитель должен изучить эксплуатационные документы на поверяемый пробник и используемые средства поверки.

6.2 Перед проведением поверки используемое при поверке оборудование должно быть подготовлено к работе в соответствии с эксплуатационной документацией на него.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр

7.1.1 Перед распаковыванием пробника необходимо выдержать его в течение 4 ч в теплом сухом помещении при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 °C.

7.1.2 Распаковать пробник, произвести внешний осмотр и установить выполнение следующих требований:

- соответствие комплектности и маркировки пробника п.п. 1.1.3 и 1.1.5 ESV-Z1 РЭ;
- отсутствие видимых механических повреждений (в том числе дефектов покрытий), при которых эксплуатация недопустима;

7.1.3 Результаты поверки считать положительными, если указанные в п.7.1.2 требования выполнены и надписи и обозначения маркировки пробника имеют четкое видимое изображение. В противном случае дальнейшие операции не выполняют, а пробник признают непригодным к применению.

7.2 Опробование

7.2.1 Собрать схему измерений в соответствии с рисунком 7.1.

7.2.2 Установить выходное напряжение генератора равным 120 дБ мкВ и частотой 50 МГц.

7.2.3 Результаты поверки считать положительными, если измеренное значение напряжения на выходе пробника находится в пределах от 95 дБ мкВ до 105 дБ мкВ. В противном случае пробник бракуется и направляется в ремонт.




Рисунок 7.1

7.3 Определение диапазона частот, коэффициента калибровки и относительной погрешности коэффициента калибровки

7.3.1 Собрать схему измерений в соответствии с рисунком. 7.1.

7.3.2 Установить выходное напряжение генератора равным 120 дБ (мкВ).

7.3.3 Провести измерения напряжения на выходе пробника U_T и калибровочного устройства U_K в диапазоне частот от 9 кГц до 600 кГц на частотах, указанных в таблице 7.1.

7.3.4 Рассчитать коэффициент калибровки пробника K , дБ (Ом) по формуле (1):

$$K = U_T - U_K + R_H, \quad (1)$$

где $R_H = 34$ дБ (Ом) – сопротивление нагрузки.

Результат занести в таблицу 7.1.

7.3.5 Рассчитать относительную погрешность коэффициента калибровки по формуле (2):

$$\delta = K_{\Pi} - K, \quad (2)$$

где K_{Π} - значение коэффициента калибровки пробника, указанное в паспорте.

7.3.6 Результат занести в таблицу 7.1.

Таблица 7.1

Частота, МГц	Значение напряжения на выходе пробника, U_T , дБ (мкВ)	Значение напряжения на выходе калибровочного устройства, U_K , дБ (мкВ)	Рассчитанное значение коэффициента калибровки, K , дБ (Ом)	Паспортное значение коэффициента калибровки, K_{Π} , дБ (Ом)	Относительная погрешность коэффициента калибровки, δ , дБ
1	2	3	4	5	6
0,009				-41,33	
0,01				-40,37	
0,02				-34,26	
0,05				-26,43	
0,10				-20,26	
0,15				-16,67	
0,2				-14,17	
0,5				-6,26	
1				-0,25	
2				5,57	
5				12,94	
8				16,34	
10				17,70	

Продолжение таблицы 7.1

1	2	3	4	5	6
12				18,64	
15				19,58	
20				20,34	
30				20,75	
50				20,64	
100				20,19	
150				19,95	
200				19,81	
300				19,71	
400				19,54	
500				18,58	
600				15,82	

7.3.11 Результаты поверки считать положительными, если полученные значения относительной погрешности коэффициента калибровки находятся в пределах ± 2 дБ.

В противном случае пробник бракуется и направляется в ремонт.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 На пробник, прошедший поверку с положительными результатами, оформляется свидетельство о поверке установленного образца.

8.2 При отрицательных результатах поверки пробник к применению не допускается и на него оформляется извещение о непригодности установленного образца с указанием причины забракования.

Начальник лаборатории 140
ФГУП «ВНИИФТРИ»


А.Е. Ескин