

1 Общие положения

1.1 Настоящая методика распространяется на анализаторы спектра AV4051A/B/C/D/E/F/G/H (далее по тексту – анализаторы), изготавливаемые 41 институтом корпорации «China Electronics Technology Group», КНР, и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

1.2 Интервал между поверками – 1 год.

2 Операции поверки

2.1 При поверке выполняют операции, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операций при	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр	8.1	да	да
2 Опробование	8.2	да	да
3 Идентификация программного обеспечения	8.3		
4 Определение диапазона частот	8.4	да	да
5 Определение относительной погрешности воспроизведения частоты опорного генератора	8.5	да	да
6 Определение относительной погрешности измерений частоты	8.6	да	да
7 Определение номинальных значений полосы пропускания	8.7	да	да
8 Определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ)	8.8	да	нет
9 Определение абсолютной погрешности измерений уровня сигнала на частоте 500 МГц	8.9	да	нет
10 Определение уровня фазовых шумов	8.10	да	да
11 Определение относительного уровня помех, обусловленных гармоническими искажениями	8.11	да	да
12 Определение среднего уровня собственных шумов	8.12	да	да
13 Определение относительного уровня помех, обусловленных интермодуляционными искажениями третьего порядка	8.13	да	да

3 Средства поверки

3.1 При проведении поверки используют средства измерений и вспомогательное оборудование, представленное в таблице 2.

Таблица 2

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.13	Генератор сигналов Agilent E8257D с опцией UNX (пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты $\pm 2 \cdot 10^{-7}$)
8.4, 8.5, 8.6	Стандарт частоты рубидиевый FS725 (пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты $\pm 5 \cdot 10^{-10}$)
8.8, 8.9	Ваттметр N1914A с преобразователем измерительным N8487A

3.2 Допускается использование других средств измерений и вспомогательного оборудования, имеющих метрологические и технические характеристики не хуже характеристик приборов, приведенных в таблице 2.

3.3 Все средства поверки должны быть исправны и иметь свидетельства о поверке.

4 Требования к квалификации поверителей

4.1 К проведению поверки анализаторов допускается инженерно-технический персонал со среднетехническим или высшим образованием, ознакомленный с руководством по эксплуатации (РЭ) и документацией по поверке, допущенный к работе с электроустановками и имеющие право на поверку (аттестованными в качестве поверителей).

5 Требования безопасности

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80.

5.2 К работе с анализаторами допускаются лица, изучившие требования безопасности по ГОСТ 22261-94, ГОСТ Р 51350-99, инструкцию по правилам и мерам безопасности и прошедшие инструктаж на рабочем месте.

5.3 При проведении поверки необходимо принять меры защиты от статического напряжения, использовать антистатические заземлённые браслеты и заземлённую оснастку. Запрещается проведение измерений при отсутствии или неисправности антистатических защитных устройств.

6 Условия поверки

6.1 Поверку проводить при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха, °С 23 ± 5 ;
- относительная влажность воздуха, % от 5 до 70;
- атмосферное давление, мм рт. ст. от 626 до 795;
- напряжение питания, В от 100 до 250;
- частота, Гц от 50 до 60.

Примечание - Температура при поверке выбирается в соответствии с руководствами по эксплуатации средств поверки. Все средства измерений, используемые при поверке анализаторов, должны работать в нормальных условиях эксплуатации.

7 Подготовка к поверке

7.1 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- выполнить операции, оговорённые в документации изготовителя на поверяемый анализатор по его подготовке к работе;
- выполнить операции, оговорённые в РЭ на применяемые средства поверки по их подготовке к измерениям;

- осуществить прогрев приборов для установления их рабочих режимов.

8 Проведение поверки

8.1 Внешний осмотр

8.1.1 При внешнем осмотре проверить:

- отсутствие механических повреждений и ослабление элементов, чёткость фиксации их положения;

- чёткость обозначений, чистоту и исправность разъёмов и гнезд, наличие и целостность печатей и пломб;

- наличие маркировки согласно требованиям эксплуатационной документации.

8.1.2 Результаты поверки считать положительными, если выполняются все перечисленные требования. В противном случае анализатор бракуется.

8.2 Опробование

8.2.1 Подключить анализатор к сети питания и включить его согласно РЭ.

8.2.2 Убедиться в возможности установки режимов измерений и настройки основных параметров и режимов измерений анализатора.

8.2.3 Результаты опробования считать положительными, если при включении отсутствуют сообщения о неисправности и анализатор позволяет менять настройки параметров и режимы работы. В противном случае анализатор бракуется.

8.3 Идентификация программного обеспечения

Проверку соответствия заявленных идентификационных данных программного обеспечения (ПО) анализатора проводить в следующей последовательности:

- проверить наименование ПО;

- проверить идентификационное наименование ПО;

- проверить номер версии (идентификационный номер) ПО.

Результаты поверки считать положительными, если идентификационные данные ПО соответствуют идентификационным данным, приведённым в таблице 3. В противном случае анализатор бракуется.

Таблица 3

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	AV4051A/B/C/D/E/F/G/H Analyzer Firmware
Номер версии (идентификационный номер) ПО	V1.9.04
Цифровой идентификатор ПО	-

8.4 Определение диапазона частот

8.4.1 Соединить выход частоты 10 МГц стандарта частоты со входом внешней опорной частоты генератора сигналов в соответствии с рисунком 1.

8.4.2 Соединить выход низкой частоты (LO) генератора сигналов с входом анализатора спектра серии AV4051.

8.4.3 Установить следующие параметры генератора:

- АМ-модуляция включена;

- значение коэффициента АМ 80%;

- скорость модуляции 3 Гц;

- значение амплитуды выхода низкой частоты 100 мВ.




Рисунок 1

8.4.4 Установить следующие параметры анализатора:

- режим связи входа/выхода по постоянному току;
- центральная частота 3 Гц;
- полоса обзора 10 Гц.

8.4.5 Измерить значение частоты путём нажатия клавиши Peak (если пик сигнала находится на нулевой частоте, требуется выполнить автоматическую регулировку нулевой частоты).

8.4.6 Изменить соединение приборов для измерения частоты на высокочастотном входе анализатора (RF), как показано пунктирными линиями на рисунке 1.

8.4.7 Установить следующие параметры генератора:

- выходная частота генератора сигналов - номинальный верхний предел частоты испытываемого анализатора (зависит от модели анализатора);
- значение амплитуды выхода минус 10 дБ/мВт;
- модуляция выключена.

8.4.8 Установить следующие параметры анализатора:

- центральная частота анализатора - номинальный верхний предел частоты анализатора (зависит от модели анализатора);
- полоса обзора 20 кГц.

8.4.9 Измерить значение частоты путём нажатия клавиши Peak.

8.4.10 Результаты поверки считать положительными, если значения диапазона частот соответствуют данным таблицы 4. В противном случае анализатор бракуется.

Таблица 4

Диапазон частот	Диапазон частот
AV4051A	от 3 Гц до 4 ГГц
AV4051B	от 3 Гц до 9 ГГц
AV4051C	от 3 Гц до 13,2 ГГц
AV4051D	от 3 Гц до 18 ГГц
AV4051E	от 3 Гц до 26,5 ГГц
AV4051F	от 3 Гц до 40 ГГц
AV4051G	от 3 Гц до 45 ГГц
AV4051H	от 3 Гц до 50 ГГц

8.5 Определение относительной погрешности частоты опорного генератора

8.5.1 Соединить выход частоты 10 МГц стандарта частоты со входом внешней опорной частоты генератора сигналов в соответствии с рисунком 1.

8.5.2 Соединить выход низкой частоты (LO) генератора сигналов со входом анализатора спектра серии AV4051.

8.5.3 Прогреть оборудование в течении 1 часа.

8.5.4 Установить значение выходной частоты генератора сигналов равным верхнему пределу частоты испытуемого анализатора и уровень выходной мощности генератора сигналов равным минус 10 дБ/мВт.

8.5.5 Нажать клавишу Reset анализатора и установить полосу обзора, равную 100 кГц.

8.5.6 Нажать клавишу Peak Search (Поиск пика) анализатора и включить функцию Delta Count (Подсчёт дельта маркера).

8.5.7 Записать результаты измерения дельта-маркера как значение частоты $F_{изм}$.

8.5.8 Относительную погрешность частоты (δF) вычислить по формуле (1):

$$\delta F = \frac{F_{изм} - F_{ном}}{F_{ном}}$$

где $F_{ном}$ – установленное значение частоты генератора, Гц;

$F_{изм}$ – измеренное анализатором значение частоты, Гц.

8.5.9 Результаты поверки считать положительными, если значение относительной погрешности частоты опорного генератора находится в пределах $\pm (T \cdot 10^{-7} + 5,5 \cdot 10^{-8})$, где T – время, прошедшее с даты последней поверки в годах. В противном случае анализатор бракуется.

8.6 Определение абсолютной погрешности измерений частоты

8.6.1 Соединить оборудование в соответствии с рисунком 1.

8.6.2 Установить следующие параметры генератора:

- частота выходного сигнала 1,5 ГГц;
- уровень мощности выходного сигнала минус 10 дБ/мВт;
- RF-выход включён.

8.6.3 Нажать клавишу Reset анализатора и установить его параметры:

- центральная частота 1,5 ГГц;
- значение полосы обзора в соответствии с таблицей 4.

8.6.4 Измерить с помощью функции delta marker анализатора разницу между значением центральной частоты (1,5 ГГц) и отображаемой анализатором.

8.6.5 Повторить измерения для всех значений центральной частоты и полос обзора из таблицы 4.

8.6.6 Результаты поверки считать положительными, если значения относительной погрешности измерений частоты находятся в пределах, приведенных в таблице 4. В противном случае анализатор бракуется.

Таблица 4

Центральная частота, ГГц	Полоса обзора	Допустимое значение погрешности измерений частоты
1,5 ГГц	200 кГц	$\pm 0,62$ кГц
1,5 ГГц	5 МГц	$\pm 10,08$ кГц
1,5 ГГц	50 МГц	$\pm 98,73$ кГц
1,5 ГГц	200 МГц	$\pm 390,23$ кГц
1,5 ГГц	500 МГц	$\pm 900,23$ кГц
1,5 ГГц	1 ГГц	$\pm 1,65$ МГц
3,0 ГГц	200 кГц	$\pm 0,86$ кГц
3,0 ГГц	5 МГц	$\pm 10,32$ кГц
3,0 ГГц	50 МГц	$\pm 98,97$ кГц
3,0 ГГц	200 МГц	$\pm 390,47$ кГц

Продолжение таблицы 3

Центральная частота, ГГц	Полоса обзора	Допустимое значение погрешности измерений частоты
3,0 ГГц	500 МГц	±900,47 кГц
3,0 ГГц	1 ГГц	±1,65 МГц
5,0 ГГц	200 кГц	±1,17 кГц
5,0 ГГц	5 МГц	±10,63 кГц
5,0 ГГц	50 МГц	±99,28 кГц
5,0 ГГц	200 МГц	±390,78 кГц
5,0 ГГц	500 МГц	±900,78 кГц
5,0 ГГц	1 ГГц	±1,65 МГц
15 ГГц	200 кГц	±2,72 кГц
15 ГГц	5 МГц	±12,18 кГц
15 ГГц	50 МГц	±100,83 кГц
15 ГГц	200 МГц	±392,33 кГц
15 ГГц	500 МГц	±902,33 кГц
15 ГГц	1 ГГц	±1,65 МГц
25 ГГц	200 кГц	±4,27 кГц
25 ГГц	5 МГц	±13,73 кГц
25 ГГц	50 МГц	±102,38 кГц
25 ГГц	200 МГц	±393,88 кГц
25 ГГц	500 МГц	±903,88 кГц
25 ГГц	1 ГГц	±1,65 МГц
35 ГГц	200 кГц	±5,82 кГц
35 ГГц	5 МГц	±15,28 кГц
35 ГГц	50 МГц	±103,93 кГц
35 ГГц	200 МГц	±395,43 кГц
35 ГГц	500 МГц	±905,43 кГц
35 ГГц	1 ГГц	±1,66 МГц
45 ГГц	200 кГц	±7,37 кГц
45 ГГц	5 МГц	±16,83 кГц
45 ГГц	50 МГц	±105,78 кГц
45 ГГц	200 МГц	±396,98 кГц
45 ГГц	500 МГц	±906,98 кГц
45 ГГц	1 ГГц	±1,66 МГц

8.7 Определение номинальных значений полосы пропускания

8.7.1 Собрать схему измерений в соответствии с рисунком 2.

8.7.2



Рисунок 2

8.7.3 Установить следующие параметры генератора сигналов:

- значение частоты выходного сигнала 500 МГц;
- значение уровня мощности выходного сигнала минус 2 дБ/мВт;
- шаг изменения уровня мощности выходного сигнала 1 дБ;
- выход ПЧ (IF) включён.

8.7.4 Установить начальные параметры анализатора клавишей Reset, провести все самокалибровки, включить функцию NdB bandwidth measurement function и установить значение N равным 301.

8.7.5 Установить следующие параметры анализатора:

- центральная частота 500 МГц;
- полоса обзора 20 МГц;
- амплитуда шкалы 1 дБ;
- полоса пропускания 10 МГц;
- отношение VBW/RBW 0.1.

8.7.6 Отрегулировать значение уровня мощности выходного сигнала генератора таким образом, чтобы оно было на 2 – 3 деления ниже опорного уровня (2 - 3) дБ.

8.7.7 Нажать Continuous Measurement On (Вкл. непрерывного измерения), Peak Search (Поиск пика) и Marker to Center (Маркер в центр) для перемещения пика сигнала в центр экрана.

8.7.8 Нажать Continuous Measurement Off (Выкл. непрерывного измерения), записать показание текущей разницы маркера полосы частот $f_{-3дБ}$ в таблицу 5.

Таблица 5

Значение полосы пропускания	Значение измерения полосы пропускания по уровню минус 3 дБ ($f_{-3дБ}$)	Вычисленная погрешность полосы пропускания, %	Допустимая относительная погрешность полосы пропускания, %
10 МГц			±15
8 МГц			±15
6 МГц			±15
5 МГц			±15
4 МГц			±15
3 МГц			±15
2 МГц			±5
1 МГц			±5
500 кГц			±5
300 кГц			±5
200 кГц			±5
100 кГц			±5
50 кГц			±5

Продолжение таблицы 5

Значение полосы пропускания	Значение измерения полосы пропускания по уровню минус 3 дБ ($f_{-3дБ}$)	Вычисленная погрешность полосы пропускания, %	Допустимая относительная погрешность полосы пропускания, %
30 кГц			±5
20 кГц			±5
10 кГц			±5
5 кГц			±5
3 кГц			±5
2 кГц			±5
1 кГц			±5
500 Гц			±5
300 Гц			±5
200 Гц			±5
100 Гц			±5
50 Гц			±5
30 Гц			±5
20 Гц			±5
10 Гц			±5
5 Гц			±5
3 Гц			±5
2 Гц			±5
1 Гц			±5

8.7.9 Вычислить относительную погрешность номинальных значений полос пропускания в процентах по формуле (2):

$$\mathcal{E}_{3дБ} = \left| \frac{f_{-3дБ} - f_{П}}{f_{П}} \right| \cdot 100\%, \quad (2)$$

где $f_{П}$ – номинальное значение полосы пропускания, Гц.

8.7.10 Повторить измерения для всех значений полосы пропускания из таблицы 3.

8.7.11 Результаты поверки считать положительными, если значения полос пропускания и относительной погрешности полосы пропускания соответствуют указанным в таблице 5. В противном случае анализатор бракуется.

8.8 Определение неравномерности АЧХ

А) Определение неравномерности АЧХ в диапазоне частот от 50 МГц до 4 ГГц

8.8.1 Откалибровать ваттметр в соответствии с его РЭ.

8.8.2 Собрать схему измерений в соответствии с рисунком 3.




Рисунок 3

8.8.3 Установить на генераторе значение частоты 50 МГц и выходной уровень минус 4 дБ/мВт.

8.8.4 Установить на анализаторе центральную частоту 50 МГц, полосу обзора 0 Гц, полосу пропускания 300 кГц, видеофильтр 30 кГц, (предусилитель выключен в случае его наличия).

8.8.5 Провести измерения, устанавливая значения частоты генератора в соответствии с таблицей 6:

Таблица 6.

Частота генератора, МГц	Амплитуда, измеренная анализатором, дБ	Амплитуда, измеренная измерителем мощности, дБ
50		
150		
250		
350		
450		
550		
750		
950		
1150		
1350		
1550		
1750		
1950		
2150		
2350		
2550		

Продолжение таблицы 6

Частота генератора, МГц	Амплитуда, измеренная анализатором, дБ	Амплитуда, измеренная измерителем мощности, дБ
2750		
2950		
3150		
3350		
3550		
3750		
3950		
4,05		
4,25		
4,45		
4,65		
4,85		
5,05		
5,25		
5,45		
5,65		
5,85		
6,05		
6,25		
6,45		
6,65		
6,85		
7,05		
7,25		
7,45		
7,65		
7,85		
8,05		
8,25		
8,45		
8,65		
8,85		
9,05		
9,55		
10,05		
10,55		
11,05		
11,55		
12,05		
12,55		
13,05		
13,55		
14,05		
14,55		
15,05		
15,55		
16,05		

Продолжение таблицы 6

Частота генератора, МГц	Амплитуда, измеренная анализатором, дБ	Амплитуда, измеренная измерителем мощности, дБ
16,55		
17,05		
17,55		
18,05		
18,55		
19,05		
19,55		
20,05		
20,55		
21,05		
21,55		
22,05		
22,55		
23,05		
23,55		
24,05		
24,55		
25,05		
25,55		
26,05		
26,55		
27,05		
27,55		
28,05		
28,55		
29,05		
29,55		
30,05		
30,55		
31,05		
31,55		
32,05		
32,55		
33,05		
33,55		
34,05		
34,55		
35,05		
35,55		
36,05		
36,55		
37,05		
37,55		
38,05		
38,55		
39,05		
39,55		

Продолжение таблицы 6

Частота генератора, МГц	Амплитуда, измеренная анализатором, дБ	Амплитуда, измеренная измерителем мощности, дБ
40,05		
40,55		
41,05		
41,55		
42,05		
42,55		
43,05		
43,55		
44,05		
44,55		
45,05		
45,55		
46,05		
46,55		
47,05		
47,55		
48,05		
48,55		
49,05		
49,55		

8.8.6 Вычислить неравномерность АЧХ как разность между значениями амплитуды сигнала, измеренной анализатором и измеренной ваттметром.

Б) Определение неравномерности АЧХ в диапазоне частот от 3 Гц до 50 МГц

8.8.7 Отключить ваттметр и вместо него установить короткозамкнутую нагрузку 50 Ом.

8.8.8 Установить на анализаторе центральную частоту 50 МГц, полосу обзора 100 Гц, полосу пропускания 10 Гц, отключить все маркеры, развязка по входу DC.

8.8.9 Установить поиск пика для анализатора и отрегулировать амплитуду генератора сигналов таким образом, чтобы пока показание амплитуды анализатора было ближе всего к показанию маркера, полученному при измерении неравномерности АЧХ на частоте 50 МГц на предыдущем этапе измерений (опорная частота).

8.8.10 Включить функцию измерений с помощью дельта-маркера на анализаторе.

8.8.11 Установить центральную частоту анализатора и частоту генератора сигналов в соответствии с таблицей 3 и записать показание дельта-маркера в каждой частотной точке в столбце «неравномерность АЧХ, нормализованная к 50 МГц» таблицы 7.

8.8.12 Повторить измерения для каждого значения частоты из таблицы 7.

Таблица 7

Частота синтезатора	Амплитуда, измеренная анализатором, дБ	Неравномерность АЧХ, нормализованная к 50 МГц
50 МГц		0
250 кГц		
1 МГц		
10 МГц		
20 МГц		

8.8.13 При наличии предусилителя, выполнить вышеописанные измерения, включив предусилитель.

8.8.14 Результаты поверки считать положительными, если значения неравномерности АЧХ находятся в пределах, приведенных в таблице 8. В противном случае анализатор бракуется.

Таблица 8

Диапазон частот	Неравномерность АЧХ, дБ, не более		
	без предварительного усилителя	предварительный усилитель выключен	предварительный усилитель включен
от 3 Гц до 20 МГц включ.	±0,7	±1,2	
св. 20 МГц до 2 ГГц включ.	±0,5	±1,0	
св. 2 до 3,6 ГГц включ.	±0,7	±1,2	
от 3 до 3,6 ГГц включ.			±1,5
св. 3,6 до 4 ГГц включ.	±1,0	±1,5	±1,8
св. 4 Гц до 9 ГГц включ.	±1,5	±2,0	±2,5
св. 9 до 18 ГГц включ.	±2,0	±2,5	±3,0
св. 18 до 26,5 ГГц включ.	±2,5	±3,0	±3,5
св. 26,5 до 50,0 ГГц	±3,0	±3,5	±4,0

8.9 Определение абсолютной погрешности измерения уровня сигнала на частоте 500 МГц

- 8.9.1 Откалибровать ваттметр и измерительный преобразователь.
- 8.9.2 Установить коэффициент калибровки ваттметра в соответствии с характеристиками измерительного преобразователя для частоты 500 МГц.
- 8.9.3 Присоединить измерительный преобразователь к выходу генератора сигналов.
- 8.9.4 Установить частоту выходного сигнала генератора сигналов 500 МГц и уровень выходного сигнала минус 20 дБ/мВт.
- 8.9.5 Измерить уровень выходного сигнала генератора измерителем мощности и записать показания уровня выходного сигнала $A_{\text{ваттметр}}$.
- 8.9.6 Отсоединить измерительный преобразователь от генератора сигналов и соединить его с входом анализатора.
- 8.9.7 Установить центральную частоту анализатора 500 МГц, полосу обзора 0 Гц, полосу пропускания 300 кГц, частоту видеофильтра 30 кГц.
- 8.9.8 Измерить уровень выходного сигнала генератора сигналов A с помощью анализатора.
- 8.9.9 Вычислить абсолютную погрешность измерений уровня сигнала как разность между значением, измеренным анализатором и измеренным ваттметром, по формуле (3):

$$\Delta A_{500\text{МГц}} = A - A_{\text{ваттметр}} \quad (3)$$

8.5.1 Результаты поверки считать положительными, если значение абсолютной погрешности измерений уровня гармонического сигнала на частоте 500 МГц находится в пределах $\pm 0,24$ дБ. В противном случае анализатор бракуется.

8.6 Определение уровня фазовых шумов

- 8.6.1 Соединить выход генератора сигналов со входом анализатора.
- 8.6.2 Установить следующие значения параметров генератора сигналов: значение частоты выходного сигнала 1000 МГц, значение уровня выходного сигнала 0 дБ/мВт.
- 8.6.3 Установить центральную частоту анализатора 1 ГГц и полосу обзора 100 кГц.
- 8.6.4 Удерживать отклик сигнала в центре экрана анализатора, постепенно уменьшая полосу обзора до значения 200 Гц.
- 8.6.5 Установить уровень выходного сигнала генератора так, чтобы его значение соответствовало опорному уровню анализатора.

8.6.6 Установить анализатор как Peak Search (Поиск пика), включить функции Noise Marker (Маркер шума) и Delta Marker (Дельта маркер), запустить Video Average (усреднение видеосигнала) в течение 10 раз и Single Sweep (однократная развёртка).

8.6.7 Снять показание разности амплитуды маркера шума при отстройке частоты на 100 Гц и минус 100 Гц как уровень фазового шума при отстройке частоты на 100 Гц и минус 100 Гц, соответственно.

8.6.8 Установить непрерывную развёртку анализатора (Continuous Sweep).

8.6.9 Провести измерения уровня фазового шума, устанавливая значения параметров анализатора в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9

Установки анализатора при измерении фазового шума			
Offset	Span	RBW / Sweeptime / Sweepcount	Опорный уровень, дБ/мВт
100 Гц	200 Гц	5 Гц / 2000 мс / 5	0
1 кГц	2 кГц	100 Гц / 800 мс / 5	0
10 кГц	20 кГц	1 кГц / 500 мс / 5	0
100 кГц	200 кГц	10 кГц / 200 мс / 5	0

8.9.10 Результаты поверки считать положительными, если значения уровня фазового шума соответствуют указанным в таблице 10. В противном случае анализатор бракуется.

Таблица 10

Частота смещения относительно несущей частоты	Измеренное значение фазовых шумов, дБ/Гц	Допустимое значение фазовых шумов, дБ/Гц
100 Гц		минус 94
1 кГц		минус 110
10 кГц		минус 120
100 кГц		минус 123

8.7 Определение относительного уровня помех, обусловленных гармоническими искажениями

8.7.1 Собрать схему в соответствии с рисунком 4.




Рисунок 4

8.7.2 На анализаторе установить входное ослабление 10 дБ.

8.7.3 При измерении уровня второй гармоники необходимо использовать фильтры нижних частот соответствующие частоте несущей. Подать на вход анализатора гармонический сигнал частотой f_1 и измерить по отсчётному устройству уровень помехи на частоте $2f_1$.

8.7.4 Измерения проводить в полосе частот от 10 МГц до 25 ГГц

8.9.11 Результаты поверки считать положительными, если уровень помех не превышает значений, указанных таблице 11. В противном случае анализатор бракуется.

Таблица 11

Полоса частот	Уровень помех, обусловленных гармоническими искажениями, не более
от 10 до 550 МГц включ.	минус 57
св. 550 МГц до 2 ГГц включ.	минус 59
св. 2 до 4,5 ГГц включ.	минус 72
св. 4,5 до 9 ГГц включ.	минус 70
св. 9,0 до 25 ГГц	минус 65

8.8 Определение среднего уровня собственных шумов

8.8.1 Средний уровень собственных шумов измерять в полосе пропускания 1 кГц при отсутствии сигнала на входе анализатора.

8.8.2 Установить на входной RF-разъем анализатора согласованную короткозамкнутую нагрузку 50 Ом (из состава набора мер коэффициентов передачи и отражения Agilent 85054D (Agilent 85052D)).

8.8.3 Установить на анализаторе следующие значения параметров, последовательно нажимая клавиши: центральная частота 10 МГц; полоса обзора 10 кГц; относительный уровень минус 70 дБ/мВт; входной аттенюатор 0 дБ; полоса пропускания 1 кГц; видеофильтр 100 Гц; количество измерений 20.

8.8.4 Нажать клавишу **Restart** и дождаться установления значения Average/Hold равным 20/20.

8.8.5 Вращая ручку управления анализатора установить линию дисплея на среднее значение отображаемой на экране дисплея амплитуды.

8.8.6 Нормализовать полученное значение уровня сигнала к полосе пропускания 1 Гц путём прибавления к полученному значению минус 30 дБ/мВт. Например, если измеренное значение соответствует минус 126 дБ/мВт, то нормализованное значение будет минус 156 дБ/мВт.

8.8.7 Повторить измерения для каждого из значений центральной частоты f_n из таблицы 12.

Таблица 12

Диапазон частот	Допустимое значение уровня собственных шумов, дБ/мВт, не более
<i>Предусилитель отсутствует</i>	
- от 10 МГц до 1 ГГц включ.	минус 153
- св. 1 до 2 ГГц включ.	минус 151
- св. 2 до 3 ГГц включ.	минус 150
- св. 3 до 3,6 ГГц включ.	минус 148
- св. 3,6 до 4 ГГц включ.	минус 145
- св. 4 до 4,4 ГГц включ.	минус 148
- св. 4,4 до 9 ГГц включ.	минус 150
- св. 9 до 18 ГГц включ.	минус 148
- св. 18 до 26,5 ГГц включ.	минус 143
- св. 26,5 до 40 ГГц включ.	минус 138
- св. 40 до 50 ГГц	минус 133

Продолжение таблицы 12

Диапазон частот	Допустимое значение уровня собственных шумов, дБ/мВт, не более
<p>Предусилитель выключен</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 10 МГц до 1 ГГц включ. - св. 1 до 2 ГГц включ. - св. 2 до 3 ГГц включ. - св. 3 до 3,6 ГГц включ. 	<ul style="list-style-type: none"> минус 150 минус 148 минус 147 минус 145
<p>Предусилитель включён</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 10 МГц до 2 ГГц включ. - св. 2 до 3 ГГц включ. - св. 3 до 3,6 ГГц включ. - св. 3,6 до 9 ГГц включ. - св. 9 до 18 ГГц включ. - св. 18 до 26,5 ГГц включ. - св. 26,5 до 40 ГГц включ. - св. 40 до 50 ГГц 	<ul style="list-style-type: none"> минус 141 минус 142 минус 143 минус 140 минус 134 минус 126 минус 121
<p>Предусилитель выключён</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 10 МГц до 2 ГГц включ. - св. 2 до 3 ГГц включ. - св. 3 до 3,6 ГГц включ. - св. 3,6 до 9 ГГц включ. - св. 9 до 18 ГГц включ. - св. 18 до 26,5 ГГц включ. - св. 26,5 до 40 ГГц включ. - св. 40 до 50 ГГц 	<ul style="list-style-type: none"> минус 162 минус 160 минус 156 минус 155 минус 154 минус 154 минус 150 минус 145

8.9.12 Результаты поверки считать положительными, если средний уровень собственных шумов анализатора не превышает значений, указанных в таблице 12. В противном случае анализатор бракуется.

8.9 Определение относительного уровня помех, обусловленных интермодуляционными искажениями третьего порядка

8.9.1 Соединить выходы генераторов сигналов через аттенюаторы 10 дБ с входами делителя.

8.9.2 Соединить выход делителя со входом анализатора.

8.9.3 Установить на первом генераторе значение частоты выходного сигнала $f_{g1} = f_{in} - 50$ кГц.

8.9.4 Установить на втором генераторе значение частоты выходного сигнала $f_{g1} = f_{in} + 50$ кГц.

8.9.5 Отрегулировать значение уровня выходного сигнала каждого генератора по отсчётному устройству анализатора таким образом, чтобы суммарный уровень сигнала на входе анализатора соответствовал значению минус 30 дБ/мВт.

8.9.6 Отключить автоматическую регулировку уровня генераторов для уменьшения взаимных помех.

8.9.7 Провести измерения ТОI.

8.9.8 Значение f_{in} устанавливать в соответствии с таблицей 13.

Таблица 13

Диапазон частот	Интермодуляционные искажения третьего порядка, дБ/мВт, не более
от 10 МГц до 4 ГГц	13
от 4 до 9 ГГц	11
от 9 до 50 ГГц	13

8.9.9 Точка пересечения третьего порядка, соответствующая входному сигналу, отображается в поле маркера анализатора как [TOI].

8.9.10 Уровень помех, обусловленных интермодуляционными искажениями 3-го порядка A_3 , вычислить по формуле (4):

$$A_3 = (-15 - \text{TOI}) \cdot 2. \quad (4)$$

Например, если полученное значение TOI равно 15, то $A_3 = (-15 - 15) \cdot 2 =$ минус 60 дБ/мВт.

8.9.13 Результаты поверки считать положительными, если уровень помех, обусловленных интермодуляционными искажениями 3-го порядка не превышает значений, указанных в таблице 13. В противном случае анализатор бракуется.


9 Оформление результатов поверки

9.1 При положительных результатах поверки на корпус анализатора наносится оттиск поверительного клейма и/или выдается свидетельство установленной формы.

9.2 Значения характеристик, определённые в процессе поверки при необходимости заносятся в документацию.

9.3 В случае отрицательных результатов поверки применение анализатора запрещается, на него выдается извещение о непригодности к применению с указанием причин забракования.

Начальник НИО-1 ФГУП «ВНИИФТРИ»



О.В. Каминский