

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ»
(ФБУ «РОСТЕСТ – МОСКВА»)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
ФБУ «Ростест-Москва»



Е.В. Морин

«03» июля 2017 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА FPC1000

Методика поверки

РТ-МП-4437-441-2017

г. Москва
2017 г.

Настоящий документ устанавливает методы и средства поверки анализаторов спектра FPC1000 (далее анализаторов), изготовленных фирмой “Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG”, Германия.

Интервал между поверками – 1 год.

1 Операции поверки

1.1 При первичной и периодической поверке анализатора выполняются операции, указанные в таблице 1.

1.2 При получении отрицательных результатов при выполнении любой из операций поверка прекращается и прибор бракуется.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта документа по поверке	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
Внешний осмотр	7.1	+	+
Опробование и подтверждение идентификационных данных ПО	7.2	+	+
Определение относительной погрешности частоты опорного генератора	7.3	+	+
Определение абсолютной погрешности измерения уровня	7.4	+	+
Определение среднего уровня собственных шумов анализатора	7.5	+	+
Определение уровня фазовых шумов	7.6	+	+
Определение уровня гармонических искажений второго порядка	7.7	+	-
Определение уровня интермодуляционных искажений третьего порядка	7.8	+	-

2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Номер пункта документа по поверке	Наименование средства поверки	Основные технические характеристики	
		Пределы измерения	Пределы допускаемой погрешности
7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8	Генератор сигналов SMB100A с опциями SMB-B106 и SMB-B1	от 9 кГц до 6 ГГц; (от -120 до 18) дБмВт* фазовый шум -122 дБн/Гц* на 1 ГГц, отстройка 10 кГц	$\pm 1 \cdot 10^{-7}$ $\pm 0,5$ дБ
7.4	Ваттметр проходящей мощности СВЧ NRP-Z98	от 9 кГц до 6 ГГц; от $2 \cdot 10^{-7}$ до $1 \cdot 10^2$ мВт	$\pm 2,5$ %

* Здесь и далее: дБмВт – дБ относительно 1 мВт;
дБн/Гц – дБ относительно уровня несущей в полосе пропускания 1 Гц

2.2 Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью.

2.3 Применяемые средства поверки должны быть исправны и иметь действующие свидетельства о поверке (отметки в формулярах или паспортах).

3 Требования безопасности

При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а также изложенные в руководстве по эксплуатации на приборы, в технической документации на применяемые при поверке рабочие эталоны и вспомогательное оборудование.

4 Условия поверки

Поверку проводить при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха, °С	20 ± 5
- относительная влажность воздуха, %	от 30 до 80
- атмосферное давление, кПа	от 84 до 106,7
- напряжение сети, В	220 ± 22
- частота сети, Гц	50 ± 0,5

5 Требования к квалификации поверителей

К проведению поверки анализатора допускаются лица, имеющие высшее или среднее специальное образование, квалификационную группу по электробезопасности не ниже 4 с напряжением до 1000 В, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электронным измерительно-испытательным оборудованием, и опыт практической работы.

6 Подготовка к поверке

6.1 Поверитель должен изучить руководства по эксплуатации поверяемого прибора и используемых при поверке средств измерений

6.2 Перед включением приборов должно быть проверено выполнение требований безопасности.

6.3 Определение метрологических характеристик поверяемого прибора должно производиться по истечении времени установления рабочего режима, равного 15 мин.

7 Проведение поверки

7.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра необходимо проверить:

- наличие маркировки, подтверждающей тип и заводской номер;
- наружная поверхность не должна иметь следов механических повреждений, которые могут влиять на работу прибора и его органов управления;
- разъемы должны быть чистыми;
- соединительные провода должны быть исправными;
- комплектность анализатора должна соответствовать указанной в технической документации фирмы-изготовителя.

Приборы, имеющие дефекты, бракуются и направляются в ремонт.

7.2 Опробование и определение идентификационных данных

Проверить отсутствие ошибок при включении анализатора. Идентификационное наименование и номер версии программного обеспечения анализатора отображаются при нажатии Setup-HW/SW Info.

Номер версии ПО должен соответствовать описанию ПО в технической документации на анализатор, ошибки при включении должны отсутствовать.

7.3 Определение относительной погрешности частоты опорного генератора

Погрешность частоты опорного генератора определить при помощи генератора SMB100A.

На генераторе установить частоту 1 ГГц, уровень 1 мВт.

На анализаторе выполнить следующие установки:

- [PRESET]
- [FREQ : 1 GHz]
- [SPAN : 100 kHz]
- [BW : MANUAL RBW : 3 kHz]
- [AMPT: 10 dBm]
- [MARKER▶ : Set to Peak]
- [MARKER : Marker Mode: Frequency Count]

Относительную погрешность частоты вычислить по формуле:

$$\delta f = (\text{Физм} - 1 \text{ ГГц}) / 1 \text{ ГГц}$$

Результаты поверки по данной операции считать удовлетворительными, если погрешность частоты опорного генератора не превышает $\pm 2 \cdot 10^{-6}$.

7.4 Определение абсолютной погрешности измерения уровня

Определение абсолютной погрешности измерения уровня провести с помощью генератора SMB100A и ваттметра NRP-Z98.

Выполнить соединение приборов по схеме рис. 1. Перевести анализатор в режим работы от внешней опорной частоты.




Рисунок 1

На генераторе установить частоту 100 МГц, уровень 6 дБмВт.

Выполнить следующие установки на анализаторе:

- [PRESET]
- [FREQ : 100 MHz]
- [AMPT: 0 dBm]
- [AMPT: ATTENUATOR: MANUAL ATT: 20 dB]
- [SPAN : 10 kHz]
- [BW : MANUAL RBW : 1 kHz]
- [TRACE : DETECTOR : RMS]
- [SWEEP : Swep Time Manual : 5s]
- [MKR-> : Set to Peak]

Зафиксировать результат измерения уровня по показанию маркера анализатора спектра L и значение уровня мощности, измеренное ваттметром $L_{\text{powermeter}}$. Вычислить погрешность измерения по формуле:

$$\Delta_{100\text{МГц}} = L - L_{\text{powermeter}}$$

Повторить измерения для частот 9 кГц, 1 МГц, 10 МГц, 50 МГц, 500 МГц, 700 МГц, 1 ГГц, при наличии опций В2 и В3 также провести измерения для частот 1,3 ГГц, 1,5 ГГц, 1,8 ГГц, 2 ГГц, 2,5 ГГц, 3 ГГц. Для частоты 9 кГц установить SPAN = 100 Гц и RBW = 10 Гц.

Повторить измерения для частоты 1 ГГц при установке уровня сигнала на генераторе: минус 4 дБВт, минус 14 дБВт, минус 24 дБВт, минус 34 дБВт.

Повторить измерения для частоты 1 ГГц и уровня сигнала на генераторе минус 14 дБВт при опорном уровне анализатора спектра минус 10 дБВт и положениях ВЧ аттенюатора: 0 дБ, 10 дБ, 30 дБ и 40 дБ.

Результаты поверки по данной операции считать удовлетворительными, если значение погрешности измерения уровня не превышает $\pm 2,3$ дБ до 10 МГц включительно и $\pm 1,3$ дБ свыше 10 МГц.

7.5 Определение среднего уровня собственных шумов

Определение среднего уровня собственных шумов анализатора осуществить измерением их уровня на дисплее в отсутствии входной мощности. Для этого к входу анализатора подключить согласованную нагрузку 50 Ом и выполнить установки на анализаторе:

- [PRESET]
- [SPAN : Zero Span]
- [BW: Manual RBW : 1 kHz]
- [BW: Manual VBW : 10 Hz]
- [SWEEP : Manual SWP Time : 600ms]
- [TRACE : Trace Mode: Average 10]
- [TRACE : DETECTOR : SAMPLE]
- [ATT: 0 dB]
- [AMPT : -40 dBm]
- [FREQ : {f_{изм}}]
- [MKR-> : SET TO PEAK]

Частоту {f_{изм}} установить из ряда 1 МГц, 11 МГц, 499 МГц, 999 МГц, при наличии опций В2 и В3 – также установить частоты 1,499 ГГц, 1,999 ГГц, 2,499 ГГц, 2,999 ГГц. При необходимости, проверять в режиме полосы обзора 100 кГц наличие на частоте измерения собственных дискретных спектральных составляющих анализатора, и в случае наличия производить отстройку от них.

Считать показания маркера для всех частот, нормализовать значение шума к полосе 1 Гц, для чего из показаний маркера вычесть 30 дБ.

Затем повторить измерения, включив предусилитель (при наличии опции В22), для чего на анализаторе установить:

- [AMPT: PREAMPLIFIER]

Результаты поверки по данной операции считать удовлетворительными, если действительные значения уровня шума не превышают допустимых значений, приведенных в таблице 3.

Таблица 3

Наименование характеристики		Значение
Значения среднего уровня собственных шумов в полосе 1 Гц, при ослаблении встроенного аттенюатора 0 дБ, в зависимости от состояния предусилителя, в диапазоне частот, дБ относительно 1 мВт, не более:	Предусилитель выключен от 1 МГц до 10 МГц включ.	-127
	св. 10 МГц до 2 ГГц включ.	-142
	св. 2 ГГц до 3 ГГц включ.	-138
	Предусилитель включен от 1 МГц до 10 МГц включ.	-147
	св. 10 МГц до 2 ГГц включ.	-158
	св. 2 ГГц до 3 ГГц включ.	-155

7.6 Определение уровня фазовых шумов

Для определения уровня фазовых шумов выполнить соединение приборов по схеме, представленной на рис. 1.

На генераторе установить частоту 500 МГц, уровень 0 дБмВт.

На анализаторе установить:

- [PRESET]
- [FREQ : 500 MHz]
- [AMPT : 0 dBm]
- [AMPT: Attenuator: Manual Att: 10dB]
- [SPAN : 100 kHz]
- [BW: Manual RBW : 1 kHz]
- [BW: Manual VBW : 10 kHz]
- [TRACE : DETECTOR : RMS]
- [TRACE : Trace Mode: Average 10]
- [MKR-> : SET TO PEAK]

Считать значение фазового шума по показаниям дельта-маркера D2, привести его к полосе 1 Гц, уменьшив на 30 дБ, при отстройке маркера от несущей и соответствующей полосе обзора из ряда: 30 кГц/100 кГц, 100 кГц/300 кГц и 1 МГц/3 МГц.

Результаты поверки по данной операции считать удовлетворительными, если действительные значения уровня фазовых шумов в полосе 1 Гц относительно уровня несущей не превышают:

- минус 88 дБ для отстройки 30 кГц,
- минус 98 дБ для отстройки 100 кГц,
- минус 120 дБ для отстройки 1 МГц.

7.7 Определение уровня гармонических искажений второго порядка

Для определения уровня гармонических искажений второго порядка соединить выход генератора с входом анализатора спектра через фильтр нижних частот. Схема измерения представлена на рис. 2.




Рисунок 2

Установить на генераторе частоту из таблицы 4 и уровень сигнала минус 20 дБмВт.

Подключить фильтр соответствующего диапазона.

На анализаторе установить:

- [PRESET]
- [FREQ : из таблицы 4]
- [AMPT : -20 dBm]
- [AMPT: Attenuator: Manual Att: 0dB]
- [SPAN : 50 kHz]
- [BW: Manual RBW : 1 kHz]
- [BW: Manual VBW : 100 Hz]
- [MKR-> : SET TO PEAK]

Включить на анализаторе второй маркер, установить на анализаторе частоту второй/третьей гармоники в соответствии с таблицей 4 и измерить вторым маркером уровень гармоники. Рассчитать гармонические искажения как разницу между значениями второго и первого маркеров.

Записать показания в таблицу 4.


Таблица 4

Параметры генератора		Параметры гармоники		
Тип фильтра	Частота, МГц	Частота, МГц	Измеренное значение, дБ относительно уровня несущей	Допустимое значение, дБ относительно уровня несущей, не более
(32 - 53) МГц	45	90/135		-40
(86 – 152) МГц	105	210/315		
(390 – 600) МГц	495	990/1485		

Результаты поверки по данной операции считать удовлетворительными, если полученные значения уровня гармонических искажений второго порядка не превышают предельных допускаемых значений, указанных в последнем столбце таблицы 4.

7.8 Определение уровня интермодуляционных искажений третьего порядка

Определение уровня интермодуляционных искажений третьего порядка провести по схеме рис. 3 путем измерения относительного уровня помех на частотах: $(2 \times f_1 - f_2)$ и $(2 \times f_2 - f_1)$ при подаче на анализатор двух сигналов примерно одинаковой мощности с частотами f_1 и f_2 .



Где: Д – резистивный делитель мощности СВЧ

Рисунок 3

На анализаторе установить:

- [PRESET]
- [FREQ : из таблицы 5]
- [AMPT : -20 dBm]
- [AMPT: Attenuator: Manual Att: 0dB]
- [SPAN : 500 kHz]

- [BW: Manual RBW : 3 kHz]
- [MKR-> : SET TO PEAK]

Установить на генераторах уровень сигнала минус 10 дБ относительно 1 мВт и частоты $f_1 = f_{\text{ИЗМ}} - 50$ кГц – на одном и $f_2 = f_{\text{ИЗМ}} + 50$ кГц – на другом.

Выключить мощность одного из генераторов. Органами регулировки второго генератора установить уровень на входе анализатора минус 20 дБ относительно 1 мВт.

Выключить этот генератор, включить другой и его уровень установить аналогичным образом.

Включить мощность обоих генераторов.

Включить на анализаторе режим дельта-маркера, установить дельта-маркер на 100 кГц левее меньшей частоты и на 100 кГц правее большей частоты. Занести большее по модулю значение маркера в таблицу 5. Это значение соответствует уровню интермодуляционных искажений 3-го порядка.

Повторить измерения на частотах, указанных в таблице 5 в диапазоне частот поверяемого анализатора спектра.

Таблица 5

Центральная частота анализатора $f_{\text{ИЗМ}}$, МГц	Интермодуляционные искажения 3-го порядка	
	Измеренные значения, дБ относительно уровня несущей	Допустимые значения, дБ относительно уровня несущей, не более
300 1000 1900 (опция В2) 2900 (опция В3)		-48

Результаты поверки по данной операции считать удовлетворительными, если действительные значения интермодуляционных искажений не превышают допустимые значения, приведенные в последнем столбце таблицы 5.

8 Оформление результатов поверки

8.1 Результаты измерений, полученные в процессе поверки, заносят в протокол произвольной формы.

8.2 При положительных результатах поверки выдается свидетельство о поверке в соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 1815 от 02.07.2015.


Знак поверки наносится на переднюю панель анализаторов спектра FPC1000 или на свидетельство о поверке в соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 1815 от 02.07.2015.

8.3 При отрицательных результатах поверки, выявленных при внешнем осмотре, опробовании или выполнении операций поверки, выдается извещение о непригодности в соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 1815 от 02.07.2015.

Начальник лаборатории № 441
ФБУ «Ростест-Москва»

Нач. сектора № 1 лаборатории № 441
ФБУ «Ростест-Москва»

Анализаторы спектра FPC1000
Методика поверки РТ-МП-4437-441-2017



С. Э. Баринов

Р. А. Осин

лист 8
листов 8