

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»
ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»

Исполнительного директора
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

М.п. _____ А.Н.Пронин
20.12.2017 г.



Государственная система обеспечения единства измерений


Спектрометры эмиссионные с индуктивно-связанной плазмой

Avio 500

Методика поверки

МП 242-2187-2017

Заместитель руководителя отдела
Государственных эталонов в области
физико-химических измерений
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»


_____ А.В.Колобова

Старший научный сотрудник


_____ М.А. Мешалкин

С.Петербург
2017 г.

Настоящая методика поверки распространяется на спектрометры эмиссионные с индуктивно-связанной плазмой Avio 500 и устанавливает методы и средства их первичной поверки после ввода в эксплуатацию и после ремонта и периодической поверки в процессе эксплуатации. Интервал между поверками - 1 год.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции:

Таблица 1 –Операции поверки

N п/п	Наименование операций	Номер пункта методи- ки	Обязательность проведения	
			в эксплуатации	после ремонта
1.	Внешний осмотр.	6.1	да	да
2.	Опробование.	6.2	да	да
3.	Проверка соответствия ПО	6.3	да	да
4.	Определение метрологиче- ских характеристик.	6.4	да	да

Примечание:

При отрицательных результатах поверки по какому-либо пункту настоящей методики дальнейшая поверка спектрометра прекращается и он признается прошедшим поверку с отрицательным результатом.

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1. Стандартные образцы состава водных растворов ионов цинка (ГСО 7770-2000), марганца (ГСО 7266-96) и бария (ГСО 7760-2000).
2. Вода для лабораторного анализа 1-ой степени очистки по ГОСТ Р 52501-2005.
3. Термогигрометр электронный утвержденного типа, зарегистрированный в Федеральном информационном фонде по ОЕИ (диапазон измерений относительной влажности от 10 до 100 %; абсолютная погрешность не более 3,0 %; диапазон измерений температуры от +10 до +40 °С; абсолютная погрешность не более 0,5 °С).
4. Барометр-анероид М-110 или аналогичный.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

Все средства должны иметь действующие свидетельства о поверке, а ГСО – действующие паспорта.

3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

- 3.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
- | | |
|--|----------------------------|
| диапазон температуры окружающей среды | (20 ± 5) °С; |
| диапазон атмосферного давления | от 84 до 106,7 кПа; |
| диапазон относительной влажности воздуха | не более 80 %; |
| напряжение питания | (220 ⁺²² -33)В; |
| частота питания переменного тока | (50 ± 1) Гц. |

- 3.2. Напряжение линии питания должно быть устойчивым и свободным от скачков.

3.3. Механические воздействия, наличие пыли, агрессивных примесей, внешние электрические и магнитные поля (кроме земного) и отклонения от рабочего положения не допускаются.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ и ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

Требования безопасности должны соответствовать рекомендациям, изложенным в Руководстве по эксплуатации спектрометров.

К проведению поверки допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации и методику поверки и имеющие удостоверение поверителя.

Для получения данных, необходимых для поверки, допускается участие в поверке оператора, обслуживающего спектрометр или сервис-инженера (под контролем поверителя).

5. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

При подготовке к поверке необходимо выполнить следующие операции:

- включить питание прибора от сети переменного тока;
- осуществить прогрев прибора (не менее двух часов).

6. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1. Внешний осмотр

6.1.1. При внешнем осмотре должно быть установлено:

- соответствие маркировки спектрометра технической документации.
- отсутствие внешних повреждений и загрязнений, влияющих на работоспособность спектрометра;
- четкость всех надписей;
- исправность органов управления.

Спектрометр считается выдержавшим внешний осмотр, если он соответствует перечисленным выше требованиям.

6.2. Опробование.

Опробование (самотестирование прибора) производится автоматически после включения питания спектрометра и запуска программного обеспечения. В случае успешного прохождения опробования (тестирования) на экране монитора появляется стартовое окно программы управления прибором.

6.3. Проверка соответствия программного обеспечения

6.3.1 Определение номера версии (идентификационного номера) автономного программного обеспечения.

Определение осуществляется следующим образом:

- в главном окне программы в строке команд щелкнуть мышью на команде **Справка (Help)**. В открывшемся окне щелкнуть мышью по строке **о ПО** в результате чего откроется окно, в котором приведены название ПО и номер версии. Вид экрана с окном приведен на рисунке 1.




Рис.1 Окно с названием и номером версии ПО

Спектрометр считается выдержавшим поверку по п.6.3.1, если номер версии автономного ПО не ниже 3.0.0.3081.

6.3.2. Определение номера версии (идентификационного номера) встроенного программного обеспечения.

Определение осуществляется следующим образом:

Пользуясь командами Instruments⇒Utilites⇒Diagnostics меню программы Syngistix for ICP открыть страницу Firmware. Версия ПО указана на странице Firmware в строке Spectrometer, столбец Installed Version.

Спектрометр считается выдержавшим поверку по п.6.3.2, если номер версии встроенное ПО не ниже 2.0.

6.4. Определение метрологических характеристик

6.4.1. Для проведения поверки должен быть установлен базовый комплект системы ввода пробы (камера распыления, распылитель, горелка) и заданы стандартные параметры работы спектрометров.

6.4.2. Приготовление контрольных растворов.

6.4.2.1. Согласно указаниям приложения 1, из стандартных образцов, указанных в разделе 2, приготовить контрольный раствор №2 на основе воды для лабораторного анализа, содержащий контрольные элементы со следующими массовыми концентрациями:

Mn – 1000 мкг/дм³;
 Ba – 1000 мкг/дм³;
 Zn – 1000 мкг/дм³

6.4.2.2. Контрольным раствором №1 является вода для лабораторного анализа 1-ой степени очистки.

6.4.2.3. Измерения проводятся на длинах волн, указанных в таблице 2.

Таблица 2 – Длины волн контрольных элементов

Элемент	Длина волны, нм
Mn	257,610
Ba	455,403
Zn	213,857

6.4.3. Определение относительного СКО выходного сигнала.

6.4.3.1. Определение относительного СКО выходного сигнала проводится по линии цинка в вариантах аксиального и радиального способов наблюдения плазмы.

6.4.3.2. Используя контрольный раствор №2 измерить 10 раз (10 реплик) интенсивность спектральной линии цинка (на длине волны, указанной в п. 6.4.2.3).

6.4.3.3. Вычислить среднее значение интенсивности линии (\bar{I}_i).

6.4.3.4. По полученным данным применяя программное обеспечение спектрометра или электронные таблицы EXCEL, вычислить абсолютное СКО выходного сигнала (S).

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (I_i - \bar{I}_i)^2}{n-1}} \quad (1)$$

6.4.3.5. Вычислить относительное СКО выходного сигнала (S_r) по формуле:

$$S_r = \frac{S}{I_i} \times 100\% \quad (2)$$

6.4.3.6. Спектрометр считается выдержавшим поверку по п.6.4.3 если значение относительного СКО не превышает 1,0 % для аксиального наблюдения и для радиального наблюдения.

6.4.4. Определение пределов обнаружения.

6.4.4.1. Построить градуировочные характеристики с помощью контрольных растворов №1 и №2, указанных в пункте 6.4.2, используя длины волн, указанные в таблице 2.

6.4.4.2. Используя градуировочную характеристику, определить 10 раз (10 реплик) концентрации контрольных элементов (Mn, Ba, Zn), используя в качестве пробы воду для лабораторного анализа (контрольный раствор №1).

По полученным результатам вычислить СКО для каждого элемента отдельно. Концентрация, соответствующая пределу обнаружения данного элемента, определяется путем умножения полученной величины СКО на три (3σ).

6.4.4.3. Спектрометр считается прошедшим поверку по п. 6.4.4, если величины, полученные в п.6.4.4.2 не превышают значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3- Пределы обнаружения элементов (по критерию 3σ), мкг/дм³

Элемент	Аксиальная (осевая) схемой наблюдения плазмы	Радиальная схема наблюдения плазмы
Mn ($\lambda = 257,610$ нм)	1,0	4,0
Ba ($\lambda = 455,403$ нм)	1,0	4,0
Zn ($\lambda = 213,857$ нм)	1,0	4,0

7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1. Оформление свидетельства о поверке проводится в соответствии с требованиями приказа № 1815 от 02.07.2015 г Мипромторга России «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

7.2. Данные, полученные при поверке, оформляются в произвольной форме.

7.3. Спектрометр, удовлетворяющий требованиям настоящей методики поверки, признается годными и на него оформляется свидетельство о поверке по установленной форме.

На оборотной стороне свидетельства приводится следующая информация:

- результаты опробования и внешнего осмотра;
- результат проверки соответствия ПО;
- результаты определения метрологических характеристик;

7.4. Спектрометры, не удовлетворяющие требованиям настоящей методики, к дальнейшей эксплуатации не допускаются и на них выдается извещение о непригодности.

7.5. Знак поверки наносится на лицевую панель спектрометра и (или) на свидетельство о поверке.

**Приготовление контрольного раствора №2
с массовой концентрацией ионов металлов 1000 мкг/дм³**

1. При помощи градуированной пипетки номинальной вместимостью 1 см³ переносят 0,1 см³ каждого стандартного образца с номинальным значением массовой концентрации 1000 мг/дм³ (действительное значение указано в паспорте) в мерную колбу с притертой пробкой вместимостью 100 см³, разбавляют до метки водой для лабораторного анализа 1-ой степени очистки и перемешивают.
2. Действительное значение массовой концентрации металла в растворе (C_1 , мг/дм³) вычисляют по формуле:

$$C_1 = C_o \cdot \frac{V_o}{V_k},$$

где C_o - действительное значение массовой концентрации стандартного образца раствора металла, мг/дм³;

V_o - объем исходного раствора, использованный для приготовления данного раствора (0,1 см³);

V_k - объем приготовленного раствора (100 см³).

Примечание 1.

Допускается готовить контрольный раствор №2 с поэтапным разбавлением стандартного образца раствора ионов элементов водой для лабораторного анализа первой степени очистки.