

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ»
(ФБУ «РОСТЕСТ – МОСКВА»)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

ФБУ «Ростест-Москва»



А.Д. Меньшиков

М.п.

«29» ноября 2018 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ SMBV100B

Методика поверки

РТ-МП-5647-441-2018

г. Москва
2018 г.

1 Общие указания

Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок генераторов сигналов SMBV100B (далее – генераторы).

Интервал между поверками – 24 месяца.

Перед проведением поверки необходимо ознакомиться с указаниями, изложенными в руководстве по эксплуатации на генераторы.

2 Операции поверки

2.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Методы поверки (номер пункта)	Обязательность проведения при поверке	
		первичной	периодической
Внешний осмотр	7.1	+	+
Идентификация программного обеспечения	7.2	+	+
Опробование	7.3	+	+
Определение метрологических характеристик			
Определение погрешности установки частоты выходного сигнала	7.4	+	+
Определение погрешности установки уровня выходного сигнала	7.5	+	+
Определение параметров спектра сигнала в режиме непрерывных колебаний	7.6	+	+
Определение параметров режимов амплитудной, частотной, импульсной модуляции	7.7	+	-
Определение параметров режима внутренней квадратурной модуляции	7.8	+	-
Определение КСВН выхода генератора	7.9	+	-

2.2 Допускается проводить периодическую поверку генератора SMBV100B в ограниченном диапазоне частот на основании письменного заявления владельца СИ с соответствующей записью в свидетельстве о поверке. Ограничение диапазона частот возможно до верхней граничной частоты опции В103 (до 3 ГГц).

3 Средства поверки

3.1 При проведении поверки генераторов применяют средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Средства поверки

Номер пункта документа по поверке	Наименование средства поверки	Требуемые технические характеристики средства поверки		Рекомендуемое средство поверки
		Пределы измерений	Пределы допускаемой погрешности	
7.4	Стандарт частоты	Частота выходных сигналов 5 МГц, 10 МГц	$\pm 5 \cdot 10^{-10}$ за 1 год	Стандарт частоты рубидиевый GPS -12RG
7.4	Частотомер универсальный	Диапазон частот от 0,001 Гц до 6 ГГц	$\pm 5 \cdot 10^{-10}$ с внешней опорной частотой за 1 год	Частотомер универсальный CNT-90XL
7.5	Установка для измерения ослабления	от 20 Гц до 18 ГГц от -130 до +20 дБмВт ¹	$\pm 2 \cdot 10^{-7}$ $\pm(0,01 + 0,0005 \cdot A)$ дБ	Приемник измерительный FSMR26 с опцией B24
7.5	Измеритель мощности	от 10 МГц до 6 ГГц от $2 \cdot 10^{-3}$ до $2 \cdot 10^3$ мВт	$\pm(4 \dots 7) \%$	Ваттметр поглощаемой мощности СВЧ NRP18S-10
7.5 7.8	Измеритель мощности	от 0 до 6 ГГц от 10^{-3} до 10^2 мВт	$\pm 6 \%$	Преобразователь измерительный NRP-Z51
7.6.1 7.6.2 7.8	Анализатор спектра	от 2 Гц до 6 ГГц от -150 до +30 дБмВт гармонические искажения ≤ -70 дБн ² негармонические искажения $\leq (-110 \dots -90)$ дБн	$\pm 1 \cdot 10^{-7}$	Анализатор спектра FSW8 с опциями K7, K70 и B160
7.7	Измеритель модуляции	Кам: от 0 до 100 % Fd: до 160 МГц	$\pm(0,2\% + 0,001 \cdot K_{ам})$ $\pm(0,003 \cdot (F_{мод} + F_{дев}) + 2 Гц)$	
7.6.3	Измеритель фазовых шумов	от 10 МГц до 6 ГГц фазовый шум ≤ -166 дБн/Гц ³ на 1 ГГц, при отстройке 10 кГц	$\pm 1,5$ дБ	Анализатор фазового шума FSWP8 с опцией B61
7.8	Анализатор цепей	от 100 кГц до 6 ГГц. КСВН: от 1,05 до 10	$\pm 5 \%$	Анализатор цепей векторный ZNB8

Примечания:

Здесь и далее:

- 1) дБмВт – дБ относительно 1 мВт;
- 2) дБн – дБ относительно уровня несущей;
- 3) дБн/Гц – дБ относительно уровня несущей, приведенное к полосе пропускания 1 Гц.

3.2 Вместо указанных в таблице средств поверки допускается применять другие аналогичные меры и измерительные приборы, обеспечивающие измерения соответствующих параметров поверяемых средств измерений с требуемой точностью.

3.3 Применяемые средства поверки должны быть исправны и поверены, эталоны аттестованы.

4 Требования безопасности

При проведении поверки генератора необходимо соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и правила охраны труда.

К проведению поверки допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте, освоившие работу с генератором и применяемыми средствами поверки, изучившие настоящую методику.

На рабочем месте должны быть приняты меры по обеспечению защиты от воздействия статического электричества.

Работать с генератором необходимо при отсутствии резких изменений температуры окружающей среды. Для исключения сбоев в работе, измерения необходимо производить при отсутствии резких перепадов напряжения питания сети, вызываемых включением и выключением мощных потребителей электроэнергии и мощных импульсных помех.

5 Условия проведения поверки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха.....от 15 до 25 °С;
- относительная влажность воздухане более 80 %.

6 Подготовка к поверке

Порядок установки генератора на рабочее место, включения, управления и дополнительная информация приведены в руководстве по эксплуатации: «Генераторы сигналов SMBV100B. Руководство по эксплуатации».

Убедиться в выполнении условий проведения поверки.

Выдержать генератор в выключенном состоянии в условиях проведения поверки не менее двух часов, если он находился в отличных от них условиях.

Выдержать генератор во включенном состоянии не менее 30 минут.

Выдержать средства поверки во включенном состоянии в течение времени, указанного в их руководствах по эксплуатации.

7 Проведение поверки

7.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра установить соответствие генератора следующим требованиям:

- наличие маркировки, подтверждающей тип и заводской номер;
- наружная поверхность не должна иметь следов механических повреждений, которые могут влиять на работу прибора и его органов управления;
- разъемы должны быть чистыми;
- соединительные провода должны быть исправными;
- комплектность генератора должна соответствовать указанной в технической документации фирмы-изготовителя.

Результаты выполнения операции считать положительными, если выполняются вышеуказанные требования.

7.2 Идентификация программного обеспечения

Идентификационное наименование и номер версии программного обеспечения генератора отображаются на дисплее прибора при нажатии Setup > Instrument Assembly > Version/Options.

Наименование и номер версии ПО должны соответствовать описанию ПО в технической документации на генератор и в описании типа средства измерений.

7.3 Опробование

Подготовить генератор к работе в соответствии с руководством по эксплуатации. Проверить отсутствие сообщений о неисправности в процессе загрузки генератора. Проверить возможность и прохождение внутреннего теста, для чего нажать Setup > General > Internal Adjustments > Adjust All".

Генератор, не прошедший самотестирование и имеющий дефекты, бракуется и направляется в ремонт.

7.4 Определение погрешности установки частоты выходного сигнала

Погрешность установки частоты определить путем измерения сигнала внутренней опорной частоты 10 МГц на задней панели генератора, а также максимальной частоты выходного СВЧ сигнала (3 ГГц/6 ГГц для опций В103/КВ106 соответственно) при помощи частотомера, работающего в режиме внешней опорной частоты от стандарта частоты.

Погрешность рассчитать по формуле 1:

$$\Delta f = (f_{\text{ген}} - f_{\text{прм}}) / f_{\text{прм}}, \quad (1)$$

где $f_{\text{прм}}$ - частота, измеренная приемником;

$f_{\text{ген}}$ - частота установленная на генераторе.

Результаты поверки по данной операции считать положительными, если погрешность установки частоты, не превышает пределов, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты δf при работе от внутренней опорной частоты	штатно	$\pm 1 \cdot 10^{-6}$
	опция В1	$\pm 1 \cdot 10^{-7}$
	опция В1Н	$\pm 3 \cdot 10^{-8}$

7.5 Определение погрешности установки уровня выходного сигнала

Погрешность установки уровня, а также диапазона установки уровня выходного сигнала определить при помощи измерителя мощности для уровня выходной мощности от 0 дБмВт, при помощи приемника измерительного для уровней мощности от -127 дБмВт до 0 дБмВт.

Подключить ваттметр к выходу генератора, установить на нем частоту измерений для корректировки частотной зависимости. На генераторе установить немодулированный сигнал, уровень выходной мощности 0 дБмВт. Измерения выходного уровня генератора провести на частотах 0,2; 1; 3; 8; 10; 20; 52; 52,01; 125; 200 МГц; далее в зависимости от установленной опции В103/КВ106 до 3 или 6 ГГц с шагом 200 МГц.

Для частот менее 10 МГц и вместо ваттметра NRP18S-10 использовать преобразователь NRP-Z51 совместно с аттенуатором 10 дБ, S-параметры которого измерены на ZNB8 и загружены в NRP-Z51 для корректировки показаний.

Погрешность установки уровня мощности 0 дБмВт вычислить по формуле (2):

$$\Delta P_{0\text{дБм}} = P_{\text{уст}} - P_{\text{изм}} \text{ [дБ]} \quad (2)$$

где: $P_{\text{уст}}$ - установленное на генераторе значение уровня мощности [дБмВт];
 $P_{\text{изм}}$ – показания измерителя мощности [дБмВт].

Кроме этого, аналогичным образом определить погрешность установки максимально специфицированного уровня выходного сигнала генератора в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

Максимально специфицируемый уровень выходного сигнала в зависимости от частоты, дБ относительно 1 мВт	штатно	от 200 кГц до 1 МГц включ.	+13
		св. 1 МГц до 10 МГц включ.	+18
		св. 10 МГц до 6 ГГц включ.	+18
	опция К31	от 200 кГц до 1 МГц включ.	+13
		св. 1 МГц до 10 МГц включ.	+21
		св. 10 МГц до 4 ГГц включ.	+21
		св. 4 ГГц до 6 ГГц включ.	+20
	опция В32	от 200 кГц до 10 МГц включ.	+21
св. 10 МГц до 6 ГГц включ.		+25	

Затем соединить выход генератора с входом приемника измерительного. Генератор перевести в режим работы от внешнего источника опорного сигнала частотой 10 МГц, который подать с выхода 10 МГц приемника. На генераторе установить немодулированный сигнал частотой 10 МГц и уровнем 0 дБмВт. На приемнике установить частоту измерения и выбрать режим относительных измерений (установить «0»).

Уменьшая выходной уровень генератора $P_{\text{уст}}$ с шагом 10 дБ, провести измерения до минимального уровня минус 110 дБмВт в диапазоне частот от 200 кГц до 10 МГц и минимального уровня минус 127 дБмВт в диапазоне частот от 10 МГц до максимальной частоты генератора. Рассчитать погрешность установки уровня по формуле (3):

$$\Delta P = P_{\text{уст}} - A + \Delta P_{0\text{дБм}} \quad (3)$$

где: A – текущие показания приемника.

Повторить измерения на максимальной частоте генератора 3 или 6 ГГц в зависимости от установленной опции В103 или КВ106 соответственно.

Результаты поверки по данной операции считать положительными, если погрешность установки уровня соответствует указанной в таблице 5.

Таблица 5

Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки уровня до минус 90 дБ относительно 1 мВт включ., дБ	от 200 кГц до 10 МГц включ.	$\pm 1,2$
	св. 10 МГц до 3 ГГц включ.	$\pm 0,8$
	св. 3 ГГц	$\pm 1,1$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки уровня св. минус 90 дБ до 25 дБ относительно 1 мВт включ., дБ	от 200 кГц до 3 ГГц включ.	$\pm 0,5$
	св. 3 ГГц	$\pm 0,7$

7.6 Определение параметров спектра сигнала в режиме непрерывных колебаний

Уровень гармонических и негармонических составляющих определить с помощью анализатора спектра, фазовый шум – с помощью измерителя фазовых шумов.

7.6.1 Выход генератора подключить к входу анализатора спектра, анализатор и генератор синхронизировать по общей опорной частоте. На генераторе установить немодулированный сигнал частотой 10 МГц и уровнем 10 дБмВт. На анализаторе спектра опорный уровень 10 дБмВт, центральную частоту равную частоте генератора, полосу пропускания 1 кГц. Включить режим автоматического измерения гармонических составляющих. Повторить измерения на частотах 2,999 ГГц; 5,999 ГГц – для опции В103, КВ106 соответственно.

Результаты поверки по данной операции считать положительными, если уровень гармонических составляющих синусоидального сигнала не превышает минус 30 дБн во всём диапазоне частот.

7.6.2 На генераторе установить немодулированный сигнал частотой $f = 11$ МГц с уровнем 11 дБмВт. На анализаторе спектра установить опорный уровень 15 дБмВт, полосу обзора от $f_{\text{start}} = 0,1$ МГц до $f_{\text{stop}} = 750$ МГц, полосу пропускания такую, чтобы собственные шумы анализатора P_{noise} были менее минус 92 дБмВт. Измерить маркером уровень несущего колебания P_f , затем провести измерения максимального уровня дискретных составляющих в полосе обзора P_{search} , исключая гармонические составляющие генератора, а также частоты ПЧ и зеркальные каналы анализатора спектра (37 МГц, 1317 МГц и $f - 2 \cdot 37$ МГц, $f - 2 \cdot 1317$ МГц соответственно).

Рассчитать уровень негармонических составляющих по формуле: $D = P_{\text{search}} - P_f$.

Затем повторить измерения для частот f из таблицы 6, соответствующим образом устанавливая f_{start} и f_{stop} на анализаторе с учетом частотных опций генератора, а также полосу пропускания для получения необходимого P_{noise} .

Результаты поверки по данной операции считать положительными, если уровень негармонических составляющих синусоидального сигнала по отношению к уровню сигнала несущей частоты не превышает значений, указанных в таблице 6.

Таблица 6

f, ГГц	f _{start} , ГГц	f _{stop} , ГГц	P _{noise} , дБмВт	D, дБн, не более
0,011	0,0001	0,75	-92	-80
0,749	0,74	1,5	-92	-80
1,499	1,4	3	-88	-76
2,901	2,9	6	-82	-70
5,901	5	6	-76	-64

7.6.3 На генераторе установить немодулированный сигнал частотой 100 МГц и уровнем 10 дБмВт. На анализаторе фазовых шумов установить частоту 100 МГц, диапазон отстроек от 1 кГц до 100 кГц и количество кросс-корреляций, необходимое для достижения требуемой чувствительности. Маркером в режиме измерения фазового шума провести измерения при отстройке 20 кГц от несущей.

Повторить измерения для частот 1 ГГц, 2 ГГц, 3 ГГц, 4 ГГц, 6 ГГц, в зависимости от установленной опции диапазона частот.

Результаты поверки по данной операции считать положительными, если уровень фазовых шумов не превышает значений, указанных в таблице 7.

Таблица 7

Спектральная плотность мощности фазовых шумов при отстройке от несущей 20 кГц и уровне сигнала 10 дБ относительно 1 мВт в зависимости от частоты несущей, дБ относительно несущей в полосе 1 Гц, не более:	Частота	Допустимое значение
	100 МГц	-142
	1 ГГц	-126
	2 ГГц	-120
	3 ГГц	-116
	4 ГГц	-114
	6 ГГц	-110

7.7 Определение параметров режимов амплитудной, частотной, импульсной модуляции (АМ, ЧМ, ИМ)

Измерения параметров генератора в режимах внутренней АМ, ЧМ (при наличии опций K720 и K24), ИМ (при наличии опций K22 и K23) провести при помощи анализатора спектра с опцией измерительного демодулятора сигналов с аналоговой модуляцией.

7.7.1 Для определения параметров в режиме АМ на генераторе установить режим внутренней АМ с Кам = 80 % и частотой модулирующего синусоидального колебания 1 кГц, несущую 10 МГц и уровень 0 дБмВт. На анализаторе – режим демодуляции АМ на частоте 10 МГц с отображением Кам, частоты модулирующего колебания и значения коэффициента гармоник огибающей.

Провести измерения Кам и коэффициента гармоник, повторить измерения для Кам = 1 %, 10 %, 30 %, 50 % и для частот 3 ГГц (для опции В103), 6 ГГц (для опции КВ106).

Результаты поверки по данной операции считать положительными, если погрешность установки Кам и коэффициент гармоник огибающей не превышают значений, указанных в таблице 8.

Таблица 8

Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки коэффициента амплитудной модуляции (М), %	до 80 МГц включ.	$\pm(0,01 \cdot M + 1)$
	св. 80 МГц	$\pm(0,03 \cdot M + 1)$
Коэффициент гармоник огибающей при глубине модуляции 80 %, %, не более	до 80 МГц включ.	0,5
	св. 80 МГц	3,0

7.7.2 Для определения параметров в режиме ЧМ на генераторе установить режим внутренней ЧМ с девиацией 1 МГц в режиме низкого шума и частотой модулирующего синусоидального колебания 2 кГц, несущую 10 МГц и уровень 0 дБмВт. На анализаторе – режим демодуляции ЧМ на частоте 10 МГц с отображением девиации частоты, частоты модулирующего колебания и значения коэффициента гармоник огибающей.

Провести измерения девиации и коэффициента гармоник, повторить измерения девиации частоты для значений девиации 1 кГц и 100 кГц.

Повторить измерения на частотах 3 ГГц (для опции В103) и 6 ГГц (для опции КВ106). Измерения девиации и коэффициента гармоник на частоте 3 ГГц провести для девиации 2 МГц, на частоте 6 ГГц для девиации 4 МГц.

Результаты поверки по данной операции считать положительными, если погрешность установки девиации и коэффициент гармоник огибающей не превышают значений, указанных в таблице 9.

Таблица 9

Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки девиации частоты F_d при модулирующей частоте 2 кГц в режиме низкого шума, Гц	$\pm(0,02 \cdot F_d + 20)$
Коэффициент гармоник огибающей при модулирующей частоте 2 кГц в режиме низкого шума, %, не более	0,2

7.7.3 Для определения времени нарастания радиоимпульса в режиме ИМ на генераторе установить: режим внутренней ИМ с периодом следования 100 нс и длительностью импульса 20 нс, частота несущей 1 ГГц и уровень 0 дБмВт. На анализаторе – режим нулевой полосы обзора на частоте 1 ГГц с полосой анализа 160 МГц и временем развертки 1 мкс. С помощью синхронизации добиться устойчивой картинки.

Провести с помощью маркера измерения времени нарастания радиоимпульса.

Для определения подавления радиоимпульса в паузе в режиме ИМ на генераторе установить: режим внешней ИМ, частота несущей 1 ГГц и уровень 0 дБмВт, полярность запускающего импульса - инверсная. На анализаторе – центральную частоту 1 ГГц, полосу обзора 10 МГц с полосой разрешения 1 кГц.

Маркером измерить уровень сигнала. Переключить полярность, снова провести измерения уровня сигнала. Вычислить подавление в паузе как разность между уровнями.

Повторить измерения для частот 3 ГГц (для опции В103), 6 ГГц (для опции КВ106).

Результаты поверки по данной операции считать положительными, если коэффициент подавления не менее 80 дБ, а время нарастания – не более 15 нс.

7.8 Определение параметров режима внутренней квадратурной модуляции

7.8.1 Абсолютную погрешность среднеквадратического значения векторной ошибки определить путем измерения сигнала с модуляцией типа 16QAM на анализаторе спектра в режиме векторной демодуляции сигналов.

Для этого на генераторе установить несущую 1 ГГц, уровень 0 дБмВт, векторную модуляцию 16QAM, скорость 10 кГц, данные PRBS9. На анализаторе установить частоту 1 ГГц, режим векторной демодуляции сигнала 16QAM со скоростью 10 кГц. Повести измерения среднеквадратического значения векторной ошибки EVM_{rms} сигнала. Повторить измерения для скорости 5 МГц.

Результаты поверки по данной операции считать положительными, если среднеквадратическое значение векторной ошибки не превышает $\pm 0,8$ %.

7.8.2 Неравномерность АЧХ в полосе модуляции определить путем измерения

уровня сигнала ВЧ с помощью измерителя мощности при смещении частоты ВЧ сигнала с помощью цифровой модуляции.

Для этого ВЧ выход генератора подключить к преобразователю мощности. На генераторе установить частоту 1 ГГц, уровень 0 дБмВт, цифровую модуляцию BPSK с типом данных «ALL 0», смещение по частоте в настройках цифровой модуляции 0 Гц.

Измерить уровень выходной мощности $P_{0Гц}$, затем ввести смещение по частоте 1 МГц, 5 МГц, 10 МГц, 20 МГц, 40 МГц, 60 МГц, дополнительно 80 МГц, 100 МГц, 120 МГц для опции K523 и 150 МГц, 200 МГц, 250 МГц для опции K524. Те же измерения повторить при отрицательном смещении по частоте.

Результаты поверки по данной операции считать положительными, если неравномерность АЧХ относительно $P_{0Гц}$ не превышает ± 1 дБ.

7.8.3 Подавление несущей и зеркального канала определить по анализатору спектра.

На генераторе установить частоту 1 ГГц, уровень 0 дБмВт, цифровую модуляцию BPSK с типом данных «ALL 0», смещение по частоте в настройках цифровой модуляции 50 МГц. На анализаторе установить центральную частоту 1 ГГц, опорный уровень 0 дБмВт, полосу обзора 200 МГц.

Установить маркер на максимум сигнала и дельта-маркером провести измерения на частоте несущей и частоте зеркального канала (смещение 50 МГц от несущей в противоположную сторону от отображаемого сигнала).

Результаты поверки по данной операции считать положительными, если показания дельта-маркера на частоте несущей и частоте зеркального канала составляют не более минус 50 дБ.

7.9 Определение КСВН выхода генератора

КСВН выхода определить при помощи анализатора цепей ZNB8. Анализатор цепей откалибровать на конце кабеля, с помощью которого проводится подключение к выходу генератора. На генераторе установить частоту 1 ГГц, уровень минус 80 дБмВт. На анализаторе цепей установить режим измерения КСВН в полосе частот от 0,1 МГц до 6 ГГц (в зависимости от диапазона частот генератора).

Результаты поверки по данной операции считать положительными, если значение КСВН в диапазоне частот генератора не превышает 2,0.

Оформление результатов поверки

8.1 Результаты измерений, полученные в процессе поверки, заносят в протокол произвольной формы.

8.2 При положительных результатах поверки выдается свидетельство о поверке согласно действующим правовым нормативным документам.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

8.3 При отрицательных результатах поверки, выявленных при внешнем осмотре, опробовании или выполнении операций поверки, выдается извещение о непригодности с указанием причин.

Начальник лаборатории № 441
ФБУ «Ростест-Москва»

Начальник сектора № 1 лаборатории № 441
ФБУ «Ростест-Москва»

 А. С. Фефилов
 А. И. Иванов