

**ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
(ФГУП "ВНИИМС")**

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора
по производственной метрологии
ФГУП "ВНИИМС"



Н.В. Иванникова

19 01 2021 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

**Комплексы радионуклидных измерений
уровня и плотности Gammapilot FMG50**

**Методика поверки
МП 208-007-2021**

г. Москва
2021

Содержание

п/п	Наименование	стр.
1	Общие положения	3
2	Перечень операций поверки	3
3	Требования к условиям проведения поверки	3
4	Требования к специалистам, осуществляющим поверку	4
5	Метрологические и технические требования к средствам поверки	4
6	Требования по обеспечению безопасности проведения поверки	5
7	Внешний осмотр	6
8	Подготовка к поверке и опробование	6
9	Проверка программного обеспечения	7
10	Определение метрологических характеристик	7
11	Подтверждение соответствия средства измерения метрологическим требованиям	10
12	Оформление результатов поверки	12
	ПРИЛОЖЕНИЕ А. Схема стенда для поверки комплекса по уровню	13
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Схема стенда для поверки по плотности	17
	ПРИЛОЖЕНИЕ В. Методика определения геометрических размеров и массы пластин-имитаторов	18
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Пример отчета о поверке при работе комплекса в режиме измерений уровня	22
	ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Пример отчета о поверке при работе комплекса в режиме измерений плотности	27
	ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Протокол поверки Gammapilot FMG50 при измерении уровня	32
	ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Протокол поверки Gammapilot FMG50 при измерении плотности	33

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий документ распространяется на комплексы радиоизотопные измерений уровня и плотности Gammapilot FMG50, изготавливаемые фирмой Endress+Hauser SE+Co. KG, Германия (далее – комплексы), в состав которых входят следующие основные компоненты: источник ионизирующего гамма-излучения (далее источник), держатель источника, контейнер для источника (далее контейнер), модулятор излучения с блоком управления, детектор гамма-излучения с измерительным преобразователем (далее детектор), электронный преобразователь, выносной цифровой индикатор, монтажные комплекты, при использовании их в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора, и устанавливает требования к методам и средствам их первичной и периодической поверки.

1.2 Интервал между поверками – 3 года.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень операций первичной и периодической поверок

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	При первичной поверке	При периодической поверке с демонтажем и без демонтажа	Имитационный метод
Внешний осмотр	7	Да	Да	Да
Подготовка к поверке и опробование	8	Да	Да	Нет
Проверка программного обеспечения	9	Да	Да	Да
Определение метрологических характеристик	10	Да	Да	Нет
Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	11	Да	Да	Нет
Оформление результатов поверки	12	Да	Да	Да

3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

3.1 При проведении первичной поверки соблюдают следующие условия:

- температура окружающего воздуха $+20 \pm 5$ °С;
- относительная влажность воздуха 15...80 %;
- атмосферное давление 86...107 кПа;

- внешние электрические и магнитные поля, уровень от фоновой радиации и воздействие других мощных источников ионизирующего излучения должны отсутствовать или находиться в пределах, не влияющих на работу комплекса;
- напряжение питания, вибрация должны соответствовать требованиям эксплуатационной документации на комплекс.

3.2 При проведении периодической поверки по п. 10.2.3, 10.3. соблюдают рабочие условия эксплуатации.

3.3 Допускается возможность проведения поверки для меньшего числа измеряемых величин (уровень или плотность) и отдельных выходных сигналов по заявлению владельца комплекса, с обязательным указанием в свидетельстве о поверке и/или паспорте информации об объеме проведенной поверки.

3.4 Допускается возможность проведения поверки в рабочем диапазоне измерений уровня или плотности.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

4.1 К поверке допускаются лица, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже II в соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и изучившие эксплуатационную документацию и настоящий документ.

4.2 К поверке с использованием технологии Heartbeat допускают лиц, изучивших инструкцию по применению технологии Heartbeat.

5. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

5.1 При проведении поверки применяют следующие средства измерений и вспомогательное оборудование, указанные в таблице 3.

5.1.1 При определении метрологических характеристик, соотношение основных погрешностей поверочной установки, эталонов по проверяемому параметру поверяемого детектора не должно превышать 1:3 и применяют следующие эталоны и испытательное оборудование указанные в таблице 2:

Таблица 2 – Требования к средствам поверки

Номер пункта методики поверки	Наименование и типа (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки	Пример возможного средства поверки с указанием наименования, заводского обозначения, а при наличии – обозначения типа, модификации
10.2.3	Рабочий эталон 2 разряда согласно приказу Росстандарта от 30.12.2019 г. №3459	Рулетка измерительная 2 класса с ценой деления 1 мм по ГОСТ 7502-98
10.2.1, 10.2.2	Средство измерений расстояний: диапазон из-	Дальномер ADA Cosmo 50, (регистрационный №

Номер пункта методики поверки	Наименование и типа (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки	Пример возможного средства поверки с указанием наименования, заводского обозначения, а при наличии – обозначения типа, модификации
	мерений до 3 метров, предел допускаемой абсолютной погрешности измерений $\pm 1,5$ мм	69904-17 в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений)
10.2.1, 10.2.2	Средство измерений наружных линейных размеров: диапазон измерений 500 мм, предел допускаемой абсолютной погрешности измерений наружных размеров $\pm 0,05$ мм	Штангенциркуль Micron (регистрационный № 70557-18 в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений)
10.2.1, 10.2.2	Стенд для поверки по уровню и плотности	Согласно приложениям А и Б
10.2.2	Средство статических измерений массы веществ и материалов II класса точности по ГОСТ Р 53228-2008	Весы неавтоматического действия GP-61KS (регистрационный № 50583-12 в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений)
10.2.2	Средство измерений наружных линейных размеров и толщины пластин: диапазон измерений от 0 до 25 мм, погрешность измерений $\pm 0,004$ мм	Микрометры МК, МК Ц, МЛ, МЛ Ц (регистрационный № 78936-20 в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений)
10.2.1	Набор вспомогательных пластин для поверки по уровню	Согласно Приложению А
10.2.2	Набор пластин-имитаторов для поверки по плотности	Согласно Приложению В
10.2.1, 10.2.2	Средство измерений времени: предел допускаемой абсолютной погрешности измерений в режиме секундомера $\pm(9,6 \cdot 10^{-6} \cdot T_x + 0,01)$, с, где T_x – измеренный интервал времени	Секундомер электронный "ИНТЕГРАЛ С-01" (регистрационный № 44154-20 в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений)
10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.3	Источник постоянного тока напряжением 24 В, переменного тока 220 В частотой 50 Гц	Источник питания 6812В (регистрационный № 47897-11 в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений)
10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.3	Средство измерений силы постоянного тока: диапазон измерений от 0 до 24 мА, пределы допускаемой относительной погрешности $\pm 0,05$ %	Ампервольтметр Р386, (регистрационный № 3295-72 в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений)

Номер пункта методики поверки	Наименование и типа (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки	Пример возможного средства поверки с указанием наименования, заводского обозначения, а при наличии – обозначения типа, модификации
10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.3	<p>Средство измерений температуры окружающей среды: диапазон измерений от 15 до 25 °С, пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений $\pm 0,5$ °С</p> <p>Средство измерений относительной влажности окружающей среды: диапазон измерений от 15 до 80 %, пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений ± 5 %</p> <p>Средство измерений атмосферного давления: диапазон измерений от 84 до 107 кПа, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений атмосферного давления $\pm 0,5$ кПа</p>	Термогигрометр ИВА-6Н-Д (регистрационный номер 46434-11 в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений)

5.2 При проведении поверки имитационным методом.

5.2.1 Смартфон, планшетный компьютер с установленным ПО SmartBlue и/или персональный компьютер с программным обеспечением FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM или др. с возможностью подключения к комплексу (для поверки с использованием технологии Heartbeat). Для подключения через ПО SmartBlue необходимо наличие Bluetooth подключения на смартфоне или планшетном компьютере. Для подключения компьютера с ПО FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM и др. через USB порт необходимо наличие устройства периферийного (HART модема), например, Commubox FXA195; через сервисный интерфейс CDI – устройства периферийного Commubox FXA291;

5.3 Допускается использование аналогичных средств измерений, обеспечивающих определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

5.4 Все средства измерений должны быть поверены и иметь действующие свидетельства о поверке.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При проведении поверки соблюдают требования безопасности, определяемые:

- правилами безопасности труда, пожарной безопасности, нормами радиационной безопасности, действующими на предприятии, поверочной установке;
- правилами безопасности при эксплуатации используемых эталонных средств измерений, испытательного оборудования и поверяемого комплекса, приведенными в эксплуатационной документации.

6.2 Монтаж электрических соединений проводят в соответствии с ГОСТ 12.3.032-84 и "Правилами устройства электроустановок" (раздел VII).

6.3 При проведении поверки необходимо соблюдать действующие нормы и требования по работе с источниками ионизирующего излучения, используемыми при поверке.

7. ВНЕШНИЙ ОСМОТР

7.1. При внешнем осмотре проверяют:

- отсутствие механических повреждений на компонентах комплекса, препятствующих его применению;
- соответствие маркировочных табличек компонентов комплекса требованиям эксплуатационной документации;
- соответствие комплектности, указанной в документации.
- проверка срока службы источника в соответствии с паспортом. Фактический срок службы источника не должен превышать паспортный.

Комплекс, не прошедший внешний осмотр, к поверке не допускают.

8. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ

8.1. Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

- при первичной или периодической поверке поверяемый комплекс подготавливают к работе согласно инструкции по эксплуатации;
- комплекс выдерживают в нормальных условиях не менее одного часа во включенном состоянии;
- проводят настройку комплекса согласно инструкции по эксплуатации.

8.2. Методы задания значения параметров комплекса путем ввода их в рабочее меню детектора указаны в разделе "Ввод в эксплуатацию" инструкции по эксплуатации.

8.3. При поверке с демонтажом:

- подготавливают стенд для поверки по уровню и плотности согласно Приложению А и Б;
- определяют характеристики вспомогательных пластин по Приложению А при поверке по уровню;
- определяют характеристики пластин-имитаторов согласно Приложению В при поверке по плотности;
- выдерживают средства поверки в нормальных условиях не менее трех часов.

8.4. Опробование.

Опробуют комплекс:

- при первичной поверке, а также при периодической поверке на месте эксплуатации с демонтажем – на стенде для поверки по уровню и плотности согласно Приложениям А и Б;
- при первичной или периодической поверке без демонтажа, на месте эксплуатации, при имеющейся возможности увеличения/уменьшения уровня/плотности продукта в резервуаре/трубопроводе.

Комплекс подготавливают к поверке и настраивают, согласно руководству по эксплуатации в соответствии с выбранными характеристиками (плотность, уровень).

Результат опробования считают положительным, если при увеличении/уменьшении уровня/плотности соответствующим образом изменялись показания на дисплее детектора, экране смартфона, планшетного компьютера с установленным ПО SmartBlue, мониторе компьютера с программным обеспечением (например, DeviceCare, FieldCare, AMS Device

Manager, SIMATIC PDM и др.), контроллера, индикаторе сигналов RIA15, преобразователе измерительном RMA42 и регистраторе безбумажном Memograph M RSG45.

Допускается совмещать проверку функционирования (опробование) с процедурой определения метрологических характеристик комплекса.

9. ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

9.1. Проверка идентификационных данных программного обеспечения (ПО).

При подаче питания на детектор, номер версии ПО можно посмотреть через ПО SmartBlue, DeviceCare, FieldCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM и др., выбрав в меню Система → Информация. Также версия ПО указана на маркировочной табличке детектора FMG50. Защита ПО осуществляется с помощью переключателя на модуле электроники, находящемся под дисплеем детектора FMG50, а также с помощью пароля для предотвращения несанкционированного доступа к настройкам через ПО DeviceCare, FieldCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM, SmartBlue и др. Настройка и модификация параметров детектора через дисплей не возможна.

Доступ к цифровому идентификатору программного обеспечения (контрольной сумме исполняемого кода) невозможен.

Результаты проверки считаются положительными, если отображаются идентификационные данные, приведенные в таблице 3.

Таблица 3 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	FMG50
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 01.yy.zz
Цифровой идентификатор ПО	не отображается

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Минимальное время выдержки перед фиксацией показаний детектора при изменении уровня, плотности, имитируемого значения уровня или плотности составляет 5 минут.

Для проведения поверки необходим планшетный компьютер или персональный компьютер с установленным ПО FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM или др., для подключения к детектору и конфигурации настроек согласно руководству по эксплуатации. Детектор подключен к источнику питания.

10.1. Проверка токового выхода (при его наличии).

10.1.1. Для детекторов, имеющих цифровой выход, а также имеющих токовый выход, но работающих в одно- или многоадресном режиме HART проверка токового выхода не требуется.

10.1.2. Проводят проверку токового выхода. Для этого задают в ячейке "проверка токового выхода" ("simulation") не менее трёх из имеющихся токовых значений в произвольном порядке.

Для проверки токовых выходов, для каждого токового выхода, имеющегося у детектора, последовательно задают в рабочем меню "моделирование" ("simulation") не менее трёх токовых значений (например, 4, 12 и 20 мА) в произвольном порядке.

10.2. Поверка комплекса с демонтажем

Для проведения поверки комплекса с демонтажем допускается использование источника (источников) и/или контейнера (контейнеров), не входящих в состав комплекса, в том числе, источника меньшей активности, например, натрий-22 (Na-22).

Допускается использовать набор вспомогательных пластин для поверки по уровню (Приложение А), набор пластин-имитаторов для поверки по плотности (Приложение В), прошедших предварительную аттестацию. В этом случае значения геометрических размеров пластин и плотности принимаются равными установленным при проведении аттестации, при проведении поверки определять значения геометрических размеров пластин и плотности дополнительно не требуется.

10.2.1. Поверка комплекса с демонтажем при измерении уровня

Используют: дальномер с диапазоном измерений не менее 3 метров, с погрешностью измерений не более $\pm 1,5$ мм, штангенциркуль с диапазоном измерения не менее 500 мм с погрешностью измерений не более $\pm 0,05$ мм; набор вспомогательных пластин для поверки по уровню (Приложение А).

Для установки начальных параметров и проведения поверки применяют планшетный или персональный компьютер с установленным ПО FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM или др. для подключения к детектору и конфигурации настроек согласно руководству по эксплуатации.

Выполняют монтаж комплекса и средств поверки на стенд согласно Приложения А. Источник монтируется на стенд в соответствии с приложением А. Фиксируется уровень фоновой радиации.

Далее, используя пластины (см. Приложение А), проводится настройка прибора и составляется таблица линеаризации. Точность перекрытия сцинтиллятора контролируется дальномером или штангенциркулем, в зависимости от значения имитируемого уровня.

После задания начальных параметров и составления таблицы линеаризации выбирают минимум 3 точки диапазона измерений. Точки соответствуют 30, 50 и 70 % диапазона измерений уровня, с точностью позиционирования ± 5 %.

Измеренное штангенциркулем/дальномером значение сравнивают с показанием прибора.

10.2.2. Поверка комплекса с демонтажем при измерении плотности

Для установки начальных параметров и проведения поверки применяют планшетный или персональный компьютер с установленным ПО FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM или др. для подключения к детектору и конфигурации настроек согласно руководству по эксплуатации.

При поверке комплекса с демонтажем для измерений плотности используют стенд согласно Приложения Б и пластины-имитаторы согласно приложению В. Процедура определения толщины пластин-имитаторов приведена в Приложении В.

Измерение проводят для 3 значений плотности (3 разные суммарные толщины пластин-имитаторов): 15, 50 и 85 % от рабочего диапазона измерений плотности. Точность задания плотности ± 5 %.

Допускается проводить измерение с использованием большего количества точек, равномерно распределенных по рабочему диапазону измерений плотности. В каждой точке проводят 1 измерение.

10.2.3. Поверка комплекса без демонтажа при измерении уровня на месте эксплуатации.

При проведении измерений без демонтажа поверхность продукта в резервуаре

должна быть ровной/спокойной, перемешивающее устройство в резервуаре (при его наличии) отключено. Заполнение/опорожнение резервуара в процессе измерений не допускается.

Проводят измерение при исходном уровне продукта в резервуаре.

Если имеется возможность заполнения/опорожнения резервуара до определённых уровней, значения которых однозначно определены, например, конструкцией резервуара, подводящих трубопроводов или технологическим процессом (например, по известным значениям "В", т.е. верхнего и "Н", т.е. нижнего уровней, известных из протокола измерений параметров резервуара от соответствующих служб резервуарного парка предприятия, полученных при составлении калибровочных таблиц резервуара), то поверка может проводиться по данным значениям уровня.

Проводят измерения с помощью рулетки или заполняют/опорожняют резервуар до однозначно определенных уровней два раза и записывают в протокол показание значения "уровня" в данной позиции и данные измерений комплекса.

При определении погрешности измерений уровня раздела сред проводят измерение этого уровня рулеткой с использованием водочувствительной пасты (ТУ 264210-005-1643778).

Для проведенных измерений определяют значение приведенной погрешности измерений по формуле

$$\delta = \frac{L_y - L_n}{D} \cdot 100\% , \quad (1)$$

где

L_n - значение расстояния, измеренное рулеткой (контрольным уровнемером) или однозначно определенный уровень в позиции "В" и "Н", в мм;

L_y - значение уровня, измеренное комплексом в позиции "В" и "Н", в мм;

D – верхнее значение диапазона измерений уровня, в мм.

Комплекс считают выдержавшим поверку по данному параметру, если полученное значение приведенной погрешности при каждом измерении не превышает $\pm 1\%$.

10.3. Периодическая имитационная поверка с использованием технологии Heartbeat при измерении уровня или плотности.

Данный вариант проведения поверки доступен при наличии в детекторе опции Heartbeat Verification + Monitoring.

10.3.1. С помощью функции Diagnostics → Heartbeat → Heartbeat verification (Диагностика → Heartbeat → Heartbeat verification), в соответствии с инструкцией по применению технологии Heartbeat, в комплексе инициируется процедура самоповерки, в ходе которой проверяются следующие параметры:

Дрейф характеристик измерительных сигналов электронного преобразователя детектора (раздел «Основной блок электроники»):

- проверка соответствия измеренной на выходе силы тока, имитируемой детектором (параметр «Выходной ток»);
- проверка соответствия измеренного напряжения на клеммах, имитируемому детектором (параметр «Напряжение на клеммах»);
- проверка соблюдения последовательности и полноты исполнения функциональных блоков встроенного ПО (параметр «Целостность программного обеспечения»);
- проверка контрольных сумм ОЗУ (параметры «Проверьте RAM», «Проверьте ROM»);
- проверка отсутствия критических диагностических сообщений (параметр «Статус системы»);

Дрейф электротехнических характеристик детектора, отвечающих за достижение требуемой точности измерений (параметры разделов «Модуль сенсора», «Параметры процесса», «История процесса»):

- проверка измерительных функций, дрейфа собственной частоты и напряжения на встроенном модуле питания кварцевых генераторов (параметр «Часы реального времени»);
- проверка достоверности и стабильности измеренного значения напряжения на модуле высокого напряжения фотоумножителя (параметр «Высокое напряжение ФТУ»);
- проверка функциональности сенсора и сигнальной цепи в сенсорном модуле (параметр «Техническое состояние сенсора»);
- проверка нахождения температуры детектора в допустимом диапазоне (параметр «Датчик температуры»);
- проверка нахождения частоты генерируемых импульсов в допустимом диапазоне (параметр «Частота импульса»).

11. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

11.1. Проверка токового выхода (при его наличии).

11.1.1 Приведенную погрешность δ_i по токовому сигналу определяют по формуле

$$\delta_i = \frac{I_s - I_y}{D} \cdot 100\%, \quad (2)$$

где

I_y - значение тока, измеренное на выходе детектора, измеренное ампервольтметром в мА;

I_s - проверочное значение тока в мА;

D - диапазон изменений выходного сигнала, мА.

Комплекс считают проверенным по токовому выходу, если значение приведенной погрешности не превышает $\pm 0,1$ %.

11.2. Проверка комплекса с демонтажем при измерении уровня

11.2.1. Приведенную погрешность определяют по формуле

$$\delta_k = \frac{L_k - L_y}{D} \cdot 100\%, \quad (3)$$

где

L_k - значение уровня, измеренное комплексом, мм;

L_y - значение уровня, измеренное дальномером (штангенциркулем), мм;

D - верхнее значение диапазона измерений уровня, мм.

Комплекс считают выдержавшим поверку по данному параметру, если полученное значение приведенной погрешности при каждом измерении не превышает ± 1 %.

11.3. Проверка комплекса с демонтажем при измерении плотности

11.3.1. Приведенную погрешность комплекса при измерении плотности в процентах для каждой точки определяют по формуле

$$\delta_k = \frac{\rho_k - \rho_p}{\rho_{рл}} \cdot 100\%, \quad (4)$$

где

ρ_k - значение плотности, измеренное комплексом, кг/м³;

ρ_p – расчетная плотность, кг/м³ (см. Приложение В);

ρ_{p0} – разница между максимальным и минимальным значением плотности, входящих в рабочий диапазон измерений плотности, кг/м³.

Комплекс считают выдержавшим поверку по данному параметру, если полученное значение приведенной погрешности при каждом измерении не превышает $\pm 1\%$.

11.4. Поверка комплекса без демонтажа при измерении уровня на месте эксплуатации.

11.4.1. Для проведенных измерений определяют значение приведенной погрешности измерений по формуле

$$\delta = \frac{L_y - L_n}{D} \cdot 100\%, \quad (5)$$

где

L_n - значение расстояния, измеренное рулеткой (контрольным уровнемером) или однозначно определенный уровень в позиции "В" и "Н", в мм;

L_y - значение уровня, измеренное комплексом в позиции "В" и "Н", в мм;

D – верхнее значение диапазона измерений уровня, в мм.

Комплекс считают выдержавшим поверку по данному параметру, если полученное значение приведенной погрешности при каждом измерении не превышает $\pm 1\%$.

11.5. Периодическая имитационная поверка с использованием технологии Heartbeat при измерении уровня или плотности

11.5.1. Результаты поверки считаются положительными, если в отчете о поверке (Verification report), формируемом при использовании технологии Heartbeat (см. Приложения Г и Д), результаты проверки параметров комплекса отображаются в виде Passed (Выполнено).

11.5.2. При положительных результатах имитационной поверки комплекс признают годным при измерениях уровня и плотности с погрешностью, указанной в таблице 4.

Таблица 4 – Значение характеристик, в том числе после имитационной поверки с использованием технологии Heartbeat

Наименование характеристики	Значение
Рабочая среда	Жидкости, пульпы и сыпучие продукты
Диапазон измерений уровня (для одного детектора) ¹⁾ , м	от 0 до 3
Минимальный диапазон измерений уровня, м	0,3
Пределы основной допускаемой приведенной погрешности измерений уровня после имитационной поверки, от диапазона измерений, % ^{2), 3)}	$\pm 1,5$
Диапазон измерений плотности рабочей среды, кг/м ³	от 1 до 3000
Диапазон показаний плотности рабочей среды, кг/м ³	от 1 до 5500
Минимальный диапазон измерений плотности, кг/м ³	100
Пределы основной допускаемой приведенной погрешности измерений плотности после имитационной поверки, от диапазона измерений, % ^{2), 3)}	$\pm 1,5$

¹⁾ - диапазон измерений определяется конструктивным исполнением комплекса и особенностями монтажа;

²⁾ - погрешность измерения зависит от особенностей места установки, монтажа и полноты

Наименование характеристики	Значение
проведения пусконаладочных работ в соответствии с руководством по эксплуатации. ³⁾ – допустимая основная приведенная погрешность определяется при нормальных условиях: - температура (20 ± 10) °С, - давление ($101,3 \pm 2$) МПа, - влажность не имеет значения.	

12. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

12.1. Сведения о результатах поверки средств измерений передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений, предусмотренным частью 3 статьи 20 Федерального закона № 102-ФЗ

12.2 По заявлению владельца средств измерений или лица, представившего их на поверку положительные результаты поверки, оформляют записью в Паспорте, удостоверенной подписью поверителя и нанесением в Паспорт знака поверки или выдают свидетельство о поверке по установленной форме в соответствии с приказом Минпромторга России от 31 июля 2020 г. №2510 "Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".

12.3 Форма протоколов поверки приведена в приложениях Е и Ж.

12.4 Положительные результаты периодической поверки при поверке с использованием технологии Heartbeat оформляют протоколом по форме, приведенной в Приложениях Г и Д.

12.5 По заявлению владельца средств измерений или лица, представившего их на поверку в случае отрицательных результатов поверки, выдается извещение о непригодности к применению средства измерений.

Начальник отдела 208 ФГУП "ВНИИМС"

Б. А. Иполитов

Начальник сектора ФГУП "ВНИИМС"

В. И. Никитин

Представитель фирмы ООО "Эндресс+Хаузер"

А.С. Гончаренко

Приложение А

Схема стенда для поверки комплекса по уровню

А.1. Схема стенда для поверки комплекса по уровню




Рисунок А.1. – Схема стенда для поверки комплекса по уровню.

- 1 – контейнер с источником радиоактивного излучения
- 2 – вспомогательные пластины для поверки по уровню
- 3 – детектор
- 4 - направляющие
- 5 – монтажные скобы
- 6 – поверхность стола

Контейнер с источником радиоактивного излучения устанавливается на расстоянии 100 см от детектора с точностью задания 10 %. Используется 1 источник, который располагается напротив середины длины сцинтиллятора.

Для проведения поверки используется источник с активностью не менее 0,83 МБк, при условии регистрации детектором в составе стенда, в соответствии со схемой А1, не менее 1500 импульсов в секунду при открытом положении контейнера и имитируемом уровне равном 0.

Точки начала и конца сцинтиллятора обозначены на корпусе детектора черной маркировкой. Собственная ширина маркировки является частью диапазона измерения детектора.

Вспомогательные пластины располагают параллельно детектору на расстоянии 10 см от него. Пластины устанавливают вплотную друг к другу, без зазоров.

Контейнер с источником устанавливают на стенд, фиксируют уровень фоновой радиации. Далее контейнер открывают и записывают показания прибора при отсутствии вспомогательных пластин.

Проводят настройку прибора. Для этого пошагово имитируют уровень экранированием сцинтиллятора детектора при помощи вспомогательных пластин. Количество точек для настройки выбирают из расчета 1 точка на 10 см длины сцинтиллятора. Положения выбирают равномерно по длине сцинтиллятора с точностью задания $\pm 1\%$. Составляют таблицу линейаризации. Каждой суммарной длине пластин соответствует определенное число импульсов, которое в таблице линейаризации пропорционально определенной суммарной длине пластин, измеренной с помощью:

- штангенциркуля, в случае длины воспроизводимого уровня менее 400 мм;
- дальномера, в случае воспроизводимого уровня равного или более 400 мм. При этом значение воспроизводимого уровня H_y измеряют дальномером от точки начала сцинтиллятора до пластины-отражателя (см. рисунок А.2.).



Рисунок А.2. - Схема измерения имитируемого пластинами уровня

- 1 – вспомогательные пластины
- 2 – пластина-отражатель
- 3 – детектор
- 4 – монтажные скобы
- 5 - дальномер

Для измерений значения воспроизводимого уровня, на дальней грани крайней пластины, имитирующей уровень, перпендикулярно вспомогательной пластине 1 устанавливают пластину-отражатель 2 толщиной 1 мм (см. рисунок А.2). Эта же пластина перпендикулярна детектору.

Общий вид стенда приведен на рисунке А.3.




Рисунок А.3. - Общий вид стенда для поверки

А.2. Технические характеристики вспомогательных пластин при поверке по уровню

Возможно применение пластин из 2 материалов: стали или свинца. Пластины должны иметь одинаковую толщину и плотность. Не допускается использование в одном наборе пластин, изготовленных из разных материалов и/или марок (партий) материалов.

Материал: сталь.

Габаритные размеры *:

- Длина 200 мм;
- Высота 140 мм;
- Толщина 80 мм.

Предельное отклонение от перпендикулярности кромок - не более 0,5 мм.

Предельное отклонение от параллельности поверхностей пластины - не более 0,1 мм.

Шероховатость поверхностей пластины - не более Ra 2,5 мкм.

Материал: свинец.

Габаритные размеры *:

- Длина 200 мм;
- Высота 140 мм;
- Толщина 40 мм.

Предельное отклонение от перпендикулярности кромок - не более 0,5 мм.

Предельное отклонение от параллельности поверхностей пластины - не более 0,1 мм.

Шероховатость поверхностей пластины - не более Ra 2,5 мкм.

* - Указаны рекомендуемые значения, геометрические размеры пластин могут быть выбраны индивидуально, согласно геометрии стенда, собранного согласно рисунку А.1.

Количество пластин набора определяется таким образом, чтобы их суммарная длина при установке их вплотную друг к другу была не менее длины сцинтиллятора поверяемого детектора. Например, при длине пластин 200 мм и длине сцинтиллятора 3000 мм, необходимое число пластин равно $3000/200 = 15$. При необходимости округляют в большую сторону до ближайшего целого числа. Таким образом может быть осуществлен подбор числа пластин при любой длине сцинтиллятора и самих пластин.

А.3. Методика измерений параметров вспомогательных пластин при поверке по уровню

Применяют средства измерений:

- штангенциркуль Micron ШЦЦ-2-500 0.01 губ.150 мм МИК 34231, диапазон измерений 500 мм, погрешность измерений не более $\pm 0,05$ мм;

С помощью штангенциркуля выполняют 5 измерений толщины пластины в 5 равноудаленных точках длинных граней пластин. Воображаемые прямые, соединяющие 2 точки на разных гранях перпендикулярны этим граням. На гранях длиной равной 200 мм 5 точек для измерения толщины должны быть расположены на расстоянии 20, 60, 100, 140 и 180 мм соответственно от выбранной грани длиной 80 мм.

Вычисляют среднее арифметическое значение толщины пластины по формуле

$$T = \frac{\sum_{i=1}^5 t_i}{5}, \quad (\text{A.1.})$$

где

T – среднее арифметическое из измеренных значений толщины пластины, мм;

i – номер измерения;

t_i – измеренное значение толщины пластины, мм.

Приложение Б

Схема стенда для поверки по плотности




Рисунок Б.1. - Схема стенда для поверки по плотности

- 1 – контейнер с источником излучения
- 2 – пластины-имитаторы
- 3 – детектор
- 4 – монтажные скобы
- 5 – внешняя поверхность контейнера

Расстояние между источником излучения и детектором, равное расстоянию от внешней поверхности открытого контейнера с источником излучения или от внешней поверхности задвижки контейнера до поверхности корпуса детектора выбирают равным 100 мм.

Контейнер с источником располагают напротив середины длины сцинтиллятора детектора. Пластины-имитаторы устанавливаются между детектором и источником, центр длины пластины – на воображаемой линии, соединяющей центр сцинтиллятора и центр источника излучения.

Обеспечивают параллельность внешней поверхности открытого контейнера с источником излучения или внешней поверхности задвижки контейнера, оси сцинтиллятора детектора и поверхности пластин-имитаторов.

Общий вид стенда представлен на рис. А.3.

Приложение В

Методика определения геометрических размеров и массы пластин-имитаторов

В.1. Технические характеристики пластин-имитаторов

Материал используемых пластин: сталь или свинец.

Не допускается использование в одном наборе пластин, изготовленных из разных материалов и/или марок (партий) материалов.

Габаритные размеры и параметры*:

- Длина 450 мм;

- Ширина 100 мм;

- Толщина подбирается в зависимости от имитируемого диапазона плотности. Минимальная толщина пластины 2 мм.

Предельное отклонение от перпендикулярности кромок, не более 0,5 мм/м.

Предельное отклонение от параллельности поверхностей пластины не более 0,1 мм/м.

Шероховатость поверхностей пластины Ra - не более 2,5 мкм.

* - Указаны рекомендуемые значения, параметры пластин могут быть выбраны индивидуально, согласно геометрии стенда, собранного согласно рисунку А.1.

Каждой пластине-имитатору в наборе присваивают порядковый номер, который наносят в таблицу В.1, а также наносят маркировку с присвоенным номером на поверхность пластины-имитатора.

В.2. Расчет плотности пластин-имитаторов

Значение плотности пластин-имитаторов определяют расчетным методом.

Применяют средства измерений:

- штангенциркуль Micron ШЦЦ-2-500 0.01 губ.150 мм МИК 34231, диапазон измерений 500 мм, погрешность измерений не более $\pm 0,05$ мм;

- весы ВЛТЭ-2100/5100, диапазон измерений 5100 г, погрешность измерений $\pm 0,5$ г;

- микрометр КАЛИБРОН МК-25 0,01 КЛБ, диапазон измерений 25 мм, погрешность измерений $\pm 0,004$ мм.

Допускается использование аналогичных средств измерений, обеспечивающих определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

С помощью штангенциркуля выполняют 5 измерений длины и высоты пластины в 5 равноудаленных точках коротких и длинных граней пластин соответственно. Воображаемые прямые, соединяющие 2 точки на разных гранях перпендикулярны этим граням. На гранях длиной 100 мм 5 точек для измерения должны быть расположены на расстоянии 10, 30, 50, 70 и 90 мм соответственно от выбранной грани длиной 450 мм. На гранях длиной 450 мм 5 точек для измерения должны быть расположены на расстоянии 60, 140, 220, 300 и 380 мм соответственно от выбранной грани длиной 100 мм. Вычисляют среднее арифметическое значение длины пластины по формуле

$$L = \frac{\sum_{i=1}^5 l_i}{5}, \quad (\text{В.1.})$$

где

L – среднее арифметическое измеренных значений длины пластины, мм;

i – номер измерения;

l_i – измеренное значение длины пластины, мм.

Полученное значение вносят в таблицу В.1.

Вычисляют среднее арифметическое значение высоты пластины по формуле

$$H = \frac{\sum_{i=1}^5 h_i}{5}, \quad (\text{В.2.})$$

где

H – среднее арифметическое измеренных значений высоты пластины, мм;

i – номер измерения;

h_i – измеренное значение высоты пластины, мм.

Полученное значение внести в таблицу В.1.

С помощью микрометра выполняют 5 измерений толщины пластины в 5 точках. Обрабатываемые прямые, соединяющие 2 точки на разных гранях перпендикулярны этим граням. На гранях длиной 450 мм 5 точек для измерения должны быть расположены на расстоянии 60, 140, 220, 300 и 380 мм соответственно от выбранной грани длиной 100 мм. Вычисляют среднее арифметическое значение толщины пластины по формуле

$$T = \frac{\sum_{i=1}^5 t_i}{5}, \quad (\text{В.3.})$$

где

T – среднее арифметическое из измеренных значений толщины пластины, мм;

i – номер измерения;

t_i – измеренное значение толщины пластины, мм.

Полученное значение внести в таблицу В.1.

При взвешивании пластины на весах выполняют 5 измерений массы пластины. Вычисляют среднее арифметическое значение массы пластины по формуле:

$$M = \frac{\sum_{i=1}^5 m_i}{5}, \quad (\text{В.4.})$$

где

M – среднее арифметическое из измеренных значений массы пластины, кг;

i – номер измерения;

m_i – измеренное значение массы пластины, кг.

Полученное значение внести в таблицу В.1.

Рассчитывают плотность пластины-имитатора по формуле

$$\rho = \frac{M}{L \cdot H \cdot T}, \quad (\text{В.5.})$$

где

ρ – плотность пластины-имитатора, кг/м³;

M – средняя арифметическая масса пластины, кг;

L – средняя арифметическая длина пластины, м;

H – средняя арифметическая высота пластины, м;

T – средняя арифметическая толщина пластины, м.

Полученное значение вносят в таблицу В.1.

Таблица В.1. – Параметры пластин-имитаторов.

Номер пластины-имитатора	Материал	Средняя арифметическая длина L , м	Средняя арифметическая высота H , м	Средняя арифметическая толщина T , м	Средняя арифметическая масса M , кг	Расчетная плотность, ρ , кг/м ³

В.3. Вычисление расчетной плотности набора пластин-имитаторов

Рассчитывают среднюю плотность материала пластин-имитаторов, входящих в набор, по формуле:

$$\rho_{\text{мат}} = \sum_{j=1}^z \frac{T_j \cdot \rho_j}{\bar{T}}, \quad (\text{В.6.})$$

где

$\rho_{\text{мат}}$ – средняя плотность материала пластин в наборе, кг/м³;

j – номер пластины в наборе.

T_j – толщина j -ой пластины-имитатора, м (значение из таблицы В.1);

\bar{T} – суммарная толщина набора пластин, м, вычисленная по формуле (В.6);

z – количество используемых при имитации пластин-имитаторов;

ρ_j – плотность каждой пластины, кг/м³ (значение из таблицы В.1);

Расчетную плотность при использовании пластин определяют по формуле

$$\rho_p = 10 \cdot \rho_{\text{мат}} \sum_{j=1}^z T_j \quad (\text{В.7.})$$

где

ρ_p – расчетная плотность, кг/м³;

10 – коэффициент, обратно пропорциональный расстоянию от внешней поверхности открытого контейнера с источником излучения, например, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66, КС-XXXX или от внешней поверхности задвижки контейнера, например, FQG60 до поверхности корпуса сцинтиллятора детектора, м⁻¹;

j – порядковый номер используемой для имитации пластины-имитатора;

z – количество пластин-имитаторов, шт.

T_j – толщина j -ой используемой пластины-имитатора, м (значение из таблицы В.1);

$\rho_{\text{мат}}$ – средняя плотность материала пластин в наборе, кг/м³.

Определяют относительную погрешность вычисления толщины пластин T по формуле

$$\frac{\Delta \rho}{\rho_p} = \sqrt{\left(\frac{\Delta M}{M}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{\Delta M}{M}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_{\text{шц}}}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_{\text{шц}}}{H}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_{\text{МКМ}}}{T}\right)^2} \quad (\text{В.8.})$$

где

M – среднее арифметическое из измеренных значений массы пластины, кг;

ΔM – абсолютная погрешность весов, кг;

L – среднее арифметическое из измеренных значений длины пластины, мм;

H – среднее арифметическое из измеренных значений высоты пластины, мм;
 T – среднее арифметическое из измеренных значений толщины пластины, мм;
 $\Delta_{штц}$ – абсолютная погрешность штангенциркуля, мм;
 $\Delta_{мкм}$ – абсолютная погрешность микрометра, мм;

Полученное значение относительной погрешности вычисления расчетной плотности ρ_p не должно превышать $\pm 0,3$ % для каждой пластины, используемой при имитации.

Приложение Г

Пример отчета о поверке при работе комплекса в режиме измерений
уровня

Отчет о поверке по технологии Heartbeat

Endress+Hauser 
People for Process Automation

Пользователь:



Информация о приборе и поверке

Серийный номер (22)	P900050119F
Обозначение прибора	FMG50_1
Время работы	5d13h06m48s

Информация о приборе

Место	
Название прибора	FMG50
Заказной код прибора (14)	FMG50-11A5/0
Версия программного обеспечения	01.00.00
Версия аппаратного обеспечения	01.00.00

Калибровка

Режим измерения	Уровень
Изотоп	Цезий-137
Тип луча	не модулированный
Фоновая радиация	80 cpm/s
Выход децифрования	6,0 s
Дата калибровки пустой емкости	2020-09-11
Дата калибровки полной емкости	2020-09-11
Нижнее выходное значение диапазона (44)	0 mm
Верхнее выходное значение диапазона (39)	2000 mm

Отчет о поверке по технологии Heartbeat

Endress+Hauser 
People for Process Automation

Пользователь:



Информация о приборе и поверке

Серийный номер (22)	P900050119F
Обозначение прибора	FMG50_1
Время работы	5d13h06m48s

Информация о проверке

Время работы	5d13h06m48s
Дата время	11.09.2020 10:09:40

Результаты проверки

Итоговый результат	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнено
--------------------	---

Подтверждение

Heartbeat проверка позволяет проверить работоспособность прибора Gammapilot в пределах заданного допуска на измерение в течение всего срока службы с общим охватом теста 98%.

Комментарии

Дата

Подпись пользователя

Подпись инспектора -

Отчет о поверке по технологии Heartbeat

Endress+Hauser 
People for Process Automation

Пользователь:



Информация о приборе и поверке

Серийный номер (22)	P900050119F
Обозначение прибора	FMG50_1
Время работы	5d13h06m48s

Результаты проверки

Предварительное условие проверки Выполнено

Статус системы Выполнено

Основной блок электроники Выполнено

Напряжение на клеммах Выполнено

Выходной ток Выполнено

Целостность программного обеспечения Выполнено

Проверьте RAM Выполнено

Проверьте ROM Выполнено

Модуль сенсора Выполнено

Часы реального времени Выполнено

Высокое напряжение ФТУ Выполнено

Техническое состояние сенсора Выполнено

Отчет о поверке по технологии Heartbeat

Endress+Hauser 
People for Process Automation

Пользователь:



Информация о приборе и поверке

Серийный номер (22)	P900050119F
Обозначение прибора	FMG50_1
Время работы	5d13h06m48s

Результаты поверки - значения	Unit	Actual	Min	Max	Visualization
-------------------------------	------	--------	-----	-----	---------------

Основной блок электроники

Отклонение выходного тока	mA	0.0062	-0.5000	0.5000	
---------------------------	----	--------	---------	--------	---

Модуль сенсора

Выходное значение высокого напряжения	V	603	0	1300	
---------------------------------------	---	-----	---	------	---

Отчет о поверке по технологии Heartbeat

Endress+Hauser 
People for Process Automation

Пользователь:



Информация о приборе и поверке

Серийный номер (22)	P900050119F
Обозначение прибора	FMG50_1
Время работы	5d13h06m48s

Параметры процесса	Unit	Actual	Min	Max
Датчик температуры	°C	18	-40,00	80,00

История прибора	Unit	Actual	Min	Max
Температура электроники	°C	23,7	21,6	28,1
Датчик температуры	°C	18,0	14,0	25,0
Частота импульса	cnt/s	84	0	320
Напряжение на клеммах	V	17,6	16,7	23,4

История датчика	Unit	Value
Счетчик гаммаграфии		0
Продолжительность гаммаграфии	s	0
Ожидаемое время работы источника	y	47615,9
Срок службы фотоэлектронного умножителя	y	20

Приложение Д

Пример отчета о поверке при работе комплекса в режиме измерений ПЛОТНОСТИ

Отчет о поверке по технологии Heartbeat

Endress+Hauser 
People for Process Automation

Пользователь:



Информация о приборе и поверке

Серийный номер (22)	P900050119F
Обозначение прибора	FMG50_1
Время работы	5d13h15m17s

Информация о приборе

Место	
Название прибора	FMG50
Заказной код прибора (14)	FMG50-11A5/0
Версия программного обеспечения	01.00.00
Версия аппаратного обеспечения	01.00.00

Калибровка

Режим измерения	Плотность
Изотоп	Цезий-137
Тип луча	не модулированный
Фоновая радиация	80 cpm/s
Выход демпфирования	6,0 s
Дата калибровки плотности по 1 точке	2020-09-11
Дата калибровки плотности по точке 2	2020-09-11
Нижнее выходное значение диапазона (44)	0,000 kg/m ³
Верхнее выходное значение диапазона (39)	1500,000 kg/m ³

Отчет о поверке по технологии Heartbeat

Endress+Hauser 
People for Process Automation

Пользователь:



Информация о приборе и поверке

Серийный номер (22)	P900050119F
Обозначение прибора	FMG50_1
Время работы	5d13h15m17s

Информация о проверке

Время работы	5d13h15m17s
Дата/время	11.09.2020 10:19:21

Результаты проверки

Итоговый результат Выполнено

Подтверждение

Heartbeat проверка позволяет проверить работоспособность прибора Gammapilot в пределах заданного допуска на измерение в течение всего срока службы с общим охватом теста 98%.


Комментарии

Дата

Подпись пользователя

Подпись инспектора

Отчет о поверке по технологии Heartbeat

Endress+Hauser 

People for Process Automation

Пользователь:



Информация о приборе и поверке

Серийный номер (22)	P900050119F
Обозначение прибора	FMG50_1
Время работы	5d13h15m17s

Результаты проверки

Предварительное условие проверки ВыполненоСтатус системы ВыполненоОсновной блок электроники ВыполненоНапряжение на клеммах ВыполненоВыходной ток ВыполненоЦелостность программного обеспечения ВыполненоПроверьте RAM ВыполненоПроверьте ROM ВыполненоМодуль сенсора ВыполненоЧасы реального времени ВыполненоВысокое напряжение ФТУ ВыполненоТехническое состояние сенсора Выполнено

Отчет о поверке по технологии Heartbeat

Endress+Hauser 
People for Process Automation

Пользователь:



Информация о приборе и поверке

Серийный номер (22)	P900050119F
Обозначение прибора	FMG50_1
Время работы	5d13h15m17s

Результаты поверки - значения	Unit	Actual	Min	Max	Visualization
-------------------------------	------	--------	-----	-----	---------------

Основной блок электроники

Отклонение выходного тока	mA	0,0053	-0,5000	0,5000	
---------------------------	----	--------	---------	--------	---

Модуль сенсора

Выходное значение высокого напряжения	V	598	0	1300	
---------------------------------------	---	-----	---	------	---

Отчет о поверке по технологии Heartbeat

Пользователь:



Информация о приборе и поверке

Серийный номер (22)	P900050119F
Обозначение прибора	FMG50_1
Время работы	5d13h15m17s

Параметры процесса	Unit	Actual	Min	Max
Датчик температуры	°C	18	-40,00	80,00

История прибора	Unit	Actual	Min	Max
Температура электроники	°C	24,2	21,6	28,1
Датчик температуры	°C	18,0	14,0	25,0
Частота импульса	cnt/s	86	0	312
Напряжение на клеммах	V	18,3	16,7	23,4

История датчика	Unit	Value
Счетчик гаммаграфий		0
Продолжительность гаммаграфий	s	0
Достигнутая стабильность измерения	%	0,0501
Стандартное отклонение	%	0,3934
Срок службы фотозлектронного умножителя	y	20

Приложение Е

(рекомендуемое)

ПРОТОКОЛ

поверки Gammapilot FMG50 при измерении уровня

Код заказа _____
Серийный номер _____

Применяемый диапазон измерений уровня, мм _____
Настройка диапазона уровня: _____
 L_{min} , мм _____
 L_{max} , мм _____

Средства поверки: _____

Подготовка к поверке _____
Внешний осмотр _____
Проверка идентификационных данных ПО _____
Заключение по опробованию _____
Проверка токового выхода _____
(при его наличии/использовании)

Определение метрологических характеристик:

№ изм.	Значение уровня, определенное рулеткой/штангенциркулем/дальномером, L_y , мм	Измеренное комплексом значение уровня L_k , мм	Приведенная погрешность комплекса, % $\delta_k = \frac{L_k - L_y}{L_{max} - L_{min}} \cdot 100\%$

Заключение о пригодности комплекса в режиме измерений уровня:

Поверитель: _____ (_____)

" ____ " _____ 20__ г.

Приложение Ж

(рекомендуемое)

ПРОТОКОЛ

поверки Gammapilot FMG50 при измерении плотности

Код заказа _____
 Серийный номер _____

Применяемый диапазон измерений плотности, кг/м³ _____

Настройка диапазона плотности:

ρ_{min} , кг/м³ _____
 ρ_{max} , кг/м³ _____

Средства поверки: _____

Подготовка к поверке _____
 Внешний осмотр _____
 Проверка идентификационных данных ПО _____
 Заключение по опробованию _____
 Проверка токового выхода _____
 (при его наличии/использовании)

Определение метрологических характеристик:

№ изм.	Значение плотности, определенное с помощью пластин-имитаторов ρ_p , кг/м ³	Измеренное значение плотности комплексом ρ_k , кг/м ³	Приведенная погрешность комплекса, % $\delta_k = \frac{\rho_k - \rho_p}{\rho_{max} - \rho_{min}} \cdot 100\%$

Заключение о пригодности комплекса в режиме измерений плотности:

Поверитель: _____ ()

" ____ " _____ 20__ г.