

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель руководителя ЛОЕИ
ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»

Лапшинов В.А.

2022 г.



«ГСИ. Газоанализаторы хроматографические GC FID
MOD202F. Методика поверки»

МП-487/05-2022

г. Чехов, 2022 г.

1. Общие положения

1.1 Настоящая методика распространяется на Газоанализаторы хроматографические GC FID MOD202F (далее – газоанализаторы), изготовленные Geolog International SRL, Италия, и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

1.2 В результате поверки должны быть подтверждены следующие метрологические требования, приведенные в таблице А.1 Приложения А настоящей МП-487/05-2022.

1.3 Прослеживаемость при поверке газоанализатора обеспечивается в соответствии с ГПС, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 декабря 2020 г. № 2315, к государственному первичному эталону единиц молярной доли, массовой доли и массовой концентрации компонентов в газовых и газоконденсатных средах ГЭТ 154-2019.

1.4 При определении метрологических характеристик поверяемого газоанализатора используется метод прямых измерений поверяемым газоанализатором величины, воспроизводимой с помощью государственных стандартных образцов состава газовых смесей или рабочих эталонов, соответствующих указанной ГПС.

1.5 Настоящей методикой поверки предусмотрена возможность проведения поверки отдельных определяемых компонентов газоанализатора с обязательной передачей информации об объеме проведенной поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

2. Перечень операции поверки

2.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень операции поверки

Наименование операции	Обязательность проведения операции при поверке		Номер пункта методики поверки
	первичной	периодической	
1. Внешний осмотр средства измерений	да	да	7
2. Подготовка к поверке и опробование средства измерений	да	да	8
3. Проверка программного обеспечения средства измерений	да	да	9
4. Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	да	да	10
5. Оформление результатов поверки	да	да	11

2.2 Если при проведении той или иной операции получен отрицательный результат, дальнейшая поверка прекращается.

3. Требования к условиям проведения поверки

3.1 При проведении поверки соблюдают следующие нормальные условия:

температура окружающей среды, °С	от +15 до +25
относительной влажности окружающей среды, %	от 30 до 80
атмосферное давление, кПа	от 84 до 106,7
мм рт. ст.	от 630 до 800

4. Требования к специалистам

4.1 К проведению поверки допускается персонал, изучивший эксплуатационную документацию на поверяемый газоанализатор и средства измерения, участвующие при проведении поверки.

5. Метрологические и технические требования к средствам поверки

5.1 При проведении поверки применяют средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Сведения о средствах поверки

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
<p>п. 7 Внешний осмотр средства измерений п. 8 Подготовка и опробование; п. 9 Проверка программного обеспечения</p>	<p>Диапазон измерения температуры: от -45 до +60 °С, ПГ: ±0,5 °С от -45 до -20 °С включ. ±0,2 °С св. -20 до +60 °С включ. Диапазон измерения атмосферного давления: от 840 до 1060 гПа, ПГ: ±3 гПа Диапазон измерения относительной влажности от 0 до 99 %, ПГ: ±2 %</p>	<p>Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 М 5-Д, рег. № 71394-18</p>
<p>п. 10 Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям</p>	<p>Диапазон измерения температуры: от -45 до +60 °С, ПГ: ±0,5 °С от -45 до -20 °С включ. ±0,2 °С св. -20 до +60 °С включ. Диапазон измерения атмосферного давления: от 840 до 1060 гПа, ПГ: ±3 гПа Диапазон измерения относительной влажности от 0 до 99 %, ПГ: ±2 %</p>	<p>Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 М 5-Д, рег. № 71394-18</p> <p>Ротаметр с местными показаниями стеклянный РМС, РМС-А-0,063 ГУЗ-2, рег. № 67050-17</p>
	<p>Кл. точности 4</p>	

Продолжение таблицы 2

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
п. 10 Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	Рабочие эталоны 1-го разряда по Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «31» декабря 2020 г. № 2315	Стандартные образцы состава - газовые смеси: H_2 /азот (ГСО 10540-2014), CH_4 /азот (ГСО 10540-2014), C_2H_6 /азот (ГСО 10540-2014), C_3H_8 /азот (ГСО 10540-2014), C_4H_{10} /азот (ГСО 10540-2014), C_5H_{12} /азот (ГСО 10540-2014), i- C_4H_{10} /азот (ГСО 10540-2014), i- C_5H_{12} /азот (ГСО 10540-2014) в баллонах под давлением.
	Диаметр условного прохода 4 мм. толщина стенки 1 мм	Трубка фторопластовая* по ТУ 6-05-2059-87
	Диапазон рабочего давления (0-150) кгс/см ²	Вентиль точной регулировки ВТР-1, АПИ4.463.008* или натекатель Н-12*
<p>1) допускается использование стандартных образцов состава газовых смесей (ГС), не указанных в настоящей методике поверки, при выполнении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - номинальное значение и пределы допускаемого отклонения содержания определяемого компонента в ГС должны соответствовать указанному для соответствующей ГС из приложения А; - отношение погрешности, с которой устанавливается содержание компонента в ГС к пределу допускаемой основной погрешности поверяемого газоанализатора, должно быть не более 1/2. <p>2) все средства поверки, кроме отмеченных в таблице 2 знаком «*», должны иметь действующие свидетельства о поверке, поверочные газовые смеси в баллонах под давлением – действующие паспорта;</p> <p>3) допускается использование других средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик с требуемой точностью.</p>		

1. Требования по обеспечению безопасности проведения поверки

1.1 Помещение, в котором проводят поверку, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

1.2 Должны выполняться требования техники безопасности для защиты персонала от поражения электрическим током согласно классу I ГОСТ 12.2.007.0-75.

1.3 Требования техники безопасности при эксплуатации ГС в баллонах под давлением должны соответствовать «Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"», утвержденным Госгортехнадзором России от 15.12.2020 №536;

1.4 Не допускается сбрасывать ГС в атмосферу рабочих помещений.

2. Внешний осмотр средства измерений

2.1 При внешнем осмотре устанавливают соответствие газоанализатора следующим требованиям:

- соответствие внешнего вида средства измерений описанию и изображению, приведенному в описании типа;

- соответствие комплектности перечню, указанному в эксплуатационной документации;

- соответствие маркировки требованиям эксплуатационной документации;

- газоанализатор не должен иметь видимых механических повреждений, влияющих на работоспособность.

2.2 Газоанализатор считают выдержавшим внешний осмотр, если он соответствует указанным требованиям выше требованиям.

3. Подготовка к поверке и опробование средства измерений

8.1 Подготовка к поверке

8.1.1 Выполнить мероприятия по обеспечению условий безопасности.

8.1.2 Проверить наличие паспортов и сроки годности ГС в баллонах под давлением.

8.1.3 Баллоны с ГС выдержать при температуре поверки не менее 24 ч.

8.1.4 Выдержать поверяемые газоанализаторы и средства поверки при температуре поверки в течение не менее 2 ч.

8.1.5 Подготовить поверяемый газоанализатор и эталонные средства измерений к работе в соответствии с эксплуатационной документацией.

8.2 Опробование

8.2.1 При опробовании проверяют общее функционирование газоанализатора

8.2.1.1 Для проверки общего функционирования включают газоанализатор в соответствии с эксплуатационной документацией.

8.2.1.2 Результат опробования считается положительным, если после прогрева и выхода на рабочий режим на дисплее газоанализатора отображаются текущие результаты измерений и отсутствует информация об отказах.

9. Проверка программного обеспечения средства измерений

9.1 Операция «Проверка программного обеспечения средства измерений» заключается в определении номера версии (идентификационный номер) программного обеспечения (ПО).

9.2 Вывод номера версии (идентификационный номер) ПО на экран осуществляется автоматически в левом верхнем углу окна программы после включения газоанализатора.

9.3 Результат подтверждения соответствия ПО считают положительным, если идентификационные данные ПО соответствуют указанным в таблице 3.

Таблица 3 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	GC FID MOD 202F
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	4.6.9
Цифровой идентификатор ПО	-

10. Определение метрологических характеристик и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

10.1 Определение погрешности газоанализатора.

10.1.1 Последовательно подать на вход газоанализатора бинарные ГСО-ПГС, с постоянным расходом 0,3 дм³/мин каждая из которых содержит один определяемый компонент, в следующей последовательности №№1-2-3, где 1 – смесь соответствующая (0-10) % поверяемого диапазона; 2 – смесь соответствующая (45-55) % поверяемого диапазона; 3 – смесь соответствующая (90-100) % поверяемого диапазона.

Таблица 4 – Перечень ПГС, используемых при поверке газоанализатора

Определяемый компонент	Диапазон измерений объемной доли компонента, %		Источник получения ПГС
	от 0 до	до	
Метан (СН ₄)	от 0 до 1000 млн ⁻¹	от 0 до 1 %	ГСО 10540-2014
	от 0 до 100000 млн ⁻¹	от 0 до 10 %	ГСО 10540-2014
	от 0 до 1000000 млн ⁻¹	от 0 до 100 %	ГСО 10540-2014
Этан (С ₂ Н ₆)	от 0 до 100000 млн ⁻¹	от 0 до 10 %	ГСО 10540-2014
Пропан (С ₃ Н ₈)	от 0 до 100000 млн ⁻¹	от 0 до 10 %	ГСО 10540-2014
Изобутан (i-С ₄ Н ₁₀)	от 0 до 100000 млн ⁻¹	от 0 до 10 %	ГСО 10540-2014
н-бутан (С ₄ Н ₁₀)	от 0 до 100000 млн ⁻¹	от 0 до 10 %	ГСО 10540-2014
Изопентан (i-С ₅ Н ₁₂)	от 0 до 100000 млн ⁻¹	от 0 до 10 %	ГСО 10540-2014
н-пентан (С ₅ Н ₁₂)	от 0 до 100000 млн ⁻¹	от 0 до 10 %	ГСО 10540-2014

10.1.2 Значение приведенной погрешности (γ_i , %) газоанализатора рассчитывают по формуле (1):

$$\gamma_i = \frac{(C_i - C_i^{\partial})}{C_B} \cdot 100 \%, \quad (1)$$

где C_i – установившиеся показания газоанализатора в i -ой точке поверки, объемная доля, % (млн⁻¹);

C_i^{∂} – действительное значение содержания определяемого компонента в i -й ГС, объемная доля, % (млн⁻¹);

C_B – верхняя границы диапазона измерений, объемная доля, % (млн⁻¹).

10.2 Результат поверки газоанализатора считают положительным, если полученные значения погрешности во всех точках поверки не превышают пределов, указанных в таблице А.1 Приложения А настоящей МП-487/05-2022.

11 Оформление результатов поверки

11.1 При проведении поверки оформляют протокол результатов поверки в свободной форме.

11.2 При положительных результатах поверки газоанализатор признается пригодным к применению. Сведения о положительных результатах поверки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, выдается свидетельство о поверке и знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

11.3 При отрицательных результатах поверки газоанализатор признается непригодным к применению. Сведения об отрицательных результатах поверки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, выдается извещение о непригодности с указанием основных причин.

Разработчик:
Инженер по метрологии



Г.С. Володарская

Приложение А
(обязательное)

Метрологические характеристики

Таблица А.1 – Метрологические характеристики

Определяемый компонент	Диапазон измерений объемной доли определяемого компонента		Пределы допускаемой приведенной ¹⁾ погрешности
Метан (СН ₄)	от 0 до 1000 млн ⁻¹	от 0 до 1 %	±4 %
	от 0 до 100000 млн ⁻¹	от 0 до 10 %	±3 %
	от 0 до 1000000 млн ⁻¹	от 0 до 100 %	±3 %
Этан (С ₂ Н ₆)	от 0 до 100000 млн ⁻¹	от 0 до 10 %	±3 %
Пропан (С ₃ Н ₈)	от 0 до 100000 млн ⁻¹	от 0 до 10 %	±3 %
Изобутан (i-С ₄ Н ₁₀)	от 0 до 100000 млн ⁻¹	от 0 до 10 %	±3 %
н-бутан (С ₄ Н ₁₀)	от 0 до 100000 млн ⁻¹	от 0 до 10 %	±3 %
Изопентан (i-С ₅ Н ₁₂)	от 0 до 100000 млн ⁻¹	от 0 до 10 %	±3 %
н-пентан (С ₅ Н ₁₂)	от 0 до 100000 млн ⁻¹	от 0 до 10 %	±3 %
¹⁾ – Приведенная погрешность нормирована к верхнему диапазону измерений.			