

СОГЛАСОВАНО  
Главный метролог  
ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология»



В.А. Лапшинов

«13» октября 2022 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

Камеры тепловизионные RF

***МЕТОДИКА ПОВЕРКИ***

МП-113-2022

2022 г.

## 1 Общие положения

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на камеры тепловизионные RF (далее по тексту – камеры) и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

1.2 Камеры обеспечивают прослеживаемость к ГЭТ 35-2021 и ГЭТ 34-2020 в соответствии с ГОСТ 8.558-2009 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры» методом прямых измерений

## 2 Перечень операций поверки средства измерений

2.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень операций поверки.

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр средства измерений	7	Да	Да
2 Подготовка к поверке и опробование средства измерений	8	Да	Да
3 Подтверждение программного обеспечения средства измерений	9	Да	Да
4 Определение угла поля зрения по горизонтали и вертикали	10	Да	Нет
5 Определение метрологических характеристик: 5.1 определение абсолютной погрешности измерений температуры	11	Да	Да
6 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	12	Да	Да
7 Оформление результатов поверки	13	Да	Да

2.2 Если при проведении той или иной операции получен отрицательный результат, дальнейшую поверку приостанавливают до устранения недостатков, выявленных при проведении поверки.

2.3 После устранения недостатков, вызвавших отрицательный результат, камеру вновь предоставляют на поверку.

2.4 При невозможности устранения недостатков, камеру признают непригодной к применению и эксплуатации по назначению. Оформляют извещение о непригодности камеры в соответствии с действующим Порядком проведения поверки, установленным нормативно-правовыми актами в области обеспечения единства измерений

## 3 Требования к условиям проведения поверки

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие нормальные условия измерений:

- температура окружающей среды, °С от +18 до +25
- относительная влажность окружающей среды, % от 45 до 80
- атмосферное давление, кПа от 87,3 до 106,0

## 4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

4.1 К проведению поверки допускается персонал в количестве одного и более человек, изучивший эксплуатационную документацию на поверяемую камеру и средства измерений, участвующих при проведении поверки.

## 5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

5.1 При проведении поверки применяют средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Сведения о средствах поверки

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки	Пример возможного средства поверки с указанием наименования, заводского обозначения, а при наличии – обозначения типа, модификации
1	2	3
<b>Основные средства поверки</b>		
11	Средство воспроизведения и поддержания температуры в диапазоне значений от -50 до +50 °С, с пределами допускаемой абсолютной погрешностью $\pm 0,5$ °С	Излучатель АЧТ -50/120, мод. АЧТ 60/-50/50 (рег. № 61461-15)
11	Средство воспроизведения и поддержания температуры в диапазоне значений от ( $t_{окр. ср. +5}$ ) до +1200 °С, с пределами допускаемой абсолютной погрешностью $\pm 0,5$ °С	Источник излучения в виде моделей черного тела М300 (рег. № 56559-14)
<b>Вспомогательные средства поверки</b>		
10	Средство воспроизведения и поддержания температуры в диапазоне значений от +30 °С до +120 °С	Излучатель протяжённое черное тело ОИ ПЧТ «Атлас» (рег. № 71363-18)
10	Средство измерений длины в диапазоне значений от 1 до 3 см	Линейка контрольная с отсчетными лупами КЛ-1000 (рег. № 1514-61)
8 10 11	Средство измерений температуры окружающей среды: диапазон измерений от 15 до 25 °С, пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm 1$ °С	Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 М 5Д (рег. № 71394-18)
	Средство измерений относительной влажности окружающей среды: диапазон измерений от 30 до 80 %, пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm 5$ %	
	Средство измерений атмосферного давления: диапазон измерений от 80 до 106 кПа, пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm 5$ кПа	
10; 11	Тепловой тест-объект с метками с излучательной способностью не менее 0,96;	
10; 11	Тепловой тест-объект с переменной щелью с излучательной способностью не менее 0,96	
10; 11	Поворотный столик	
<b>Примечания:</b>		
1) допускается применение аналогичных средств поверки с метрологическими и техническими характеристиками, обеспечивающими требуемую точность передачи единиц величин поверяемому средству измерений.		
2) все средства поверки должны быть исправны, поверены или аттестованы в соответствии с действующим Порядком проведения поверки, установленным нормативно-правовыми актами в области обеспечения единства измерений.		

## 6 Требования по обеспечению безопасности проведения поверки

6.1 При поверке камер выполняются требования техники безопасности, изложенные в документации на применяемые средства поверки и оборудование.

## 7 Внешний осмотр средства измерений

7.1 При внешнем осмотре устанавливают соответствие камеры следующим требованиям:

- комплектность камеры соответствует комплектности, представленной в описании типа на камеры;
- отсутствуют механические повреждения и дефекты, влияющие на правильность функционирования и метрологические характеристики, а также препятствующие проведению поверки;
- информация на шильдике камеры соответствует требованиям эксплуатационной документации;

7.2 Результаты считают положительными, если вышеуказанные являются удовлетворительными.

## 8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

8.1 При опробовании включают камеры в соответствии со эксплуатационной документацией.

8.2 При помощи органов управления в меню устанавливают значение чувствительности 0,99, и не меняют в период проведения испытаний.

8.3 Результаты опробования считают положительными, если камера включается, органы управления откликаются на воздействие на них, а все режимы камеры исправны.

## 9 Подтверждение программного обеспечения средства измерений

9.1 При помощи органов управления в меню выбрать вкладку «Version».

9.2 Результаты подтверждения считают положительными, если в открывшейся строке версии программного обеспечения, отобразилась версия программного обеспечения не ниже не ниже 2.1.471

## 10 Определение угла поля зрения по горизонтали и по вертикали

10.1 Выбор рабочего расстояния

10.1.1 Температурный режим излучателя протяжённого черного тела ОИ ПЧТ «Атлас» (далее – ПЧТ) устанавливают выше температуры окружающей среды  $\sim 10$  °С. Перед ПЧТ на расстоянии от 1 до 3 см располагают тепловой тест-объект с переменной щелью.

10.1.2 В тепловом тест-объекте устанавливают максимальную ширину щели и измеряют максимальную температуру щели в термограмме камеры.

10.1.3 В качестве рабочего расстояния (R) выбирают максимальное расстояние между объективом камеры и тепловым тест-объектом с переменной щелью, которое обеспечивает максимальное значение температуры щели в термограмме, при полном раскрытии щели.

10.2 Определение угла поля зрения (вариант 1)

10.2.1 Камеру устанавливают на поворотном столике, обеспечивающем возможность поворота и регистрации угла поворота столика относительно неподвижного основания в двух плоскостях так, чтобы ось вращения совпадала с вертикальной плоскостью, проходящей через переднюю поверхность входного объектива камеры, проходящей через переднюю поверхность входного объектива т камеры.

10.2.2 Температурный режим ПЧТ устанавливают выше температуры окружающей среды на  $\sim 10$  °С. Перед ПЧТ на расстоянии от 1 до 3 см располагают тепловой тест-объект с метками.

10.2.3 На видеискателе (дисплей камеры) наблюдают тепловое изображение теплового тест-объекта. Поворачивая камеру с помощью поворотного столика в горизонтальной плоскости, совмещают вертикальную ось расположения меток на тепловом тест-объекте с левым и правым краями термограммы и регистрируют соответствующие углы столика ( $\vartheta_{x1}$  и  $\vartheta_{x2}$ ), град.

10.2.4 Изображение центра теплового тест-объекта возвращают в центральную область термограммы. Поворачивая камеры в вертикальной плоскости, совмещают горизонтальную ось расположения меток на тепловом тест-объекте с нижним и верхним краями термограммы и регистрируют соответствующие углы на шкале столика ( $\vartheta_{y1}$  и  $\vartheta_{y2}$ ), град.

10.2.5 Углы поля зрения по горизонтали  $\varphi_x$ , и по вертикали  $\varphi_y$ , рассчитывают соответственно по формулам:

$$\varphi_x = |\vartheta_{x1} - \vartheta_{x2}|, \text{ градус} \quad (1)$$

$$\varphi_y = |\vartheta_{y1} - \vartheta_{y2}|, \text{ градус} \quad (2)$$

10.2.6 Результаты поверки заносят в протокол

10.3 Определение угла поля зрения (вариант 2)

10.3.1 Температурный режим ПЧТ устанавливают выше температуры окружающей среды на  $\sim 10$  °С. Перед ПЧТ на расстоянии от 1 до 3 см располагают тепловой тест-объект с метками.

10.3.2 На полученной термограмме отмечают крайние метки, регистрируемые по вертикали или по горизонтали. Измеряют расстояние между крайними метками теплового тест-объекта (мм) и расстояние между крайними метками теплового тест-объекта на термограмме в элементах разложения термограммы (эл.).

10.3.3 Рассчитывают мгновенный уровень, по формуле:

$$\gamma = \frac{2}{a} \arctg \frac{A}{2R}, \text{ рад.}, \quad (3)$$

где А – расстояние между крайними метками теплового тест-объекта, мм;

а – расстояние между крайними метками теплового тест-объекта на термограмме, эл.;

R – расстояние, определенное в пункте 4.5.1.

10.3.4 Углы поля зрения по горизонтали  $\varphi_x$ , и по вертикали  $\varphi_y$ , рассчитывают соответственно по формулам:

$$\varphi_x = \gamma X \cdot \frac{180}{\pi}, \text{ градус}, \quad (4)$$

$$\varphi_y = \gamma Y \cdot \frac{180}{\pi}, \text{ градус}, \quad (5)$$

где  $\gamma$  – мгновенный угол поля зрения, рад;

X – количество элементов разложения термограммы по горизонтали;

Y – количество элементов разложения термограммы по вертикали.

10.3.5 Результаты поверки заносят в протокол

## 11 Определение метрологических характеристик средства измерений

11.1 Определение абсолютной погрешности измерений радиационной температуры

11.1.1 Погрешность измерений радиационной температуры определяют при помощи источников излучения в виде модели черного тела (далее – АЧТ).

11.1.2 Измерения проводят на расстоянии между АЧТ и камерой, обеспечивающем перекрытие апертурой излучения не менее 20 % угла поля зрения камеры. Излучающую поверхность АЧТ совмещают с центральной областью термограммы.

11.1.3 Определение абсолютной погрешности камеры проводят в значениях 0-5 %; 20-30 %; 45-55 %; 70-80; 95-100 % диапазона измерений температуры камеры.

11.1.4 После стабилизации показаний по АЧТ, регистрируют не менее 5 показаний значений температуры камеры. Определяют среднее значение  $t_{\text{ср изм}}$ , °С, температуры АЧТ по термограмме с учетом его излучательной способности и температуры радиационного фона и среднее значение температуры  $t_{\text{ср эт}}$ , °С, показаний по АЧТ.

11.1.5 Рассчитывают абсолютную погрешность измерений температуры по формуле:

$$\Delta t = t_{\text{ср изм}} - t_{\text{ср эт}}, \quad (6)$$

где:  $\Delta t$  – рассчитанное значение абсолютной погрешности измерений температуры, °С.

**Примечание:**

За начало стабилизации принимают момент появления колебаний температуры вместо непрерывного нарастания или снижения температуры.

**12 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям**

12.1 Результаты поверки считать положительными, если рассчитанная по формуле (1) абсолютная погрешность измерений температуры не превышает значений, определенных при утверждении типа средства измерений.

**13 Оформление результатов поверки**

13.1 При положительных результатах поверки камера признается пригодной к применению. Сведения о положительных результатах поверки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в объеме проведенной поверки, и на камеру выдается свидетельство о поверке в соответствии с действующим порядком проведения поверки.

13.2 При отрицательных результатах поверки камера признается непригодной к применению. Сведения об отрицательных результатах поверки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, и на камеру выдается извещение о непригодности с указанием основных причин в соответствии с порядком проведения поверки.