

Поверка

осуществляется по ГОСТ OIML R 76-1-2011 (Приложение ДА) - при статическом взвешивании, ГОСТ 8.646-2015 - при взвешивании в движении.