

119361, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный
округ Очаково-Матвеевское, ул. Озерная, д. 46

Тел.: (495) 437 55 77
E-mail: Office@vniims.ru

Факс: (495) 437 56 66
www.vniims.ru

СОГЛАСОВАНО



Заместитель директора
по производственной метрологии
ФГБУ «ВНИИМС»

А.Е. Коломин

28 02 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Термометры-манометры скважинные ТМС

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП 202-006-2023

г. Москва
2023 г.

1 Общие положения

Настоящая методика распространяется на Термометры-манометры скважинные ТМС (далее по тексту – термоманометры или приборы), изготавливаемые ООО «НЕОВЭЛЛ», республика Татарстан, г. Казань и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

Проверка приборов проводится методом непосредственного сличения с эталоном давления и эталонным термометром.

В целях обеспечения прослеживаемости поверяемых приборов к государственным первичным эталонам единиц величин необходимо соблюдать требования настоящей методики поверки.

Прослеживаемость поверяемых приборов к государственным первичным эталонам ГЭТ 34-2020 «Государственный первичный эталон единицы температуры в диапазоне от 0 до 3200 °С», ГЭТ 35-2021 «Государственный первичный эталон единицы температуры - кельвина в диапазоне от 0,3 до 273,16 К» обеспечена применением эталонов, соответствующих требованиям Государственной поверочной схеме для средств измерений температуры, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 3253 от 23 декабря 2022 года.

Прослеживаемость поверяемых приборов к государственным первичным эталонам ГЭТ 23-2010 «Государственный первичный эталон единицы давления в диапазоне от 0,02 до 10 МПа» и ГЭТ 43-2013 ГПЭ единицы давления в диапазоне от 10 до 1600 МПа и эффективной площади поршневых пар грузопоршневых манометров в диапазоне от 0,05 до 1 см² обеспечена применением эталонов, соответствующих требованиям государственной поверочной схемы для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2022 г. № 2653.

Прослеживаемость поверяемых приборов к государственному первичному эталону ГЭТ 101-2011 «ГПЭ единицы давления для области абсолютного давления в диапазоне 1·10⁻¹ - 1·10⁵ Па» обеспечена применением эталонов, соответствующих требованиям государственной поверочной схемы для средств измерений абсолютного давления в диапазоне 1·10⁻¹ - 1·10⁷ Па, утвержденной Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 06.12.2019 г. № 2900.

2 Перечень операций поверки

2.1 Для поверки приборов должны выполняться операции, указанные в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Операции поверки

Наименование операции поверки	Обязательность выполнения операций поверки при		Номер раздела (пункта) методики поверки, в соответствии с которым выполняется операция поверки
	первой проверке	периодической проверке	
Внешний осмотр	Да	Да	7
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	Да	Да	8
Контроль условий поверки (при подготовке к поверке и опробовании средства измерений)	Да	Да	8.1
Опробование (при подготовке к поверке и опробовании средства измерений)	Да	Да	8.2
Проверка программного обеспечения (ПО)	Да	Да	9
Определение метрологических характеристик средства измерений	Да	Да	10

Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	Да	Да	11
Оформление результатов поверки	Да	Да	12
Примечания:			
1. При получении отрицательных результатов в процессе проведения той или иной операции поверка прекращается. 2. Методикой поверки не допускается проводить поверку в сокращенном диапазоне измерений.			

2.2 Не допускается проведение поверки отдельных измерительных каналов из состава средств измерений, для меньшего числа измеряемых величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений.

2.3 Операции поверки, приведенные в таблице 1.1 выполняются в полном объеме для первичной и периодической поверки.

3 Требования к условиям проведения поверки

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха: от плюс 15 до плюс 25 °C;
- относительная влажность окружающего воздуха: от 30 до 80 %;
- атмосферное давление: от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст);

3.2 Средства поверки, оборудование готовят в соответствии с руководствами по их эксплуатации.

3.3 При работе термостатов включают местную вытяжную вентиляцию.

3.4 Поверяемые приборы и используемые средства поверки должны быть защищены от вибраций, тряски, ударов, влияющих на их работу.

3.5 Операции, проводимые со средствами поверки и поверяемыми приборами должны соответствовать указаниям, приведенным в эксплуатационной документации.

3.6 Провести проверку герметичности системы. При проверке герметичности системы, пред назначенной для поверки термоманометра, на место поверяемого прибора установить заведомо герметичный прибор или любое другое средство измерений с погрешностью измерений не более 2,5 % от значений давления, соответствующих верхнему пределу измерений поверяемого прибора, и позволяющее зафиксировать изменение давления на величину 0,5 % от заданного значения давления. Создать давление в системе, равное верхнему пределу измерений поверяемого прибора, после чего отключить источник давления. Если в качестве эталона применяют грузопоршневой манометр, то его колонку и пресс также отключить.

Систему считать герметичной, если после 3-х минут выдержки под давлением, равным или близким верхнему пределу измерений приборов, не наблюдается падения давления в течение последующих 2 мин. При необходимости время выдержки под давлением может быть увеличено.

4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

4.1 Поверка приборов должна выполняться специалистами организации, аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений данного вида, имеющими необходимую квалификацию, ознакомленными с эксплуатационной документацией и освоившими работу с техническими средствами, используемыми при поверке.

5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

5.1 При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательное оборудование, указанные в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Операция поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
п. 8.1 Контроль условий поверки	Средства измерений температуры окружающей среды от 15 до 25 °C с абсолютной погрешностью не более $\pm 0,5$ °C; Средства измерений относительной влажности окружающего воздуха от 30 до 80 % с абсолютной погрешностью не более ± 3 %	Приборы комбинированные Testo 608-H1, Testo 608-H2, Testo 610, Testo 622, Testo 623, рег. № 53505-13
	Средства измерений атмосферного давления в диапазоне от 86 до 106,7 кПа с абсолютной погрешностью не более ± 5 гПа	Измерители давления Testo 510, Testo 511, рег. № 53431-13
п. 9 Определение метрологических характеристик	Термометры сопротивления (платиновые), электронные (цифровые) термометры эталонные, соответствующие требованиям к эталонам 3 разряда (и выше) в соответствии с приказом Росстандарта от 23 декабря 2022 года № 3253	Термометр сопротивления эталонный ЭТС-100, рег. № 19916-10
	Измерители электрического сопротивления, соответствующие требованиям к эталонам не ниже 3 разряда в соответствии с приказом Росстандарта от 30 декабря 2019 г. № 3456	Измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ 8.15(М), рег. № 19736-11
	Термостаты и/или криостаты температуры с нестабильностью поддержания заданного значения температуры в полезном объеме не более 1/5 от предельно допустимой погрешности поверяемого СИ	Термостаты жидкостные серии «ТЕРМОТЕСТ», рег. № 39300-08 Термостаты переливные прецизионные ТПП-1, рег. № 33744-07
	Манометры грузопоршневые, соответствующие требованиям к эталонам не ниже 1-го, 2-го и 3-го разряда в соответствии с приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2022 г. № 2653	Манометры грузопоршневые МП-1000, МП-2500, рег. № 52189-16
	Барометры, соответствующие требованиям к эталонам не ниже 1-го, 2-го и 3-го разряда в соответствии с Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 06 декабря 2019 г. № 2900	Барометры рабочие сетевые БРС-1М, рег. № 16006-97
	-	Персональный компьютер
Примечания:		
1. Эталоны и средства измерений, применяемые в качестве эталонов, используемые при поверке, должны быть аттестованы или поверены в установленном порядке; применяемые средства измерений должны быть поверены; испытательное оборудование - аттестовано.		
2. Допускается применение аналогичных средств поверки, разрешенных к применению в Российской Федерации (внесенных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений) и обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.		

6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, установленные в следующих документах:

- ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности;
- требования безопасности, которые предусматривают «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ)» (Приказ от 15 декабря 2020 года № 903н);
- указания по технике безопасности, приведенные в эксплуатационной документации на эталонные средства измерений и средства испытаний;
- указания по технике безопасности, приведенные в руководстве по эксплуатации термометров.

7 Внешний осмотр средства измерений

При внешнем осмотре устанавливают:

- соответствие внешнего вида, комплектности приборов технической и эксплуатационной документации;
- наличие заводского номера;
- наличие и четкость маркировки;
- отсутствие механических повреждений и дефектов покрытия, влияющих на работоспособность приборов.

Результат проверки положительный, если выполняются все вышеперечисленные требования.

8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

8.1 В соответствии с разделом 4 руководства по эксплуатации подключить термоманометр к устьевому регистратору или подключить к персональному компьютеру (далее – ПК), после чего на мониторе ПК (в веб-интерфейсе) и экране устьевого регистратора будут отображаться измеряемые значения давления и температуры.

8.2 При опробовании проверяют работоспособность термоманометра: на экране ПК и устьевого регистратора должны отображаться текущие показания давления и температуры.

9 Проверка программного обеспечения средства измерений

Проверка термоманометров проводится в форме подтверждения соответствия тому ПО, которое было документировано (внесено в базу данных) при испытаниях в целях утверждения типа. Считывание идентификационных данных может проводится как с дисплея устьевого регистратора, так и с веб-интерфейса на мониторе ПК. Процедура соответствия сводится к сравнению идентификационных данных ПО, отображаемых на дисплеях, с данными, которые были внесены в описание типа.

Термоманометр считается поверенным, если идентификационные данные совпадают с данными указанными в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Датчик (встроенное)	
Идентификационное наименование ПО	РТ_M2_Downhole
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	20230324
Цифровой идентификатор ПО	Недоступен
Устьевой регистратор (внешнее)	
Идентификационное наименование ПО	NEOSR
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	20230324
Цифровой идентификатор ПО	Недоступен
Веб-интерфейс (внешнее)	
Идентификационное наименование ПО	NEO SOFTWARE
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	1.0
Цифровой идентификатор ПО	Недоступен

10 Определение метрологических характеристик средства измерений

10.1 Определение приведенной погрешности канала измерений давления.

10.1.1 Определение приведенной (к верхнему пределу измерений) погрешности термоманометров проводят с использованием эталонов абсолютного и избыточного давления.

10.1.2 Расчет приведённой погрешности измерений давления проводят в 5 пяти точках, равномерно распределенных по всему диапазону измерений. Первая точка равна 0 избыточного давления, последняя точка должна быть в промежутке от 90% до 100% от верхнего предела измерений.

Номинальное значение давления каждой точки поверки рассчитывается путем суммирования показаний эталона абсолютного давления (барометр) и эталона избыточного давления.

10.1.3 Интервал между значениями измеряемой величины не должен превышать 25 % диапазона измерений и не быть менее 15 % диапазона измерений.

10.1.4 Поверяемый прибор подключить к эталонному средству измерений согласно документации.

10.1.5 Установить давление в системе равное первой выбранной точке согласно пп. 10.1.2 – 10.1.3.

10.1.6 Снять показания с прибора и эталонных средств измерений при приближении к выбранному значению давления со стороны меньших значений (при прямом ходе) и со стороны больших значений (при обратном ходе).

Перед проверкой при обратном ходе средство измерений выдерживают в течение 5 минут при верхнем предельном значении давления, соответствующего верхнему пределу измерения давления.

10.1.7 Аналогично произвести измерения давления для остальных контрольных точек.

10.1.8 Результаты измерений заносят в таблицу 10.1.

Таблица 10.1 - Определение приведённой погрешности канала измерений давления

10.2 Определение абсолютной погрешности канала измерений температуры

Проверку абсолютной погрешности канала измерения температуры проводят в 5-ти контрольных точках, распределенных равномерно в пределах диапазона измерений, включая нижнее и верхнее предельные значения, следующим образом:

10.2.1 Запустите работу прибора в соответствии с пп. 8.1 и 8.2 настоящей методики.

10.2.2 Поверяемый термоманометр поместить в рабочий объем термостата на максимально возможную глубину (но не менее 30-50 мм от дна), эталонный термометр погрузить на нормируемую глубину. При этом выступающая часть термоманометра должна быть теплоизолирована для минимизации эффекта влияния теплоотвода по корпусу поверяемого термоманометра.

10.2.3 Установить в термостате первую температурную точку;

10.2.4 После выхода термостата на заданный режим и выдержки до установления теплового равновесия между эталонным термометром, термоманометром и термостатирующей средой (не менее 30-ти мин), выполнить отсчеты показаний по эталонному термометру и термоманометру с экрана смартфона или ПК в течение 5 мин., далее вычислить средние арифметические значения полученных данных.

10.2.5 Повторить 10.2.3-10.2.4 в остальных поверяемых точках.

10.2.6 Полученные значения измеренных данных заносят в таблицу 10.2.

Таблица 10.2 – Определение абсолютной погрешности канала измерений температуры

$T_{зад}$, °C	$T_{уст}$, °C	$T_{изм}$, °C	Δ_T , °C

11 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

11.1 Результаты поверки считаются положительными, если значения полученной погрешности в каждой контрольной точке не превышает предельно допустимых значений, приведенных в описании типа в Федеральном информационном Фонде по обеспечению единства измерений.

11.2 Приведенная погрешность рассчитывается по формуле:

$$\gamma = \frac{\Delta_{\max}}{\text{ВПИ}} * 100 \quad (1)$$

где, Δ_{\max} – максимальное значение абсолютной погрешности в контрольной точке, МПа;

ВПИ – верхний предел измерений абсолютного давления, МПа;

γ – приведенная погрешность, %.

11.3 Рассчитывают значение абсолютной погрешности канала измерения температуры в каждой контрольной точке по формуле (2)

$$\Delta_T = T_{изм} - T_{уст} \quad (2)$$

где: $T_{изм}$ – измеренное значение температуры, °C;

$T_{уст}$ – установленное значение температуры по эталону, °C.

11.4 Термоманометр считается выдержавшим поверку, если полученные значения приведённой погрешности канала измерений давления и абсолютной погрешности канала измерения температуры в каждой проверяемой точке не превышают предельно допустимых значений, приведенных в описании типа в Федеральном информационном Фонде по обеспечению единства измерений.

12 Оформление результатов поверки

12.1 Сведения о результатах поверки приборов в соответствии с действующим законодательством в области обеспечения единства измерений РФ передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

12.2 Приборы, прошедшие поверку с положительным результатом, признаются годными и допускаются к применению. По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, на средство измерений выдается свидетельство о поверке.

12.3 Конструкция термоманометров не предусматривает нанесение знака поверки на средство измерений.

12.4 При отрицательных результатах поверки на средство измерений по заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, оформляется извещение о непригодности к применению.

Заместитель начальника отдела 202
ФГБУ «ВНИИМС»

Начальник отдела 207
ФГБУ «ВНИИМС»

Инженер отдела 202 метрологического
обеспечения измерений давления


Е.В. Николаева


А.А. Игнатов


Н.Е. Пашкевич