

3768

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
ФГБУ «ВНИИОФИ»



Е.А. Гаврилова

«17» 08 2023 г.

**«ГСИ. Система измерения наведенных токов
СИНТ-8/20ДНТЭ. Методика поверки»**

МП 026.М12-23

Главный метролог
ФГБУ «ВНИИОФИ»

С.Н. Негода

«17» 08 2023 г.

1 Общие положения

Настоящая методика поверки распространяется на систему измерения наведенных токов СИИТ-8/20ДНТЭ и устанавливает методы и средства ее первичной и периодической поверок.

Система измерения наведенных токов СИИТ-8/20ДНТЭ (далее – система СИИТ-8/20ДНТЭ) предназначена для измерений действующего значения сигналов силы тока в электрических цепях технических систем и объектов, в том числе опасных, при воздействиях импульсных или повторяющихся высоко и низко частотных электромагнитных полей.

Передача измерительной информации осуществляется по волоконно-оптическим линиям связи, а регистрация и обработка сигналов с помощью цифрового осциллографа. Система СИИТ-8/20ДНТЭ одновременно обеспечивает работу 8 измерительных каналов ИК. В состав измерительного канала ИК сигналов силы тока входят: один канал волоконно-оптических линий преобразования медленно изменяющихся импульсных напряжений ПМИИ, включающий блок преобразователя напряжения БПН, волоконно-оптическую линию связи и блок фотоприемника БФП и один из датчиков наведенного тока и выделившейся энергии ДНТЭ. Все измерительные каналы ИК гальванически развязаны между собой, чувствительность канала определяется типом используемого ДНТЭ.

По итогам проведения поверки должна обеспечиваться прослеживаемость к ГЭТ 1-2022 в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений (далее - ГПС), утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 26 сентября 2022 г. № 2360, ГЭТ 202-2012 в соответствии с ГОСТ 8.644-2014 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений силы импульсного тока молниевых разрядов в диапазоне от 1 до 100 кА» и ГЭТ 182-2010, в соответствии с ГПС, утвержденной Приказом Росстандарта от 30 декабря 2019 г. № 3463.

Поверка системы СИИТ-8/20ДНТЭ выполняется методом косвенных измерений.

Система СИИТ-8/20ДНТЭ обеспечивает следующие метрологические характеристики:

- диапазон измеряемых значений амплитуды сигналов силы тока: \pm (от $2,0 \cdot 10^{-4}$ до $2,5 \cdot 10^{-2}$) А;
- пределы допускаемой относительной погрешности измерений значений амплитуды сигналов силы тока: $\pm 35\%$ – в поддиапазоне от $\pm (2,0 \cdot 10^{-4}$ до $8,0 \cdot 10^{-4}$ А включ.); $\pm 15\%$ – в поддиапазоне от \pm (св. $8,0 \cdot 10^{-4}$ до $2,5 \cdot 10^{-2}$ А);
- максимальная длительность измеряемых значений сигналов силы тока: 100 с.

2 Перечень операций поверки средства измерений

2.1 При проведении первичной и периодической поверок должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции первичной и периодической поверок

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
Внешний осмотр средства измерений	7.1	Да	Да
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	8	Да	Да

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
Определение метрологических характеристик средства измерений*	9		
Определение диапазона измеряемых значений амплитуды сигналов силы тока*	9.1	Да	Да
Определение относительной погрешности измерений значений амплитуды сигналов силы тока	9.2	Да	Да
Определение максимальной длительности измеряемых значений сигналов силы тока	9.3	Да	Да
Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	10	Да	Да
* Определяется для каждого датчика наведенного тока и выделившейся энергии ДНТЭ в составе измерительного канала			

2.2 При получении отрицательных результатов при проведении любой операции поверка прекращается.

2.3 Допускается проведение поверки отдельных измерительных каналов и на меньшем числе поддиапазонов измеряемых значений амплитуды сигналов силы тока. Для отдельных измерительных каналов первичная (периодическая) поверка, проводится на основании письменного заявления владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, оформленного в произвольной форме. Для поверки на меньшем числе поддиапазонов измеряемых значений амплитуды сигналов силы тока проводится периодическая поверка на основании письменного заявления владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, оформленного в произвольной форме.

3 Требования к условиям проведения поверки

3.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С от 20 до 30;
- относительная влажность воздуха, % от 50 до 80;
- атмосферное давление, кПа от 96 до 104;
- напряжение питания сети, В от 207 до 253;
- частота сети, Гц от 49 до 51.

3.2 Помещение, где проводится поверка, должно быть чистым и сухим, свободным от пыли, паров кислот и щелочей.

4 Требования к специалистам, осуществляющих поверку

4.1 К проведению поверки допускаются лица, изучившие настоящую методику поверки, руководство по эксплуатации (РЭ) на систему СИИТ-8/20ДНТЭ, правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, указанных в приложении к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н, имеющие опыт работы с высокоточными средствами измерений в области измерений электрических величин и прошедшие обучение на право проведения поверки по требуемому виду измерений.

4.2 Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.

5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

5.1 При проведении первичной и периодической поверок применяются средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Средства поверки

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
Контроль условий поверки	<p>Средства измерений температуры воздуха от 20 °С до 30 °С и пределами допускаемого значения основной абсолютной погрешности измерений температуры не более ± 1 °С.</p> <p>Средства измерений относительной влажности до 90 % и пределами допускаемого значения основной абсолютной погрешности измерений относительной влажности ± 3 %.</p> <p>Средства измерений давления воздуха от 94 до 107 кПа и пределами допускаемого значения основной абсолютной погрешности измерений давления не более $\pm 0,5$ кПа.</p> <p>Средства измерений напряжение питания сети в диапазоне от 207 до 253 В и относительной погрешностью измерений не более 3 %.</p> <p>Средства измерений частоты питающей сети в диапазоне от 49 до 51 Гц и относительной погрешностью измерений не более 3 %</p>	<p>Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп», рег.№32014-06.</p> <p>Осциллограф цифровой Tektronix TDS 784D, рег.№ 19296-00.</p> <p>Вольтметр универсальный В7-54/3, рег. №15250-96.</p>
Средства измерений п.8 Подготовка к поверке и опробование	Эталоны единицы силы импульсного тока и средства измерений, соответствующие требованиям к вторичным эталонам по ГОСТ 8.644-2014 с минимальной воспроизводимой амплитудой силы импульсного тока $1,0 \cdot 10^{-2}$ А	Вторичный эталон единицы силы импульсного тока 2.1.ZZA.0057.2015

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
средства измерений.	Рабочие эталоны единицы импульсного электрического напряжения и средства измерений (осциллографические регистраторы), соответствующие требованиям к рабочим эталонам не ниже 2-го разряда по ГПС, утвержденной Приказом Росстандарта от 30 декабря 2019 г. № 3463 в диапазоне измерений амплитуды электрического напряжения от 10 мВ до 1 В, полосой пропускания не менее 100 МГц, относительной погрешностью измерений амплитудно-временных значений регистрируемых сигналов $\pm 3\%$	Осциллограф цифровой стробоскопический широкополосный Tektronix CSA8000B, рег.№ 40566-09
	Средства измерений (осциллографические регистраторы) в диапазоне измерений амплитуды электрического напряжения от 10 мВ до 300 В, полосой пропускания не менее 100 МГц, входным сопротивлением 1 МОм/50 Ом и относительной погрешностью измерений амплитудно-временных значений регистрируемых сигналов $\pm 3\%$	Осциллограф цифровой Tektronix TDS 784D, рег.№ 19296-00
	Средства измерений (генераторы импульсов напряжения) с диапазоном установки амплитуды на 50-омной нагрузке от 0,01 до 5 В, погрешность установки амплитуды $\pm 5\%$ и длительность выходных импульсов от 50 нс до 100 с	Генератор импульсов Г5-102, рег.№ 39224-08. Генератор импульсов точной амплитуды Г5-75, рег.№7767-80
	Средства измерений напряжения постоянного и переменного тока до 250 В с относительной погрешность не более 3 %. Средства измерений сопротивления постоянному току в диапазоне от 0,2 до 100 Ом с относительной погрешность не более 3 %.	Вольтметр универсальный В7-54/3, рег. №15250-96
	Вспомогательное оборудование: устройства с номинальным значением сопротивления от 0,1 до 50,0 Ом и относительной погрешности номинального значения сопротивления не более $\pm 5\%$	Набор R ₆ резистивных элементов С2-29
	Вспомогательное оборудование: устройства с входным сопротивлением 50 Ом	Согласующий переходной адаптер СПА1

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
п.9 Определение метрологических характеристик средства измерений	Эталоны единицы силы импульсного тока и средства измерений, соответствующие требованиям к вторичным эталонам по ГОСТ 8.644-2014 с минимальной воспроизводимой амплитудой силы импульсного тока $1,0 \cdot 10^{-2}$ А	Вторичный эталон единицы силы импульсного тока 2.1.ZZA.0057.2015
	Рабочие эталоны единицы импульсного электрического напряжения и средства измерений (осциллографические регистраторы), соответствующие требованиям к рабочим эталонам не ниже 2-го разряда по ГПС, утвержденной Приказом Росстандарта от 30 декабря 2019 г. №3463 в диапазоне измерений амплитуды электрического напряжения от 10 мВ до 1 В, полосой пропускания не менее 100 МГц, относительной погрешностью измерений амплитудно-временных значений регистрируемых сигналов ± 3 %	Осциллограф цифровой стробоскопический широкополосный Tektronix CSA8000B, рег.№ 40566-09
	Средства измерений (осциллографические регистраторы) в диапазоне измерений амплитуды электрического напряжения от 10 мВ до 300 В, полосой пропускания не менее 100 МГц, входным сопротивлением 1 МОм/50 Ом и относительной погрешностью измерений амплитудно-временных значений регистрируемых сигналов ± 3 %	Осциллограф цифровой Tektronix TDS 784D, рег.№ 19296-00
	Средства измерений (генераторы импульсов напряжения) с диапазоном установки амплитуды на 50-омной нагрузке от 0,01 до 5 В, погрешность установки амплитуды ± 5 % и длительность выходных импульсов от 50 нс до 100 с	Генератор импульсов Г5-102, рег.№ 39224-08. Генератор импульсов точной амплитуды Г5-75, рег.№7767-80
	Средства измерений напряжения постоянного и переменного тока до 250 В с относительной погрешностью не более 3 %. Средства измерений сопротивления постоянному току в диапазоне от 0,2 до 100 Ом с относительной погрешностью не более 3 %.	Вольтметр универсальный В7-54/3, рег.№15250-96
Вспомогательное оборудование: устройства с номинальным значением сопротивления от 0,1 до 50,0 Ом и относительной погрешности номинального значения сопротивления ± 5 %	Набор R ₆ резистивных элементов С2-29	

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
	Вспомогательное оборудование: устройства с входным сопротивлением 50 Ом	Согласующий переходной адаптер СПА1
Примечание – Генератор импульсов Г5-102 (Г5-75) с набором резистивных элементов и согласующим переходным адаптером СПА1 образуют источник сигналов силы тока		

5.2 Допускается применение других средств поверки, не приведенных в таблице 2, но обеспечивающих определение (контроль) метрологических характеристик поверяемого средства измерений с требуемой точностью.

5.3 Средства измерений, указанные в таблице 2, должны быть аттестованы (поверены) в установленном порядке.

6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

6.1 Перед началом поверки необходимо изучить руководство по эксплуатации на систему СИИТ-8/20ДНТЭ и настоящую методику поверки.

6.2 При проведении поверки следует соблюдать требования, установленные правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, указанных в приложении к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н. Оборудование, применяемое при поверке, должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91. Воздух рабочей зоны должен соответствовать ГОСТ 12.1.005-88 при температуре помещения, соответствующей условиям испытаний для легких физических работ.

6.3 Система электрического питания приборов должна быть защищена от колебаний и пиков сетевого напряжения.

6.4 При выполнении измерений должны соблюдаться требования, указанные в руководстве по эксплуатации на систему СИИТ-8/20ДНТЭ.

6.5 Помещение, в котором проводится поверка, должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009-83.

7 Внешний осмотр средства измерений

7.1 Проверяют комплектность системы СИИТ-8/20ДНТЭ.

Комплектность системы СИИТ-8/20ДНТЭ должна соответствовать таблице 3.

Таблица 3 – Комплектность системы СИИТ-8/20ДНТЭ

Наименование	Обозначение	Количество
Система измерения наведенных токов в составе:	СИИТ-8/20ДНТЭ	
Блок преобразователя напряжения	БПН	8 шт.
Волоконно-оптическая линия связи	ВОЛС	8 шт.
Блок фотоприемника	БФП	8 шт.
Датчик наведенного тока и выделившейся энергии	ДНТЭ РПВШ.432233.001	20 шт.
Паспорт на датчик наведенного тока и выделившейся энергии	РПВШ.432233.001 ПС	20 экз.

Наименование	Обозначение	Количество
Руководство по эксплуатации	КВФШ.468165.024 РЭ	1 экз.
Формуляр	КВФШ.468165.024 ФО	1 экз.
Упаковка	–	1 шт.

7.2 Проверяют систему СИНТ-8/20ДНТЭ на отсутствие механических повреждений и ослаблений элементов конструкции.

7.3 Система СИНТ-8/20ДНТЭ признается прошедшей операцию поверки с положительным результатом, если не обнаружены несоответствия комплектности, механические повреждения, ослабления элементов конструкции, неисправности разъемов.

8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

8.1 Проверьте наличие средств поверки по таблице 2, укомплектованность их документацией и необходимыми элементами соединений.

8.2 Используемые средства поверки разместите, заземлите и соедините в соответствии с требованиями их технической документации.

8.3 Подготовку, соединение, включение и прогрев системы СИНТ-8/20ДНТЭ и средств поверки, регистрацию показаний и другие работы по поверке произведите в соответствии с эксплуатационной документацией на указанные средства.

8.4 При опробовании системы СИНТ-8/20ДНТЭ оценивают работоспособность измерительных каналов системы с целью выявления внутренних скрытых дефектов (нарушение целостности сборки), возникших при транспортировании или эксплуатации, препятствующих дальнейшей эксплуатации системы СИНТ-8/20ДНТЭ. Перед проведением работ определяют номера блоков преобразователей напряжения (далее – БПН), волоконно-оптических линий связи (далее – ВОЛС), блоки фотоприемников (далее – БФП) и датчиков наведенного тока и выделившейся энергии ДНТЭ (далее – датчиков ДНТЭ), которые будут образовывать соответствующий состав проверяемых измерительных каналов ИК. Количество измерительных каналов – 20.

8.4.1 Первоначально собирают источник сигналов силы тока. Для этого подключают вольтметр В7-54/3 к входным измерительным клеммам датчиков ДНТЭ из состава выбранного проверяемого измерительного канала ИК системы СИНТ-8/20ДНТЭ. Устанавливают на вольтметре режим измерения сопротивления постоянному току и нижний предел измерений «0,2 кОм». Проводят измерение значения сопротивления $R_{нн}$, Ом, нити накаливания датчика ДНТЭ.

8.4.2 Из набора резистивных элементов (см. таблицу 2) подбирают согласующий резистор $R_б$, Ом, с таким номинальным значением сопротивления, чтобы суммарное значение сопротивления $R_{изм.ик}$, Ом, определяемое по формуле

$$R_{изм.ик} = (R_б + R_{нн}), \quad (1)$$

находилось в диапазоне от 49,5 до 50,5 Ом. Согласующий резистор устанавливают в адаптер СПА1 (см. рисунок 1), который подключают к входным контактам датчика ДНТЭ.



Рисунок 1 – Схема соединений при проведении измерений системы СИИТ-8/20ДНТЭ

8.4.3 Подключают выход ДНТЭ с помощью электрического соединительного кабеля из состава изделия к разъему «ВХОД», расположенному на панели БПН проверяемого измерительного канала ИК, а оптический выход «СВ» на панели БПН с помощью волоконно-оптической линии связи ВОЛС соединяют с оптическим разъемом «СВ» на панели соответствующего блока БФП. Разъем «ВЫХОД» БФП соединяют с помощью коаксиального кабеля с одним из входов цифрового осциллографа Tektronix TDS 784D. Устанавливают значение входного сопротивления осциллографа $R_{вх.осц} = 1 \text{ МОм}$.

8.4.4 Подключают первый импульсный выход генератора Г5-102 (Г5-75) в соответствии с рисунком 1 к рабочему эталону единицы импульсного электрического напряжения 2-го разряда (цифровому осциллографу). Подготавливают генератор для воспроизведения импульсов напряжения, соответствующих средней точке рабочего диапазона ДНТЭ с длительностью $T_{имп}$ равной 5 с и амплитудой $V_{Г5-102}$, В, которую определяют по формуле

$$V_{Г5-102.ср} = (I_{изм.1.вх.макс} \cdot R_{изм.1к})/2, \quad (2)$$

где $I_{изм.1.вх.макс}$ – значение максимального допустимого входного тока для выбранного ДНТЭ в составе проверяемого измерительного канала (определяется в соответствии таблицей 4), А.

Импульс напряжения регистрируют при помощи рабочего эталона (цифрового осциллографа) с параметрами, указанными в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристики датчиков ДНТЭ

Номер датчика ДНТЭ	621001	621002	621003	621004	621005	621006	621007	621008	621009	621010
Диапазон измеряемых значений силы тока, I, мА	от 0,2 до 3,5	от 0,2 до 3,5	от 0,3 до 5,5	от 0,3 до 6,0	от 0,2 до 5,0	от 0,2 до 8,0	от 0,2 до 9,0	от 0,2 до 17,0	от 1,0 до 25,0	от 0,2 до 9,0

Полярность выходного сигнала	отрицате льная	отрицател ьная	отрицат ельная	положите льная	отрицател ьная	положите льная	отрицател ьная	положител ьная	отрицател ьная	отрицатель ная
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

окончание таблицы 4

Номер датчика ДНТЭ	621011	621012	621013	621014	621015	621016	621017	621018	621019	621020
Диапазон измеряемых значений силы тока, I, мА	от 0,5 до 12,5	от 0,8 до 12,0	от 0,3 до 9,5	от 0,4 до 12,0	от 0,2 до 14,5	от 1,0 до 12,5	от 1,3 до 12,0	от 0,2 до 16,0	от 0,2 до 13,0	от 0,2 до 9,0
Полярность выходного сигнала	положит ельная	отрицател ьная	отрицат ельная	положите льная	положите льная	отрицател ьная	отрицател ьная	отрицатель ная	положите льная	отрицатель ная

Переключают импульсный выход генератора на вход согласующего перехода СПА. В соответствии со значениями напряжения, указанными в паспорте на используемый датчик ДНТЭ, оценивают значение напряжения $V_{ср.ДНТЭ}$, В, на выходе датчика в средней точке рабочего диапазона и устанавливают на БПН тумблером «ДИАП» соответствующий диапазон измерений, подготавливают цифровой осциллограф Tektronix TDS 784D к регистрации и отображению однополярного импульса напряжения с амплитудой $V_{ср.изм.1к}$, В, длительностью порядка 1 с.

8.4.5 На выходе источника сигналов силы тока, образованного генератором импульсов Г5-102, набором резистивных элементов и адаптером СПА1 воспроизводят однократный импульс силы тока с амплитудой $V_{Г5-102.ср}/R_{изм.1}$, А, (см. рисунок 2а) и с помощью осциллографа Tektronix TDS 784D обеспечивают регистрацию импульса напряжения на выходе первого измерительного канала ИК системы СИНТ-8/20ДНТЭ.

8.4.6 Аналогичные работы по 8.4.1 – 8.4.5 проводят для остальных измерительных каналов системы СИНТ-8/20ДНТЭ. Для измерительных каналов ИК с датчиками ДНТЭ у которых максимальный допустимый измеряемый входной ток составляет более 10 мА в качестве источника сигналов силы тока используется вторичный эталон единицы силы импульсного тока 2.1.ZZA.0057.2015.

8.4.7 Система СИНТ-8/20ДНТЭ признается прошедшей операцию поверки с положительным результатом, если на выходе каждого измерительного канала ИК:


- для датчиков ДНТЭ с положительной полярностью выходного сигнала зарегистрированы сигналы напряжения (см. рисунок 2б) на экране осциллографа положительной полярности амплитудой $V_{ср.дат.пол}$, В, длительностью $T_{дл.фр.пол}$ по уровню 0,5 от амплитуды порядка 1 с, которые являются откликом ИК на фронт воздействующего импульса силы тока;

- для датчиков ДНТЭ с отрицательной полярностью выходного сигнала зарегистрированы сигналы напряжения (см. рисунок 2в) на экране осциллографа положительной полярности амплитудой $V_{ср.дат.отр}$, В, длительностью $T_{дл.сп.отр}$ по уровню 0,5 от амплитуды порядка 1 с, которые являются откликом ИК на спад воздействующего импульса силы тока;

- амплитуды паразитных колебаний $V_{ср.дат.пол.ш}$, $V_{ср.дат.отр.ш}$, В, на вершинах регистрируемых импульсов составляют не более 10 % от соответствующих величин $V_{ср.дат.пол}$, $V_{ср.дат.отр}$, В.

Примечание – Полярность выходных сигналов датчиков ДНТЭ определяется в соответствии с их паспортами РПВШ.432233.001 ПС и таблицей 4 настоящей методики поверки.

В случае, если амплитуда паразитных колебаний на вершине регистрируемых импульсов превышает 10 %, принимают меры к выявлению источников электромагнитных помех и проводят работы по уменьшению их влияния на регистрирующую аппаратуру.



$V_{Г5-102}/R_{изм}$ – амплитуда входных импульсов силы тока, $T_{имп}$ – длительность входных импульсов силы тока, $V_{ср.дат.пол}$ – амплитуда импульса отклика ИК с датчиком ДНТЭ с положительной полярностью выходного сигнала на фронт воздействующего импульса силы тока, $V_{ср.дат.отр}$ – амплитуда импульса отклика ИК с датчиком ДНТЭ с отрицательной полярностью выходного сигнала на спад воздействующего импульса силы тока

Рисунок 2 – Типовая эпюра импульсов напряжения на выходе ИК системы СИНТ-8/20ДНТЭ при опробовании

9 Определение метрологических характеристик средства измерений

9.1 Определение диапазона измеряемых значений амплитуды сигналов силы тока

9.1.1 Проводят измерение сопротивления нити накаливания датчика ДНТЭ для первого измерительного канала ИК системы СИНТ-8/20ДНТЭ. Для этого подключают вольтметр В7-54/3 к входным измерительным клеммам датчика. Устанавливают на вольтметре режим измерения сопротивления постоянному току и нижний предел измерений «0,2 кОм». Проводят измерение значения сопротивления $R_{нн}$, Ом, нити накаливания датчика ДНТЭ. Из набора резистивных элементов (см. таблицу 1) подбирают согласующий резистор $R_б$, Ом, с таким номинальным значением сопротивления, чтобы суммарное значение сопротивления $R_{изм.1к} = (R_б + R_{нн})$, Ом, находилось в диапазоне от 49,5 до 50,5 Ом и устанавливают его в адаптер СПА1. Подключают вольтметр к входу адаптера СПА1. Устанавливают на вольтметре режим измерения сопротивления постоянному току и нижний предел измерений «0,2 кОм» и проводят измерение значения сопротивления $R_{изм.1к.i}$, Ом.

Описанные измерения проводят десять раз и вычисляют среднее арифметическое значение $R_{изм.1к}$, Ом, по формуле

$$R_{изм.1к} = \frac{\sum_{i=1}^n R_{изм.1к.i}}{n} \quad (3)$$

Проводят далее сборку измерительного канала в соответствии с 8.4.3.

9.1.2 Подключают первый импульсный выход генератора Г5-102 (Г5-75) в соответствии с рисунком 1 к рабочему эталону единицы импульсного электрического напряжения 2-го разряда (цифровому осциллографу). Подготавливают генератор для воспроизведения импульсов напряжения с длительностью $T_{имп}$ равной 5 с и амплитудой $V_{Г5-102}$, В, которую определяют путем пересчета по формуле

$$I_{изм.1.вх} = V_{Г5-102} / R_{изм.1к}, \quad (4)$$

где $I_{изм.1.вх} = 0,2$ мА – первая точка диапазона измеряемых значений силы тока для выбранного ДНТЭ, в составе первого измерительного канала ИК (в соответствии с таблицей 5).

Воспроизводят импульсы напряжения амплитудой $V_{Г5-102}$, В, на выходе генератора, регистрируют импульс напряжения при помощи рабочего эталона (цифрового осциллографа) и подтверждают установленные параметры (см. рисунок 2а).

Для измерительных каналов ИК с датчиками ДНТЭ у которых максимальный допустимый измеряемый входной ток составляет более 10 мА в качестве источника сигналов силы тока используется вторичный эталон единицы силы импульсного тока 2.1.ZZA.0057.2015.

9.1.3 Переключают импульсный выход генератора на вход согласующего перехода СПА. В соответствии с паспортом на используемый датчик ДНТЭ оценивают значение напряжения $V_{мин.ДНТЭ}$, В, на выходе датчика в нижней точке рабочего диапазона и устанавливают на БПН тумблером «ДИАП» соответствующий диапазон измерений и подготавливают цифровой осциллограф Tektronix TDS 784D к регистрации и отображению однополярного импульса напряжения с амплитудой $V_{мин.изм.1к}$, В, длительностью порядка 1 с.

9.1.4 На выходе источника импульсов силы тока, образованного генератором импульсов Г5-102, набором резистивных элементов и адаптером СПА1 воспроизводят однократный импульс силы тока с амплитудой $I_{изм.1.вх} = V_{Г5-102} / R_{изм.1к}$, А, (см. рисунок 2а) и с помощью осциллографа Tektronix TDS 784D обеспечивают регистрацию импульса

напряжения (см. рисунок 2в) на выходе первого измерительного канала ИК системы СИИТ-8/20(ДНТЭ).

Примечание – В силу физических принципов работы датчиков наведенного тока и выделившейся энергии ДНТЭ метрологические характеристики ИК системы СИИТ-8/20ДНТЭ не зависят от полярности измеряемых сигналов тока, которые могут быть как положительными, так и отрицательными.

По полученной осциллограмме (см. рисунок 3) определяют:

V_{\max} – максимальное значение амплитуды импульса напряжения на выходе ИК с датчиком ДНТЭ, №621001 с отрицательной полярностью выходного сигнала (отклик на спад воздействующего импульса силы тока), В;

V_{\min} – минимальное значение амплитуды импульса напряжения на выходе ИК с датчиком ДНТЭ, №621001 с отрицательной полярностью выходного сигнала (отклик на спад воздействующего импульса силы тока), В.




Рисунок 3 – Типовая эпора импульсов напряжения на выходе ИК системы СИИТ-8/20ДНТЭ при входном импульсном сигнале силы тока с длительностью порядка единиц секунд

9.1.5 Измерения по 9.1.4 производят $n = 10$ раз.

9.1.6 Повторяют измерения по 9.1.2 – 9.1.5, устанавливая последовательно в соответствии с таблицей 5, следующие значения входного тока (точки рабочего диапазона):

Таблица 5 – Точки рабочего диапазона для ИК №1 с ДНТЭ №621001

Номер точки рабочего диапазона, i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Значения входного тока, $I_{\text{изм.}i.\text{вх.}}$, МА	0,2	0,3	0,5	0,7	0,8	1,0	1,3	2,0	2,5	3,5

9.1.7 Проводят аналогичные работы по 9.1.1 – 9.1.6 для второго – двадцатого измерительных каналов системы СИИТ-8/20ДНТЭ, устанавливая последовательно в соответствии с таблицами 6 – 24, следующие значения входного тока (точки рабочего диапазона).

Таблица 6 – Точки рабочего диапазона для ИК №2 с ДНТЭ №621002

Номер точки рабочего диапазона, i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Значения входного тока, $I_{\text{изм.}i.\text{вх.}}$, МА	0,2	0,3	0,5	0,7	0,8	1,0	1,3	2,0	2,5	3,5

Таблица 7 – Точки рабочего диапазона для ИК №3 с ДНТЭ №621003

Номер точки рабочего диапазона, i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Значения входного тока, $I_{изм.i.вх}, \text{МА}$	0,3	0,5	0,7	0,8	1,0	1,3	2,0	2,5	3,5	5,5

Таблица 8 – Точки рабочего диапазона для ИК №4 с ДНТЭ №621004

Номер точки рабочего диапазона, i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Значения входного тока, $I_{изм.i.вх}, \text{МА}$	0,3	0,5	0,7	0,8	1,0	1,3	2,0	2,5	3,5	6,0

Таблица 9 – Точки рабочего диапазона для ИК №5 с ДНТЭ №621005

Номер точки рабочего диапазона, i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Значения входного тока, $I_{изм.i.вх}, \text{МА}$	0,2	0,5	0,7	0,8	1,0	1,3	2,0	2,5	3,5	5,0

Таблица 10 – Точки рабочего диапазона для ИК №6 с ДНТЭ №621006

Номер точки рабочего диапазона, i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Значения входного тока, $I_{изм.i.вх}, \text{МА}$	0,2	0,5	0,7	0,8	1,0	1,3	2,0	2,5	4,5	8,0

Таблица 11 – Точки рабочего диапазона для ИК №7 с ДНТЭ №621007

Номер точки рабочего диапазона, i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Значения входного тока, $I_{изм.i.вх}, \text{МА}$	0,2	0,5	0,7	0,8	1,0	1,3	2,0	2,5	5,0	9,0

Таблица 12 – Точки рабочего диапазона для ИК №8 с ДНТЭ №621008

Номер точки рабочего диапазона, i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Значения входного тока, $I_{изм.i.вх}, \text{МА}$	0,2	0,5	0,7	0,8	1,0	1,3	2,0	5,0	10,0	17,0

Таблица 13 – Точки рабочего диапазона для ИК №9 с ДНТЭ №621009

Номер точки рабочего диапазона, i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Значения входного тока, $I_{изм.i.вх}, \text{МА}$	1,0	2,0	4,0	5,0	8,0	10,0	12,0	15,0	20,0	25,0

Таблица 14 – Точки рабочего диапазона для ИК №10 с ДНТЭ №621010

Номер точки рабочего диапазона, i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Значения входного тока, $I_{изм.i.вх}, MA$	0,2	0,5	0,7	0,8	1,0	1,3	2,0	5,0	7,0	9,0

Таблица 15 – Точки рабочего диапазона для ИК №11 с ДНТЭ №621011

Номер точки рабочего диапазона, i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Значения входного тока, $I_{изм.i.вх}, MA$	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,3	2,0	5,0	7,0	12,5

Таблица 16 – Точки рабочего диапазона для ИК №12 с ДНТЭ №621012

Номер точки рабочего диапазона, i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Значения входного тока, $I_{изм.i.вх}, MA$	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	2,0	5,0	7,0	12,0

Таблица 17 – Точки рабочего диапазона для ИК №13 с ДНТЭ №621013

Номер точки рабочего диапазона, i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Значения входного тока, $I_{изм.i.вх}, MA$	0,3	0,5	0,7	0,8	1,0	1,3	2,0	5,0	7,0	9,50

Таблица 18 – Точки рабочего диапазона для ИК №14 с ДНТЭ №621014

Номер точки рабочего диапазона, i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Значения входного тока, $I_{изм.i.вх}, MA$	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,3	2,0	5,0	7,0	12,0

Таблица 19 – Точки рабочего диапазона для ИК №15 с ДНТЭ №621015

Номер точки рабочего диапазона, i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Значения входного тока, $I_{изм.i.вх}, MA$	0,2	0,5	0,7	0,8	1,0	1,3	2,0	5,0	7,0	14,5

Таблица 20 – Точки рабочего диапазона для ИК №16 с ДНТЭ №621016

Номер точки рабочего диапазона, i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Значения входного тока, $I_{изм.i.вх}, MA$	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	1,7	2,0	5,0	7,0	12,5

Таблица 21 – Точки рабочего диапазона для ИК №17 с ДНТЭ №621017

Номер точки рабочего диапазона, i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Значения входного тока, $I_{изм.i.вх}, \text{мА}$	1,3	1,5	1,7	1,8	2,0	2,3	3,0	5,0	7,0	12,0

Таблица 22 – Точки рабочего диапазона для ИК №18 с ДНТЭ №621018

Номер точки рабочего диапазона, i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Значения входного тока, $I_{изм.i.вх}, \text{мА}$	0,2	0,5	0,7	0,8	1,0	1,3	2,0	5,0	7,0	16,0

Таблица 23 – Точки рабочего диапазона для ИК №19 с ДНТЭ №621019

Номер точки рабочего диапазона, i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Значения входного тока, $I_{изм.i.вх}, \text{мА}$	0,2	0,5	0,7	0,8	1,0	1,3	2,0	5,0	7,0	13,0

Таблица 24 – Точки рабочего диапазона для ИК №20 с ДНТЭ №621020

Номер точки рабочего диапазона, i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Значения входного тока, $I_{изм.i.вх}, \text{мА}$	0,2	0,5	0,7	0,8	1,0	1,3	2,0	5,0	7,0	9,0

9.2 Определение максимальной длительности измеряемых значений сигналов силы тока

9.2.1 Проводят работы по 8.4.1 – 8.4.5 для первого измерительного канала ИК системы СИНТ-8/20ДНТЭ с ДНТЭ №621001. Подготавливают источник сигналов силы тока для воспроизведения однократных импульсов силы тока с длительностью $T_{имп}$ равной 100 с и амплитудой, соответствующей средней точке рабочего диапазона, которую определяют по формуле (2). Разъем «ВЫХОД» БФП №1 первого канала соединяют с помощью коаксиального кабеля с одним из входов цифрового осциллографа Tektronix TDS 784D. Устанавливают значение входного сопротивления осциллографа $R_{вх.осц} = 1 \text{ МОм}$.

Подключают первый импульсный выход генератора Г5-102 (Г5-75) в соответствии с рисунком 4 к входу коаксиального несогласованного тройника. Один выход тройника подсоединяют к адаптеру СПА1 с установленным согласующим резистором, а другой подключают к свободному входу цифрового осциллографа Tektronix TDS 784D с установленным входным сопротивлением $R_{вх.осц} = 1 \text{ МОм}$.

9.2.2 Воспроизводят однократный импульс на выходе источника сигналов силы тока и с помощью цифрового осциллографа Tektronix TDS 784D на одном канале обеспечивают

регистрацию импульса напряжения с выхода несогласованного тройника, а на другом однополярного импульса напряжения с амплитудой $V_{ср.дат}$, В, длительностью порядка 1 с (см. рисунок 2) соответствующего выходному сигналу ИК №1 с датчиком ДНТЭ №621001.

9.2.3 С помощью маркеров осциллографа определяют длительность $T_{имп}$, с, воздействующего импульса на выходе источника сигналов силы тока и фиксируют начало появления импульса отклика для первого измерительного канала ИК системы СИИТ-8/20ДНТЭ с ДНТЭ №621001, имеющего отрицательную полярность выходного сигнала, на спад воздействующего импульса силы тока.

9.2.4 Измерения по 9.2.1 – 9.2.3 производят $n = 10$ раз и определяют в каждом случае длительность $T_{имп.i}$, с, воздействующего импульса на выходе источника сигналов силы тока.

9.2.5 Аналогичные работы по 9.2.1 – 9.2.4 производят для измерительных каналов с 2 по 20 системы СИИТ-8/20ДНТЭ, устанавливая последовательно для каждого ИК средние значения входного тока (точки рабочего диапазона), рассчитываемые по формуле (2).




Рисунок 4 – Схема соединений при определении максимальной длительности измеряемых значений сигналов силы тока

В процессе выполнения работ должны фиксироваться для ИК с датчиками ДНТЭ с положительной полярностью выходного сигнала сигналы напряжения (см. рисунок 2б) на экране осциллографа положительной полярности амплитудой $V_{ср.дат.пол}$, В, длительностью $T_{дл.фр.пол}$ по уровню 0,5 от амплитуды порядка 1 с, которые являются откликом датчиков ДНТЭ на фронт воздействующего импульса силы тока, а для датчиков ДНТЭ с отрицательной полярностью выходного сигнала сигналы напряжения (см. рисунок 2в) на экране осциллографа положительной полярности амплитудой $V_{ср.дат.отр}$, В, длительностью $T_{дл.сп.отр}$ по уровню 0,5 от амплитуды порядка 1 с, которые являются откликом датчиков ДНТЭ на спад воздействующего импульса силы тока.

10 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

10.1 Подтверждение диапазона измеряемых значений амплитуды сигналов силы тока

10.1.1 Используя результаты измерений по 9.1.5, вычисляют средние арифметические значения \bar{V}_{\max} , В, и \bar{V}_{\min} , В, по формулам

$$\bar{V}_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n V_{\max_i}, \quad (5)$$

$$\bar{V}_{\min} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n V_{\min_i}, \quad (6)$$

где V_{\max_i} – i -е измерение напряжения V_{\max} , В;

V_{\min_i} – i -е измерение напряжения V_{\min} , В.

Определяют среднее значение $V_{ИК.№1.m.1}$, В, выходного напряжения измерительного канала ИК №1 с датчиками ДНТЭ, №621001 в первой точке рабочего диапазона $I_{изм.1.вх} = 0,2$ мА измерений сигналов силы тока по формуле

$$V_{ИК.№1.m.1} = (\bar{V}_{\max} + \bar{V}_{\min}) / 2. \quad (7)$$

Коэффициент преобразования по току в первой точке рабочего диапазона при амплитуде входного тока $I_{изм.1.вх} = 0,2$ мА для первого измерительного канала ИК №1 с датчиками ДНТЭ, №621001 определяют по формуле

$$K_{пр.ИК.№1.т.1} = V_{ИК.№1.m.1} / I_{изм.1.вх}. \quad (8)$$

Используя результаты измерений по 9.1.6, аналогично определяют средние арифметические значения \bar{V}_{\max} , В, \bar{V}_{\min} , В, среднее значение $V_{ИК.№1.m.i}$, В, и коэффициенты преобразования $K_{пр.ИК.№1.т.i}$, $i = 2 \dots 10$ в остальных точках рабочего диапазона в соответствии с таблицей 3 для первого измерительного канала ИК №1 с ДНТЭ, №621001.

10.1.2 Используя результаты измерений по 9.1.7, аналогично определяют средние арифметические значения \bar{V}_{\max} , В, \bar{V}_{\min} , В, среднее значение $V_{ИК.m.i}$, В, и коэффициенты преобразования $K_{пр.ИК.т.i}$, $i = 2 \dots 10$ в точках рабочего диапазона в соответствии с таблицами с 6 по 24 для измерительных каналов с 2 по 20 системы СИНТ-8/20ДНТЭ.

10.1.3 Система СИНТ-8/20ДНТЭ признается прошедшей операцию поверки с положительным результатом, если для измерительных каналов ИК с 1 по 20 обеспечиваются диапазоны измерений амплитуд сигналов силы тока в соответствии с таблицами с 5 по 24, общий диапазон измеряемых значений амплитуды сигналов силы тока ИК для всех ИК системы СИНТ-8/20ДНТЭ составляет: \pm (от $2,0 \cdot 10^{-4}$ до $2,5 \cdot 10^{-2}$) А.

10.2 Подтверждение относительной погрешности измерений значений амплитуды сигналов силы тока

10.2.1 Используя результаты расчетов по 10.1.1 для первого измерительного канала ИК №1 с ДНТЭ, №621001 для первой точки рабочего диапазона с амплитудой $I_{изм.1.вх} = 0,2$ мА, определяют относительную погрешность $\Theta_{нер.вер}$, %, обусловленную неравномерностью вершины импульса на выходе ИК №1 по формуле

$$\Theta_{\text{нер.вер.ИК.№1}} = 100 \% \cdot (\bar{V}_{\text{max}} - \bar{V}_{\text{min}}) / (\bar{V}_{\text{max}} + \bar{V}_{\text{min}}). \quad (9)$$

В указанной точке вычисляют средние квадратические отклонения среднего арифметического (СКО) $S(\bar{V}_{\text{max}})$ и $S(\bar{V}_{\text{min}})$, %, измерений максимального V_{max} , В, и минимального V_{min} , В, значений напряжения на выходе ИК №1 с ДНТЭ, №621001 и получают оценку СКО погрешности измерений значений сигналов силы тока $S(K_{\text{пр1}})$, %, по формулам

$$S(\bar{V}_{\text{max}}) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (V_{\text{max}_i} - \bar{V}_{\text{max}})^2}{n(n-1)}} \cdot \frac{100 \%}{\bar{V}_{\text{max}}}, \quad (10)$$

$$S(\bar{V}_{\text{min}}) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (V_{\text{min}_i} - \bar{V}_{\text{min}})^2}{n(n-1)}} \cdot \frac{100 \%}{\bar{V}_{\text{min}}}, \quad (11)$$

$$S(K_{\text{пр1}}) = \sqrt{S(\bar{V}_{\text{max}})^2 + S(\bar{V}_{\text{min}})^2}. \quad (12)$$

Доверительные границы $\varepsilon_{1.\text{прив.ИК.№1}}$, %, случайной составляющей погрешности измерений значений амплитуды сигналов силы тока ИК №1 с ДНТЭ, №621001 для первой точки рабочего диапазона с амплитудой $I_{\text{изм.1.вх}} = 0,2$ мА (без учета знака), при доверительной вероятности $P = 0,95$ и $n = 10$ находят по формуле

$$\varepsilon_{1.\text{прив.ИК.№1}} = 2,262 \cdot S(K_{\text{пр1}}). \quad (13)$$

10.2.2 Доверительные границы $\Theta_{1.\text{прив.ИК.№1}}$, %, неисключенной систематической составляющей погрешности измерений значения амплитуды сигналов силы тока для первой точки рабочего диапазона с амплитудой $I_{\text{изм.1.вх}} = 0,2$ мА при доверительной вероятности $P=0,95$ и поправочном коэффициенте $k = 1,1$ определяют по формуле

$$\Theta_{1.\text{прив.ИК.№1}} = 1,1 \cdot (\Theta_{\text{Ризм}}^2 + \Theta_{\text{VT5-102}}^2 + \Theta_{\text{нер.верх.ИК№1}}^2 + \Theta_{\text{Vmax}}^2 + \Theta_{\text{Vmin}}^2)^{1/2}, \quad (14)$$

где $\Theta_{\text{Ризм}}$ – относительная погрешность измерения сопротивления с помощью вольтметра В7-54/3 (в соответствии с технической документацией на средство измерений), %;

$\Theta_{\text{VT5-102}}$ – относительная погрешность установки амплитуды импульсов напряжения на выходе генератора Г5-102 (в соответствии с технической документацией на средство измерений), %;

$\Theta_{\text{нер.верх.ИК.№1}}$ – относительная погрешность, обусловленная неравномерностью вершины импульса на выходе ИК №1, определяемая по формуле (9), %;

Θ_{Vmax} – относительная погрешность цифрового осциллографа Tektronix TDS 784D при определении максимальной амплитуды V_{max} , В, импульсов напряжения на выходе ИК №1 для верхней амплитудной точки по 9.1.6, %;

$\Theta_{V_{\min}}$ – относительная погрешность цифрового осциллографа Tektronix TDS 784D при определении минимальной амплитуды V_{\min} , В, импульсов напряжения на выходе ИК №1 для верхней амплитудной точки по 9.1.6, %

10.2.3 Доверительные границы относительной погрешности измерений значений амплитуды сигналов силы тока для первого измерительного канала ИК №1 с датчиком ДНТЭ, №621001 для первой точки рабочего диапазона с амплитудой $I_{\text{изм.1.вх}} = 0,2$ мА вычисляют по полученным значениям случайной и неисключенной систематической погрешности в соответствии с ГОСТ 8.736-2011 по формуле

$$\delta_{I.\text{прив.1Д}} = K \cdot S_{\Sigma}, \quad (15)$$

где K – коэффициент, зависящий от соотношения случайной составляющей погрешности и неисключенной систематической погрешности;

S_{Σ} – суммарное среднее квадратическое отклонение измерений сигналов силы тока, определяемое по формуле

$$S_{\Sigma} = \sqrt{S_{\theta}^2 + S(K_{\text{пр1}})^2}, \quad (16)$$

где S_{θ} – СКО неисключенной систематической погрешности измерений сигналов силы тока, вычисляемое по формуле

$$S_{\theta} = \frac{\theta_{I.\text{прив.1Д}}}{1,1\sqrt{3}}. \quad (17)$$

Коэффициент K вычисляют по формуле

$$K = \frac{\varepsilon_{I.\text{прив.1Д}} + \theta_{I.\text{прив.1Д}}}{S(K_{\text{пр1}}) + S_{\theta}}. \quad (18)$$

10.2.4 Аналогичные работы по 10.2.1 – 10.2.3 проводят в остальных точках рабочего диапазона в соответствии с таблицей 5 для первого измерительного канала ИК №1 с ДНТЭ, №621001.

10.2.5 Аналогичные работы по 10.2.1 – 10.2.4 проводят во всех точках измерений в соответствии с таблицами с 6 по 24 для измерительных каналов с 2 по 20 системы СИНТ-8/20ДНТЭ.

10.2.6 Система СИНТ-8/20ДНТЭ признается прошедшей операцию поверки с положительным результатом, если вычисленные значения относительной погрешности измерений амплитуды сигналов силы тока во всех точках измерений в соответствии с таблицами с 5 по 24 для измерительных каналов с 1 по 20 системы СИНТ-8/20ДНТЭ находятся в пределах: ± 35 % – в диапазоне \pm (от $2,0 \cdot 10^{-4}$ до $8,0 \cdot 10^{-4}$ А включ.); ± 15 % – в диапазоне \pm (св. $8,0 \cdot 10^{-4}$ до $2,5 \cdot 10^{-2}$ А).

10.3 Подтверждение максимальной длительности измеряемых значений сигналов силы тока

10.3.1 Используя результаты проведенных измерений по 9.3, вычисляют среднее арифметическое значение $\bar{T}_{\text{имп.ИК.№1}}$, с, импульса на выходе источника сигналов силы тока для первого измерительного канала ИК системы СИНТ-8/20ДНТЭ с ДНТЭ №621001 по формуле

$$\bar{T}_{\text{имп.ИК.№1}} = \frac{\sum_{i=1}^n T_{\text{имп.}i}}{n}. \quad (19)$$

Полученное значение $\bar{T}_{\text{имп.ИК.№1}}$, с принимается за значение максимальной длительности $T_{\text{дл.имп.макс.ИК.№1}}$, с, измеряемых значений сигналов силы тока, если для ИК

системы СИИТ-8/20ДНТЭ с ДНТЭ №621001, имеющего отрицательную полярность выходного сигнала зафиксировано начало появления импульса отклика на спад воздействующего импульса силы тока.

10.3.2 Используя результаты проведенных измерений по 9.3.5, аналогичные работы по 10.3.1 проводят для измерительных каналов с 2 по 20 системы СИИТ-8/20ДНТЭ.

10.3.3 Система СИИТ-8/20ДНТЭ признается прошедшей операцию поверки с положительным результатом, если для измерительных каналов ИК с 1 по 20 вычисленные значения максимальной длительности измеряемых значений сигналов силы тока составляют 100 с, а в процессе измерений получено, что начало сигнала отклика ИК с датчиками ДНТЭ с положительной полярностью выходного сигнала соответствует началу фронта воздействующего импульса силы тока, а для датчиков ДНТЭ с отрицательной полярностью выходного сигнала началу спада воздействующего импульса силы тока.

11 Оформление результатов поверки

11.1 Результаты поверки оформляются протоколом поверки. Рекомендуемая форма протокола поверки приведена в приложении А. Протокол может храниться на электронных носителях.

11.2 Система СИИТ-8/20ДНТЭ считается прошедшим поверку с положительным результатом и допускается к применению, если все операции поверки пройдены с положительным результатом, а также соблюдены требования по защите средства измерений от несанкционированного вмешательства. В ином случае система СИИТ-8/20ДНТЭ считается прошедшей поверку с отрицательным результатом и не допускается к применению.

11.3 По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, с учетом требований методики поверки аккредитованное на поверку лицо, проводившее поверку, в случае положительных результатов поверки (подтверждено соответствие средства измерений метрологическим требованиям) выдает свидетельство о поверке, оформленное в соответствии с требованиями к содержанию свидетельства о поверке, утвержденными приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.07.2020 № 2510. Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

11.4 По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, с учетом требований методики поверки аккредитованное на поверку лицо, проводившее поверку, в случае отрицательных результатов поверки (не подтверждено соответствие средства измерений метрологическим требованиям) выдает извещение о непригодности к применению средства измерений.

11.5 Сведения о результатах поверки (как положительные, так и отрицательные) передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Начальник лаборатории
ФГБУ «ВНИИОФИ»

Ведущий научный сотрудник
ФГБУ «ВНИИОФИ»



К.Ю. Сахаров

О.В. Михеев

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(Рекомендуемое)
Форма протокола поверки

ПРОТОКОЛ ПЕРВИЧНОЙ / ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКИ № _____
«Система измерения наведенных токов СИНТ-8/20ДНТЭ»
(регистрационный № _____)

Заводской номер: 01 Год выпуска: 20 ____
 Владелец СИ: _____
 ИНН владельца СИ: _____
 Применяемые эталоны: _____
 Применяемая методика поверки: МП 026.М12-23 «ГСИ. Система измерения наведенных токов СИНТ-8/20ДНТЭ. Методика поверки.»

Условия поверки:

- температура окружающего воздуха, °C _____;
- относительная влажность воздуха, % _____;
- атмосферное давление, кПа _____;
- напряжение питания сети, В _____;
- частота сети, Гц _____.

Место проведения поверки: _____, комн. № _____.

Проведение поверки

А.1 Внешний осмотр _____

А.2 Опробование _____

А.3 Определение метрологических характеристик средства измерений

Результаты измерений при определении диапазона измеряемых значений амплитуды сигналов силы тока и относительной погрешности измерений амплитуды сигналов силы тока записывают в соответствии с рисунком А.1.

Таблица _

№ изм.	V_{\min} , В	V_{\max} , В
1		
...		
10		

Рисунок А.1 – Форма записи результатов измерений при определении диапазона измеряемых значений амплитуды сигналов силы тока и относительной погрешности измерений амплитуды сигналов силы тока

Результаты измерений при определении максимальной длительности измеряемых значений сигналов силы тока записывают в соответствии с рисунком А.2.

Таблица _

№ изм.	$T_{\text{имп } i}$, с
1	
...	
10	

Рисунок А.2 – Форма записи результатов измерений при определении максимальной длительности измеряемых значений сигналов силы тока

А.4 Заключение по результатам поверки

Метрологическая характеристика	Полученные значения	Требования методики поверки
Диапазон измеряемых значений амплитуды сигналов силы тока, А		\pm (от $2,0 \cdot 10^{-4}$ до $2,5 \cdot 10^{-2}$)
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений значений амплитуды сигналов силы тока, %: - в поддиапазоне \pm (от $2,0 \cdot 10^{-4}$ до $8,0 \cdot 10^{-4}$ А включ.) - в поддиапазоне \pm (св. $8,0 \cdot 10^{-4}$ до $2,5 \cdot 10^{-2}$ А)		± 35 ± 15
Максимальная длительность измеряемых значений сигналов силы тока, с		100

Рекомендации _____

Средство измерений признать пригодным (или непригодным) для применения

Срок очередной поверки _____ 20 ____ г.

Поверитель: _____

подпись

инициалы, фамилия

дата

Руководитель: _____

подпись

инициалы, фамилия

дата