

СОГЛАСОВАНО

Начальник

ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России



Т.Ф. Мамлеев

15 мая 2023 г.

М.п.

Государственная система обеспечения единства измерений

Модули расширения частотного диапазона

3643NA-PL

Методика поверки

МП ПЛНР.713177.036

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и периодической поверки модулей расширения частотного диапазона 3643NA-PL производства ООО «ПЛАНАР-ЦЕНТР» г. Москва (далее - модули). Сокращённая поверка модулей 3643NA-PL невозможна.

1.2 В результате поверки должны быть подтверждены следующие метрологические требования, приведённые в таблице 1.

Таблица 1 – Метрологические требования

Наименование характеристики	Значение характеристики
Диапазон рабочих частот, ГГц	от 53,57 до 75,00
Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты, не более	$\pm 2 \cdot 10^{-5}$
Диапазон измерений модуля комплексного коэффициента отражения - в $ \Gamma $ * - в КСВН	от 0,024 до 0,636 от 1,05 до 4,50
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля комплексного коэффициента отражения	$\pm (0,015 + 0,025 \cdot \Gamma + 0,05 \cdot \Gamma ^2)$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля комплексного коэффициента отражения, выраженного в значениях КСВН в диапазоне значений от 1,05 до 4,5, % (КСВН- коэффициент стоячей волны по напряжению)	от 3 до 15
Диапазон измерений фазы комплексного коэффициента отражения, градусов	от 0 до 360
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений фазы комплексного коэффициента отражения	$\pm [1 + 60 \cdot \arcsin(\Delta\Gamma / \Gamma)]^{**}$
Диапазон измерений модуля комплексного коэффициента передачи, дБ	от - 60 до 0
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля комплексного коэффициента передачи, дБ: - в диапазоне частот от - 60 до - 40 дБ включ. - в диапазоне частот св. - 40 до 0 дБ	$\pm 1,0$ $\pm 0,5$
Диапазон измерений фазы комплексного коэффициента передачи, градусов	от 0 до 360
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений фазы комплексного коэффициента передачи, градусов: - в диапазоне частот от - 60 до - 40 дБ включ. - в диапазоне частот св. - 40 до 0 дБ включ.	± 8 ± 4
* $ \Gamma $ - модуль комплексного коэффициента отражения ** $ \Delta\Gamma $ - пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля комплексного коэффициента отражения	

1.3 Методика поверки обеспечивает прослеживаемость поверяемых модулей к государственным первичным эталонам единиц величин:

- ГЭТ 1-2022. «Государственный первичный эталон единиц времени, частоты и национальной шкалы времени» в соответствии с Приказом Росстандарта № 2360 от 26.09.2022 Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений времени и частоты;

- ГЭТ 167-2021 «Государственный первичный эталон единицы мощности электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 37,5 до 118,1 ГГц» в соответствии с Приказом Росстандарта № 2813 от 09.11.2022 Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 37,5 до 118,1 ГГц;

- ГЭТ 193-2011 «Государственный первичный эталон единицы ослабления электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 0 до 178 ГГц» в соответствии с Приказом Росстандарта № 3383 от 30.12.2019 Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений ослабления напряжения постоянного тока и электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 20 Гц до 178,4 ГГц.

1.4 Методы, обеспечивающие реализацию методики поверки: метод прямых измерений и косвенный (гетеродинный) метод.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Операции поверки

Наименование операции	Обязательность выполнения операций поверки при		Номер раздела (пункта) методики поверки
	первичной поверке	периодической поверке	
Внешний осмотр	Да	Да	7
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	Да	Да	8
Определение метрологических характеристик и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	Да	Да	9
Определение диапазона рабочих частот и относительной погрешности установки частоты	Да	Нет	9.1
Определение диапазона и погрешности измерений модуля комплексного коэффициента отражения	Да	Да	9.2
Определение диапазона и погрешности измерений фазы комплексного коэффициента отражения	Да	Да	9.3
Определение диапазона и погрешности измерений модуля комплексного коэффициента передачи	Да	Нет	9.4
Определение диапазона и погрешности измерений фазы комплексного коэффициента передачи	Да	Нет	9.5

3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °Сот + 15 до + 25;
- относительная влажность воздуха, %, не более..... 90;
- атмосферное давление, кПа от 84,0 до 106,7;
- напряжение питания, В 220 ± 22;
- частота, Гц.....50 ± 1.

Примечание - При проведении поверочных работ условия окружающей среды средств поверки (рабочих эталонов) должны соответствовать регламентируемым в их инструкциях по эксплуатации требованиям.

4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

4.1 К проведению поверки могут быть допущены лица, имеющие высшее или среднее техническое образование и практический опыт в области радиотехнических измерений, и допущенные к проведению поверки установленным порядком.

4.2 Поверитель должен изучить эксплуатационные документы наверяемый модуль и используемые средства поверки.

5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

5.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 3.

5.2 Все средства поверки должны быть исправны и иметь действующие документы о поверке (знак поверки).

Таблица 3 – Средства поверки

Операции поверки, требующие применения средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
1	2	3
п. 3.1 Контроль условия поверки (при подготовке и проведении поверки средства измерений)	Средства измерений: температуры окружающей среды в диапазоне от 10 до 30°C с абсолютной погрешностью не более 1°C. Средства измерений относительной влажности воздуха в диапазоне от 20 до 90 % с абсолютной погрешностью не более 3 %; атмосферного давления в диапазоне от 86,6 до 106,7 кПа с абсолютной погрешностью не более 0,5 кПа	Приборы комбинированные Testo 622, (рег. № 44744-10)
	Средства измерений: предел измерений напряжения переменного тока: 750 В; пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений напряжения переменного тока в диапазоне частот от 10 Гц до 20 кГц: $\pm ((0,06 \% \cdot U_{\text{изм}} + 0,03 \% \cdot U_{\text{п}}) + (0,005 \% \cdot U_{\text{изм}} + 0,003 \% \cdot U_{\text{п}}))$ В, где $U_{\text{изм}}$ – измеренное значение напряжения переменного тока; $U_{\text{п}} = 750$ В – предел измерений; диапазон измерений частоты переменного тока: от 3 Гц до 300 кГц; пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока: $\pm(0,01 \cdot f_{\text{изм}})$ Гц, где $f_{\text{изм}}$ – измеренное значение частоты	Мультиметр цифровой Fluke 8845A, (рег. № 36395-07)
9.1	Эталоны единиц величин, соответствующие требованиям к эталонам 4 разряда по приказу Росстандарта № 2360 от 26.09.2022 Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений времени и частоты: диапазон частот от 250 кГц до 67 ГГц, пределы допускаемой абсолютной погрешности установки частоты $\pm 7,5 \cdot 10^{-8}$ Гц; пределы изменения уровня выходной мощности на выходе прибора в режиме НК от - 110 до + 11 дБм; уровень фазовых шумов	Генератор сигналов Agilent E8257D, (рег. № 53941-13)

Операции поверки, требующие применения средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
1	2	3
	<p>на частоте 1 ГГц при отстройке 10 кГц не более - 130 дБн/Гц, на частоте 10 ГГц при отстройке 10 кГц не более - 110 дБн/Гц;</p> <p>Эталоны единиц величин, соответствующие требованиям к эталонам 1 разряда по приказу Росстандарта № 2813 от 09.11.2022 Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 37,5 до 118,1 ГГц: диапазон частот от 10 Гц до 30 ГГц, уровень фазовых шумов на несущей частоте 500 МГц, при отстройке от несущей не более 1 кГц, не более минус 84 дБ/Гц;</p> <p>Эталоны единиц величин, соответствующие требованиям к эталонам 3 разряда по приказу Росстандарта № 2360 от 26.09.2022 Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений времени и частоты: номинальные значения частот выходных сигналов: 10 МГц, 5 МГц, 1 МГц, 2,048 МГц; основная относительная погрешность по частоте не более $5 \cdot 10^{-10}$</p>	<p>Анализатор сигналов в реальном масштабе времени FSVR30 (рег. № 48760-11)</p> <p>Генератор рубидиевый опорный LPFRS-01 (рег. № 28435-04)</p>
9.2 – 9.5	<p>Эталоны единиц величин, соответствующие требованиям к вторичным эталонам по приказу Росстандарта от 30 декабря 2019 г. № 3383: диапазон частот от 37,5 до 178,4 ГГц, диапазон измерений комплексного коэффициента передачи (ККП) от минус 70 до 0 дБ, доверительные границы суммарной погрешности измерений модуля ККП от 0,2 до 0,6</p>	<p>Вторичный эталон единицы комплексного коэффициента отражения (ККО) волноводных трактов (2.1.ВХН.0019.2020)</p>
<p>Примечание – допускается использовать при поверке аналогичные поверенные средства измерения утвержденного типа, утвержденные и аттестованные эталоны единиц величин, обеспечивающие необходимое соотношение погрешностей поверяемого и эталонного средства измерений.</p>		

Вспомогательное оборудование приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Вспомогательное оборудование

Номер пункта документа по поверке	Наименование вспомогательного оборудования	Требуемые технические характеристики	Рекомендуемое вспомогательное оборудование
9.4	Аттенюатор	Диапазон частот от 53,57 до 78,33 ГГц	Аттенюатор из состава генератора сигналов Г4-142

6 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При выполнении операций поверки должны быть соблюдены все требования техники безопасности, регламентированные ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.038, ГОСТ 12.3.019, действующими «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а также всеми действующими местными инструкциями по технике безопасности.

6.2 К выполнению операций поверки и обработке результатов наблюдений могут быть допущены только лица, аттестованные в качестве поверителя в установленном порядке.

6.3 Все блоки и узлы, а также используемые средства измерений должны быть надежно заземлены. Коммутации и сборки электрических схем для проведения измерений должны проводиться только на выключенной и полностью обесточенной аппаратуре.

7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

7.1 Внешний осмотр

7.1.1 Внешний вид и комплектность проверить на соответствие данным, приведенным в руководстве по эксплуатации (РЭ) на модуль.

При проведении внешнего осмотра проверить:

- соответствие комплектности эксплуатационной документации, наличие маркировок с указанием типа и заводского номера;
- соответствие внешнего вида и опломбирования описанию типа;
- отсутствие механических повреждений, влияющих на функциональность модуля;
- отсутствие неудовлетворительного крепления разъемов;
- состояние лакокрасочного покрытия (царапины, локальные изменения цвета и потертости не приводящие к потере читаемости информационных надписей и маркировки допускаются)

7.1.2 Результаты внешнего осмотра считать положительными при отсутствии дефектов, нарушающих функциональность, и соответствии описанию типа. В противном случае, модуль дальнейшей поверке не подвергается, бракуется и направляется для проведения ремонта.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Подготовка к поверке

8.1.1 На поверку представляют модуль, полностью укомплектованный в соответствии с РЭ на него.

8.1.2 Во время подготовки к поверке поверитель знакомится с документацией на модуль и подготавливает все материалы и средства поверки, необходимые для проведения поверки.

8.2 Опробование средства измерений

8.2.1 Подготовить анализатор цепей векторный и два модуля к работе в соответствии с их РЭ, выполнив необходимые подготовительные операции для измерений коэффициента передачи.

8.2.2 Установить следующие параметры настройки:

- режим перестройки частоты: сегментный;
- диапазон частот: от 53,57 ГГц до 53,57 (1 точка), от 53,6 до 75 ГГц с шагом 100 МГц (216 точек);
- полоса фильтра ПЧ: 10 Гц;

8.2.3 Выполнить измерение модуля комплексного коэффициента передачи S_{21} ;

8.2.4 Результат опробования считать положительным, если на частотах 53,57; 64; 75 ГГц; модуль коэффициента передачи находится в границах от 1 до минус 1 дБ и на всех этапах проверки отсутствовали ошибки и предупреждающие сообщения программного обеспечения.

9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

9.1 Определение диапазона частот и относительной погрешности установки частоты

9.1.1 Для определения диапазона частот необходимо выполнить измерение минимальной и максимальной частоты модуля и рассчитать значения относительной погрешности установки этих частот.

9.1.2 Измерения проводить косвенным (гетеродинным) методом, исходя из приведенной ниже модели преобразований частот в модуле (рисунок 1).




Рисунок 1 – Схема модуля

Значение выходной частоты $F_{CBЧ}$ формируется модулем (МРЧД) путем умножения опорной частоты F_{RF} на множитель N_1 с последующей фильтрацией и усилением по формуле:

$$F_{CBЧ} = N_1 \cdot F_{RF}. \quad (1)$$

Сформированная электромагнитная волна частотой $F_{CBЧ}$ подается на тестовый порт модуля через канал волновода со встроенным в него направленным ответвителем (НО). Пропорциональные интенсивностям падающей и отраженной волн сигналы основного канала НО частотой $F_{CBЧ}$ подаются с выходов боковых плеч НО на входы соответствующих гармониковых смесителей, где их спектр переносится на промежуточную частоту в соответствии с формулой:

$$F_{ПЧ} = \pm(F_{CBЧ} - N_2 \cdot F_{LO}) = \pm(N_1 \cdot F_{RF} - N_2 \cdot F_{LO}). \quad (2)$$

9.1.3 Подготовить оборудование к проведению измерений. Собрать схему в соответствии с рисунком 2.

Провести настройки анализатора в соответствии с требованиями РЭ. Провести двухпортовую калибровку. Устанавливая поочередно режимы измерений S_{11} , S_{12} , S_{21} и S_{22} (mag) убедиться, что происходит обновление трассы в полном диапазоне частот выбранного тракта передачи для каждого вида измерений.




Рисунок 2 –Схема подключения модуля к анализатору

9.1.4 Провести подготовку к работе анализатора спектра FSVR30, генератора сигналов Agilent E8257D, генератора рубидиевого опорного LPFRS-01 в соответствии с их РЭ.

9.1.5 Определить коэффициент умножения N_1 частоты F_{RF} встроенным в модуль умножителем. Соединить приборы в соответствии с рисунком 3.




Рисунок 3 – Схема определения коэффициента умножения N_1

В качестве источника опорной частоты для генератора сигналов E8257D, анализатора спектра и анализатора выбрать внешний источник (EXT) – генератора рубидиевого опорного LPFRS-01, соединив его выходы «10 МГц» с соответствующими входами этих приборов.

Установить значение частоты F_{RF} генератора из соответствующей выбранному типу модуля ячейки таблицы 5, а значение мощности равным 3 дБм (мощность при этом выключена).

Таблица 5 – Номера гармоник и значения крайних частот диапазона

Тип модуля (MPЧД)	F, ГГц		$F_{RF} IN$, ГГц	N_{RF} , (N_1)	$F_{LO} IN$, ГГц	N_{LO} , (N_2)	$F_{REF} OUT$, МГц	$F_{MEAS} OUT$, МГц
	min	max						
3643NA-PL	min	53,57	13,392500000	4	13,322750000	4	5	5
	max	75,0	18,750000000	4	18,680250000	4	2000	2000

Установить на анализаторе спектра следующие настройки:

– центральная частота – значение Receiver Frequency Result для соответствующего измерительного порта Port1 или Port2 таблицы из меню анализатора Channel – Mode – Port

Config (по умолчанию — 279 МГц);
 – полоса обзора 100 МГц.

Анализатор настроить для работы на фиксированной частоте Sweep – Sweep Type – CW Mode – «значение частоты F» (из соответствующей ячейки таблицы 5).

Соединить тестовые порты модулей и включить мощность генератора.

9.1.6 Наблюдать на экране анализатора спектра появление сигнала. Убедиться, что сигнал не является паразитным или зеркальным. Для этого увеличить частоту F_{RF} генератора сигналов E8257D на $\Delta F_{RF} = 10$ МГц. При этом значение измеряемой анализатором спектра промежуточной частоты F_{REF} должно увеличиться на величину $\Delta F_{REF} = \Delta F_{RF} \cdot N_1$. Рассчитать значение несущей частоты, используя формулу 1.

9.1.7 На анализаторе установить режим измерения S_{12} в формате отображения LinMag на фиксированной частоте Sweep – Sweep Type – CW Mode – «значение частоты F» (из соответствующей ячейки таблицы 5). Ширину пропускания фильтра ПЧ (BW) при этом выбрать 100 Гц.

Соединить тестовые порты модуля 1 (МРЧД1) и модуля 2 (МРЧД2).

Поочередно при помощи вспомогательного генератора ($F_{RF IN}$) установить минимальное и максимальное значения частоты для выбранного тракта передачи, изменяя при этом на анализаторе соответствующее значение фиксированной частоты (из таблицы 5 или вычислить по формуле 1).

Убедиться, что для любой из частот коэффициент передачи S_{12} , отображаемый анализатором, максимален при настройках, соответствующих таблице 5, и снижается при отстройке частоты $F_{RF IN}$ на значение BW/N_1 как вверх, так и вниз по частоте. Следовательно, тестируемый измерительный приемник порта 1 анализатора настроен на частоту $F_{СВЧ} = F_{RF} \cdot N_1$.

9.1.8 На анализаторе установить режим измерения S_{22} в формате отображения LinMag. Ширину пропускания фильтра ПЧ при этом не изменять. К тестовому порту модуля (МРЧД2) присоединить короткозамыкатель из соответствующего калибровочного набора и поочередно при помощи вспомогательного генератора ($F_{RF IN}$) устанавливать минимальное и максимальное значения частоты для выбранного тракта передачи.




Рисунок 4 – Схема определения номера гармоники смесителя N_2

Убедиться, что для любой из частот коэффициент передачи S_{12} , отображаемый анализатором, максимален при настройках, соответствующих таблице 5, и снижается при отстройке частоты $F_{RF IN}$ на значение BW/N_1 как вверх, так и вниз по частоте. Следовательно, тестируемый измерительный приемник порта 2 анализатора настроен на частоту $F_{СВЧ} = F_{RF} \cdot N_1$.

9.1.9 Для определения номера гармоники N_2 используемых в модуле смесителей необходимо соединить приборы в соответствии с рисунком и перевести анализатор в режим измерения на фиксированной частоте (Sweep – Sweep Type – CW Mode).

9.1.10 Выполнить настройки анализатора и модуля, обеспечивающие генерацию минимальной частоты для выбранного тракта передачи.

9.1.11 Значение выходной мощности анализатора установить максимальным.

9.1.12 Анализатор спектра настроить на прием центральной частоты 279 МГц и установить полосу обзора 300 МГц.

9.1.13 Установить значение частоты генератора (F_{LO}) в соответствии с формулой:

$$F_{LO} = \frac{(F_{СВЧ} + F_{ПЧ})}{N_2}, \quad (3)$$

где F_{LO} – значение частоты включенного в качестве гетеродина генератора;

$F_{СВЧ}$ – установленная на анализаторе частота;

$F_{ПЧ}$ – значение промежуточной частоты (по умолчанию – 279 МГц);

N_2 – номер гармоники в соответствии с таблицей 3.

9.1.14 Установить значение мощности генератора (P_{LO}) из диапазона значений 5 – 10 дБм и включить мощность генератора.

9.1.15 Наблюдать на экране анализатора спектра появление сигнала и измерить его частоту анализатором спектра, установив маркер в режим измерения частоты с разрешением 1 Гц.

9.1.16 Убедиться в правильности определения номера гармоники N_2 . Для этого увеличить частоту генератора сигналов на $\Delta F_{RF}=10$ МГц. При этом значение измеряемой анализатором спектра промежуточной частоты должно увеличиться на $(\Delta F_{RF} \cdot N_2)$ МГц.

9.1.17 Зафиксировать в протоколе измерений установленное значение частоты $F_{СВЧ}$ анализатора, значение частоты F_{LO} генератора сигналов E8257D, частоту, измеренную анализатором спектра $F_{ПЧ}$ и подтвержденный экспериментально номер гармоники N_2 .

9.1.18 Повторить пункты 9.1.10–9.1.17 для максимальной частоты выбранного тракта передачи.

9.1.19 Модуль считается прошедшим операцию поверки с положительным результатом, если коэффициенты N_1 и N_2 определяются единственным образом и совпадают с соответствующими значениями таблицы 5.

В этом случае значение частоты на выходе тестового порта модуля рассчитывается по формуле (1), а относительная погрешность установки частоты на выходе тестового порта модуля совпадает с относительной погрешностью источника опорной частоты применяемого анализатора.

9.2 Определение диапазона и погрешности измерений модуля комплексного коэффициента отражения

9.2.1 Определение диапазона измерений модуля комплексного коэффициента отражения осуществляется в ходе определения погрешности измерений комплексного коэффициента отражения ($\Delta_{|\Gamma|}$).

9.2.2 Подготовить модуль к работе в соответствии с РЭ, для чего выбрать сегментный режим перестройки частоты по частотным точкам, указанным в таблице 6.

Таблица 6 – Значения частот

Тип	Частота f_i , ГГц
модуль 3643NA-PL	53,57; 55,00; 58,00; 61,00; 64,00; 67,00; 70,00; 73,00; 75,00

9.2.3 Выполнить однопортовую калибровку с применением мер из состава комплекта мер калибровочного КМК-36.

9.2.4 Подключить меру с номинальным значением КСВН «1.0» ($|\Gamma|=0$) из состава вторичного эталона к выходу №1 модуля.

9.2.5 Зафиксировать результаты измерений коэффициента отражения ($|\Gamma|$) в линейном масштабе в протоколе, на частотных точках, указанных в таблице 6.

9.2.6 Рассчитать погрешность измерений $\delta_{|\Gamma|}$, $i = \overline{1...m}$ (m – номер максимальной частоты для таблицы 6) на частотах f_i , указанных в таблице 6, по формуле:

$$\Delta_{|\Gamma|} = |\Gamma|_{\text{МРЧД}} - |\Gamma|_{\text{ВЭ}}. \quad (4)$$

9.2.7 Повторить операции по п.9.2.3 - 9.2.5 для мер с номинальным значением КСВН «2,0» и «4,5» ($|\Gamma|=0,636$).

9.2.8 Относительная погрешность измерений $\Delta_{|\Gamma|}$ в диапазоне нормируемых значений от 0,024 до 0,636 не должна превышать значений, рассчитанных по формуле:

$$\Delta_{|\Gamma|_{\text{max}}} = \pm (0,015 + 0,025 \cdot |\Gamma| + 0,05 \cdot |\Gamma|^2). \quad (5)$$

9.2.9 Модуль считается прошедшим операцию поверки с положительным результатом, если относительная погрешность измерений $\Delta_{|\Gamma|}$ в диапазоне нормируемых значений от 0,024 до 0,636 не превышает значений от $\pm 0,015$ до $\pm 0,051$.

9.3 Определение диапазона и погрешности измерений фазы комплексного коэффициента отражения

9.3.1 Подготовить модуль к работе в соответствии с РЭ, для чего выбрать сегментный режим перестройки частоты по частотным точкам, указанным в таблице 6.

9.3.2 Выполнить однопортовую калибровку с применением мер из состава комплекта мер калибровочного КМК-36.

9.3.3 Для определения диапазона измерений фазы КО подключить к выходу модуля меру «короткое замыкание» и при помощи функции маркера настроить отображение значений фазы КО на крайних частотах диапазона рабочих частот модуля. Отсоединить меру «короткое замыкание» от выхода модуля и параллельным переносом плавно смещать ее вдоль оси волновода. Наблюдать на анализаторе изменение значений фазы КО по результатам, отображаемых маркерами.

9.3.4 Результаты проверки диапазона измерений фазы КО считать положительными, если значения фазы комплексного коэффициента отражения S_{11} на крайних частотах диапазона рабочих частот достигают предельных значений минус 180 градусов и 180 градусов (или ноль и 360 градусов).

9.3.5 Подключить меру с номинальным значением КСВН «2,0» ($|\Gamma|=0,33$) из состава вторичного эталона к выходу №1 модуля.

9.3.6 Зафиксировать результаты измерений коэффициента фазы отражения φ в протоколе, на частотных точках, указанных в таблице 6.

9.3.7 Рассчитать погрешность измерений фазы комплексного коэффициента отражения на частотах f_i , указанных в таблице 6, по формуле:

$$\Delta_{\varphi} = \varphi_{\text{МРЧД}} - \varphi_{\text{ВЭ}}. \quad (6)$$

9.3.8 Повторить операции по п.9.3.5 - 9.3.7 для мер с номинальным значением КСВН «4,5» ($|\Gamma|=0,636$).

9.3.9 Повторить операции по п. 9.3.3 - 9.3.8 для выхода №2 модуля.

9.3.10 Относительная погрешность измерений Δ_{φ} не должна превышать значений, рассчитанных по формуле:

$$\Delta_{\varphi_{\text{max}}} = \pm [1 + 60 \cdot \arcsin (|\Delta\Gamma|/|\Gamma|)]. \quad (7)$$

9.3.11 Модуль считается прошедшим операцию поверки с положительным результатом, если относительная погрешность измерений Δ_{φ} не превышает значений от $\pm 5,82^\circ$ до $\pm 6,2^\circ$.

9.4 Определение диапазона и погрешности измерений модуля комплексного коэффициента передачи

9.4.1 Определение диапазона измерений модуля комплексного коэффициента передачи

осуществляется в ходе определения погрешности измерений комплексного коэффициента передачи $\Delta_{|S_{21}|}$.

9.4.2 Подготовить вторичный эталон к работе для измерений ослабления и выполните прямые измерения вспомогательного аттенюатора из состава генератора Г4-142, предварительно настроив его на номинальное значение 0 дБ (ручку регулировки аттенюатора защитите от перемещения).

9.4.3 Зафиксировать результаты измерений модуля коэффициента передачи $|S_{21}|_{БЭ}$ в логарифмическом масштабе в протоколе, на частотных точках, указанных в таблице 6.

9.4.4 Зафиксировать результаты измерений фазы комплексного коэффициента передачи $\varphi_{|S_{21}|_{БЭ}}$ в протоколе, на частотных точках, указанных в таблице 6.

9.4.5 Подготовить модуль для измерений комплексных коэффициентов передачи в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации выполнив двухпортовую калибровку.

9.4.6 Подключить вспомогательный аттенюатор настроенный на номинальное значение «40 дБ» между выходами №1 и №2 модуля, зафиксировав каждый фланец на 4 винта.

9.4.7 Зафиксировать результаты измерений модуля коэффициента передачи $|S_{21}|_{МРЧД}$ в логарифмическом масштабе в протоколе, на частотных точках, указанных в таблице 6.

Зафиксировать результаты измерений фазы комплексного коэффициента передачи $\varphi_{|S_{21}|_{МРЧД}}$ в протоколе, на частотных точках, указанных в таблице 6.

9.4.8 Рассчитать погрешность измерений $\Delta_{|S_{21}|^i}$, $i = \overline{1..m}$ (m – номер максимальной частоты для таблицы 6) на частотах f_i , указанных в таблице 6, по формуле:

$$\Delta_{|S_{21}|} = |S_{21}|_{МРЧД} - |S_{21}|_{БЭ}. \quad (8)$$

9.4.9 Повторить операции по п.9.4.2 - 9.4.8 для номинальных значений аттенюатора 40 и 60 дБ (при необходимости использовать два аттенюатора, измеренных совместно).

9.4.10 Модуль считается прошедшим операцию проверки с положительным результатом, если погрешности измерений модуля комплексного коэффициента передачи $\Delta_{|S_{21}|}$ не превышает значений:

- в диапазоне от минус 60 до минус 40 дБ включ.: $\pm 1,0$ дБ;
- в диапазоне св. минус 40 до 0 дБ: $\pm 0,5$ дБ.

9.5 Определение диапазона и погрешности измерений фазы комплексного коэффициента передачи

9.5.1 Определение диапазона измерений фазы комплексного коэффициента передачи (S_{21}) проводить путем изменения электрической длины тракта передачи с одновременным измерением фазы ККП на крайних частотах диапазона рабочих частот. Для этого необходимо настроить анализатор для измерения фазы коэффициента передачи, установить маркеры на границы диапазона рабочих частот, а затем разъединить и медленно отдалять выходы модулей друг от друга вдоль осевой линии волновода.

9.5.2 Результат проверки считать положительным, если измеряемая анализатором фаза ККП при разведении выходов модулей изменяется в диапазоне значений от 0 до 360 градусов на нижней и верхней частотах диапазона модуля.

9.5.3 Для расчета погрешности фазы комплексного коэффициента передачи использовать результаты, полученные в п. 9.4.4 и 9.4.7.

9.5.4 Рассчитать погрешность измерений $\Delta\varphi_{|S_{21}|^i}$, $i = \overline{1..m}$ (m – номер максимальной частоты для таблицы 6) на частотах f_i , указанных в таблице 6, для номинальных значений аттенюатора 0, 40 и 60 дБ, по формуле:

$$\Delta\varphi_{|S_{21}|} = |\varphi_{|S_{21}|_{MPЧД}} - \varphi_{|S_{21}|_{ВЭ}}| \quad (9)$$

9.5.5 Модуль считается прошедшим операцию поверки с положительным результатом, если погрешности измерений фазы комплексного коэффициента передачи не превышают значений:

- в диапазоне от минус 60 до минус 40 дБ включ.: $\pm 8^\circ$;
- в диапазоне св. минус 40 до 0 дБ: $\pm 4^\circ$.

10 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

10.1 Сведения о результатах поверки изделий передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

10.2 По заявлению владельца изделия или лица, представившего его на поверку, в случае положительных результатов поверки (подтверждено соответствие изделия метрологическим требованиям) наносится знак поверки и (или) выдается свидетельство о поверке.

10.3 По заявлению владельца изделия или лица, представившего его на поверку, в случае отрицательных результатов поверки (не подтверждено соответствие изделия метрологическим требованиям) выдается извещение о непригодности к применению.

10.4 Обязательное оформление протокола поверки не требуется. По заявлению владельца изделия или лица, представившего его на поверку, возможно оформление протокола поверки.

10.5 Способ защиты средства измерений от несанкционированного вмешательства представлен в описании типа, дополнительных действий по соблюдению требований по защите средства измерений от несанкционированного вмешательства не требуется.

Начальник отдела
ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России

Научный сотрудник
ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России



К.С. Черняев
О.А. Рудакова