

СОГЛАСОВАНО

**Начальник
ФРБУ «ГНИЦ Минобороны России»**



_____ **Т.Ф. Мамлеев**

_____ **2023 г.**

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

**Приемники ГНСС ГЛОНАСС/GPS NavCom Gamma 10П
Методика поверки**

НАДС.468137.030МП

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1 Общие сведения	3
2 Перечень операций поверки средства измерений	3
3 Метрологические и технические требования к средствам поверки	4
4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку	5
5 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки	6
6 Требования к условиям проведения поверки	6
7 Внешний осмотр средства измерений	6
8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений	6
9 Определение метрологических характеристик средства измерений	7
10 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	12
11 Оформление результатов поверки	12

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на приемники ГНСС ГЛОНАСС/GPS NavCom Gamma 10П (далее – изделия) и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

1.2 Поверяемые изделия имеют прослеживаемость к государственному первичному специальному эталону единицы длины (ГЭТ 199-2018) в соответствии с государственной поверочной схемой, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.12.2018 № 2831 «Об утверждении государственной поверочной схемы для координатно-временных измерений».

1.3 При определении метрологических характеристик поверяемых изделий используются методы прямых измерений.

1.4 Сокращенная поверка не возможна.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1 При поверке должны выполняться операции, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции	
		при первичной поверке	при периодической поверке
1 Внешний осмотр средства измерений	7	да	да
2 Подготовка к поверке и опробование средства измерений	8	да	да
2.1 Подготовка к поверке	8.1	да	да
2.2 Опробование	8.2	да	да
3 Определение (контроль) метрологических характеристик:	9	да	да
3.1 Определение абсолютной инструментальной погрешности (при вероятности 0,95) определения координат в плане в статическом и динамическом режиме при работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, код СТ) и GPS (L1, код C/A) при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP не более 3	9.1	да	да
3.2 Определение абсолютной инструментальной погрешности (при вероятности 0,95) определения координат в статическом и динамическом режиме при работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, код СТ) и GPS (L1, код C/A) с использованием поправок от контрольно-корректирующих станций, при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP не более 3	9.2	да	да
3.3 Определение среднеквадратичного отклонения случайной составляющей инструментальной погрешности синхронизации шкалы времени, выдаваемой потребителям, при работе по сигналам ГЛОНАСС/GPS, по отношению к шкале времени UTC (SU), UTC (USNO)	9.3	да	да
4 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	10	да	да

2.2 При получении отрицательных результатов при выполнении любой из операций поверка прекращается, и изделие бракуется.

3 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки используют средства измерений и вспомогательное оборудование, представленные в таблице 2.

Таблица 2

Номер пункта методики	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
9.1...9.3	<p>Рабочие эталоны координат местоположения, соответствующие требованиям к эталонам не ниже 2 разряда в соответствии с государственной поверочной схемой, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.12.2018 № 2831, с доверительной границей абсолютной инструментальной погрешности (при вероятности 0,95) разностей формируемых псевдодальностей для сигналов с кодовым разделением в одном частотном диапазоне по фазе дальномерного кода не более 0,019 м;</p> <p>Рабочие эталоны координат местоположения, соответствующие требованиям к эталонам не ниже 2 разряда в соответствии с государственной поверочной схемой, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.12.2018 № 2831, с доверительной границей абсолютной инструментальной погрешности (при вероятности 0,95) разностей формируемых псевдодальностей для сигналов с частотным разделением в одном частотном диапазоне по фазе дальномерного кода не более 0,039 м;</p> <p>Рабочие эталоны координат местоположения, соответствующие требованиям к эталонам не ниже 2 разряда в соответствии с государственной поверочной схемой, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.12.2018 № 2831, с доверительной границей абсолютной инструментальной погрешности (при вероятности 0,95) разностей формируемых псевдодальностей для сигналов из различных частотных диапазонов по фазе дальномерного кода не более 0,039 м;</p> <p>Рабочие эталоны координат местоположения, соответствующие требованиям к эталонам не ниже 2 разряда в соответствии с государственной поверочной схемой, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.12.2018 № 2831, с пределом допускаемой абсолютной погрешности синхронизации шкалы времени блока имитации (выход сигнала метки времени «1 с») с меткой времени, передаваемой в навигационном сигнале $\pm 1,9$ нс</p>	<p>Установка измерительная - имитатор сигналов прецизионный многофункциональный К2-99 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (рег. № 71594-18))</p>

Номер пункта методики	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
9.3	<p>Рабочие эталоны времени и частоты, соответствующие требованиям к эталонам не ниже 5 разряда в соответствии с государственной поверочной схемой, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.09.2022 № 2360, с разрешающей способностью измерений временного интервала 20 пс;</p> <p>Рабочие эталоны времени и частоты, соответствующие требованиям к эталонам не ниже 5 разряда в соответствии с государственной поверочной схемой, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.09.2022 № 2360, с диапазоном измерений частоты от 1 до 350 МГц;</p> <p>Рабочие эталоны времени и частоты, соответствующие требованиям к эталонам не ниже 5 разряда в соответствии с государственной поверочной схемой, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.09.2022 № 2360, с пределами допускаемой относительной погрешности по частоте внутреннего опорного генератора на интервале 1 год $\pm 1 \cdot 10^{-6}$</p>	Частотомер электронно-счетный 53230А (рег. № 51077-12)
9.1...9.3	<p>Средства измерений температуры окружающей среды в диапазоне от -10 °С до +60 °С с пределами допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,4$ °С;</p> <p>Средства измерений относительной влажности воздуха в диапазоне от 10% до 98% с пределами допускаемой абсолютной погрешности ± 3 %;</p> <p>Средства измерений абсолютного давления в диапазоне от 30 до 120 кПа с пределами допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,5$ кПа</p>	Прибор комбинированный Testo 622 (рег. № 44744-10)

3.2 Допускается использование других средств измерений и вспомогательного оборудования, имеющих метрологические и технические характеристики не хуже приведенных в таблице 2.

3.3 Все средства поверки должны быть исправны, применяемые при поверке средства измерений и рабочие эталоны должны быть поверены и иметь свидетельства о поверке с не истекшим сроком действия на время проведения поверки или оттиск поверительного клейма на средстве измерений или в документации.

3.4 Средства поверки должны быть внесены в рабочее помещение не менее чем за 4 часа до начала поверки.

4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

4.1 К проведению поверки изделий допускается инженерно-технический персонал со среднетехническим или высшим радиотехническим образованием, имеющий опыт работы с радиотехническими установками, ознакомленный с руководством по эксплуатации (РЭ) и документацией по поверке и имеющий право на поверку.

5 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

5.1 При проведении поверки изделий необходимо соблюдать требования техники безопасности, предусмотренные Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.019-2017, ГОСТ 12.2.091-2012 и требования безопасности, указанные в технической документации на применяемые эталоны и вспомогательное оборудование. Любые подключения приборов производить только при отключенном напряжении питания имитатора.

5.2 К работе с изделием допускаются лица, изучившие требования безопасности по ГОСТ 22261-94, инструкцию по правилам и мерам безопасности и прошедшие инструктаж на рабочем месте.

6 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

6.1 Поверку проводить при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха, °С (К)	20 ± 5 (293 ± 5);
- относительная влажность воздуха, %	65 ± 15;
- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)	100 ± 4 (750 ± 30);
- параметры питания от сети переменного тока:	
- напряжение, В	от 198 до 231;
- частота, Гц	50±1.

7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

7.1 При внешнем осмотре установить соответствие изделия требованиям ТД. При внешнем осмотре убедиться в:

- отсутствию механических повреждений;
- чистоте гнезд, разъемов и клемм;
- исправности соединительных проводов и кабелей;
- целостности лакокрасочных покрытий и четкости маркировки.

7.2 Результаты внешнего осмотра считать положительными, если изделие удовлетворяет вышеперечисленным требованиям. В противном случае поверка не проводится до устранения выявленных недостатков.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Подготовка к поверке

8.1.1 Поверитель должен изучить РЭ поверяемого изделия и используемых средств поверки.

8.1.2 Перед проведением операций поверки необходимо:

- проверить комплектность поверяемого изделия на соответствие паспорту НАДС.468137.030ПС;
- проверить комплектность рекомендованных (или аналогичных им) средств поверки, заземлить (если это необходимо) требуемые рабочие эталоны, средства измерений и включить питание заблаговременно перед очередной операцией поверки (в соответствии со временем установления рабочего режима, указанным в РЭ).

8.2 Опробование

8.2.1 Опробование изделия провести в соответствии с указаниями РЭ.

8.2.2 Убедиться в том, что к изделию подключены источник питания постоянного тока, ПЭВМ с установленным ПО «GeosDemo5», клавиатура, монитор, манипулятор типа «мышь».

8.2.3 Настроить на источнике питания выходное напряжение 12 В (стабилизация по напряжению). Включить предустановленное ПО «GeosDemo5». В окне «Адрес СОМ-порта» выбрать номер СОМ-порта, по которому будет осуществляться обмен данными между изделием и программой «GeosDemo5». Контролировать наличие информационного обмена в ПО «GeosDemo5».

8.2.4 Результаты поверки считать положительными, если выполнены условия по п.8.2.3.

8.2.5 При невыполнении условий п. 8.2.3 поверяемое изделие бракуется и отправляется либо в ремонт, либо для проведения настройки.

9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА ИЗМЕНЕНИЙ

9.1 Определение абсолютной инструментальной погрешности (при вероятности 0,95) определения координат в плане в статическом и динамическом режиме при работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, код СТ) и GPS (L1, код C/A) при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP не более 3

9.1.1 Для определения абсолютной инструментальной погрешности (при вероятности 0,95) определения координат в плане в статическом и динамическом режиме при работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, код СТ) и GPS (L1, код C/A) при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP не более 3 собрать схему рабочего места в соответствии с рисунком 1.

Подготовить установку измерительную - имитатор сигналов прецизионный многофункциональный К2-99 к работе в соответствии с ЭД. С использованием программы – среды создания сценариев «GGHunter» подготовить сценарий имитации с параметрами, приведенными в таблице 3, при этом контролировать, чтобы значение геометрического фактора (PDOP) ухудшения не превышало 3.

9.1.2 Во вкладке «Команды управления» в выпадающем списке «Спутниковые системы» выбрать строку «GLN+GPS+Galileo».

9.1.3 В соответствии с ЭД настроить аппаратуру на выдачу измерений в протоколе NMEA на скорости 115200 (или скорости, установленной производителем при заказе). Контролировать наличие решения навигационной задачи.




Рисунок 1 - Схема рабочего места

Таблица 3

Наименование параметров	Значение
Формируемые спутниковые навигационные сигналы	ГЛОНАСС L1OF, L1OC, GPS L1 C/A-код
Продолжительность	1 час (30 мин. стоянка, 30 мин. движение)
Количество каналов:	
ГЛОНАСС L1OF	11
ГЛОНАСС L1OC	11
GPS L1 C/A-код	11

Наименование параметров	Значение
Параметры среды распространения навигационных сигналов: тропосфера ионосфера	отсутствует отсутствует
Координаты в системе координат WGS-84 (стоянка): широта долгота высота, м высота геоида, м	60°00'000000 N 030°00'000000 E 30,00 18,00
Продолжительность стоянки, мин	30
Ускорение при переходе от состояния «стоянка» к состоянию «движение» м/с ² , не более	50
Скорость движения (прямолинейное, равномерное, на север), км/ч	130
Продолжительность движения, мин	30
Расхождение между шкалами времени ГЛОНАСС, GPS, UTC, UTC(SU)	отсутствует
Поправки контрольно-корректирующих станций (ККС)	отсутствуют
<i>Примечание – при подготовке сценария должно быть задано создание протокола по сценарию для последующего выполнения оценки полученных результатов</i>	

9.1.4 Осуществить запись измерительной информации в течение 45 минут на ПЭВМ. Исключить из файла результаты, для которых геометрический фактор (PDOP) более 3. После окончания записи измерительной информации разобрать схему.

9.1.5 Определить систематическую составляющую погрешности определения координат на интервалах стационарности, например, для координаты B (широты):

$$\Delta B(j) = B(j) - B_{ист}, \quad (1)$$

$$\overline{dB} = \frac{1}{N} \cdot \sum_{j=1}^N \Delta B(j), \quad (2)$$

где $B_{ист}$ – действительное значение координаты B , угл. сек., формируемое имитатором сигналов К2-99;

$B(j)$ – значение координаты B в j -й момент времени, угл. сек., измеренное испытываемым изделием;

N – количество измерений.

Аналогичным образом определить систематическую составляющую погрешности определения координаты L (долготы).

9.1.6 Определить среднее квадратическое отклонение (СКО) случайной составляющей погрешности определения координат, например, для координаты B (широты):

$$\sigma_B = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^N (\Delta B(j) - \overline{dB})^2}{N-1}}. \quad (3)$$

Аналогичным образом определить СКО случайной составляющей погрешности определения координаты L (долготы).

9.1.7 Перевести значения систематических погрешностей определения координат в плане (широта и долгота) из угловых секунд в метры:

- для широты:

$$\overline{dB}(M) = \frac{a \cdot (1 - e^2)}{(1 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi_{уст})^{3/2}} \cdot \text{arc}(1'') \cdot \overline{dB} \approx \frac{\overline{dB} \cdot 1852}{60}, \quad (4)$$

$$\sigma_B(M) = \frac{a \cdot (1 - e^2)}{(1 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi_{уст})^{3/2}} \cdot \text{arc}(1'') \cdot \sigma_B \approx \frac{\sigma_B \cdot 1852}{60}, \quad (5)$$

- для долготы:

$$\overline{dL}(M) = \frac{a}{(1 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi_{уст})^{1/2}} \cdot \text{arc}(1'') \cdot \cos \varphi_{уст} \cdot \overline{dL} \approx \frac{\overline{dL} \cdot \cos \varphi_{уст} \cdot 1852}{60}, \quad (6)$$

$$\sigma_L(M) = \frac{a}{(1 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi_{уст})^{1/2}} \cdot \text{arc}(1'') \cdot \cos \varphi_{уст} \cdot \sigma_L \approx \frac{\sigma_L \cdot \cos \varphi_{уст} \cdot 1852}{60} \quad (7)$$

где a – большая полуось эллипсоида, м;

e – первый эксцентриситет эллипсоида;

$\text{arc}(1'') = 4,8481 \cdot 10^{-6}$ [рад] – значение 1 угловой секунды в радианах;

$\varphi_{уст}$ – действительное значение широты, градусы.

Для приближенных расчетов можно применять следующие формулы:

$$\Delta B(M) = 30,83 \cdot \Delta B(\text{угл. сек.}); \quad \Delta L(M) = 30,83 \cdot \Delta L(\text{угл. сек.}) \cdot \cos B, \quad (8)$$

9.1.8 Определить абсолютную инструментальную погрешность (по уровню вероятности 0,95) определения координат в плане (широта и долгота):

$$P_{\text{план}} = \pm (\sqrt{\overline{dB}^2(M) + \overline{dL}^2(M)} + k \cdot \sqrt{\sigma_B^2(M) + \sigma_L^2(M)}), \quad (9)$$

где $k=2$ – множитель, выбираемый в соответствии с доверительной вероятностью (в данном случае равной 0,95).

9.1.9 Результаты испытаний считать положительными, если значения абсолютной инструментальной погрешности (при вероятности 0,95) определения координат в плане в статическом и динамическом режиме при работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, код СТ) и GPS (L1, код C/A) при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP не более 3 находятся в следующих пределах:

- в статическом режиме – ± 5 м;
- в динамическом режиме – ± 5 м.

9.1.10 При невыполнении условий п. 9.1.9 проверяемое изделие бракуется и отправляется в ремонт.

9.2 Определение абсолютной инструментальной погрешности (при вероятности 0,95) определения координат в статическом и динамическом режиме при работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, код СТ) и GPS (L1, код C/A) с использованием поправок от контрольно-корректирующих станций, при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP не более 3

10.2.1 Для определения абсолютной инструментальной погрешности (при вероятности 0,95) определения координат в статическом и динамическом режиме при работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, код СТ) и GPS (L1, код C/A) с использованием поправок от ККС, при геометри-

ческом факторе ухудшения точности PDOP не более 3 использовать рабочее место согласно рисунку 2 и сценарий имитации с параметрами, приведенными в таблице 4.




Рисунок 2 - Схема рабочего места

Таблица 4

Наименование параметров	Значение
Формируемые спутниковые навигационные сигналы	ГЛОНАСС L1OF, L1OC, GPS L1 C/A-код
Продолжительность	1 час (30 мин. стоянка, 30 мин. движение)
Количество каналов: ГЛОНАСС L1OF ГЛОНАСС L1OC GPS L1 C/A-код	11 11 11
Параметры среды распространения навигационных сигналов: тропосфера ионосфера	отсутствует отсутствует
Координаты базовой (опорной) ККС в системе координат WGS-84 (стоянка): широта долгота высота, м высота геоида, м	60°00'000000 N 030°00'000000 E 30,00 18,00
Продолжительность стоянки, мин	30
Ускорение при переходе от состояния «стоянка» к состоянию «движение» м/с ² , не более	50
Скорость движения (круговое, радиус движения объекта относительно базовой (опорной) ККС – 2 км), км/ч	130
Продолжительность движения, мин	30
Расхождение между шкалами времени ГЛОНАСС, GPS, UTC, UTC(SU)	отсутствует
Радиус действия поправок относительно базовой (опорной) станции, км	3
Формируемые сообщения с поправками ККС	RTCM 2.3
<i>Примечание – при подготовке сценария должно быть задано создание протокола по сценарию для последующего выполнения оценки полученных результатов</i>	

9.2.2 Во вкладке «Команды управления» в выпадающем списке «Спутниковые системы» выбрать строку «GLN+GPS+Galileo».

9.2.3 В соответствии с ЭД настроить изделие на выдачу измерений в протоколе NMEA. Проконтролировать наличие решения навигационной задачи. Контролировать наличие в решении навигационной задачи поправок от ККС (обозначение «dif» в главном меню ПО GeosDemo5).

9.2.4 Выполнить действия согласно пп. 9.1.4 – 9.1.8.

9.2.5 Результаты испытаний считать положительными, если значения абсолютной инструментальной погрешности (при вероятности 0,95) определения координат в статическом и динамическом режиме при работе по сигналам ГЛОНАСС (L1, код СТ) и GPS (L1, код C/A) с использованием поправок от ККС, при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP не более 3 не превышает следующие значения:

- в статическом режиме – ± 3 м;
- в динамическом режиме – ± 3 м.

9.2.6 При невыполнении условий п. 9.2.4 поверяемое изделие бракуется и отправляется в ремонт.

9.3 Определение среднеквадратичного отклонения случайной составляющей инструментальной погрешности синхронизации шкалы времени, выдаваемой потребителям, при работе по сигналам ГЛОНАСС/GPS, по отношению к шкале времени UTC (SU), UTC (USNO)

9.3.1 Собрать схему измерений в соответствии с рисунком 3.

9.3.2 В соответствии с эксплуатационной документацией на частотомер электронно-счетный 53230А подготовить его к работе, настроить изделие на выдачу национальной шкалы координированного времени UTC (SU).

9.3.3 На имитаторе сигналов воспроизвести сценарий имитации с параметрами сигналов, указанными в таблице 3. После решения изделием навигационной задачи, записать на внешний накопитель частотомера 53230А не менее 100 значений расхождений шкалы времени изделия и шкалы времени имитатора сигналов.



Рисунок 3 - Схема рабочего места

9.3.4 Не выключая сценарий имитации, настроить изделие на выдачу шкалы координированного времени UTC (USNO), записать на внешний накопитель частотомера 53230А не менее 100 значений расхождений шкал времени.

9.3.5 Используя измерительную информацию, полученную в п.п. 9.3.3, 9.3.4, определить для каждого массива данных СКО инструментальной погрешности синхронизации по формуле:

$$\sigma_T = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^N (\Delta T(j) - dT)^2}{N-1}}, \quad (10)$$

где $dT = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \Delta T(j)$;

$\Delta T(j)$ – расхождения шкалы времени изделия и шкалы времени имитатора, полученные в j -е моменты времени в п.п. 9.3.3, 9.3.4;

N – количество измерений.

9.3.6 Результаты испытаний считать положительными, если значение среднеквадратичного отклонения случайной составляющей инструментальной погрешности синхронизации шкалы времени, выдаваемой потребителям, при работе по сигналам ГЛОНАСС/GPS, по отношению к шкале времени не более, нс:

- UTC (SU) – 30;

- UTC (USNO) – 30.

9.3.7 При невыполнении условий п. 9.3.6 поверяемое изделие бракуется и отправляется в ремонт.

10 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

10.1 Процедуры обработки результатов измерений, полученных при определении метрологических характеристик, и критерии принятия поверителем решения по подтверждению соответствия имитатора метрологическим требованиям приведены в пунктах 10.1...10.3.

10.2 Результаты поверки считать положительными, если выполняются требования согласно пунктам 9.1...9.3.

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

11.1 При положительных результатах поверки оформляется свидетельство о поверке с нанесением знака поверки в виде оттиска клейма, на оборотной стороне свидетельства о поверке записываются результаты поверки.

11.2 Параметры, определенные при поверке, заносят в формуляр.

11.3 Сведения о результатах поверки изделия должны быть переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

11.4 В случае отрицательных результатов поверки поверяемое изделие к дальнейшему применению не допускается. На него выдается извещение о непригодности к применению с указанием причин забракования.

Начальник отдела
ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России



С.Г. Серко

Младший научный сотрудник
ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России



И.В.Сидякин