



ООО ЦМ «СТП»


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.311229

«СОГЛАСОВАНО»

Технический директор по испытаниям
ООО ЦМ «СТП»

 В.В. Фефелов

 « 26 » октября 2023 г.



Государственная система обеспечения единства измерений

**Система измерительная количества нефтяного сырья (нефти),
направленного на переработку ЭЛОУ АВТ-1
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»**

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП 2610/1-311229-2023

1 Общие положения

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на систему измерительную количества нефтяного сырья (нефти), направленного на переработку ЭЛОУ АВТ-1 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (далее – ИС), заводской № 12.1, и устанавливает методику первичной поверки до ввода в эксплуатацию и после ремонта, а также методику периодической поверки в процессе эксплуатации.

1.2 Метрологические характеристики средств измерений, входящих в состав ИС, подтверждаются сведениями о поверке в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. Метрологические характеристики ИС определяются на месте эксплуатации расчетным методом.

1.3 Если очередной срок поверки средства измерений из состава ИС наступает до очередного срока поверки ИС или появилась необходимость периодической или внеочередной поверки средства измерений, то поверяют только данное средство измерений, при этом внеочередную поверку ИС не проводят.

1.4 При условии, что средства измерений, входящие в состав ИС, поверены в соответствии с порядком, утвержденным законодательством Российской Федерации в области обеспечения единства измерений, и допущены к применению, ИС прослеживается к:

– Государственному первичному специальному эталону единиц массы и объема жидкости в потоке, массового и объемного расходов жидкости (ГЭТ 63-2019) в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости, утвержденной Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2022 года № 2356 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости»;

– Государственному первичному эталону единицы давления – паскаля (ГЭТ 23-2010) в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа, утвержденной Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2022 года № 2653 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»;

– Государственному первичному эталону единицы температуры-кельвина в диапазоне от 0,30 К до 273,16 К (ГЭТ 35-2021) и Государственному первичному эталону единицы температуры в диапазоне от 0 до 3200 °С (ГЭТ 34-2020) в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений температуры, утвержденной Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 декабря 2022 года № 3253 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений температуры».

1.5 Допускается проведение поверки ИС в части отдельных измерительных каналов (далее – ИК) в соответствии с заявлением владельца ИС с обязательным указанием в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений информации об объеме проведенной поверки.

1.6 В результате поверки ИС должны быть подтверждены метрологические характеристики ИК ИС и метрологические характеристики ИС, приведенные в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Метрологические характеристики ИК ИС

Наименование измерительной линии	Наименование ИК	Диапазон измерений	Пределы допускаемой погрешности
УТ-0001	ИК массы	от 120 до 1000 г	$\delta = \pm 0,25 \%$
	ИК температуры	от -50 до +180 °С	$\Delta = \pm (0,5 + 0,005 \cdot T) \text{ °С}$
	ИК избыточного давления	от 0 до 1,6 МПа	$\gamma = \pm 0,68 \%$

Наименование измерительной линии	Наименование ИК	Диапазон измерений	Пределы допускаемой погрешности
UT-0001A	ИК массы	от 68 до 1000 т	$\delta = \pm 0,25 \%$
	ИК температуры	от -50 до +180 °С	$\Delta = \pm (0,5 + 0,005 \cdot T) \text{ } ^\circ\text{C}$
	ИК избыточного давления	от 0 до 1,6 МПа	$\gamma = \pm 0,68 \%$
UT-0070	ИК массы	от 26 до 800 т	$\delta = \pm 0,25 \%$
	ИК температуры	от -50 до +200 °С	$\Delta = \pm (0,5 + 0,005 \cdot T) \text{ } ^\circ\text{C}$
	ИК избыточного давления	от 0 до 1,6 МПа	$\gamma = \pm 0,68 \%$
Примечание – Приняты следующие обозначения: δ – пределы допускаемой относительной погрешности измерений, %; Δ – пределы допускаемой абсолютной погрешности, в единицах измеряемой величины; T – значение измеряемой температуры, °С; γ – пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений погрешности, %.			

Таблица 2 – Метрологические характеристики ИС

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений массы брутто нефтяного сырья (нефти) за час, т: – по измерительной линии UT-0001 – по измерительной линии UT-0001a – по измерительной линии UT-0070	от 120 до 1000 от 68 до 1000 от 26 до 800
Пределы допускаемой относительной погрешности ИС при измерении массы брутто нефтяного сырья (нефти), %	$\pm 0,25$
Диапазон измерений массы нетто нефтяного сырья (нефти) за час, т: – по измерительной линии UT-0001 – по измерительной линии UT-0001a – по измерительной линии UT-0070	от 118,584 до 1000,000 от 67,198 до 1000,000 от 25,693 до 800,000
Пределы допускаемой относительной погрешности ИС при измерении массы нетто нефтяного сырья (нефти), %	$\pm 0,32$
Пределы допускаемой относительной погрешности ИС при вычислении массы нетто нефтяного сырья (нефти), %	$\pm 0,01$

2 Перечень операций поверки средства измерений

При проведении поверки должны быть выполнены операции, представленные в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень операций поверки

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		Первичной поверке	Периодической поверке
Внешний осмотр средства измерений	7	Да	Да
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	8	Да	Да
Проверка программного обеспечения средства измерений	9	Да	Да
Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	10	Да	Да
Определение погрешности измерений ИК ИС	10.1	Да	Да

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		Первичной поверке	Периодической поверке
Определение относительной погрешности ИС при измерении массы брутто нефтяного сырья (нефти)	10.2	Да	Да
Определение относительной погрешности ИС при измерении массы нетто нефтяного сырья (нефти)	10.3	Да	Да
Оформление результатов поверки	11	Да	Да

Примечание – При получении отрицательных результатов по какому-либо пункту методики поверки поверку ИС прекращают.

3 Требования к условиям проведения поверки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха в месте установки системы обработки информации от плюс 15 до плюс 25 °С;
- относительная влажность не более 90 %;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа.

4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

К проведению поверки допускаются лица, изучившие настоящую методику поверки, руководства по эксплуатации ИС, средств поверки и прошедшие инструктаж по охране труда.

5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

5.1 При проведении поверки ИС применяют средства поверки, указанные в таблице 4.

Таблица 4 – Перечень средств поверки

Номер пункта методики поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Пример возможного средства поверки с указанием наименования, заводского обозначения, а при наличии – обозначения типа, модификации
7, 8, 9, 10	Средство измерений температуры окружающей среды: пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений $\pm 0,5$ °С	Термогигрометр ИВА-6 (регистрационный номер 46434-11 в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений)
	Средство измерений относительной влажности окружающей среды: пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений ± 5 %	
	Средство измерений атмосферного давления: пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений $\pm 0,5$ кПа	

5.2 Допускается применение средств измерений с метрологическими и техническими характеристиками, удовлетворяющих требованиям, изложенным в таблице 4.

5.3 Применяемые средства измерений должны быть утвержденного типа, а также поверены в соответствии с порядком, утвержденным законодательством Российской Федерации в области обеспечения единства измерений, и допущены к применению.

6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

При проведении поверки должны соблюдаться требования:

- правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- правил безопасности при эксплуатации средств поверки и ИС, приведенных в их эксплуатационных документах;
- инструкций по охране труда, действующих на объекте.

7 Внешний осмотр средства измерений

7.1 При внешнем осмотре проверяют:

- состав средств измерений и комплектность ИС;
- отсутствие механических повреждений средств измерений ИС, препятствующих применению ИС;

– четкость надписей и обозначений на средствах измерений ИС.

7.2 Результаты поверки по пункту 7 считают положительными, если:

- состав средств измерений и комплектность ИС соответствуют описанию типа ИС;
- отсутствуют механические повреждения средств измерений ИС, препятствующие применению ИС;

– надписи и обозначения на средствах измерений ИС четкие и соответствуют их технической документации.

8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

8.1 Проверяют соответствие текущих измеряемых ИС значений массы, избыточного давления, температуры нефтяного сырья данным, отраженным в описании типа ИС.

8.2 Проверяют отсутствие сообщений об ошибках на дисплее контроллеров измерительных FloBoss S600+ в соответствии с его эксплуатационными документами.

8.3 Результаты поверки по пункту 8 считают положительными, если текущие измеряемые ИС значения массы, избыточного давления, температуры нефтяного сырья соответствуют данным, отраженным в описании типа ИС, сообщения об ошибках на дисплее контроллеров измерительных FloBoss S600+ отсутствуют.

9 Проверка программного обеспечения средства измерений

9.1 Проверку программного обеспечения (далее – ПО) проводят сравнением идентификационных данных ПО ИС с идентификационными данными ПО, зафиксированными при испытаниях в целях утверждения типа ИС и отраженными в описании типа ИС.

9.2 Проверку идентификационных данных ПО ИС проводят в соответствии с руководством по эксплуатации ИС.

9.3 Результаты поверки по пункту 9 считают положительными, если идентификационные данные ПО ИС совпадают с указанными в описании типа ИС.

10 Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

10.1 Определение погрешности измерений ИК ИС

10.1.1 Проверяют наличие сведений о поверке средств измерений, входящих в состав ИС, в соответствии с описанием типа ИС.

10.1.2 Результаты поверки по пункту 10.1 считают положительными, пределы допускаемой погрешности ИК ИС не превышают значений, указанных в таблице 1, если средства измерений, входящие в состав ИК ИС в соответствии с описанием типа ИС, поверены в соответствии с порядком, утвержденным законодательством Российской Федерации в области обеспечения единства измерений, и допущены к применению.

10.2 Определение относительной погрешности ИС при измерении массы брутто нефтяного сырья (нефти)

10.2.1 Пределы допускаемой относительной погрешности ИС при измерении массы брутто нефтяного сырья (нефти) δ_M , %, вычисляют по формуле

$$\delta_M = \pm \sqrt{\delta_0^2 + \left(\frac{\gamma_{q\Delta t} \cdot \Delta t \cdot Q_{\max}}{Q} \right)^2 + \delta_{\text{выч}}^2 + \delta_\tau^2}, \quad (1)$$

где δ_0 – пределы допускаемой относительной погрешности преобразователя массового расхода при измерении массового расхода и массы, %;

$\gamma_{q\Delta t}$ – пределы дополнительной приведенной погрешности при измерении массового расхода, вызванной изменением температуры измеряемой среды на 1 °С от температуры измеряемой среды при установке нулевой точки преобразователя массового расхода, % от максимального расхода;

Δt – разность температуры измеряемой среды и температуры среды при установке нулевой точки преобразователя массового расхода, °С;

Q_{\max} – максимальный измеряемый преобразователем массового расхода массовый расход, кг/ч;

Q – измеренный преобразователем массового расхода массовый расход, кг/ч;

$\delta_{\text{выч}}$ – пределы допускаемой относительной погрешности FloBoss S600+ при вычислении массового расхода и массы, %;

δ_τ – пределы допускаемой относительной погрешности FloBoss S600+ при измерении времени, %.

10.2.2 Результаты поверки по пункту 10.2 считают положительными, если рассчитанные по формуле (1) пределы допускаемой относительной погрешности ИС при измерении массы брутто нефтяного сырья (нефти) не превышают $\pm 0,25$ %.

10.3 Определение относительной погрешности ИС при измерении массы нетто нефтяного сырья (нефти)

10.3.1 Пределы допускаемой относительной погрешности ИС при измерении массы нетто нефтяного сырья (нефти) $\delta_{MН}$, %, вычисляют по формуле

$$\delta_{MН} = \pm 1,1 \cdot \sqrt{\delta_M^2 + \frac{\Delta_{WВ}^2 + \Delta_{WМП}^2 + \Delta_{WХС}^2}{\left(1 - \frac{W_B + W_{МП} + W_{ХС}}{100}\right)^2} + \delta_{Н}^2}, \quad (2)$$

где $\Delta_{WВ}$ – абсолютная погрешность измерений массовой доли воды в нефтяном сырье (нефти), %;

$\Delta_{WМП}$ – абсолютная погрешность измерений массовой доли механических примесей в нефтяном сырье (нефти), %;

$\Delta_{WХС}$ – абсолютная погрешность измерений массовой доли хлористых солей в нефтяном сырье (нефти), %;

W_B – массовая доля воды в нефтяном сырье (нефти), определяемая согласно ГОСТ 2477–2014, %;

$W_{МП}$ – массовая доля механических примесей в нефтяном сырье (нефти), определяемая согласно ГОСТ 6370–83, %;

$W_{ХС}$ – массовая доля хлористых солей в нефтяном сырье (нефти), определяемая согласно ГОСТ 21534–2021, %;

$\delta_{Н}$ – пределы допускаемой относительной погрешности ИС при вычислении массы нетто нефтяного сырья (нефти), %.

10.3.2 Абсолютную погрешность измерений массовой доли воды в нефтяном сырье (нефти) $\Delta_{WВ}$, %, вычисляют по формуле

$$\Delta_{WВ} = \pm \sqrt{\frac{R_B^2 - 0,5 \cdot r_B^2}{2}}, \quad (3)$$

- где R_B – воспроизводимость метода измерений массовой доли воды в нефтяном сырье (нефти) в соответствии с ГОСТ 2477–2014, выраженная в массовых долях, %;
- r_B – сходимость метода измерений массовой доли воды в нефтяном сырье (нефти) в соответствии с ГОСТ 2477–2014, выраженная в массовых долях, %.

10.3.3 Абсолютную погрешность определения массовой доли механических примесей в нефтяном сырье (нефти) $\Delta_{W_{МП}}$, %, вычисляют по формуле

$$\Delta_{W_{МП}} = \pm \sqrt{\frac{R_{МП}^2 - 0,5 \cdot r_{МП}^2}{2}}, \quad (4)$$

- где $R_{МП}$ – воспроизводимость метода измерений массовой доли механических примесей в нефтяном сырье (нефти) в соответствии с ГОСТ 6370–83, выраженная в массовых долях, %;
- $r_{МП}$ – сходимость метода измерений массовой доли механических примесей в нефтяном сырье (нефти) в соответствии с ГОСТ 6370–83, выраженная в массовых долях, %.

10.3.4 Абсолютную погрешность измерений массовой доли хлористых солей в нефтяном сырье (нефти) $\Delta_{W_{ХС}}$, %, вычисляют по формуле

$$\Delta_{W_{ХС}} = \pm 0,1 \cdot \frac{\sqrt{R_{ХС}^2 - 0,5 \cdot r_{ХС}^2}}{\rho_{20} \cdot \sqrt{2}}, \quad (5)$$

- где $R_{ХС}$ – воспроизводимость метода измерений массовой доли хлористых солей в нефтяном сырье (нефти) в соответствии с ГОСТ 21534–2021 (метод А), мг/дм³;
- $r_{ХС}$ – сходимость метода измерений массовой доли хлористых солей в нефтяном сырье (нефти) в соответствии с ГОСТ 21534–2021 (метод А), мг/дм³;
- ρ_{20} – плотность нефтяного сырья (нефти) при температуре плюс 20 °С и нулевом избыточном давлении, определяемая в лаборатории, кг/м³.

10.3.5 Результаты поверки по пункту 10.3 считают положительными, если рассчитанные по формуле (2) пределы допускаемой относительной погрешности ИС при измерении массы нетто нефтяного сырья (нефти) не превышают $\pm 0,32$ %.

11 Оформление результатов поверки

11.1 Результаты поверки оформляют протоколом поверки произвольной формы с указанием даты проведения поверки, условий проведения поверки, применяемых средств поверки, результатов поверки.

11.2 Результаты поверки оформляют в соответствии с порядком, утвержденным законодательством Российской Федерации в области обеспечения единства измерений.

11.3 При положительных результатах поверки выдается свидетельство о поверке и протокол поверки ИС (знак поверки наносится на свидетельство о поверке ИС), при отрицательных результатах поверки – извещение о непригодности к применению ИС.