

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя ЛОЕИ  
ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»

МП

«



В.А. Лапшинов

2023 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

Уровнемеры буйковые ZTD

***МЕТОДИКА ПОВЕРКИ***

**МП-596/05-2023**

г. Чехов, 2023 г.

**1 Общие положения**

1.1 Настоящая методика распространяется на уровнемеры буйковые ZTD (далее – уровнемеры), и устанавливает методику его первичной и периодической поверки.

1.2 В результате поверки должны быть подтверждены метрологические требования, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений уровня жидкости (уровня раздела жидкостей), мм	от 0 до 2500 <sup>1)</sup>
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений уровня жидкости (уровня раздела жидкостей) по показаниям дисплея или по цифровому выходному сигналу, % от диапазона измерений	±0,5
Пределы допускаемой приведенной погрешности преобразования значения уровня (уровня раздела жидкостей) в выходной сигнал от 4 до 20 мА, % от диапазона преобразования	±0,1
<p><sup>1)</sup> Указан максимальный диапазон измерений. Фактический диапазон измерений указывается в паспорте. Минимальный диапазон измерений от 0 до 300 мм.</p> <p>Примечания:</p> <p>1. При использовании выходного сигнала от 4 до 20 мА погрешность измерений уровня жидкости (уровня раздела жидкостей) по показаниям дисплея или по цифровому выходному сигналу арифметически суммируется с погрешностью преобразования значения уровня (уровня раздела жидкостей) в токовый выходной сигнал от 4 до 20 мА.</p> <p>2. Метрологические характеристики уровнемеров нормированы при соответствии значения плотности жидкости, внесенного в ЭВБ, фактической плотности измеряемой среды.</p>	

1.3 Уровнемеры соответствуют требованиям к СИ в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений уровня жидкости и сыпучих материалов, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2019 г. № 3459, и прослеживаются к государственному первичному эталону единицы длины – метра ГЭТ 2-2021 и к государственному первичному эталону единицы массы (килограмма) ГЭТ 3-2020.

1.4 Метрологические характеристики уровнемера определяют косвенным методом или методом непосредственного сличения.

**2 Перечень операций поверки средства измерений**

2.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень операций поверки

Наименование операции	Обязательность проведения операции при		Номер пункта методики поверки
	Первичной поверке	Периодической поверке	
Внешний осмотр средства измерений	да	да	7
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	да	да	8
Проверка программного обеспечения средства измерений	да	да	9
Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям:			
	– в лабораторных условиях	да	да
– на месте эксплуатации	–	да	11

Наименование операции	Обязательность проведения операции при		Номер пункта методики поверки
	Первичной поверке	Периодической поверке	
Примечание – Первичную поверку датчиков уровня проводят в лабораторных условиях. Периодическую поверку датчиков уровня, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня жидкости (уровня раздела жидкостей) которых не менее чем в три раза больше допускаемых отклонений общей длины шкалы ленты измерительной рулетки класса 2 по ГОСТ 7502–98 и отдельных ее интервалов, допускается проводить на месте эксплуатации.			

2.2 При получении отрицательных результатов по какому-либо пункту методики поверки поверку уровнемера прекращают.

### 3 Требования к условиям проведения поверки

3.1 При проведении поверки в лабораторных условиях должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С от +15 до +25
- относительная влажность, % от 30 до 80
- атмосферное давление, кПа от 84 до 106

3.2 При проведении поверки на месте эксплуатации должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, относительная влажность и атмосферное давление удовлетворяют условиям эксплуатации уровнемера и средств поверки;
- отсутствие осадков и ветра, препятствующих проведению поверки;
- обеспечивается возможность изменения уровня жидкости в резервуаре;
- параметры и свойства жидкости в резервуаре соответствуют требованиям эксплуатационных документов уровнемера;
- жидкость в резервуаре не является токсичным и кипящим при атмосферном давлении и температуре окружающей среды;
- в резервуаре отсутствует избыточное давление, допускается разгерметизация резервуара;
- перемешивающее устройство в резервуаре (при его наличии) должно быть отключено;
- поверхность жидкости в резервуаре должна быть спокойной;
- в каждой контрольной точке выдерживают заданный уровень жидкости в резервуаре не менее двух часов.

### 4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

К проведению поверки допускаются лица, изучившие настоящую методику поверки, эксплуатационные документы уровнемера и средств поверки.

### 5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

При проведении поверки применяют средства поверки, указанные в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень средств поверки

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
10	Средство измерений массы, обеспечивающее измерение массы буйка с подвеской с погрешностью не более $\pm 0,2$ г	Весы неавтоматического действия AJ-6200CE (регистрационный № 49845-12 в ФИФОЕИ)

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
10	Средство измерений длины, обеспечивающее измерение геометрических размеров буйка уровнемера с погрешностью не более $\pm 0,1$ мм	Штангенциркуль серии 500 (регистрационный № 72366-18 в ФИФОЕИ) модификации AOS ABSOLUTE Digimatic; Лента измерительная 3 разряда (рабочий эталон единицы длины 3 разряда из части 2 приказа Росстандарта от 29.12.2018 г. № 2840)
10, 11	Средство измерений сигнала силы постоянного тока: диапазон измерений от 4 до 20 мА, пределы допускаемой приведенной погрешности измерений $\pm 0,05$ % диапазона измерений	Калибратор многофункциональный и коммуникатор BEAMEX MC6 (-R) регистрационный № 52489-13 в ФИФОЕИ)
11	Рулетка измерительная металлическая по ГОСТ 7502-98: диапазон измерений не менее диапазона измерений поверяемого уровнемера, класс точности 2	Рулетка измерительная металлическая РНГ, модификация P50H2, исполнения Г (регистрационный № 60606-15 в ФИФОЕИ)
7 – 10	Средство измерений температуры окружающей среды с пределами допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,5$ °С	Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 М 5-Д (регистрационный № 71394-18 в ФИФОЕИ)
	Средство измерений относительной влажности окружающей среды с пределами допускаемой абсолютной погрешности $\pm 2$ %	
	Средство измерений атмосферного давления с пределами допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,3$ кПа	
Примечание – Допускается использовать при поверке другие утвержденные и аттестованные эталоны единиц величин, средства измерений утвержденного типа и поверенные, удовлетворяющие метрологическим требованиям, указанным в таблице.		

## 6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

При проведении поверки должны соблюдаться требования:

- правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- правил безопасности при эксплуатации средств поверки и уровнемера, приведенных в их эксплуатационных документах;
- инструкций по охране труда.

## 7 Внешний осмотр средства измерений

7.1 При внешнем осмотре проверяют:

- внешний вид и комплектность уровнемера;
- отсутствие механических повреждений уровнемера, препятствующих его применению;

– четкость надписей и обозначений.

7.2 Результаты поверки по 7 считают положительными, если:

- внешний вид и комплектность уровнемера соответствуют описанию типа и эксплуатационным документам уровнемера;
- механические повреждения уровнемера, препятствующие его применению, отсутствуют;
- надписи и обозначения четкие.

## 8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

8.1 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные операции:

- изучают техническую и эксплуатационные документы уровнемера и средств поверки, настоящую методику поверки;
- при проведении поверки в лабораторных условиях уровнемер закрепляют на стойке;
- средства поверки и уровнемер устанавливают в рабочее положение с соблюдением указаний эксплуатационных документов;
- устанавливают соответствие значений объема и массы буйка, плотности сред, введенных в электронно-вычислительный блок, данным в паспорте уровнемера;
- к выходному каналу уровнемера подключают калибратор;
- контролируют фактические условия поверки на соответствие требованиям раздела 3 настоящей методики поверки.

8.2 Уровнемер выдерживают в условиях, указанных в разделе 3, не менее двух часов.

8.3 Опробование уровнемера проводят путем увеличения/уменьшения массы грузов на подвеске при поверке в лабораторных условиях или путем увеличения/уменьшения уровня жидкости (уровня раздела жидкостей) при поверке на месте эксплуатации. Показания уровнемера при этом должны изменяться соответствующим образом.

8.4 Результаты поверки по 8 считают положительными при выполнении требований, изложенных в 8.1 – 8.4.

## 9 Проверка программного обеспечения средства измерений

9.1 Номер версии программного обеспечения (далее – ПО) отображается на дисплее уровнемера при включении в формате «XX» (без разделительного символа «.»).

9.2 Результаты поверки по 9 считают положительными, если номер версии ПО уровнемера соответствует номеру версии ПО, указанному в описании типа (без разделительного символа «.»).

## 10 Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям в лабораторных условиях

10.1 Измеряют массу буйка с подвеской с помощью весов.

10.2 Измеряют длину буйка с помощью измерительной ленты.

10.3 Измеряют диаметр буйка с помощью штангенциркуля в трех контрольных точках, соответствующих 5-10 %, 45-55 %, 95-100 % длины буйка.

10.4 Рассчитывают объем буйка  $V_6$ , см<sup>3</sup>, по формуле

$$V_6 = L_6 \cdot \frac{\pi \cdot D_6^2}{4 \cdot 1000}, \quad (1)$$

где  $L_6$  – измеренное значение длины буйка, мм;

$D_6$  – среднее арифметическое значение диаметра буйка, мм.

10.5 Поверку продолжают, если:

- измеренное значение массы буйка с подвеской находится в пределах  $(M_B \pm 1)$  г, где  $M_B$  – значение массы буйка с подвеской, приведенное в паспорте уровнемера, г;
- вычисленное значение объема буйка находится в пределах  $(V_B \pm 1)$  см<sup>3</sup>, где  $V_B$  –

значение объема буйка, приведенное в паспорте уровнемера, см<sup>3</sup>.

10.6 Определение приведенной погрешности измерений уровня жидкости (уровня раздела жидкостей) проводят в пяти контрольных точках, соответствующих 0-5, 20-30, 45-55, 70-80, 95-100 % диапазона измерений.

10.7 В каждой *i*-ой контрольной точке проводят следующие операции:

- по показаниям весов набирают необходимую массу подвески с грузами;
- устанавливают подвеску с грузами на уровнемер;
- выдерживают уровнемер под нагрузкой до стабилизации показаний;
- считывают значение уровня жидкости (уровня раздела жидкостей) с дисплея уровнемера, измеряют значение выходного токового сигнала уровнемера с помощью калибратора;

– рассчитывают значение уровня, соответствующее массе подвески с грузами,  $h_{эТ_i}$ , мм, по формуле

$$h_{эТ_i} = \frac{m_6 - V_6 \cdot \rho_1 - m_i}{V_6 \cdot (\rho_2 - \rho_1)} \cdot h_{\max}, \quad (2)$$

- где
- $m_6$  – значение массы буйка с подвеской, г;
  - $\rho_1$  – наименьшее значение плотности жидкости, приведенное в паспорте уровнемера, г/см<sup>3</sup> (для уровнемера, предназначенного для измерений уровня жидкости, принимается равным нулю);
  - $m_i$  – масса подвески с грузами, установленных на уровнемер, г;
  - $\rho_2$  – наибольшее значение плотности жидкости, приведенное в паспорте уровнемера, г/см<sup>3</sup>;

– рассчитывают значение силы постоянного тока на выходном токовом канале уровнемера  $I_{дУ_j}$ , мА, соответствующее измеренному значению уровня жидкости (уровня раздела жидкостей), по формуле

$$I_{дУ_j} = \frac{16}{(h_{\max} - h_{\min})} \cdot (h_{дУ_i} - h_{\min}) + 4, \quad (3)$$

- где
- $h_{\max}$  – максимальное значение диапазона измерений уровня жидкости (уровня раздела жидкостей), мм;
  - $h_{\min}$  – минимальное значение диапазона измерений уровня жидкости (уровня раздела жидкостей), мм;
  - $h_{дУ_i}$  – значение уровня жидкости (уровня раздела жидкостей), измеренное датчиком уровня, мм;

– рассчитывают приведенную погрешность измерений уровня жидкости (уровня раздела жидкостей)  $\gamma h_i$ , мм, по формуле

$$\gamma h_i = \frac{h_{дУ_i} - h_{эТ_i}}{h_{\max} - h_{\min}} \cdot 100; \quad (4)$$

– рассчитывают приведенную погрешность преобразования значения уровня (уровня раздела жидкостей) в выходной сигнал от 4 до 20 мА  $\gamma_{I_j}$ , %, по формуле

$$\gamma_{I_j} = \frac{I_{дУ_j} - I_{эТ_j}}{16} \cdot 100, \quad (5)$$

- где
- $I_{эТ_j}$  – значение силы постоянного тока, измеренное калибратором на выходном канале уровнемера, мА.

10.8 Результаты поверки по 10 считают положительными, если в каждой контрольной точке:

- рассчитанное значение приведенной погрешности измерений уровня жидкости (уровня раздела жидкостей) не выходит за пределы, указанные в таблице 1;

– рассчитанное значение приведенной погрешности преобразования значения уровня (уровня раздела жидкостей) в выходной сигнал от 4 до 20 мА не выходит за пределы, указанные в таблице 1.

## 11 Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям на месте эксплуатации

11.1 Определение метрологических характеристик уровнемера на месте эксплуатации без демонтажа уровнемера проводят в трех контрольных точках ( $j = 1, 2, 3$ ), равномерно распределенных внутри диапазона измерений в соответствии с технологическим процессом. В нулевой контрольной точке ( $j = 0$ ) определяют поправку на несоответствие показаний уровнемера и рулетки.

11.2 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня жидкости (уровня раздела жидкостей) уровнемера в каждой контрольной точке должны быть не менее чем в три раза больше допускаемых отклонений общей длины шкалы ленты измерительной рулетки класса 2 по ГОСТ 7502–98 и отдельных ее интервалов.

11.3 В каждой контрольной точке ( $j = 0, 1, 2, 3$ ) фиксируют значение уровня жидкости (уровня раздела жидкостей), измеренное датчиком уровня, и значение силы постоянного тока на выходном канале уровнемера, измеренное калибратором, определяют уровень жидкости (уровень раздела жидкостей) с помощью рулетки следующим образом:

- наносят слой бензочувствительной пасты (при необходимости) на участок шкалы рулетки, в пределах которого будет находиться контрольная отметка;
- рулетку опускают через измерительный люк резервуара до касания лотом рулетки дна резервуара;
- фиксируют показания рулетки по верхнему краю или до риски направляющей планки измерительного люка;
- повторяют операции, описанные выше, еще не менее четырех раз;
- измеряют температуру жидкости в резервуаре с помощью термометра;
- определяют среднее арифметическое значение уровня жидкости (уровня раздела жидкостей)  $\bar{h}_j^p$ , мм, по формуле:

$$\bar{h}_j^p = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n h_{ji}^p \cdot (1 - \alpha_s \cdot (20 - t_b)), \quad (6)$$

- где  $n$  – количество измерений уровня жидкости (уровня раздела жидкостей) рулеткой (не менее 5);
- $h_{ji}^p$  – значение уровня жидкости (уровня раздела жидкостей), измеренное рулеткой при  $i$ -ом измерении, мм;
- $\alpha_s$  – температурный коэффициент линейного расширения рулетки,  $1/^\circ\text{C}$ ;
- $t_b$  – температура воздуха при измерении высоты газового пространства,  $^\circ\text{C}$ .

11.4 В нулевой контрольной точке ( $j = 0$ ) вычисляют поправку на несоответствие показаний уровнемера и рулетки  $\Delta h_0$ , мм, по формуле

$$\Delta h_0 = h_0^y - \bar{h}_0^p, \quad (7)$$

- где  $h_0^y$  – значение уровня жидкости (уровня раздела жидкостей), измеренное датчиком уровня в нулевой контрольной точке, мм;
- $\bar{h}_0^p$  – среднее арифметическое значение уровня жидкости (уровня раздела жидкостей), измеренное рулеткой в нулевой контрольной точке, мм.

11.5 В каждой контрольной точке (кроме нулевой) рассчитывают:

- абсолютную погрешность  $\Delta_j$ , %, по формуле

$$\Delta_j = h_j^{xy} - h_j^p - \Delta h_0. \quad (8)$$

- где  $h_j^{xy}$  – значение уровня жидкости (уровня раздела жидкостей), измеренное

датчиком уровня, мм;

– значение силы постоянного тока на выходном токовом канале уровнемера, соответствующее измеренному значению уровня жидкости (уровня раздела жидкостей), по формуле (4);

– приведенную погрешность преобразования значения уровня (уровня раздела жидкостей) в выходной сигнал от 4 до 20 мА по формуле (6).

11.6 Результаты поверки по 11 считают положительными, если в каждой контрольной точке:

– рассчитанное значение приведенной погрешности измерений уровня жидкости (уровня раздела жидкостей) не выходит за пределы, указанные в таблице 1;

– рассчитанное значение приведенной погрешности преобразования значения уровня (уровня раздела жидкостей) в выходной сигнал от 4 до 20 мА не выходит за пределы, указанные в таблице 1.

## 12 Оформление результатов поверки

12.1 При проведении поверки оформляют протокол результатов поверки в свободной форме.

12.2 При положительных результатах поверки уровнемер признают пригодным к применению. Сведения о положительных результатах поверки, тип выходного сигнала уровнемера, тип измеряемой среды (для уровнемеров, предназначенных для измерений уровня сжиженных газов), минимальное и максимальное значения диапазона изменений избыточного давления (для уровнемеров, предназначенных для работы при избыточном давлении) передают в ФИФОЕИ.

По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, выдают свидетельство о поверке, на которое наносят знак поверки, указывают тип выходного сигнала уровнемера, тип измеряемой среды (для уровнемеров, предназначенных для измерений уровня сжиженных газов), минимальное и максимальное значения диапазона изменений избыточного давления (для уровнемеров, предназначенных для работы при избыточном давлении).

12.3 При отрицательных результатах поверки уровнемера признают непригодным к применению. Сведения об отрицательных результатах поверки передают в ФИФОЕИ. По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, выдают извещение о непригодности с указанием основных причин.