

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель генерального  
директора - заместитель по научной  
работе ФГУП «ВНИИФТРИ»

А.Н. Щипунов



« 23 » 10 2023 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

Установка для векторно-фазовых измерений  
на базе автономной донной станции с глубоководным и мелкоководным  
носителями первичных измерительных преобразователей  
УВИ-А

Методика поверки

МФРН.411711.002 МП

2023 г.

## 1 Общие положения

1.1 Настоящая методика (далее - МП) поверки применяется для поверки установки для векторно-фазовых измерений на базе автономной донной станции с глубоководным и мелкоководным носителями первичных измерительных преобразователей УВИ-А (далее - установка) и устанавливает методы и средства ее первичной и периодических поверок. Поверке подлежит установка с входящими в ее состав средствами измерений (КГП1М: 90028-23, КГП10М: 90027-23, ГИ53: 40216-08, ГИ50Э: 37980-08). Установку подвергают поверке покомпонентным (поэлементным) способом.

1.2 Все средства измерений, входящие в состав установки, и средства измерений, применяемые при поверке, должны быть утвержденного типа и иметь действующую поверку. Таким образом, обеспечивается прослеживаемость средств измерений, входящих в состав установки, и установки к государственным первичным эталонам:

- ГЭТ 55-2017 в соответствии с ГПС для средств измерений звукового давления и колебательной скорости в водной среде, утвержденный приказом Росстандарта № 2084 от 28.09.2018 г.;

- ГЭТ 89-2008 в соответствии с ГПС для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от  $1 \cdot 10^{-1}$  Гц до  $2 \cdot 10^{-9}$  Гц, утвержденный приказом Росстандарта № 1706 от 18.08.2023 г.

1.3 При определении метрологических характеристик поверяемого средства измерений используется метод прямых измерений.

1.4 В результате поверки должны быть подтверждены метрологические требования, приведенные в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Подтверждаемые метрологические требования

Наименование характеристики	Значение
Рабочий диапазон частот при измерении звукового давления, Гц	от 2 до 10000
Рабочий диапазон частот при измерении градиента звукового давления КГП1М <sup>1</sup> , Гц	от 10 до 1000
Рабочий диапазон частот при измерении градиента звукового давления КГП10М <sup>2</sup> , Гц	от 100 до 10000
Максимальный измеряемый уровень звукового давления (относительно 20 мкПа) при коэффициенте нелинейных искажений не более 1 %, дБ, не менее	130
Максимальный уровень выходного сигнала каналов комбинированных гидроакустических приёмников КГП <sup>3</sup> (относительно 1 мкВ), при коэффициенте нелинейных искажений не более 1 % и погрешности измерения 0,1 дБ, дБ, не менее	120
Границы неисключённой систематической инструментальной погрешности измерения звукового давления в динамическом диапазоне 60 дБ относительно максимального измеряемого уровня в точке расположения гидрофона при доверительной вероятности $P = 0,95$ в диапазоне частот от 2 до 10000 Гц, дБ, не более	$\pm 1,5$
Границы неисключённой систематической инструментальной погрешности измерения градиента звукового давления в диапазоне от 0,15 до 3 Па в точке расположения КГП при доверительной вероятности $P = 0,95$ в диапазоне частот от 10 до 10000 Гц, дБ, не более	$\pm 3$
1) КГП1М – приёмники гидроакустические комбинированные КГП1М 2) КГП10М - приёмники гидроакустические комбинированные КГП10М 3) КГП - приёмники гидроакустические комбинированные	

## 2 Перечень операций поверки средства измерений

2.1 При проведении поверки выполнять операции, приведенные в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Операции проведения поверки установки

Наименование этапа поверки	Обязательность выполнения операций поверки при		Номер раздела (пункта) методики поверки, в соответствии с которым выполняется операция поверки
	первичной поверке	периодической поверке	
Внешний осмотр средства измерения	да	да	7
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	да	да	8
Проверка программного обеспечения	да	да	9
Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	да	да	10
Определение рабочего диапазона частот при измерении звукового давления	да	да	10.1
Определение рабочего диапазона частот при измерении градиента звукового давления КГП1М	да	да	10.2
Определение рабочего диапазона частот при измерении градиента звукового давления КГП10М	да	да	10.3
Определение максимального измеряемого уровня звукового давления (относительно 20 мкПа) при коэффициенте нелинейных искажений не более 1 %	да	да	10.4
Определение максимального уровня выходного сигнала каналов комбинированных гидроакустических приёмников КГП (относительно 1 мкВ), при коэффициенте нелинейных искажений не более 1 % и погрешности измерения 0,1 дБ	да	да	10.5
Определение границы неисключённой систематической инструментальной погрешности измерения звукового давления в динамическом диапазоне 60 дБ относительно максимального измеряемого уровня в точке расположения гидрофона при доверительной вероятности $P = 0,95$ в диапазоне частот от 2 до 10000 Гц	да	да	10.6
Определение границы неисключённой систематической инструментальной погрешности измерения градиента звукового давления в диапазоне от 0,15 до 3 Па в точке расположения КГП при доверительной вероятности $P = 0,95$ в диапазоне частот от 10 до 10000 Гц, дБ	да	да	10.7

2.2 Не допускается проведение поверки отдельных измерительных каналов или отдельных автономных блоков или меньшего числа измеряемых величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений.

2.3 При получении отрицательных результатов по любому пункту таблицы 2.1 поверяемая установка бракуется и направляется в ремонт.

МФРН.411711.002 МП «ГСИ. Установка для векторно-фазовых измерений на базе автономной донной станции с глубоководным и мелкоководным носителями первичных измерительных преобразователей УВИ-А. Методика поверки»

### 3 Требования к условиям проведения поверки

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться нормальные условия, установленные в ГОСТ 8.395-80 «ГСИ. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования»:

- температура окружающей среды, °С от 15 до 25;
- относительная влажность окружающего воздуха, % от 45 до 80;
- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) от 84 до 106,7 (от 630 до 800).

Параметры электропитания:

- напряжение переменного тока, В от 198 до 242;
- частота переменного тока, Гц от 47 до 53.

### 4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

4.1 К проведению поверки допускаются лица с высшим или средним техническим образованием, имеющие опыт работы в области гидроакустических измерений, ежегодно проходящие проверку знаний по технике безопасности, аттестованные в качестве поверителей гидроакустических средств измерений и ознакомленные с документом МФРН.411711.002РЭ «Установка для векторно-фазовых измерений на базе автономной донной станции с глубоководным и мелкоководным носителями первичных измерительных преобразователей УВИ-А. Руководство по эксплуатации» (далее – РЭ).

### 5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

5.1 При проведении поверки должны быть применены средства поверки, указанные в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Средства поверки

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
8	<p>Средства измерений температуры окружающей среды в диапазоне измерений от минус 10 °С до 60 °С с пределами допускаемой абсолютной погрешности ±0,4 °С.</p> <p>Средства измерений относительной влажности воздуха в диапазоне от 10 до 95 % с пределами допускаемой абсолютной погрешности ±3 %.</p> <p>Средства измерений атмосферного давления в диапазоне от 300 до 1200 кПа, с пределами допускаемой абсолютной погрешности ±3 %.</p>	<p>Прибор комбинированный Testo 622, пер. № 53505-13.</p> <p>Прибор комбинированный Testo 622, пер. № 53505-13.</p> <p>Прибор комбинированный Testo 622, пер. № 53505-13.</p>
10.1-10.7	Эталоны единицы переменного электрического напряжения и средства измерений, соответствующие требованиям к эталонам не ниже 2-го разряда; ГПС для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от $1 \cdot 10^{-1}$ Гц до $2 \cdot 10^{-9}$ Гц, приказ Росстандарта от 18.08.2023 г. № 1706.	Мультиметр 3458А, пер. № 25900-03.

МФРН.411711.002 МП «ГСИ. Установка для векторно-фазовых измерений на базе автономной донной станции с глубоководным и мелководным носителями первичных измерительных преобразователей УВИ-А. Методика поверки»

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
10.1-10.7	Эталоны единицы переменного электрического напряжения и средства измерений, соответствующие требованиям к эталонам не ниже 2-го разряда; ГПС для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В, приказ Росстандарта от 18.08.2023 г. № 1706.	Генератор сигналов сложной формы со сверхнизким уровнем искажений DS-360, рег. № 45344-10.

5.2 Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемого прибора с требуемой точностью.

5.3 Применяемые средства поверки должны быть исправны и поверены, применяемые средства поверки утверждённого типа СИ в качестве эталонов единиц величин должны быть исправны и поверены с присвоением соответствующего разряда, по требованию государственных поверочных схем.

## **6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки**

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены все требования техники безопасности, регламентированные ГОСТ 12.1.019-2017, «Технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а также всеми действующими местными инструкциями по технике безопасности.

6.2 Заземление средства измерения проводить через штатные органы заземления конструкции корпуса средства измерения.

## **7 Внешний осмотр средства измерений**

7.1 При проведении внешнего осмотра установить:

- соответствие внешнего вида средства измерений описанию и изображению, приведенному в описании типа;
- отсутствие механических и электрических повреждений корпуса и разъемов;
- четкость нанесения заводского номера.

7.2 Результат внешнего осмотра по пункту 7 считать положительным, если результаты внешнего осмотра удовлетворяют п.7.1.

## **8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений**

8.1 Подготовка к поверке

МФРН.411711.002 МП «ГСИ. Установка для векторно-фазовых измерений на базе автономной донной станции с глубоководным и мелкоководным носителями первичных измерительных преобразователей УВИ-А. Методика поверки»

8.1.1 На первичную поверку представляют установку с формуляром МФРН.411711.002 ФО, руководством по эксплуатации МФРН.411711.002РЭ и руководством оператора МФРН.00054-01 34.

8.1.2 Во время подготовки к поверке поверитель должен ознакомиться с руководством по эксплуатации на поверяемую установку, подготовить все материалы и средства измерений, необходимые для проведения поверки, а также проверить выполнение условий поверки, установленных в разделе 3.

8.2 Опробование средства измерений

8.2.1 Собрать установку согласно схемы электрических соединений МФРН.411711.002Э4.

8.2.2 Проверить работоспособность установки в режиме записи подключенных сигналов, режимы акустического и электрического контроля измерительных трактов в соответствии с п.2.2.2 и п. 1.5.4 руководства по эксплуатации МФРН.411711.002РЭ.

## 9 Проверка программного обеспечения

9.1 Проверить следующие идентификационные данные ПО на соответствие данных, указанных в таблице 9.1:

Таблица 1 - Идентификационные данные (признаки) ПО «Комплекс специализированного программного обеспечения УВИ-А».

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	МФРН.00054-01
Номер версии (идентификационный номер) ПО	01
Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	vsprec.exe - dfd470764b56832aa34cf42757ebf7be
	spspo.exe - e3465f2dae97fd9012b59bd3b8a753c0
	TM64gps.exe - 4eb9968f26ac7c2daab701f65b4ffdbf
	ComGAS.exe - b2d216397174d63fda74cff8db2a5fd3
	ComGAS.exe -b05ed0f22476182a907a8e7acda944d3
vpb_geo - 66023d6aee3d8575f409717c329d8ee5	

## 10 Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

### 10.1 Определение рабочего диапазона частот при измерении звукового давления

10.1.1 Собрать схему, как показано на рисунке 1. Подключить выход ЦАП к входам измерительных каналов, с помощью программы hvibrui.exe, включив режим ЭК-ТС.

МФРН.411711.002 МП «ГСИ. Установка для векторно-фазовых измерений на базе автономной донной станции с глубоководным и мелкоководным носителями первичных измерительных преобразователей УВИ-А. Методика поверки»




Рисунок 1

10.1.2 Запустить программу vsrgres.exe «Регистрация и анализ сигналов» и установить частоту квантования АЦП - 51200 Гц, рисунок 2.




Рисунок 2

10.1.3 Убедиться, что для всех каналов отключены параметры внешних трактов (Пункты меню: «Параметры» → «Параметры входных цепей» → «Параметры внешних трактов (вкл/выкл)», - отсутствие подсветки каналов), рисунок 3.




Рисунок 3

10.1.4 Запустить программу измерения АЧХ (Пункты меню: «Команды» → «Измерения АЧХ»).

МФРН.411711.002 МП «ГСИ. Установка для векторно-фазовых измерений на базе автономной донной станции с глубоководным и мелкоководным носителями первичных измерительных преобразователей УВИ-А. Методика поверки»

10.1.5 Выбрать режим снятия АЧХ для центральных частот третьоктавного ряда от 2 до 10000 Гц (установить флажок в окне «АЧХ», а в случае отсутствия заданной сетки частот загрузить таблицу из файла FrqChrTabl.fib с заданной сеткой частот и соответствующими фактическими уровнями сигнала ЦАП на входах измерительных каналов (В), нажав вкладку «Загрузка таблицы» и выбрать необходимый файл), рисунок 4.



Рисунок 4

10.1.6 Запустить программу измерения АЧХ, нажав кнопку «Вып».

10.1.7 При завершении измерения АЧХ сохранить значения в буфере памяти (кнопка «Копир»). Результаты измерений для всех каналов занести в таблицу 1 (АЧХ без корректировки).

10.1.8 Рассчитать поправочные коэффициенты и сохранить их в файле настройки программы, нажав кнопку «Сохр.».

10.1.9 В таблице 1 для каналов 1 – 4 исключить значения АЧХ для частот, выходящих за границы рабочего диапазона КГП1М, оставив значения АЧХ в диапазоне от 10 до 1000 Гц.

Таблица 1 - АЧХ без корректировки

Частота $f_i$	АЧХ без корректировки ЭТ, $H(f_i)$ , дБ								
	Канал 9 ГИ53	Канал 1 Х КГП1М	Канал 2 У КГП1М	Канал 3 Z КГП1М	Канал 4 Р КГП1М	Канал 5 Х КГП10М	Канал 6 У КГП10М	Канал 7 Z КГП10М	Канал 8 Р КГП10М
2									
2.5									
3.15									
4									
5									
6.3									
8									
10									
12.5									
16									
20									
25									
31.5									
40									
50									
63									
80									
100									

МФРН.411711.002 МП «ГСИ. Установка для векторно-фазовых измерений на базе автономной донной станции с глубоководным и мелководным носителями первичных измерительных преобразователей УВИ-А. Методика поверки»

Частота $f_i$	АЧХ без корректировки ЭТ, $H(f_i)$ , дБ								
	Канал 9 ГИ53	Канал 1 Х КГП1М	Канал 2 У КГП1М	Канал 3 Z КГП1М	Канал 4 Р КГП1М	Канал 5 Х КГП10М	Канал 6 У КГП10М	Канал 7 Z КГП10М	Канал 8 Р КГП10М
125									
160									
200									
250									
315									
400									
500									
630									
800									
1000									
1250									
1600									
2000									
2500									
3150									
4000									
5000									
6300									
8000									
10000									
$H_{min}$ , дБ									
$H_{max}$ , дБ									
$\Delta H$ , дБ									

10.1.10 Для каналов 5 – 8 исключить значения АЧХ для частот, выходящих за границы рабочего диапазона КГП10М, оставив значения АЧХ в диапазоне от 100 до 10000 Гц.

10.1.11 Рассчитать для каждого измерительного канала  $i$  (в соответствующих частотных диапазонах) неравномерность АЧХ  $\Delta H_i$ , в дБ, для электрических трактов всех измерительных каналов по формуле:

$$\Delta H_i = |H_{i \max} - H_{i \min}|, \quad (1)$$

где  $H_{i \max}$  и  $H_{i \min}$  – максимальное и минимальное значения измеренных АЧХ для  $i$ -го канала из таблицы 3, дБ.

10.1.12 Подключить генератор сигналов DS360 к входу мультиметра 3458А и измерительным каналам блока электронного БЭ через коммутатор МП.

10.1.13 Перезапустить программу «Регистрация и анализ сигналов». Установить частоту квантования АЦП – 51200 Гц, рисунок 5.




Рисунок 5

МФРН.411711.002 МП «ГСИ. Установка для векторно-фазовых измерений на базе автономной донной станции с глубоководным и мелкоководным носителями первичных измерительных преобразователей УВИ-А. Методика поверки»

10.1.14 Включить режим корректировки параметров трактов (Пункты меню: «Параметры» → «Параметры входных цепей» → «Параметры внешних трактов (вкл/выкл)», - выбрать все каналы нажав кнопки  и  Уст), рисунок 6.




Рисунок 6

10.1.15 Запустить расчёт и отображение узкополосного спектра для первого канала (Пункты меню: «Команды» → «Запуск обработки и 2D отображения» → выбрать «Спектр» → канал 9 → кнопка «Старт»), рисунок 7.




Рисунок 7

10.1.16 Последовательно устанавливая значения частоты сигнала генератора  $f_i$ , равными центральным частотам полос третьоктавного ряда, для соответствующего проверяемого диапазона (таблица 2), произвести расчёт АЧХ в режиме цифровой корректировки электрического тракта, для чего:

- измерить относительные уровни напряжения выходного сигнала в узких полосах частот  $B(f_i)$ , дБ (исх. 1 мкВ), на частотах  $f_i$ ;
- измерить напряжение  $U_T(f_i)$ , В, на выходе генератора DS360 мультиметром 3458А.

10.1.17 Рассчитать АЧХ электрического тракта измерительного канала (в режиме корректировки)  $H_K(f_i)$ , дБ, на частотах  $f_i$ , в диапазонах частот, соответствующих таблице 2 по формуле:

$$H_K(f_i) = B(f_i) - 20 \cdot \text{Lg}(U_T(f_i)/U_0), \quad (2)$$

где  $B(f_i)$  – измеренные уровни узкополосного спектра на частотах ( $f_i$ ), дБ;

$U_T(f_i)$  – напряжение на выходе генератора DS360 на частоте  $f_i$ , В;

$U_0$  – нулевой относительный уровень напряжения,  $U_0 = 10^{-6}$  В, результаты занести в таблицу 2.

МФРН.411711.002 МП «ГСИ. Установка для векторно-фазовых измерений на базе автономной донной станции с глубоководным и мелкоководным носителями первичных измерительных преобразователей УВИ-А. Методика поверки»

Таблица 2 – АЧХ с корректировкой

Частота $F_i$	АЧХ с корректировкой ЭТ, $H(f_i)$ , дБ								
	Канал 9 ГИ53	Канал 1 Х КГП1М	Канал 2 У КГП1М	Канал 3 Z КГП1М	Канал 4 Р КГП1М	Канал 5 Х КГП10М	Канал 6 У КГП10М	Канал 7 Z КГП10М	Канал 8 Р КГП10М
2									
2.5									
3.15									
4									
5									
6.3									
8									
10									
12.5									
16									
20									
25									
31.5									
40									
50									
63									
80									
100									
125									
160									
200									
250									
315									
400									
500									
630									
800									
1000									
1250									
1600									
2000									
2500									
3150									
4000									
5000									
6300									
8000									
10000									
$H_{min}$ , дБ									
$H_{max}$ , дБ									
$\Delta H$ , дБ									

10.1.18 Повторить п.п. 10.1.15 – 10.1.17 для каналов 1 – 4 (КГП1М) и 5-8 (КГП10М).

Примечание - Допускается, использование функции автоматического измерения и расчёта АЧХ для этого выполнить следующие действия:

МФРН.411711.002 МП «ГСИ. Установка для векторно-фазовых измерений на базе автономной донной станции с глубоководным и мелкоководным носителями первичных измерительных преобразователей УВИ-А. Методика поверки»

- повторить пункты 10.1.1 – 10.1.6, отметив элемент  Коп. в окне программы «Измерение АЧХ», рисунок 4. Запуск функции: «Команды» → «Измерение АЧХ» → установить флажок «АЧХ» → «Вып», с предварительной установкой сетки частот и амплитуды в файле.

- при завершении измерения АЧХ сохранить значения в буфере памяти (кнопка «Копир»).  
Результаты измерений для всех каналов занести таблицу 4 (АЧХ с корректировкой).

- в таблице 2 для каналов 1 – 4 исключить значения АЧХ для частот, выходящих за границы рабочего диапазона КГП1М, оставив значения АЧХ в диапазоне от 10 до 1000 Гц.

- в таблице 2 для каналов 5 – 8 исключить значения АЧХ для частот, выходящих за границы рабочего диапазона КГП10М, оставив значения АЧХ в диапазоне от 100 до 10000 Гц.

10.1.19 Рассчитать для каждого измерительного канала  $i$  (в соответствующих частотных диапазонах) неравномерность АЧХ  $\Delta H_i$ , в дБ, (после корректировки) для электрических трактов всех измерительных каналов по формуле:

$$\Delta H_i = |H_{i \max} - H_{i \min}|, \quad (3)$$

где  $H_{i \max}$  и  $H_{i \min}$  – максимальное и минимальное значения измеренных АЧХ для  $i$ -го канала из таблицы 4, дБ.

10.1.20 Определить диапазон рабочих частот гидрофона ГИ53 по формуляру МГФК.406231.084 ФО.

10.1.21 Результаты поверки по пункту 10.1 считают положительными, если:

- в диапазоне частот от 2 до 10000 Гц измеренные значения неравномерности АЧХ для канала 9 гидрофона ГИ53 не превышают 0,4 дБ;

- диапазон рабочих частот гидрофона ГИ53 в соответствии с формуляром МГФК.406231.084 ФО удовлетворяет границам от 2 до 10000 Гц.

## **10.2 Определение рабочего диапазона частот при измерении градиента звукового давления КГП1М**

10.2.1 Поверка проводится одновременно с п. 10.1.

10.2.2 Проверить значение рабочего диапазона частот каналов градиента звукового давления приемника КГП1М по данным его формуляра МФРН.406231.004ФО.

10.2.3 Результаты поверки по пункту 10.2 считают положительными, если выполняются следующие условия:

- неравномерность АЧХ для каналов 1 - 4 измерения градиента звукового давления КГП1М в диапазоне частот от 10 до 1000 Гц ( $\Delta H$ ) не превышает 0,4 дБ;

- рабочий диапазон частот каналов градиента звукового давления приемника КГП1М, в соответствии с формуляром МФРН.406231.004ФО, составляет от 10 до 1000 Гц.

## **10.3 Определение рабочего диапазона частот при измерении градиента звукового давления КГП10М**

10.3.1 Поверка проводится одновременно с п. 10.1.

10.3.2 Проверить значение рабочего диапазона частот каналов градиента звукового давления приемника КГП10М по данным его формуляра МФРН.406231.005ФО.

10.3.3 Результаты поверки по пункту 10.3 считают положительными, если выполняются следующие условия:

- неравномерность АЧХ ( $\Delta H$ ) для каналов 4 - 8 измерения градиента звукового давления приемника КГП10М в диапазоне частот от 100 до 10000 Гц не превышает 0,4 дБ;

- рабочий диапазон частот каналов градиента звукового давления приемника КГП10М, в соответствии с формуляром МФРН.406231.005ФО, составляет от 100 до 10000 Гц.

МФРН.411711.002 МП «ГСИ. Установка для векторно-фазовых измерений на базе автономной донной станции с глубоководным и мелководным носителями первичных измерительных преобразователей УВИ-А. Методика поверки»

#### 10.4 Определение максимального измеряемого уровня звукового давления (относительно 20 мкПа) при коэффициенте нелинейных искажений не более 1 %

10.4.1 Подключить выход генератора сигналов DS360 к входам измерительных каналов в соответствии с рисунком 1.

10.4.2 Определить коэффициент гармоник измерительного электрического тракта канала 9 для максимального уровня входного электрического сигнала гидрофона ГИ53 при уровне звукового давления 130 дБ, для чего выполнить следующие действия:

10.4.2.1 Установить генератор DS360 в режим генерирования гармонического сигнала, установив среднеквадратичное значение напряжения выходного сигнала равное 3,2 В и частоту 1000 Гц.

10.4.2.2 Запустить программу «Регистрация и анализ сигналов» (файл vsproc.exe) и установить частоту квантования 51200 Гц. Пункты меню: «Параметры» → «Параметры входных цепей» → «Частота квантования». Нажать кнопку «Уст.» и «Зап.», рисунок 5.

10.4.2.3 Запустить расчет и отображение узкополосных спектров для всех каналов (пункты меню: «Команды» → «Запуск обработки и 2D-отображения»). В окне «Пуск и 2D-отображения» выбрать все каналы → кнопка «Старт»), как показано на рисунке 8.



Рисунок 8

10.4.2.4 Измерить уровень узкополосного спектра  $B(f_i)$ , дБ (исх. 1 мкВ), и рассчитать среднеквадратичное значение напряжения на выходе измерительных каналов в узкополосных полосах частот для шести гармонических составляющих сигнала  $U_i$ , В, (на частотах  $f_i$ , где  $i$  принимает значения от 0 до 5) по формуле:

$$U_i = 10^{B(f_i)/20} \cdot U_0, \quad (4)$$

где  $U_0$  – нулевой относительный уровень напряжения,  $U_0 = 10^{-6}$  В;

$B(f_i)$  – относительный уровень мощности (напряжения) узкополосного спектра на частоте гармоники  $f_i$ , дБ (исх. 1 мкВ).

10.4.2.5 Занести полученные результаты измерения частот и уровней гармоник сигнала в таблицу 3.

Таблица 3 – Результаты измерений

Ка- нал	$K_{\Gamma}$ , %	$f_0$ , Гц	$U_0$ , мВ	$f_1$ , Гц	$U_1$ , мВ	$f_2$ , Гц	$U_2$ , мВ	$f_3$ , Гц	$U_3$ , мВ	$f_4$ , Гц	$U_4$ , мВ	$f_5$ , Гц	$U_5$ , мВ	$f_{\max}$ , Гц	$U_{\max}$ , мВ
<b><math>U_{вх} = 3,2В, f_{вх} = 1000 Гц</math></b>															
9															
<b><math>U_{вх} = 1,6 В, f_{вх} = 100 Гц</math></b>															
1															
2															
3															
4															

U <sub>вх</sub> = 1,6 В, f <sub>вх</sub> = 1000 Гц												
5												
6												
7												
8												

10.4.2.6 Рассчитать коэффициент гармоник, K<sub>Г</sub>, %, по формуле:

$$K_{Г} = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^5 U_i^2}}{U_0} \cdot 100 \%, \quad (5)$$

где U<sub>0</sub> – напряжение сигнала в узкой полосе на частоте генератора (основная гармоника), мВ;

U<sub>i</sub> – напряжение шумов и помех в узкой полосе, на частоте i- й гармоники с максимальным уровнем, мВ.

Примечание – Допускается использование функции автоматического измерения напряжения гармоник с максимальными уровнями и расчёта коэффициента гармоник, для этого при запущенной программе расчёта узкополосных спектров запустить программу «Измерение динамических характеристик АЦП» (пункты меню: «Параметры» → «Диагностика» → «Измерение дин. характеристик АЦП» → кнопка «Старт»), как показано на рисунке 9.



Рисунок 9

10.4.3 Определить коэффициент гармоник измерительных электрических трактов каналов 1-4 и 5-8 для максимального уровня входного сигнала электрического тракта каналов КГП1М и КГП10М, равного 1,6 В, для чего выполнить следующие действия:

10.4.3.1 Установить среднеквадратичное значение напряжения выходного сигнала генератора DS360 равное 1,6 В, и частоту 100 Гц. Выполнить действия по п.п. 10.4.2.2 - 10.4.2.6 для каналов 1-4 (КГП1М).

10.4.3.2 Установить среднеквадратичное значение напряжения выходного сигнала генератора DS360 равное 1,6 В, и частоту 1000 Гц. Выполнить действия по п.п. 10.4.2.2 - 10.4.2.6 для каналов 5-8 (КГП10М).

10.4.4 Выполнить проверку максимального измеряемого уровня звукового давления при коэффициенте нелинейных искажений не более 1 % для гидрофона ГИ53, для чего рассчитать максимальное среднеквадратичное значение напряжения на выходе гидрофона U<sub>макс</sub>, В по формуле:

$$U_{\text{макс}} = 10^{(P_{\text{макс}} \text{ дБ} / 20)} \cdot 20 \cdot 10^{-6} \cdot M(f)_{\text{макс}}, \quad (6)$$

где P<sub>макс</sub> дБ – максимальный измеряемый уровень звукового давления при коэффициенте нелинейных искажений не более 1 %, в соответствии с формуляром ГИ53 МГФК.406231.084 ФО, которые должны быть не менее 130 дБ (исх. 20 мкПа);

МФРН.411711.002 МП «ГСИ. Установка для векторно-фазовых измерений на базе автономной донной станции с глубоководным и мелкоководным носителями первичных измерительных преобразователей УВИ-А. Методика поверки»

$M(f)_{\max}$  – максимальная чувствительность гидрофона ГИ53, в соответствии с формуляром МГФК.406231.084 ФО, В/Па.

10.4.5 Результаты поверки по пункту 10.4 считают положительными, если:

- значение коэффициента гармоник измерительного электрического тракта канала 9 при максимальном среднеквадратичном значении входного напряжения 3,2 В и частоте 1000 Гц составляет не более 1 %;

- максимальный измеряемый уровень звукового давления ГИ53 при коэффициенте нелинейных искажений не более 1 % (по данным формуляра МГФК.406231.084 ФО) не менее 130 дБ (исх. 20 мкПа).

- рассчитанное максимальное среднеквадратичное значение напряжения на выходе гидрофона ГИ53  $U_{\max}$  при уровне звукового давления 130 дБ, (по данным формуляра МГФК.406231.084 ФО) не превышает максимальное среднеквадратичное значение напряжения для измерительного электрического тракта канала 9 (3,2 В).

**10.5 Определение максимального уровня выходного сигнала каналов комбинированных гидроакустических приёмников КГП (относительно 1 мкВ), при коэффициенте нелинейных искажений не более 1 % и погрешности измерения 0,1 дБ**

10.5.1 Поверка проводится одновременно с п. 10.4.

10.5.2 Использовать результаты измерений коэффициента гармоник по п. 10.4 для измерительных каналов 1 - 4 и 5 - 8 при среднеквадратичном значении входного напряжения 1,6 В (соответствующему значению максимального уровня выходного сигнала каналов комбинированных гидроакустических приёмников КГП1М и КГП10М).

10.5.3 Результаты поверки по пункту 10.5 считают положительными, если:

- значение коэффициента гармоник измерительных электрических трактов каналов 1 - 4, при среднеквадратичном значении входного напряжения 1,6 В и частоте 100 Гц составляет не более 1 %.

- максимальное выходное напряжение на выходе каналов КГП1М, при коэффициенте нелинейных искажений не более 1 % и погрешности измерения 0,1 дБ, составляет не менее 1 В и не превышает максимальное среднеквадратичное значение напряжения для измерительных электрических трактов каналов 1-4 (1,6 В);

- значение коэффициента гармоник измерительных электрических трактов каналов 5-8 при максимальном среднеквадратичном значении входного напряжения 1,6 В и частоте 1000 Гц составляет не более 1 %;

- максимальное выходное напряжение на выходе каналов КГП10М, при коэффициенте нелинейных искажений не более 1 % и погрешности измерения 0,1 дБ, составляет не менее 1 В и не превышает максимальное среднеквадратичное значение напряжения для измерительных электрических трактов каналов 5-8 (1,6 В).

**10.6 Определение границы неключённой систематической инструментальной погрешности измерения звукового давления в динамическом диапазоне 60 дБ относительно максимального измеряемого уровня в точке расположения гидрофона при доверительной вероятности  $P = 0,95$  в диапазоне частот от 2 до 10000 Гц**

10.6.1 Проверка границ относительной погрешности измерения мощности переменного электрического тока измерительного канала гидрофона в диапазоне частот от 2 до 10000 Гц при узкополосном анализе.

10.6.1.1 По результатам измерений, внесенных в таблицу 2 (АЧХ с корректировкой) определить из всех измерительных каналов абсолютное значение разности максимального и

МФРН.411711.002 МП «ГСИ. Установка для векторно-фазовых измерений на базе автономной донной станции с глубоководным и мелководным носителями первичных измерительных преобразователей УВИ-А. Методика поверки»

минимального значения АЧХ (из всех измеренных значений, для соответствующих рабочих диапазонов частот),  $\Delta H_{max}$ , в дБ, по формуле:

$$\Delta H_{max} = |H_{max} - H_{min}|, \quad (7)$$

где  $H_{max}$  и  $H_{min}$  – максимальное и минимальное значения из всех измеренных значений АЧХ из таблицы 2, дБ.

10.6.1.2 Подключить генератор сигналов DS360 к выходу мультиметра 3458А и измерительным каналам БЭ в соответствии со схемой на рисунке 1. Установить на выходе генератора DS360 переменное напряжение с среднеквадратичным значением 1 В и частотой 500 Гц, контролируя уровень напряжения мультиметром 3458А.

10.6.1.3 Запустить программу «Регистрация и анализ сигналов» (файл vsprec.exe).

10.6.1.4 Выполнить запись сигнала генератора DS360 с измерительного канала имеющего минимальное абсолютное значение АЧХ на заданной частоте генератора - 500 Гц после корректировки (по данным таблицы 4) продолжительностью не менее 1 мин, для этого выполнить пункты меню: «Команды» → «Ввод сигналов», отметить выбранный канал, установить в окне время записи, нажать кнопку «Старт» (рисунок 10).




Рисунок 10

10.6.1.5 Записать полученные файлы сигнала на переносной внешний носитель и перенести их на компьютер КАО или передать их через общие сетевые папки локальной сети.

Примечание: при всех испытаниях допускается использование других компьютеров с установленной программой VibMi\vsp.exe.

10.6.1.6 На компьютере КАО запустить программу измерения уровней напряжения переменного электрического тока в режиме постобработки (файл - C:\VibMi\vsp.exe), как показано на рисунке 11.




Рисунок 11

МФРН.411711.002 МП «ГСИ. Установка для векторно-фазовых измерений на базе автономной донной станции с глубоководным и мелкоководным носителями первичных измерительных преобразователей УВИ-А. Методика поверки»

10.6.1.7 Выбрать файлы с записанной реализацией сигналов (Пункты меню: «Конфигурация» → «Выбор рабочей папки») → «Выбор рабочей папки» (указать путь к папке файлов реализации) → кнопка  → подтвердить выбранный путь к файлу, рисунок 12.




Рисунок 12

10.6.1.8 Установить следующие параметры обработки сигнала (рисунок 12):

- Тип окна Блэкмана-Харриса – 3;
- Размер блока БПФ – 16384;
- Перекрывание – 8192;
- Среднее – 10.

10.6.1.9 Выбрать в окне «Список сигналов» необходимый канал и запустить расчет узкополосного спектра нажатием кнопки  (рисунок 13).




Рисунок 13

10.6.1.10 Включить учет поправок АЧХ (Пункты меню: «Файл» → Установить галочку на пункте контекстного меню «Поправка АЧХ» (рисунок 14).




Рисунок 14

10.6.1.11 Запустить программу расчета узкополосных спектров  (рисунок 15).




Рисунок 15

10.6.1.12 Измерить уровень напряжения на выходе выбранного измерительного канала  $i$  и выбранной частоте  $f(j)$   $B_{ij}$ , дБ (исх. 1 мкВ), по соответствующему отчету узкополосного спектра, и рассчитать среднеквадратичные значения напряжения на выходе выбранного измерительного канала в узкополосных полосах частот на выбранной частоте генератора  $U_{ij}$ , В, по формуле:

$$U_{ij} = 10^{B_{ij}/20} \cdot U_0, \quad (8)$$

где  $U_0$  – нулевой относительный уровень напряжения,  $U_0 = 10^{-6}$  В;

$B_{ij}$  – относительный уровень мощности (напряжения) узкополосного спектра на выходе канала  $i$  и выбранной частоте генератора  $-j$ , дБ (исх. 1 мкВ).

10.6.1.13 Рассчитать отношение (коэффициент) максимального и минимального выходного напряжения на выходах измерительных каналов,  $K$ , по формуле:

$$K = 10^{\Delta H_{max}/20}, \quad (9)$$

где  $\Delta H_{max}$  – абсолютное значение разности максимального и минимального значения АЧХ (для всех частот рабочих диапазонов) из всех измерительных каналов (неравномерность АЧХ по всем каналам).

10.6.1.14 Рассчитать максимально выходное напряжение из всех измерительных каналов

$$U_{\max} = U_{ij} \cdot K, \quad (10)$$

где  $U_{ij}$  – выходное напряжение, измеренное на выходе канала  $i$  и выбранной частоте генератора  $j$ , В ;

$K$  – отношение (коэффициент) максимального и минимального выходного напряжения на выходах измерительных каналов.

10.6.1.15 Рассчитать относительное отклонение максимального напряжения на выходах измерительных каналов от напряжения генератора  $\delta_s$ , в %, по формуле:

$$\delta_s = (|U_{\max} - U_{Г}| / U_{Г}) \cdot 100, \quad (11)$$

где  $U_{\text{макс}}$  – максимально выходное напряжение из всех измерительных каналов, В;

$U_{\text{Г}}$  – напряжение на выходе генератора (выходах измерительных каналов равно - 1 В).

10.6.1.16 Рассчитать максимальное (для всех каналов) значение относительной погрешности измерений напряжения переменного тока  $\delta$ , % по формуле:

$$\delta = \delta_S + \delta_{\text{Г}}, \quad (12)$$

где  $\delta_S$  – отклонение максимального напряжения на выходах измерительных каналов от напряжения генератора, %;

$\delta_{\text{Г}}$  – максимальная допустимая относительная погрешность установки напряжения переменного тока генератора DS360 ( $\delta_{\text{Г}} = \pm 1$  %).

10.6.1.17 Рассчитать максимальное (для всех каналов) значение относительной погрешности измерений напряжения переменного тока  $\delta_{\text{дБ}}$ , дБ, по формуле:

$$\delta_{\text{дБ}} = 20 \cdot \lg(1 + \delta/100 \%), \quad (13)$$

где  $\delta$  – максимальное (для всех каналов) значение относительной погрешности измерений напряжения переменного тока в процентах.

10.6.1.18 Убедиться, что рассчитанное максимальное значение относительной погрешности измерений напряжения (мощности) при узкополосном анализе находится в границах  $\pm 0,5$  дБ.

10.6.2 Проверку границы неисклѳенной систематической инструментальной погрешности измерения звукового давления в динамическом диапазоне 60 дБ относительно максимального измеряемого уровня в точке расположения гидрофона при доверительной вероятности  $P = 0,95$  в диапазоне частот от 2 Гц до 10 кГц при применении узкополосного анализа выполнить следующим образом:

- рассчитать границы неисклѳенной систематической инструментальной погрешности измерения звукового давления в точке расположения гидрофона при применении узкополосного анализа по формуле:

$$\Theta_{0,95} = \pm 1,1 \cdot [\Theta_{\text{АУ}}^2 + \Theta_{\text{Г}}^2 + \Theta_{\text{Р}}^2 + \Theta_{\text{Т}}^2]^{1/2}, \quad (14)$$

где  $\Theta_{\text{АУ}}$  – границы неисклѳенной систематической погрешности измерений мощности переменного электрического тока в узких полосах частот (не должны превышать  $\pm 0,5$  дБ);

$\Theta_{\text{Г}}$  – границы погрешности градуировки гидрофона ГИ53 (не должны превышать  $\pm 1,5$  дБ);

$\Theta_{\text{Р}}$  – границы погрешности гидрофона из-за воздействия гидростатического давления (не должны превышать  $\pm 0,2$  дБ на глубине 150 м с учетом зависимости чувствительности гидрофона от гидростатического давления);

$\Theta_{\text{Т}}$  – границы погрешности из-за воздействия температуры (не должны превышать  $\pm 0,3$  дБ с учетом зависимости чувствительности гидрофона от температуры при температуре  $5 \pm 3$  °С).

10.6.3 Проверка границ относительной погрешности измерения мощности переменного электрического тока измерительного канала гидрофона в диапазоне частот от 2 до 10000 Гц при третьоктавном анализе.

10.6.3.1 При проверке использовать файлы с записанными сигналами генератора DS360 полученными в п.п. 10.6.1.1 - 10.6.1.5.

МФРН.411711.002 МП «ГСИ. Установка для векторно-фазовых измерений на базе автономной донной станции с глубоководным и мелководным носителями первичных измерительных преобразователей УВИ-А. Методика поверки»

10.6.3.2 На компьютере КАО запустить программу «Обработка реализаций» (файл - C:\VibMi\SigBar.exe), «Главное меню» → «Обработка записей» → «1/п-октавный анализ» (рисунок 16).




Рисунок 16

10.6.3.3 Выбрать файлы с записью сигнала генератора GS360 по выбранным каналам, как показано на рисунке 17. Команды меню: «Конфигурация» → «Выбор рабочей папки», выбрать путь расположения ранее сохраненных файлов, нажать кнопку , в открывшемся окне подтвердить выбранный путь. Перезапустить программу C:\VibMi\SigBar.exe.




Рисунок 17

10.6.3.4 В окне «Обработка реализаций» выбрать тип обработки – «1/3-октавный анализ», отметить выбранные каналы и запустить программу расчета третьооктавных спектров кнопкой  «Старт» (исполнительный файл C:\VibMi\SpnSp.exe) (рисунок 18).




Рисунок 18

10.6.3.5 В окне «Расчет 1/3-октавных спектров» отметить выбранные каналы и включить режим корректировки АЧХ, для этого выполнить пункты меню: «Параметры» → «Установка параметров» → выбрать элемент , кнопка  (рисунок 19).



Рисунок 19

10.6.3.6 В окне «Расчет 1/3-октавных спектров» выбрать каналы и запустить расчет третьооктавных спектров кнопкой  (рисунок 20).




Рисунок 20

10.6.3.7 Измерить уровень напряжения на выходе выбранного измерительного канала  $i$  и выбранной частоте  $f(j)$   $B_{ij}$ , дБ (исх. 1 мкВ), по соответствующему отчету третьооктавного спектра, и рассчитать среднеквадратичные значения напряжения на выходе выбранного измерительного канала в третьооктавных полосах частот на выбранной частоте генератора  $U_{ij}$ , В, по формуле:

$$U_{ij} = 10^{B_{ij}/20} \cdot U_0, \quad (15)$$

где  $U_0$  – нулевой относительный уровень напряжения,  $U_0 = 10^{-6}$  В;

$B_{ij}$  – относительный уровень мощности (напряжения) третьооктавного спектра на выходе канала  $i$  и выбранной частоте генератора -  $j$ , дБ (исх. 1 мкВ).

10.6.3.8 Рассчитать отношение (коэффициент) максимального и минимального выходного напряжения на выходах измерительных каналов,  $K$ , по формуле:

$$K = 10^{\Delta H_{max}/20}, \quad (16)$$

где  $\Delta H_{max}$  – абсолютное значение разности максимального и минимального значения АЧХ (для всех частот рабочих диапазонов) из всех измерительных каналов (неравномерность АЧХ по всем каналам).

10.6.3.9 Рассчитать максимально выходное напряжение из всех измерительных каналов

$$U_{\max} = U_{ij} \cdot K, \quad (17)$$

МФРН.411711.002 МП «ГСИ. Установка для векторно-фазовых измерений на базе автономной донной станции с глубоководным и мелководным носителями первичных измерительных преобразователей УВИ-А. Методика поверки»

$U_{ij}$  - выходное напряжение измеренное на выходе канала  $i$  и выбранной частоте генератора  $j$ , В;

$K$  - отношение (коэффициент) максимального и минимального выходного напряжения на выходах измерительных каналов.

10.6.3.10 Рассчитать относительное отклонение максимального напряжения на выходах измерительных каналов от напряжения генератора  $\delta_s$ , в %, по формуле:

$$\delta_s = (|U_{\max} - U_{\Gamma}| / U_{\Gamma}) \cdot 100, \quad (18)$$

где  $U_{\max}$  – максимально выходное напряжение из всех измерительных каналов, В;

$U_{\Gamma}$  – напряжение на выходе генератора (выходах измерительных каналов равное - 1 В).

10.6.3.11 Рассчитать максимальное (для всех каналов) значение относительной погрешности измерений напряжения переменного тока  $\delta$ , % по формуле:

$$\delta = \delta_s + \delta_{\Gamma}, \quad (19)$$

где  $\delta_s$  – отклонение максимального напряжения на выходах измерительных каналов от напряжения генератора, %;

$\delta_{\Gamma}$  – максимальная допустимая относительная погрешность установки напряжения переменного тока генератора DS360 ( $\delta_{\Gamma} = \pm 1$  %).

10.6.3.12 Рассчитать максимальное (для всех каналов) значение относительной погрешности измерений напряжения переменного тока  $\delta_{\text{дБ}}$ , дБ, по формуле:

$$\delta_{\text{дБ}} = 20 \cdot \lg(1 + \delta/100 \%), \quad (20)$$

где  $\delta$  - максимальное (для всех каналов КГП) значение относительной погрешности измерений напряжения переменного тока в процентах.

10.6.3.13 Убедиться, что рассчитанное максимальное значение относительной погрешности измерений напряжения (мощности) при третьоктавном анализе находится в границах  $\pm 0,5$  дБ.

10.6.4 Проверку границы неисключённой систематической инструментальной погрешности измерения звукового давления в динамическом диапазоне 60 дБ относительно максимального измеряемого уровня в точке расположения гидрофона при доверительной вероятности  $P = 0,95$  в диапазоне частот от 2 Гц до 10000 Гц при применении третьоктавного анализа выполнить следующим образом:

- Рассчитать границы неисключенной систематической инструментальной погрешности измерения звукового давления в точке расположения гидрофона при применении третьоктавного анализа по формуле:

$$\Theta_{0,95} = \pm 1,1 \cdot [\Theta_{\text{ТА}}^2 + \Theta_{\Gamma}^2 + \Theta_{\text{Р}}^2 + \Theta_{\Gamma}^2]^{1/2}, \quad (21)$$

где  $\Theta_{\text{ТА}}$  – границы неисключенной систематической погрешности измерений мощности переменного электрического тока в третьоктавных полосах частот (не должны превышать  $\pm 0,5$  дБ);

$\Theta_{\Gamma}$  – границы погрешности градуировки гидрофона ГИ53 (не должны превышать  $\pm 1,5$  дБ);

$\Theta_{\text{Р}}$  – границы погрешности гидрофона из-за воздействия гидростатического давления (не должны превышать  $\pm 0,2$  дБ на глубине 150 м с учетом зависимости чувствительности гидрофона от гидростатического давления);

$\Theta_T$  – границы погрешности из-за воздействия температуры (не должны превышать  $\pm 0,3$  дБ с учетом зависимости чувствительности гидрофона от температуры при температуре  $5 \pm 3$  °С).

10.6.5 Результаты поверки по пункту 10.6 считают положительными, если:

- значения относительной погрешности измерений напряжения (мощности) электрического тока при измерении звукового давления в узкополосных полосах частот всех измерительных каналов находятся в границах  $\pm 0,5$  дБ (исх. 1 мкВ).

- значения относительной погрешности измерений напряжения (мощности) электрического тока при измерении звукового давления в третьоктавных полосах частот всех измерительных каналов находятся в границах  $\pm 0,5$  дБ (исх. 1 мкВ).

- границы неисключенной систематической инструментальной погрешности измерения звукового давления в динамическом диапазоне 60 дБ относительно максимального измеряемого уровня в точке расположения гидрофона при доверительной вероятности  $P = 0,95$  в диапазоне частот от 2 до 10000 Гц при узкополосном анализе не превышают  $\pm 1,5$  дБ.

- границы неисключенной систематической инструментальной погрешности измерения звукового давления в динамическом диапазоне 60 дБ относительно максимального измеряемого уровня в точке расположения гидрофона при доверительной вероятности  $P = 0,95$  в диапазоне частот от 2 до 10 кГц при третьоктавном анализе не превышают  $\pm 1,5$  дБ.

### **10.7 Определение границы неисключённой систематической инструментальной погрешности измерения градиента звукового давления в диапазоне от 0,15 до 3 Па в точке расположения КГП при доверительной вероятности $P = 0,95$ в диапазоне частот от 10 до 10000 Гц**

10.7.1 Проверка границ относительной погрешности измерения мощности переменного электрического тока измерительных каналов КГП в диапазоне частот от 10 до 10000 Гц при узкополосном анализе.

10.7.1.1 По результатам расчетов, произведенных в п. 10.6.1.18, убедиться, что рассчитанное максимальное значение относительной погрешности измерений напряжения (мощности) при узкополосном анализе находится в границах  $\pm 0,5$  дБ.

10.7.1.2 Проверку границы неисключённой систематической инструментальной погрешности измерения градиента звукового давления в диапазоне от 0,15 до 3 Па в точке расположения комбинированного гидроакустического приемника (КГП) при доверительной вероятности  $P = 0,95$  в диапазоне частот от 10 до 10000 Гц при применении узкополосного анализа выполняют следующим образом:

- рассчитать границы неисключенной систематической инструментальной погрешности измерения градиента звукового давления в диапазоне частот от 10 до 10000 Гц в точке расположения КГП при доверительной вероятности  $P = 0,95$  в узких полосах частот, дБ

$$\Theta_{0,95} = \pm 1,1 \cdot [\Theta_{AY}^2 + \Theta_{КГП}^2 + \Theta_{ам}^2]^{1/2}, \quad (22)$$

где  $\Theta_{AY}$  – границы неисключенной систематической погрешности измерений мощности переменного электрического тока в узких полосах частот (не должны превышать  $\pm 0,5$  дБ);

$\Theta_{КГП}$  – границы погрешности градуировки комбинированного гидроакустического приемника, не должны превышать  $\pm 2$  дБ в диапазоне частот от 10 до 10000 Гц;

$\Theta_{ам}$  – границы погрешности из-за наличия асимметрии максимумов (не должны превышать  $\pm 2$  дБ).

10.7.2 Проверка границ относительной погрешности измерения мощности переменного электрического тока измерительных каналов КГП в диапазоне частот от 10 до 10000 Гц при третьоктавном анализе.

МФРН.411711.002 МП «ГСИ. Установка для векторно-фазовых измерений на базе автономной донной станции с глубоководным и мелкоководным носителями первичных измерительных преобразователей УВИ-А. Методика поверки»

10.7.2.1 По результатам расчетов, произведенных в п. 10.6.3.13, убедиться, что рассчитанное максимальное значение относительной погрешности измерений напряжения (мощности) при третьоктавном анализе находится в границах  $\pm 0,5$  дБ.

10.7.2.2 Проверку границы неисключённой систематической инструментальной погрешности измерения градиента звукового давления в диапазоне от 0,15 до 3 Па в точке расположения комбинированного гидроакустического приемника (КГП) при доверительной вероятности  $P = 0,95$  в диапазоне частот от 10 до 10000 Гц при третьоктавном анализе выполняют следующим образом:

- рассчитать границы неисключенной систематической инструментальной погрешности измерения градиента звукового давления в диапазоне частот от 10 до 10000 Гц в точке расположения КГП при доверительной вероятности  $P = 0,95$  в третьоктавных полосах частот по формуле:

$$\Theta_{0,95} = \pm 1,1 \cdot [\Theta_{ТА}^2 + \Theta_{КГП}^2 + \Theta_{ам}^2]^{1/2}, \quad (23)$$

где  $\Theta_{ТА}$  – границы неисключенной систематической погрешности измерений мощности переменного электрического тока в третьоктавных полосах частот (не должны превышать  $\pm 0,5$  дБ);

$\Theta_{КГП}$  – границы погрешности градуировки комбинированного гидроакустического приемника, не должны превышать  $\pm 2$  дБ в диапазоне частот от 10 до 10000 Гц;

$\Theta_{ам}$  – границы погрешности из-за наличия асимметрии максимумов (не должны превышать  $\pm 2$  дБ).

10.7.3 Результаты поверки по пункту 10.7 считают положительными, если:

- значения относительной погрешности измерений напряжения (мощности) электрического тока при измерении градиента звукового давления в узкополосных полосах частот всех измерительных каналов находятся в границах  $\pm 0,5$  дБ (исх. 1 мкВ).

- значения относительной погрешности измерений напряжения (мощности) электрического тока при измерении градиента звукового давления в третьоктавных полосах частот всех измерительных каналов находятся в границах  $\pm 0,5$  дБ (исх. 1 мкВ).

- границы неисключенной систематической инструментальной погрешности измерения градиента звукового давления в диапазоне от 0,15 до 3 Па в точке расположения КГП при доверительной вероятности  $P = 0,95$  в диапазоне частот от 10 до 10000 Гц при узкополосном анализе не превышают  $\pm 3$  дБ.

- границы неисключенной систематической инструментальной погрешности измерения градиента звукового давления в диапазоне от 0,15 до 3 Па в точке расположения КГП при доверительной вероятности  $P = 0,95$  в диапазоне частот от 10 до 10000 Гц при третьоктавном анализе не превышают  $\pm 3$  дБ.

## 11 Оформление результатов поверки

11.1 Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки установки, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению владельца установки или лица, представившего его на поверку, на установку выдается свидетельство о поверке средства измерений и (или) в формуляр вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки, или выдается извещение о непригодности к применению средства измерений.

МФРН.411711.002 МП «ГСИ. Установка для векторно-фазовых измерений на базе автономной донной станции с глубоководным и мелководным носителями первичных измерительных преобразователей УВИ-А. Методика поверки»

11.2 Результаты поверки оформляются в соответствии с установленным порядком.

Начальник НИО-5  
ФГУП «ВНИИФТРИ»

 В.Н. Некрасов

Ведущий инженер лаборатории 523  
НИО-5 ФГУП «ВНИИФТРИ»

 А.Г. Радченко