

Поверка

осуществляется по ГОСТ OIML R 76-1-2011 "ГСИ. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания" (приложение ДА)