

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МО10.Н00839

Срок действия с 08.12.2017

по 07.12.2020

№ 0210466

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ». Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 1-2-3, этаж 1, помещение I, комната 35. Адрес места осуществления деятельности: 117405, Российская Федерация, город Москва, улица Кирпичные Выемки, дом 2, корпус 1, 3-й этаж, комната № 11. Телефон: +7 (495) 664-23-98, адрес электронной почты: info@standart-centr.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11MO10. Дата регистрации аттестата аккредитации: 20.08.2015 года

ПРОДУКЦИЯ Газоанализаторы оптические стационарные ОГС-ПГП, ОГС-ПГП/М уровень полноты безопасности 2 (SIL 2 по IEC 61508).
Продукция изготовлена в соответствии с ПДАР.413311.001ТУ,
ПДАР.413311.001.1ТУ
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
28.99.39.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012,
ГОСТ Р МЭК 61511-3-2011

код ТН ВЭД
9027 10 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Пожгазприбор»
Адрес: 192019, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.24, лит. А
ИНН: 7811487042

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Пожгазприбор»
Адрес: 192019, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.24, лит. А
Телефон: 8(812)309-58-87, Факс: 8(812)309-58-87, E-mail: info@pozhgazpribor.ru,
ИНН: 7811487042

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 405-12/12-ЦИ от 07.12.2017 года, выданного испытательной лабораторией «Центр Испытаний» Общества с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «СертПромТест», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.003.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

М.П.

Эксперт

подпись

подпись

Е.Н. Ушаков

инициалы, фамилия

С.П. Павлов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации