



Код заказа на байпасный указатель уровня со смотровым стеклом РИЗУР-НБК-ГЛАСС-С

Пример записи при заказе:

РИЗУР-НБК-ГЛАСС-С – 2 – ТК – ББ – М1/20/16 – 1000/600 – ПЗ/NPT1/2 – ФЗ/NPT1/2 – 930/0,5/30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Тип байпасного указателя уровня								
РИЗУР-НБК-ГЛАСС-С		Указатель уровня со смотровым стеклом						
2. Материал колонки								
1	12X18H10T (AISI 321)							
2	10X17H13M2 (аналог AISI 316Ti)							
3	08X18H10 (аналог AISI 304)							
X	Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)							
3. Тип и исполнение стекла								
ТК	Трубка из кварцевого стекла (макс размер кварц. трубки в мм 25x8x2000)							
ТБ	Трубка из боросиликатного стекла (макс размер кварц. трубки в мм 25x8x2000)							
4. Исполнение								
ББ	Боковой монтаж («бок-бок»)							
5. Тип присоединения к процессу								
РЕЗЬБОВОЕ (тип резьбы)								
M1	M20x1,5, внешняя резьба							
M2	M27x1,5, внешняя резьба							
K1	3/4" NPT, внешняя резьба							
K3	1/2" NPT, внешняя резьба							
D1	3/4" G, внешняя резьба							
D3	1/2" G, внешняя резьба							
H	накидная гайка							
X	Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)							
ПОД ПРИВАРКУ (условный проход, мм)								
P15	Ду15							
P20	Ду20							
P25	Ду25							
P32	Ду32							
C	Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)							
ФЛАНЦЕВОЕ (по ГОСТ 33259-2015)								
XX/_/_	Исполнение уплотнительной поверхности фланца							
A	Исполнение А, плоскость							
B	Исполнение В, соединительный выступ							
C	Исполнение С, шип							
D	Исполнение D, паз							
E	Исполнение Е, выступ							
F	Исполнение F, впадина							
J	Исполнение J, под прокладку овального сечения							
K	Исполнение К, под линзовую прокладку							
X	Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)							
_ /XX/_						Условный проход, мм		
10						DN10		
15						DN15		
20						DN20		
25						DN25		
32						DN32		
X						Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)		
_ /_ /XX						Номинальное давление, кгс/см ²		
160						PN16		
250						PN25		
400						PN40		
630						PN63		
1000						PN100		
1600						PN160		
3200						PN320		
4200						PN420		
X						Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)		
6. Расстояние между центрами точек присоединения/диапазон измерения								
XXX/XXX		Указать необходимое расстояние между центрами точек присоединения в мм/Указать диапазон измерения в мм						
7. Верхний конец колонки								
КГ/0		Колпачок глухой						
ПЗ/XX		Патрубок с резьбовой заглушкой (указать тип и размер резьбы)						
ПВ/XX		Патрубок с вентиляционным краном (указать тип и размер резьбы)						
Ф/0		Фланец глухой						
ФЗ/XX		Фланец с резьбовой заглушкой (указать тип и размер резьбы)						
ФВ		Фланец с вентиляционным краном (указать тип и размер резьбы)						
X		Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)						
8. Нижний конец колонки								
КГ/0		Колпачок глухой						
ПЗ/XX		Патрубок с резьбовой заглушкой (указать тип и размер резьбы)						
ПВ/XX		Патрубок с вентиляционным краном (указать тип и размер резьбы)						
Ф/0		Фланец глухой						
ФЗ/XX		Фланец с резьбовой заглушкой (указать тип и размер резьбы)						
ФВ/XX		Фланец с вентиляционным краном (указать тип и размер резьбы)						
X		Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)						
9. Параметры среды (Обязательно указать все 3 параметра)								
XX/XX/XX		Плотность среды, кг/м³ / Рабочее давление, МПа/ Рабочая температура, °C						



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _____

Байпасный указатель уровня со смотровым стеклом РИЗУР-НБК-ГЛАСС-С

ТУ 26.51.52-001-12189681-2018

Название организации	
Контактное лицо, должность	
Контактные данные, тел., e-mail	
Количество приборов, шт.	
Рабочая среда	
Плотность среды, кг/м³	
Вязкость, сП	
Температура рабочая/Температура расчетная, °C	
Давление рабочее/Давление расчетное, МПа	
Агрессивное к нерж. стали	
Температура окружающей среды, °C	
Материал арматуры индикатора	
Тип стекла	☐ Трубка из кварцевого стекла (макс размер кварц. трубки в мм 24x2x1240) ☐ Трубка из боросиликатного стекла (макс размер кварц. трубки в мм 25x2,5x2000)
Тип присоединения к процессу: - патрубок под приварку (указать Ду) - резьба (указать тип) - фланец (указать Ду, Ру, вид уплотнительной поверхности)	
Расстояние между центрами точек присоединения, мм	
Диапазон измерения, мм (макс. длина зависит от выбранного типа стекла)	
Шкала (да/нет)	
Верхний конец колонки - патрубок глухой/с краном/с отверстием с заглушкой - фланец глухой/с краном/с отверстием с заглушкой (Указать размер соединения, тип резьбы, уплотнительной поверхности)	
Нижний конец колонки - патрубок глухой/с краном/с отверстием с заглушкой - фланец глухой/с краном/с отверстием с заглушкой (Указать размер соединения, тип резьбы, уплотнительной поверхности)	
Дополнительные требования заказчика	