

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 89625-23

Срок действия утверждения типа до 31 июля 2028 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Уровнемеры рефлекс-радарные РИЗУР-1300

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО РИЗУР" (ООО "НПО РИЗУР"),
с. Дубровичи, Рязанская обл.

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО РИЗУР" (ООО "НПО РИЗУР"),
с. Дубровичи, Рязанская обл.

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП-555/04-2023

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 3 года - для уровнемеров с пределами допускаемой
абсолютной погрешности свыше ± 3 мм; 1 год - для уровнемеров с пределами
допускаемой абсолютной погрешности $\leq \pm 3$ мм

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 31 июля 2023 г. N 1533.

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 525EEF525B83502D7A69D9FC03064C2A
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 06.03.2024 до 30.05.2025



Е.Р.Лазаренко

«29» мая 2024 г.